

Analysenvorschriften Anhänge

Spectroquant® Prove
Spektralphotometer 600 plus
1.73028



MERCK

Analysenvorschriften und Anhänge

Inhaltsverzeichnis

I Tabelle – **Verfügbare photometrische Testsätze**

Analysenvorschriften

II Anhang 1 – **Eignung der Testsätze für Meerwasseruntersuchung und Toleranzgrenzen für Neutralsalze**

III Anhang 2 – **Spectroquant® CombiCheck und Standardlösungen**

IV Anhang 3 – **Arbeitsvorschriften zur Herstellung von Standardlösungen**

I

II

III

IV

Analysenvorschriften und Anhänge

I Verfügbarer photometrische Testsätze und Methoden

Folgende mit Methodennummer versehenene Methoden sind im Photometer gespeichert und ohne weitere Einstellungen messbar. Die Methodenwahl erfolgt durch Barcode auf der Küvette beim Küvettentest bzw. Barcode auf dem AutoSelector beim Reagenzientest. Die in Spalte 1 angegebene Methoden-Nummer dient der manuellen Methodenwahl.

Der Gesamtmeßbereich bezieht sich auf die angegebene Zitierform und umfasst bei den Reagenzientests die möglichen Schichtdicken (Küvetten von 10 bis 100 mm).

Am Ende dieses Kapitels befinden sich die Tabellen zu den vorprogrammierten AQS1- und PipeCheck-Methoden.

Methoden-Nummer	Bestimmung	Gesamtmeßbereich	Methode
2537	Acesulfam-K DIN EN 1377	0,0 – 1200,0 mg/g	UV-Absorption
2518	ADM1-Farbmessung ⁶⁾	2,0 – 100,0	Eigenfarbe
2517	ADM1-Farbmessung ⁶⁾	10 – 500	Eigenfarbe
2516	ADM1-Farbmessung ⁶⁾	10 – 1000	Transmissionsgrade von 400 - 700 nm
2612	α -Säuren ²⁾	0 – 80 mg/l	Eigenfarbe
2637	α -Säuren (Hopfenextrakte) ²⁾	0,0 – 100,0 %	Eigenfarbe
2636	α/β -Säuren (Hopfen) ²⁾	0,0 – 100,0 %	Eigenfarbe
196	Aluminium-KT ¹⁾	1.00594	0,02 – 0,50 mg/l Al
43	Aluminium-Test ¹⁾	1.14825	0,020 – 1,20 mg/l Al
	Aminostickstoff, frei - siehe unter Freier Aminostickstoff		
2520	Ammoniak, frei	0,00 – 3,65 mg/l NH ₃	als Ammonium
104	Ammonium-KT	1.14739	0,010 – 2,000 mg/l NH ₄ -N
51	Ammonium-KT	1.14558	0,20 – 8,00 mg/l NH ₄ -N
52	Ammonium-KT	1.14544	0,5 – 16,0 mg/l NH ₄ -N
53	Ammonium-KT	1.14559	4,0 – 80,0 mg/l NH ₄ -N
54	Ammonium-Test	1.14752	0,010 – 3,00 mg/l NH ₄ -N
155	Ammonium-Test	1.00683	2,0 – 75,0 mg/l NH ₄ -N
163	Ammonium-Test	1.00683	5 – 150 mg/l NH ₄ -N
2587	Anisidinzahl ⁵⁾	0,0 – 200,0 AV	Messung bei 350 nm
2601	Anthocyanogene ²⁾	0 – 100 mg/l	saure Hydrolyse
2540	Annatto Käse §64 LFGB 03.00-37	0,0 – 10,0 mg/kg	Bixin / Norbixin
130	Antimon in Wasser und Abwasser	0,10 – 8,00 mg/l Sb	Brillantgrün
156	AOX-KT ¹⁾	1.00675	0,05 – 2,50 mg/l AOX
			Oxidation zu Chlorid

¹⁾ Trübungskorrektur möglich

²⁾ die Analysenvorschrift dieser Methode befindet sich im Manual der "Brauerei-Methoden Prove plus"

⁵⁾ die Analysenvorschrift dieser Methode befindet sich im Manual der "Methoden für Farbmessungen Prove plus"

⁶⁾ die Analysenvorschrift dieser Methode befindet sich auch im Manual der "Methoden für Farbmessungen Prove plus"

Methoden-Nummer	Bestimmung		Gesamtmessbereich	Methode
132	Arsen-Test ¹⁾	1.01747	0,001 – 0,100 mg/l As	Ag-DDTC
2562	ASTM-Farbmessung ⁶⁾		0,5 - 8,0	Eigenfarbe
2603	Bittereinheiten - Bier ²⁾		1,0 – 80,0 BU	UV-Absorption
2604	Bittereinheiten - Würze ²⁾		1,0 – 120,0 BU	UV-Absorption
66	Blei-KT ¹⁾	1.14833	0,10 – 5,00 mg/l Pb	PAR
160	Blei-Test ¹⁾	1.09717	0,010 – 5,00 mg/l Pb	PAR
164	Bor-KT ¹⁾	1.00826	0,05 – 2,00 mg/l B	Azomethin H
46	Bor-Test ¹⁾	1.14839	0,050 – 0,800 mg/l B	Rosocyanin
146	Brom ⁴⁾ -Test ¹⁾	1.00605	0,020 – 10,00 mg/l Br ₂	S-DPD
307	Bromat in Wasser und Trinkwasser - Ultra Low Range		0,5 – 40,00 µg/l BrO ₃	3,3'-DimethylNaphthidin
308	Bromat in Wasser und Trinkwasser - Low Range		2,5 – 200,0 µg/l BrO ₃	3,3'-DimethylNaphthidin
157	BSB-KT ¹⁾	1.00687	0,5 – 3000 mg/l BSB	Modifiziertes Winkler-Verfahren
67	Cadmium-KT	1.14834	0,025 – 1,000 mg/l Cd	Cadion-Derivat
183	Cadmium-Test	1.01745	0,0020 – 0,500 mg/l Cd	Cadion-Derivat
165	Calcium-KT ¹⁾	1.00858	10 – 250 mg/l Ca	Phthaleinpurpur
42	Calcium-Test ¹⁾	1.14815	5 – 160 mg/l Ca	Glyoxal-bis-hydroxyanil
125	Calcium-Test sensitiv ¹⁾	1.14815	1,0 – 15,0 mg/l Ca	Glyoxal-bis-hydroxyanil
304	Calcium-Test ³⁾	1.00049	0,20 – 4,00 mg/l Ca	Phthalein-Derivat
2523	Carotin (Palmöl)		10 – 7500 mg/kg	Eigenfarbe
141	Chlor-KT ¹⁾ (freies Chlor)	1.00595	0,03 – 6,00 mg/l Cl ₂	S-DPD
142	Chlor-KT ¹⁾ (freies Chlor + Gesamtchlor)	1.00597	0,03 – 6,00 mg/l Cl ₂	S-DPD
143	Chlor-Test ¹⁾ (freies Chlor)	1.00598	0,010 – 6,00 mg/l Cl ₂	S-DPD
145	Chlor-Test ¹⁾ (Gesamtchlor)	1.00602	0,010 – 6,00 mg/l Cl ₂	S-DPD
144	Chlor-Test ¹⁾ (freies Chlor + Gesamtchlor)	1.00599	0,010 – 6,00 mg/l Cl ₂	S-DPD
194	Chlor-KT ¹⁾ (freies Chlor + Gesamtchlor)	1.00086/1.00087/ 1.00088/1.00089	0,03 – 6,00 mg/l Cl ₂	DPD
306	Chlor-Test ¹⁾ (freies Chlor + Gesamtchlor)	1.00086/1.00087/ 1.00088	0,010 – 1,000 mg/l Cl ₂	DPD
149	Chlordioxid-Test ¹⁾	1.00608	0,020 – 10,00 mg/l ClO ₂	S-DPD

¹⁾ Trübungskorrektur möglich²⁾ die Analysenvorschrift dieser Methode befindet sich im Manual der "Brauerei-Methoden Prove plus"³⁾ eigene Kalibrierung erforderlich⁴⁾ kann auch mit Spectroquant® Chlor-Test, Art. 1.00598 bestimmt werden (s. entsprechende Applikationsnotizen auf www.sigmaldrich.com)⁶⁾ die Analysenvorschrift dieser Methode befindet sich auch im Manual der "Methoden für Farbmessungen Prove plus"

I	Methoden-Nummer	Bestimmung	Gesamtmessbereich	Methode
II	95	Chlorid-KT ¹⁾	1.14730	5 – 125 mg/l Cl Eisen(III)-thiocyanat
II	110	Chlorid-Test ¹⁾	1.14897	2,5 – 25,0 mg/l Cl Eisen(III)-thiocyanat
II	63	Chlorid-Test ¹⁾	1.14897	10 – 250 mg/l Cl Eisen(III)-thiocyanat
II	218	Chlorid-KT ¹⁾	1.01804	0,5 – 15,0 mg/l Cl Eisen(III)-thiocyanat
II	219	Chlorid-Test ¹⁾	1.01807	0,10 – 5,00 mg/l Cl Eisen(III)-thiocyanat
II	2509	Chlorophyll-a (DIN/ISO)		Ergebnis in µg/l Chl-a bzw. Phaeo Eigenfarbe
II	2504	Chlorophyll-a (APHA/ASTM)		Ergebnis in mg/m ³ Chl-a bzw. Phaeo Eigenfarbe
II	2507	Chlorophyll-a, -b, -c (APHA/ASTM)		Ergebnis in mg/m ³ Chl-a, -b,-c Eigenfarbe
III	20	Chrom-Bad		4,0 – 400 g/l CrO ₃ Eigenfarbe
III	39	Chromat-KT ¹⁾	1.14552	0,05 – 2,00 mg/l Cr Diphenylcarbazid
III	39	Chromat-KT ¹⁾ (Gesamtchrom)	1.14552	0,05 – 2,00 mg/l Cr Oxidation mit Peroxodi-sulfat / Diphenylcarbazid
III	40	Chromat-Test ¹⁾	1.14758	0,010 – 3,00 mg/l Cr Diphenylcarbazid
III	2584	CIE-Farbabstand ⁵⁾		ΔE*ab 0,00 – 200,00 ΔL* -200,00 – 200,00 Δa* -200,00 – 200,00 Δb* -200,00 – 200,00 ΔC*ab -200,00 – 200,00 Vergleichsmessung der Transmissionsgrade von 360 – 780 nm
III	2580	CIELAB-Farbraum (Buntheit, Chroma) ⁵⁾		ΔE*ab 0,00 – 200,00 ΔL* -200,00 – 200,00 Δa* -200,00 – 200,00 Δb* -200,00 – 200,00 ΔC*ab -200,00 – 200,00 Vergleichsmessung der Transmissionsgrade von 360 – 780 nm
III	2581	CIELUV-Farbraum ⁵⁾		L* 0,00 – 105,00 u* -180,0 – 180,0 v* -180,0 – 180,0 C*uv 0,00 – 300,00 S*uv 0,000 – 200,000 Transmissionsgrade von 360 – 780 nm
IV	2582	CIExyY-Farbraum ⁵⁾		x 0,0000 – 0,8000 y 0,0000 – 0,8000 Y 0,000 – 200,000 Transmissionsgrade von 360 – 780 nm
IV	232	Cobalt-KT ¹⁾	1.17244	0,05 – 2,00 mg/l Co Nitroso-R-Salz
IV	305	Cobalt in Wasser		0,5 – 10,0 mg/l Co Nitroso-R-Salz
IV	31	CSB-KT ¹⁾	1.14560	4,0 – 40,0 mg/l CSB Oxidation mit Chrom-schwefelsäure / Bestim- mung als Chromat

¹⁾ Trübungskorrektur möglich⁵⁾ die Analysenvorschrift dieser Methode befindet sich im Manual der "Methoden für Farbmessungen Prove plus"

Methoden-Nummer	Bestimmung		Gesamtmessbereich	Methode
211	CSB-KT ¹⁾	1.01796	5,0 – 80,0 mg/l CSB	Oxidation mit Chromschwefelsäure / Bestimmung als Chromat
14	CSB-KT ¹⁾	1.14540	10 – 150 mg/l CSB	Oxidation mit Chromschwefelsäure / Bestimmung als Chromat
105	CSB-KT ¹⁾	1.14895	15 – 300 mg/l CSB	Oxidation mit Chromschwefelsäure / Bestimmung als Chromat
93	CSB-KT ¹⁾	1.14690	50 – 500 mg/l CSB	Oxidation mit Chromschwefelsäure / Bestimmung als Chromat
23	CSB-KT ¹⁾	1.14541	25 – 1500 mg/l CSB	Oxidation mit Chromschwefelsäure / Bestimmung als Chrom(III)
94	CSB-KT ¹⁾	1.14691	300 – 3500 mg/l CSB	Oxidation mit Chromschwefelsäure / Bestimmung als Chrom(III)
24	CSB-KT ¹⁾	1.14555	500 – 10000 mg/l CSB	Oxidation mit Chromschwefelsäure / Bestimmung als Chrom(III)
209	CSB-KT ¹⁾	1.01797	5000 – 90000 mg/l CSB	Oxidation mit Chromschwefelsäure / Bestimmung als Chrom(III)
137	CSB-KT (Hg-frei) ¹⁾	1.09772	10 – 150 mg/l CSB	Oxidation mit Chromschwefelsäure / Bestimmung als Chromat
138	CSB-KT (Hg-frei) ¹⁾	1.09773	100 – 1500 mg/l CSB	Oxidation mit Chromschwefelsäure / Bestimmung als Chrom(III)
220	CSB-KT für Seewasser ¹⁾	1.17058	5,0 – 60,0 mg/l CSB	Chloridabreicherung / Oxidation mit Chromschwefelsäure / Bestimmung als Chromat
221	CSB-KT für Seewasser ¹⁾	1.17059	50 – 3000 mg/l CSB	Chloridabreicherung / Oxidation mit Chromschwefelsäure / Bestimmung als Chrom(III)
228	Cyanid-KT ¹⁾ (freies Cyanid)	1.02531	0,010 – 0,500 mg/l CN	Barbitursäure + Pyridin-carbonsäure
75	Cyanid-KT ¹⁾ (freies Cyanid)	1.14561	0,010 – 0,500 mg/l CN	Barbitursäure + Pyridin-carbonsäure

¹⁾ Trübungskorrektur möglich

I	Methoden-Nummer	Bestimmung	Gesamtmessbereich	Methode
	75	Cyanid-KT ¹⁾ (leicht freisetzbares Cyanid)	1.14561	0,010 – 0,500 mg/l CN Citronensäure / Barbitursäure + Pyridincarbon-säure
	109	Cyanid-Test ¹⁾ (freies Cyanid)	1.09701	0,0020 – 0,500 mg/l CN Barbitursäure + Pyridincarbon-säure
	109	Cyanid-Test ¹⁾ (leicht freisetzbares Cyanid)	1.09701	0,0020 – 0,500 mg/l CN Citronensäure / Barbitursäure + Pyridincarbon-säure
II	210	Cyanursäure-Test	1.19253	2 – 160 mg/l Cyan Säure Triazin-Derivat
	2528	delta K268 (Olivenöl)		-0,10 – 1,00 UV-Absorption
	2529	delta K270 (Olivenöl)		-0,10 – 1,00 UV-Absorption
	2631	Diacetyl (ASBC) ²⁾ Diacetyl (EBC) - siehe unter Vicinale Diketone		0,00 – 4,00 mg/l Diacetyl a-Naphthol
	2524	DOBI (Palmöl)		0,00 – 4,00 UV-Absorption
	2512	dsDNA		5 - 37500 µg/ml dsDNA UV-Absorption
	2642	Eisen - ASBC ²⁾		0,00 – 3,00 mg/l Fe 1,10-Phenanthrolin
	2643	Eisen - ASBC ²⁾		0,00 – 3,00 mg/l Fe 2,2'-Bipyridin
	2644	Eisen - ASBC ²⁾		0,00 – 0,40 mg/l Fe Triazin (Ferrozin)
	2623	Eisen - EBC ²⁾		0,000 – 1,000 mg/l Fe Triazin
	2624	Eisen - EBC ²⁾		0,000 – 0,800 mg/l Fe Triazin
III	37	Eisen-KT	1.14549	0,05 – 4,00 mg/l Fe Triazin
	106	Eisen-KT ¹⁾	1.14896	1,0 – 50,0 mg/l Fe (Fe(II) und Fe(III)) 2,2'-Bipyridin
	38	Eisen-Test	1.14761	0,0025 – 5,00 mg/l Fe Triazin
	161	Eisen-Test ¹⁾	1.00796	0,010 – 5,00 mg/l Fe (Fe(II) und Fe(III)) 1,10-Phenanthrolin
	2633	Farbe - ASBC ^{2), 5)}		0,0 – 50,0 °SRM 0,0 – 100,0 EBC Units Absorption bei 430 nm
	2602	Farbe - EBC ^{2), 5)} Farbe von Zuckerlösungen - siehe ICUMSA Color		0,0 – 60,0 EBC Units Absorption bei 430 nm
	2577	Farbton-Index ⁵⁾		-6,00 – 3,00 TI _{10mm} Transmissionsgrade von 360 – 780 nm
	2578	Farbton-Index ⁵⁾		-6,00 – 3,00 TI _{50mm} Transmissionsgrade von 360 – 780 nm
IV	15	Färbung α (436) (spektraler Absorptionskoeffizient) ⁶⁾		0,1 – 250 m ⁻¹ Messung bei 436 nm

¹⁾ Trübungskorrektur möglich²⁾ die Analysenvorschrift dieser Methode befindet sich im Manual der "Brauerei-Methoden Prove plus"⁵⁾ die Analysenvorschrift dieser Methode befindet sich im Manual der "Methoden für Farbmessungen Prove plus"⁶⁾ die Analysenvorschrift dieser Methode befindet sich auch im Manual der "Methoden für Farbmessungen Prove plus"

Methoden-Nummer	Bestimmung	Gesamtmeßbereich	Methode
61	Färbung α (525) (spektraler Absorptionskoeffizient) ⁶⁾	0,1 – 250 m ⁻¹	Messung bei 525 nm
78	Färbung α (620) (spektraler Absorptionskoeffizient) ⁶⁾	0,1 – 250 m ⁻¹	Messung bei 620 nm
303	Färbung (410) (EN 7887) ⁶⁾	2 – 2500 mg/l Pt	Messung bei 410 nm
32	Färbung Hazen ^{1), 6)}	0,2 – 500 mg/l Pt/Co (Hazen)	Platin-Cobalt-Standard Methode, Messung bei 340 nm
179	Färbung Hazen ^{1), 6)}	0 – 1000 mg/l Pt/Co (Hazen)	Platin-Cobalt-Standard Methode, Messung bei 445 nm
180	Färbung Hazen ^{1), 6)}	0 – 1000 mg/l Pt/Co (Hazen)	Platin-Cobalt-Standard Methode, Messung bei 455 nm
181	Färbung Hazen ^{1), 6)}	0 – 1000 mg/l Pt/Co (Hazen)	Platin-Cobalt-Standard Methode, Messung bei 465 nm
2588	Färbung α (436), α (525) und α (620) ⁵⁾	0,0 – 250,0 m ⁻¹	Absorption bei 436, 525 und 620 nm
2626	Flavonoide ²⁾	3 – 200 mg/l	4-Dimethylaminozimt-aldehyd
2635	Flockung (ASBC) ²⁾	0,0 – 100,0 %	Trübung
222	Flüchtige org. Säuren-KT ¹⁾	1.01749	Veresterung
223	Flüchtige org. Säuren-Test ¹⁾	1.01809	Veresterung
215	Fluorid-KT ¹⁾	1.00809	Alizarinkomplexon
216	Fluorid-KT sensitiv	1.00809	Alizarinkomplexon
234	Fluorid-KT	1.17243	SPADNS (As-frei)
166	Fluorid-Test ¹⁾	1.14598	Alizarinkomplexon
167	Fluorid-Test ¹⁾	1.14598	Alizarinkomplexon
217	Fluorid-Test	1.00822	SPADNS
233	Fluorid-Test	1.17236	SPADNS (As-frei)
28	Formaldehyd-KT ¹⁾	1.14500	Chromotropsäure
91	Formaldehyd-Test ¹⁾	1.14678	Chromotropsäure
2606	Freier Aminostickstoff Bier / Würze ²⁾	0 – 400 mg/l	Ninhydrin

¹⁾ Trübungskorrektur möglich²⁾ die Analysenvorschrift dieser Methode befindet sich im Manual der "Brauerei-Methoden Prove plus"⁵⁾ die Analysenvorschrift dieser Methode befindet sich im Manual der "Methoden für Farbmessungen Prove plus"⁶⁾ die Analysenvorschrift dieser Methode befindet sich auch im Manual der "Methoden für Farbmessungen Prove plus"

I	Methoden-Nummer	Bestimmung	Gesamtmessbereich	Methode
	2561	Gardner-Farbmessung ⁵⁾	1,0 - 18,0 Gardner	Transmissionsgrade von 360 - 780 nm
	2573	Gelbwert ⁵⁾	0,0 - 30,0 YI_{10mm}	Transmissionsgrade von 380 - 780 nm
	2574	Gelbwert ⁵⁾	0,0 - 90,0 YI_{50mm}	Transmissionsgrade von 380 - 780 nm
II	2541	Gelbe Pigmente DIN EN ISO 11052	0,000 - 1,250 mg/100 g	β -Carotin
	178	Gesamthärte-KT ¹⁾	1.00961	5 - 215 mg/l Ca
	2625	Gesamtkohlenhydrate ²⁾	0,000 - 6,000 g/100 ml	Anthron
	2610	Gesamtpolyphenole ²⁾	0 - 800 mg/l	Eisen(III)
	45	Gold-Test	1.14821	0,5 - 12,0 mg/l Au
		Hazen - siehe unter Färbung Hazen		
		Härte - siehe unter Gesamthärte bzw. Resthärte		
	2586	Hess-Ives-Farbzahl ⁵⁾	0,0 - 400 H-I	Absorption bei 460, 470, 560 und 640 nm
	2634	Hopfen Storage Index (HSI) ²⁾	0,00 - 2,00 HSI	UV-Absorption
	2585	Hunter-Farbabstand ⁵⁾	ΔE^* H 0,00 - 200,00 ΔL^* -200,00 - 200,00 Δa^* -200,00 - 200,00 Δb^* -200,00 - 200,00	Transmissionsgrade von 360 - 780 nm
	2583	HunterLab-Farbraum ⁵⁾	L^* 0,00 - 105,00 a^* -180,0 - 180,0 b^* -180,0 - 180,0	Transmissionsgrade von 360 - 780 nm
III	44	Hydrazin-Test ¹⁾	1.09711	0,005 - 2,00 mg/l N_2H_4
	2538	Hydroxyprolin Fleisch §64 LFGB 06.00-8	0,000 - 1,000 g/100 g	4-Dimethylaminobenz-aldehyd
	2548	ICUMSA Color GS1/3-7 (2011) ⁶⁾	0 - 50 000 IU _{7,0}	Absorption bei 420 nm
	2549	ICUMSA Color GS2/3-9 (2005) ⁶⁾	0 - 600 IU _{7,0}	Absorption bei 420 nm
	2550	ICUMSA Color GS2/3-10 (2011) ⁶⁾	0 - 50 IU _{7,0}	Absorption bei 420 nm
	2551	ICUMSA Color GS9/1/2/3-8 (2011) ⁶⁾	0 - 20 000 IU _{7,0}	Absorption bei 420 nm
	147	Iod ⁴⁾ -Test ¹⁾	1.00606	0,050 - 10,00 mg/l I_2
	33	Iodfarbzahl ⁶⁾	0,010 - 3,00	Messung bei 340 nm
	21	Iodfarbzahl ⁶⁾	0,2 - 50,0	Messung bei 445 nm

¹⁾ Trübungskorrektur möglich²⁾ die Analysenvorschrift dieser Methode befindet sich im Manual der "Brauerei-Methoden Prove plus"⁴⁾ kann auch mit Spectroquant® Chlor-Test, Art. 1.00598 bestimmt werden (s. entsprechende Applikationsnotizen auf www.sigmaldrich.com)⁵⁾ die Analysenvorschrift dieser Methode befindet sich im Manual der "Methoden für Farbmessungen Prove plus"⁶⁾ die Analysenvorschrift dieser Methode befindet sich auch im Manual der "Methoden für Farbmessungen Prove plus"

Methoden-Nummer	Bestimmung	Gesamtmeßbereich	Methode
2615	Iodprobe, photometrisch ²⁾	0,00 – 0,80	Iod
2616	Iodprobe, photometrisch ²⁾	0,00 – 0,80	Iod
2611	Iso- α -Säuren ²⁾	0 – 60 mg/l	UV-Absorption
2525	K232 (Olivenöl)	0,00 – 4,00	UV-Absorption
2526	K268 (Olivenöl)	0,00 – 4,00	UV-Absorption
2527	K270 (Olivenöl)	0,00 – 4,00	UV-Absorption
103	Kalium-KT	1.14562	5,0 – 50,0 mg/l K
150	Kalium-KT	1.00615	30 – 300 mg/l K
311	Klett-Farbzahl ⁵⁾	0 – 1000 Klett417	Absorption bei 417 nm
Kohlenhydrate, gesamt - siehe unter Gesamtkohlenhydrate			
2613	Kupfer - EBC ²⁾	0,10 – 5,00 mg/l Cu	Cuprethol
26	Kupfer-KT ¹⁾	1.14553	0,05 – 8,00 mg/l Cu
27	Kupfer-Test ¹⁾	1.14767	0,02 – 6,00 mg/l Cu
83	Kupfer-Bad	2,0 – 80,0 g/l Cu	Eigenfarbe
158	Magnesium-KT ¹⁾	1.00815	5,0 – 75,0 mg/l Mg
159	Mangan-KT ¹⁾	1.00816	0,10 – 5,00 mg/l Mn
19	Mangan-Test ¹⁾	1.14770	0,010 – 10,00 mg/l Mn
226	Mangan-Test ¹⁾	1.01846	0,005 – 2,00 mg/l Mn
2513	McFarland	0,0 – 10,0	Zelldichte, turbidimetrisch
175	Molybdän-KT	1.00860	Brompyrogallolrot
206	Molybdän-Test	1.19252	Mercaptoessigsäure
185	Monochloramin-Test	1.01632	Indophenolblau
168	Natrium-KT in Nährösungen ¹⁾	1.00885	10 – 300 mg/l Na
2614	Nickel - EBC ²⁾	0,10 – 5,00 mg/l Ni	Dimethylglyoxim
17	Nickel-KT ¹⁾	1.14554	0,10 – 6,00 mg/l Ni
18	Nickel-Test ¹⁾	1.14785	0,02 – 5,00 mg/l Ni
57	Nickel-Bad	2,0 – 120 g/l Ni	Eigenfarbe
59	Nitrat-KT ¹⁾	1.14542	0,5 – 18,0 mg/l NO ₃ -N
30	Nitrat-KT ¹⁾	1.14563	0,5 – 25,0 mg/l NO ₃ -N
107	Nitrat-KT ¹⁾	1.14764	1,0 – 50,0 mg/l NO ₃ -N
151	Nitrat-KT ¹⁾	1.00614	23 – 225 mg/l NO ₃ -N
60	Nitrat-Test ¹⁾	1.14773	Nitrospectral

¹⁾ Trübungskorrektur möglich²⁾ die Analysenvorschrift dieser Methode befindet sich im Manual der "Brauerei-Methoden Prove plus"⁵⁾ die Analysenvorschrift dieser Methode befindet sich im Manual der "Methoden für Farbmessungen Prove plus"

Methoden-Nummer	Bestimmung		Gesamtmessbereich	Methode
139	Nitrat-Test ¹⁾	1.09713	0,10 – 25,0 mg/l NO ₃ -N	2,6-Dimethylphenol
72	Nitrat-KT in Seewasser ¹⁾	1.14556	0,10 – 3,00 mg/l NO ₃ -N	Resorcin
140	Nitrat-Test in Seewasser ¹⁾	1.14942	0,2 – 17,0 mg/l NO ₃ -N	Resorcin
227	Nitrat-Test	1.01842	0,3 – 30,0 mg/l NO ₃ -N	Reduktion / Benzoësäure-Derivat
2503	Nitrat (UV)		0,0 – 7,0 mg/l NO ₃ -N	Direktbestimmung im UV-Bereich
35	Nitrit-KT ¹⁾	1.14547	0,010 – 0,700 mg/l NO ₂ -N	Griess-Reaktion
197	Nitrit-KT ¹⁾	1.00609	1,0 – 90,0 mg/l NO ₂ -N	Eisen(II)-ethylendi-ammoniumsulfat
36	Nitrit-Test ¹⁾	1.14776	0,002 – 1,00 mg/l NO ₂ -N	Griess-Reaktion
	OD280 - siehe unter Protein (OD280)			
	OD600 - siehe unter Zelldichte (OD600)			
148	Ozon-Test ¹⁾	1.00607	0,010 – 4,00 mg/l O ₃	S-DPD
	Öle - siehe unter K (Olivenöl), delta K (Olivenöl), Carotin (Palmöl) bzw. DOBI (Palmöl)			
133	Palladium in Wasser und Abwasser		0,05 – 1,25 mg/l Pd	Thio-Michlers Keton
	2,3-Pentandion - siehe unter Vicinale Diketone			
186	pH-KT	1.01744	6,4 – 8,8	Phenolrot
	Phaeophytin (DIN/ISO) / (APHA/ASTM) - siehe unter Chlorophyll-a (DIN/ISO) bzw. (APHA/ASTM)			
73	Phenol-KT ¹⁾	1.14551	0,10 – 2,50 mg/l C ₆ H ₅ OH	MBTH
176	Phenol-Test ¹⁾	1.00856	0,025 – 5,00 mg/l C ₆ H ₅ OH	Aminoantipyrin
177	Phenol-Test ¹⁾	1.00856	0,002 – 0,100 mg/l C ₆ H ₅ OH	Aminoantipyrin extraktiv
	Phenole, wasserdampfflüssig - siehe unter Wasserdampfflüssige Phenole			
212	Phosphat-KT	1.00474	0,05 – 5,00 mg/l PO ₄ -P	Phosphormolybdänblau
55	Phosphat-KT	1.14543	0,05 – 5,00 mg/l PO ₄ -P	Phosphormolybdänblau
55	Phosphat-KT (Gesamtphosphor)	1.14543	0,05 – 5,00 mg/l P	Oxidation mit Peroxodi-sulfat / Phosphormolybdän-blau
213	Phosphat-KT	1.00475	0,5 – 25,0 mg/l PO ₄ -P	Phosphormolybdänblau
86	Phosphat-KT	1.14729	0,5 – 25,0 mg/l PO ₄ -P	Phosphormolybdänblau
86	Phosphat-KT (Gesamtphosphor)	1.14729	0,5 – 25,0 mg/l P	Oxidation mit Peroxodi-sulfat / Phosphormolybdän-blau
152	Phosphat-KT	1.00616	3,0 – 100,0 mg/l PO ₄ -P	Phosphormolybdänblau

¹⁾ Trübungskorrektur möglich

Methoden-Nummer	Bestimmung		Gesamtmessbereich	Methode
214	Phosphat-KT	1.00673	3,0 – 100,0 mg/l PO ₄ -P	Phosphormolybdänblau
214	Phosphat-KT (Gesamtphosphor)	1.00673	3,0 – 100,0 mg/l P	Oxidation mit Peroxodisulfat / Phosphormolybdänblau
56	Phosphat-Test	1.14848	0,0025 – 5,00 mg/l PO ₄ -P	Phosphormolybdänblau
162	Phosphat-Test	1.00798	1,0 – 100,0 mg/l PO ₄ -P	Phosphormolybdänblau
69	Phosphat-KT ¹⁾	1.14546	0,5 – 25,0 mg/l PO ₄ -P	Vanadatomolybdat
70	Phosphat-Test ¹⁾	1.14842	0,5 – 30,0 mg/l PO ₄ -P	Vanadatomolybdat
2535	Phosphatid Milch §64 LFGB 01.00-41		0 – 750 mg/100 g P	Veraschung / Phosphormolybdänblau
2533	Phosphor Fleisch §64 LFGB 06.00-9		0,000 – 2,500 g/100 g P ₂ O ₅	Veraschung / Vanadatomolybdat
2534	Phosphor Saft DIN EN 1136		0,0 – 300,0 mg/l P	Phosphormolybdänblau
2532	Phosphor Milch §64 LFGB 01.00-92		0 – 2000 mg/100 g P	Veraschung / Phosphormolybdänblau
Photometrische Iodprobe - siehe unter Iodprobe, photometrisch				
Pigmente, gelbe - siehe unter Gelbe Pigmente				
134	Platin in Wasser und Abwasser		0,10 – 1,25 mg/l Pt	o-Phenylendiamin
2539	Prolin Saft DIN EN 1141		0 – 1200 mg/l	Ninhydrin
319	Protein BCA ³⁾		200 – 1000 µg/l BSA	Bicinchoninsäure (BCA)
2640	Protein Bier, dunkel ²⁾		0,00 – 100,00 % (wt/wt)	UV-Absorption
2639	Protein Bier, stab. ²⁾		0,00 – 100,00 % (wt/wt)	UV-Absorption
2638	Protein Bier, unstab. ²⁾		0,00 – 100,00 % (wt/wt)	UV-Absorption
315	Protein Biuret Low Range ³⁾		0,5 – 5,0 g/l BSA	Biuret-Reaktion
316	Protein Biuret High Range ³⁾		1 – 10 g/l BSA	Biuret-Reaktion
312	Protein (OD280)		-0,020 – 2,000	Messung bei 280 nm
2641	Protein Würze ²⁾		0,00 – 100,00 % (malt, db)	UV-Absorption
135	Quecksilber in Wasser und Abwasser		0,025 – 1,000 mg/l Hg	Michlers Keton
2617	Reduktionsvermögen ²⁾		0 – 100 %	DPI
2632	Reduzierende Zucker ²⁾		0,00 – 1,00 g/l Dextrose	PAHBAH
98	Resthärte-KT ¹⁾	1.14683	0,50 – 5,00 mg/l Ca	Phthaleinpurpur
2510	RNA		4 – 30000 µg/ml RNA	UV-Absorption
2536	Saccharin DIN EN 1376		0,0 – 1200,0 mg/g	UV-Absorption

¹⁾ Trübungskorrektur möglich²⁾ die Analysenvorschrift dieser Methode befindet sich im Manual der "Brauerei-Methoden Prove plus"³⁾ eigene Kalibrierung erforderlich

I	Methoden-Nummer	Bestimmung	Gesamtmessbereich	Methode
	92	Sauerstoff-KT ¹⁾	1.14694	0,5 – 12,0 mg/l O ₂ Modifiziertes Winkler-Verfahren
	207	Sauerstoffbinder-Test	1.19251	0,020 – 0,500 mg/l DEHA FerroZine®
	208	Säurekapazität-KT bis pH 4,3 (Gesamtalkalität)	1.01758	0,40 – 8,00 mmol/l Indikatorreaktion
	2563	Saybolt-Farbmessung ⁶⁾		-15 - 30 Saybolt Transmissionsgrade von 380 – 780 nm
	2564	Saybolt-Farbmessung ⁶⁾		-15 - 30 Saybolt Transmissionsgrade von 380 – 780 nm
II	47	Silber-Test ¹⁾	1.14831	0,25 – 3,00 mg/l Ag Eosin / 1,10-Phenan-throlin
	79	Silicat (Kieselsäure)-Test	1.14794	0,11 – 10,70 mg/l SiO ₂ Silicomolybdänblau
	81	Silicat (Kieselsäure)-Test	1.14794	0,011 – 1,600 mg/l SiO ₂ Silicomolybdänblau
	169	Silicat (Kieselsäure)-Test ¹⁾	1.00857	1,1 – 107,0 mg/l SiO ₂ Molybdatosilicat
	171	Silicat (Kieselsäure)-Test ¹⁾	1.00857	11 – 1070 mg/l SiO ₂ Molybdatosilicat
	225	Silicat (Kieselsäure)-Test	1.01813	0,25 – 500,0 µg/l SiO ₂ Silicomolybdänblau
	300	Spektraler Absorptionskoeffizient α (254) ⁶⁾		0,1 – 250 m ⁻¹ Messung bei 254 nm
	302	Spektraler Absorptionskoeffizient α (436) ⁶⁾		0,1 – 250 m ⁻¹ Messung bei 436 nm
	301	Spektraler Schwächungskoeffizient μ (254) ⁶⁾		0,1 – 250 m ⁻¹ Messung bei 254 nm
III	2571	Spektraler Schwächungskoeffizient μ (254), korrigiert ⁵⁾		0,0 – 250 m ⁻¹ Absorption bei 254 und 550 nm
	2511	ssDNA		3 – 25000 µg/ml ssDNA UV-Absorption
	68	Stickstoff-KT (Gesamtstickstoff)	1.14537	0,5 – 15,0 mg/l N Oxidation mit Peroxodisulfat / Nitrospectral
	153	Stickstoff-KT ¹⁾ (Gesamtstickstoff)	1.00613	0,5 – 15,0 mg/l N Oxidation mit Peroxodisulfat / 2,6-Dimethylphenol
	108	Stickstoff-KT (Gesamtstickstoff)	1.14763	10 – 150 mg/l N Oxidation mit Peroxodisulfat / 2,6-Dimethylphenol
	229	Sulfat-KT	1.02532	1,0 – 50,0 mg/l SO ₄ Bariumsulfat, turbidimetrisch
	64	Sulfat-KT	1.14548	5 – 250 mg/l SO ₄ Bariumsulfat, turbidimetrisch
	154	Sulfat-KT	1.00617	50 – 500 mg/l SO ₄ Bariumsulfat, turbidimetrisch
IV	82	Sulfat-KT	1.14564	100 – 1000 mg/l SO ₄ Bariumsulfat, turbidimetrisch

¹⁾ Trübungskorrektur möglich⁵⁾ die Analysenvorschrift dieser Methode befindet sich im Manual der "Methoden für Farbmessungen Prove plus"⁶⁾ die Analysenvorschrift dieser Methode befindet sich auch im Manual der "Methoden für Farbmessungen Prove plus"

Methoden-Nummer	Bestimmung		Gesamtmessbereich	Methode
65	Sulfat-Test ¹⁾	1.14791	25 – 300 mg/l SO ₄	Tannin
224	Sulfat-Test	1.01812	0,50 – 50,0 mg/l SO ₄	Bariumsulfat, turbidimetrisch
230	Sulfat-Test ⁷⁾	1.02537	5 – 300 mg/l SO ₄	Bariumsulfat, turbidimetrisch
236	Sulfat-Test ⁷⁾	1.02537	5 – 300 mg/l SO ₄	Bariumsulfat, turbidimetrisch
80	Sulfid-Test ¹⁾	1.14779	0,020 – 1,50 mg/l S	Dimethyl-p-phenylen-diamin
71	Sulfit-KT ¹⁾	1.14394	1,0 – 20,0 mg/l SO ₃	Ellmans Reagenz
127	Sulfit-KT sensitiv ¹⁾	1.14394	0,05 – 3,00 mg/l SO ₃	Ellmans Reagenz
187	Sulfit-Test ¹⁾	1.01746	1,0 – 60,0 mg/l SO ₃	Ellmans Reagenz
182	Suspendierte Feststoffe		1 – 750 mg/l SusS	
231	Tenside (anionisch)-KT	1.02552	0,05 – 2,00 mg/l SDAS	Methylenblau
192	Tenside (kationisch)-KT ¹⁾	1.01764	0,05 – 1,50 mg/l k-Ten	Disulfinblau
193	Tenside (nichtionisch)-KT ¹⁾	1.01787	0,10 – 7,50 mg/l n-Ten	TBPE
2619	Thiobarbitursäurezahl ²⁾		0 – 250	Thiobarbitursäure
172	TOC-KT	1.14878	5,0 – 80,0 mg/l TOC	Oxidation mit Peroxodisulfat / Indikator
173	TOC-KT	1.14879	50 – 800 mg/l TOC	Oxidation mit Peroxodisulfat / Indikator
2579	Transmissionsgrade T _x , T _y , T _z ⁵⁾		T _x 0,0 – 150,0 T _y 0,0 – 150,0 T _z 0,0 – 150,0	Transmissionsgrade von 380 – 780 nm
77	Trübung		1 – 100 FAU	Messung bei 550 nm
309	UV-absorbierende organische Bestandteile ⁵⁾		0,0000 – 1,000 A/cm 0,0000 – 1,000 cm ⁻¹ 0,00 – 100 mm ⁻¹	Absorption bei 254 nm
310	UV-absorbierende organische Bestandteile (UV-Absorption 254 nm) ⁵⁾		0,0000 – 3,000 A/cm 0,0000 – 3,000 cm ⁻¹ 0,00 – 300,0 m ⁻¹	Absorption bei 254 nm
310	UV-Bestrahlung (UV-Absorption 254 nm) ⁵⁾		0,0000 – 3,000 A/cm 0,0000 – 3,000 cm ⁻¹ 0,00 – 300,0 m ⁻¹	Absorption bei 254 nm
2572	UV-Transmission 254 nm ⁵⁾		0,00 – 105,00 %T/cm	Transmission bei 254 nm

¹⁾ Trübungskorrektur möglich²⁾ die Analysenvorschrift dieser Methode befindet sich im Manual der "Brauerei-Methoden Prove plus"⁵⁾ die Analysenvorschrift dieser Methode befindet sich im Manual der "Methoden für Farbmessungen Prove plus"⁷⁾ **nur bei manueller Auswahl der Methode:**für Chargen mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum **bis** 2021/10/31: Methodennummer **230** wählenfür Chargen mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum **nach** 2021/10/31: Methodennummer **236** wählen

Methoden-Nummer	Bestimmung	Gesamtmeßbereich		Methode
2620	Vicinale Diketone ²⁾	0,000 – 2,000 mg/kg		Phenylendiamin
2621	Wasserdampfflüchtige Phenole - Malz ²⁾	0,00 – 3,00 mg/kg		Aminoantipyrin extraktiv
2621	Wasserdampfflüchtige Phenole - Bier ²⁾	0,00 – 0,30 mg/kg		Aminoantipyrin extraktiv
2622	Wasserdampfflüchtige Phenole - Malz ²⁾	0,00 – 3,00 mg/kg		Aminoantipyrin extraktiv
2622	Wasserdampfflüchtige Phenole - Bier ²⁾	0,00 – 0,30 mg/kg		Aminoantipyrin extraktiv
Wasserhärte - siehe unter Gesamthärte bzw. Resthärte				
99	Wasserstoffperoxid-KT ¹⁾	1.14731	2,0 – 20,0 mg/l H ₂ O ₂	Titanylulfat
128	Wasserstoffperoxid-KT sensitiv ¹⁾	1.14731	0,25 – 5,00 mg/l H ₂ O ₂	Titanylulfat
198	Wasserstoffperoxid-Test	1.18789	0,015 – 6,00 mg/l H ₂ O ₂	Phenanthrolin-Derivat
2575	Weißgrad ⁵⁾		40,0 – 220,0 WI _{10mm}	Transmissionsgrade von 380 – 780 nm
2576	Weißgrad ⁵⁾		40,0 – 220,0 WI _{50mm}	Transmissionsgrade von 380 – 780 nm
313	Zelldichte (OD600)		-0,020 – 1,200	Messung bei 600 nm
Zelldichte - siehe unter McFarland bzw. Zelldichte (OD600)				
174	Zink-KT	1.00861	0,025 – 1,000 mg/l Zn	PAR
74	Zink-KT	1.14566	0,20 – 5,00 mg/l Zn	PAR
41	Zink-Test ¹⁾	1.14832	0,05 – 2,50 mg/l Zn	Cl-PAN
100	Zinn-KT ¹⁾	1.14622	0,10 – 2,50 mg/l Sn	Brenzkatechinviolett
235	Zinn-KT ¹⁾	1.17265	0,10 – 2,50 mg/l Sn	Brenzkatechinviolett
314	Zucker ³⁾		0 – 200 g/l	3,5-Dinitrosalicylsäure (DNSA)
Zuckerlösungen, Farbe von - siehe unter ICUMSA Color				

¹⁾ Trübungskorrektur möglich²⁾ die Analysenvorschrift dieser Methode befindet sich im Manual der "Brauerei-Methoden Prove plus"³⁾ eigene Kalibrierung erforderlich⁵⁾ die Analysenvorschrift dieser Methode befindet sich im Manual der "Methoden für Farbmessungen Prove plus"

Vorprogrammierte AQS1- und PipeCheck-Methoden

AQS1

Methoden-Nummer	Name	Art.	Methode	Inhalt
9002	Certipur® UV-VIS-Standard 1	1.08160.0001	Photometrische Genauigkeit	Kaliumdichromat-Lösung
9003	Certipur® UV-VIS-Standard 1a	1.04660.0001	Photometrische Genauigkeit	Kaliumdichromat-Lösung
9005	Certipur® UV-VIS-Standard 2	1.08161.0001	Streulicht	Natriumnitrit-Lösung
9008	Certipur® UV-VIS-Standard 3	1.08163.0001	Streulicht	Natriumiodid-Lösung
9009	Certipur® UV-VIS-Standard 4	1.08164.0001	Streulicht	Kaliumchlorid-Lösung
9007	Certipur® UV-VIS-Standard 5	1.08165.0001	Spektrale Auflösung	Toluol-Lösung in n-Hexan
9004	Certipur® UV-VIS-Standard 6	1.08166.0001	Wellenlängengenauigkeit	Holmiumoxid-Lösung
9001	Spectroquant® PhotoCheck	1.14693.0001	Photometrische Genauigkeit	Farblösungen

PipeCheck

Methoden-Nummer	Name	Art.	Pipettenvolumen	Inhalt
9012	Spectroquant® PipeCheck	1.14692.0001	2,0 ml	Prüf- und Referenzlösung
9013	Spectroquant® PipeCheck	1.14692.0001	3,0 ml	Prüf- und Referenzlösung
9014	Spectroquant® PipeCheck	1.14692.0001	5,0 ml	Prüf- und Referenzlösung
9015	Spectroquant® PipeCheck	1.14692.0001	10,0 ml	Prüf- und Referenzlösung

Acesulfam-K in Tafelsüßén

Applikation


entspricht DIN EN 1377 und Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch §64 LFGB 57.22.99-3

Messbereich: 0,0 – 1200,0 mg/g


10-mm-Quarz-Küvette

Methode-Nr. 2537



Achtung! Vor der Messung der ersten Messprobe wird automatisch ein Nullabgleich angefordert, bereitet aus dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®). Dieser ist bis zum Verlassen der Methode gültig.




Puverisierte Probe auf 0,1 mg genau in einen 500-ml-Messkolben einwiegen.



Probe gemäß EN 1377 [1] bzw. §64 LFGB 57.22.99-3 [2] lösen, filtrieren und verdünnen.




Methode 2537 wählen. Nullabgleich durchführen und mit Taste <OK> bestätigen.




Einwaage in Milligramm eingeben.




Mit <OK> bestätigen.



Taste <Start> betätigen.




Lösung in die Quarz-Küvette geben.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Messung wird automatisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen. Das Ergebnis wird im Display angezeigt.



Taste <Start> betätigen, um den Messablauf für die nächste Probe zu starten. Es wird kein erneuter Nullabgleich angefordert.

Wichtig:

Bei jeder neuen Messserie ist die vorprogrammierte Kalibrierung mit Standardlösungen zu überprüfen (s. Abschnitt „Adjustment“). Sollte es zu signifikanten Abweichungen kommen, muss die Methode rekalibriert werden. Dazu gemäß der Applikationsvorschrift vorgehen.

Wichtig:

Die genaue Durchführung und weitere Informationen zur verwendeten Methode sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Diese kann auf der Website heruntergeladen werden.

ADMI-Farbmessung


entspricht **APHA 2120F** (ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method)

Applikation

Messbereich: 10 – 1000	10-mm-Küvette	Methode-Nr. 2516
10 – 500	10-mm-Küvette	Methode-Nr. 2517
2,0 – 100,0	50-mm-Küvette	Methode-Nr. 2518

Achtung! Vor der Messung der ersten Messprobe wird automatisch ein Nullabgleich angefordert, bereitet aus dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®). Dieser ist bis zum Verlassen der Methode gültig.

Vorbereitung:




Trübe Probelösungen
filtrieren.


Bestimmung bei Original-pH-Wert:



Methode **2516**, **2517**
bzw. **2518** wählen.
Nullabgleich durchführen
und mit Taste <OK>
bestätigen.



Lösung in die
gewünschte Küvette
geben.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.
Messung wird automa-
tisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen.
Der ADMI wird im Dis-
play angezeigt.




Taste <Start> betätigen,
um den Messablauf für
die nächste Probe zu
starten.
Es wird kein erneuter
Nullabgleich angefordert.

ADMI-Farbmessung

entspricht **APHA 2120F** (ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method)

Applikation

Bestimmung bei pH-Wert 7,0:




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Wert: pH 7,0. Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.

Methode **2516, 2517** bzw. **2518** wählen. Nullabgleich durchführen und mit Taste <OK> bestätigen.

Lösung in die gewünschte Küvette geben.

Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen. Messung wird automatisch durchgeführt.

Mit <OK> bestätigen. Der ADMI wird im Display angezeigt.



Taste <Start> betätigen, um den Messablauf für die nächste Probe zu starten. Es wird kein erneuter Nullabgleich angefordert.

Hinweis:

Der zur Ermittlung des Messergebnisses verwendete ADMI-Faktor von 1400 kann durch den Anwender justiert werden (Näheres s. Applikation).

Bei **Serienmessungen** kann die Messgenauigkeit durch einen Nullabgleich vor **jeder** einzelnen Messung erhöht werden.

Wichtig:


Die genaue Durchführung und weitere Informationen zur verwendeten Methode sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Diese kann auf der Website heruntergeladen werden.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Messvorrichtung, Handhabung) kann die gebrauchsfertige Platin-Cobalt-Farbvergleichslösung (Hazen 500) Certipur®, Art. 1.00246, Konzentration 500 mg/l Pt, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Messbereich: 0,02 – 0,50 mg/l Al

Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 3–10.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




6,0 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




1 gestrichenen blauen Mikrolöffel Al-1K zugeben, mit Schraubkappe verschließen.




Küvette zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.



0,25 ml Al-2K mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



Reaktionszeit:
5 Minuten



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.


Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 100, Art. 1.18701, bzw. die Standardlösung für photometrische Anwendungen, Art. 1.32225, eingesetzt werden.


Ebenso kann die gebrauchsfertige Aluminium-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19770, Konzentration 1000 mg/l Al, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Probenabhängige Einflüsse können mittels Additionslösung (Bestandteil des CombiCheck 100) erkannt werden.


Messbereich: 0,10 – 1,20 mg/l Al	10-mm-Küvette
0,05 – 0,60 mg/l Al	20-mm-Küvette
0,020 – 0,200 mg/l Al	50-mm-Küvette
Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.	




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich:
pH 3–10
Falls erforderlich,
tropfenweise mit ver-
dünnter Natronlauge
bzw. Schwefelsäure
pH-Wert korrigieren.




5,0 ml Probe in ein Reagenzglas pipettieren.




1 gestrichenen blauen
Mikrolöffel **AI-1** zugeben
und Feststoff lösen.




1,2 ml **AI-2** mit Pipette
zugeben und mischen.




0,25 ml **AI-3** mit Pipette
zugeben und mischen.




Reaktionszeit:
2 Minuten



Lösung in die
gewünschte Küvette
geben.



Mit AutoSelector
Methode wählen.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.

Wichtig:

Für die Messung in der 50-mm-Küvette muss das Probe-
volumen und Volumen der Reagenzien jeweils verdoppelt
werden.

Stattdessen kann die Halbmikroküvette, Art. 1.73502, ver-
wendet werden.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien,
Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant®
CombiCheck 100, Art. 1.18701, bzw. die Standardlösung
für photometrische Anwendungen, Art. 1.32225, einge-
setzt werden.

Ebenso kann die gebrauchsfertige Aluminium-Standard-
lösung Certipur®, Art. 1.19770, Konzentration 1000 mg/l
Al, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.


Probenabhängige Einflüsse können mittels Additions-
lösung (Bestandteil des CombiCheck 100) erkannt werden.

Ammoniak, frei


(als Ammonium)

Applikation


Messbereich: 0,00 – 3,65 mg/l NH ₃	0,00 – 3,00 mg/l NH ₃ -N	10-mm-Küvette	Methode-Nr. 2520
0,00 – 1,83 mg/l NH ₃	0,00 – 1,50 mg/l NH ₃ -N	20-mm-Küvette	Methode-Nr. 2520
0,000 – 0,730 mg/l NH ₃	0,000 – 0,600 mg/l NH ₃ -N	50-mm-Küvette	Methode-Nr. 2520




pH-Wert der Probe überprüfen und notieren.




Temperatur der Probe überprüfen und notieren.




5,0 ml Probe in ein Reagenzglas pipettieren. Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren bzw. Probe temperieren.




0,60 ml NH₄-1 (aus Spectroquant® Ammonium-Test, Art. 1.14752) mit Pipette zugeben und mischen.




1 gestrichenen blauen Mikrolöffel NH₄-2 (aus Spectroquant® Ammonium-Test, Art. 1.14752) zugeben.




Zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.




Reaktionszeit: 5 Minuten




4 Tropfen NH₄-3 (aus Spectroquant® Ammonium-Test, Art. 1.14752) zugeben und mischen.




Reaktionszeit: 5 Minuten




Methode 2520 wählen. pH-Wert und Temperatur in °C der Originalprobe eingeben.




Taste <Start> betätigen.



Lösung in die gewünschte Küvette geben.



Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen. Messung wird automatisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen. Der NH₃- und NH₃-N-Gehalt in mg/l wird im Display angezeigt.

Wichtig:

Sehr hohe Konzentrationen an Ammonium in der Probe führen zu türkisfarbenen Lösungen (Messlösung soll gelb-grün bis grün sein) und Minderbefunden; in diesen Fällen muss die Probe verdünnt werden.

Für die Messung in der 50-mm-Küvette muss das Probevolumen und Volumen der Reagenzien jeweils verdoppelt werden.

Stattdessen kann die Halbmikroküvette, Art. 1.73502, verwendet werden.

Wichtig:

Die genaue Durchführung und weitere Informationen zur verwendeten Methode sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Diese kann auf der Website heruntergeladen werden.


Messbereich: 0,010 – 2,000 mg/l NH₄-N

0,013 – 2,571 mg/l NH₄

0,010 – 2,000 mg/l NH₃-N

0,012 – 2,432 mg/l NH₃


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 4–13.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




5,0 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




1 Dosis NH₄-1K mit blauem Dosierer zugeben, mit Schraubkappe verschließen.



Küvette zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.



Reaktionszeit:
15 Minuten



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Wichtig:

Sehr hohe Konzentrationen an Ammonium in der Probe führen zu türkisfarbenen Lösungen (Messlösung soll gelb- grün bis grün sein) und Minderbefunden; in diesen Fällen muss die Probe verdünnt werden.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 50, Art. 1.14695, bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.25022, 1.25023 und 1.32227, eingesetzt werden.

Ebenso kann die gebrauchsfertige Ammonium-Standard- lösung Certipur®, Art. 1.19812, Konzentration 1000 mg/l NH₄⁺, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Probenabhängige Einflüsse können mittels Additions- lösung (Bestandteil des CombiCheck 50) erkannt werden.


Messbereich: 0,20 – 8,00 mg/l NH₄-N

0,26 – 10,30 mg/l NH₄


0,20 – 8,00 mg/l NH₃-N

0,24 – 9,73 mg/l NH₃


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 4–13.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




1,0 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




1 Dosis NH₄-1K mit blauem Dosierer zugeben, mit Schraubkappe verschließen.



Küvette zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.



Reaktionszeit:
15 Minuten



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Wichtig:

Sehr hohe Konzentrationen an Ammonium in der Probe führen zu türkisfarbenen Lösungen (Messlösung soll gelb- grün bis grün sein) und Minderbefunden; in diesen Fällen muss die Probe verdünnt werden.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 10, Art. 1.14676, bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.25022, 1.25023, 1.25024 und 1.25025, eingesetzt werden.

Ebenso kann die gebrauchsfertige Ammonium-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19812, Konzentration 1000 mg/l NH₄⁺, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Probenabhängige Einflüsse können mittels Additions- lösung (Bestandteil des CombiCheck 10) erkannt werden.


Messbereich: 0,5 – 16,0 mg/l NH₄-N

0,6 – 20,6 mg/l NH₄


0,5 – 16,0 mg/l NH₃-N

0,6 – 19,5 mg/l NH₃


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 4–13.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.



0,50 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




1 Dosis NH₄-1K mit blauem Dosierer zugeben, mit Schraubkappe verschließen.



Küvette zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.



Reaktionszeit:
15 Minuten



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Wichtig:

Sehr hohe Konzentrationen an Ammonium in der Probe führen zu türkisfarbenen Lösungen (Messlösung soll gelb- grün bis grün sein) und Minderbefunden; in diesen Fällen muss die Probe verdünnt werden.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 20, Art. 1.14675, bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.25023, 1.25024, 1.25025 und 1.25026, eingesetzt werden.

Ebenso kann die gebrauchsfertige Ammonium-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19812, Konzentration 1000 mg/l NH₄⁺, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Probenabhängige Einflüsse können mittels Additions- lösung (Bestandteil des CombiCheck 20) erkannt werden.


Messbereich: 4,0 – 80,0 mg/l NH₄-N

5,2 – 103,0 mg/l NH₄

4,0 – 80,0 mg/l NH₃-N

4,9 – 97,3 mg/l NH₃


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 4–13.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




0,10 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




1 Dosis NH₄-1K mit blauem Dosierer zugeben, mit Schraubkappe verschließen.



Küvette zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.



Reaktionszeit:
15 Minuten



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Wichtig:

Sehr hohe Konzentrationen an Ammonium in der Probe führen zu türkisfarbenen Lösungen (Messlösung soll gelb- grün bis grün sein) und Minderbefunden; in diesen Fällen muss die Probe verdünnt werden.

Qualitätssicherung:


Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 70, Art. 1.14689, bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.25025, 1.25026 und 1.25027, eingesetzt werden.

Ebenso kann die gebrauchsfertige Ammonium-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19812, Konzentration 1000 mg/l NH₄⁺, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Probenabhängige Einflüsse können mittels Additions- lösung (Bestandteil des CombiCheck 70) erkannt werden.


Messbereich: 0,05 – 3,00 mg/l NH ₄ -N	0,06 – 3,86 mg/l NH ₄	10-mm-Küvette
0,03 – 1,50 mg/l NH ₄ -N	0,04 – 1,93 mg/l NH ₄	20-mm-Küvette
0,010 – 0,500 mg/l NH ₄ -N	0,013 – 0,644 mg/l NH ₄	50-mm-Küvette
0,05 – 3,00 mg/l NH ₃ -N	0,06 – 3,65 mg/l NH ₃	10-mm-Küvette
0,03 – 1,50 mg/l NH ₃ -N	0,04 – 1,82 mg/l NH ₃	20-mm-Küvette
0,010 – 0,500 mg/l NH ₃ -N	0,016 – 0,608 mg/l NH ₃	50-mm-Küvette

Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 4–13.


Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




5,0 ml Probe in ein Reagenzglas pipettieren.



0,60 ml NH₄-1 mit Pipette zugeben und mischen.




1 gestrichenen blauen Mikrolöffel NH₄-2 zugeben.



Zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.




Reaktionszeit:
5 Minuten




4 Tropfen NH₄-3 zugeben und mischen.




Reaktionszeit:
5 Minuten



Lösung in die gewünschte Küvette geben.



Mit AutoSelector Methode wählen.



Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen.

Wichtig:

Sehr hohe Konzentrationen an Ammonium in der Probe führen zu türkisfarbenen Lösungen (Messlösung soll gelb-grün bis grün sein) und Minderbefunden; in diesen Fällen muss die Probe verdünnt werden.

Für die Messung in der 50-mm-Küvette muss das Probevolumen und Volumen der Reagenzien jeweils verdoppelt werden.

Stattdessen kann die Halbmikroküvette, Art. 1.73502, verwendet werden.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 50, Art. 1.14695, bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.25022, 1.25023 und 1.25024, eingesetzt werden.

Ebenso kann die gebrauchsfertige Ammonium-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19812, Konzentration 1000 mg/l NH₄⁺, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Probenabhängige Einflüsse können mittels Additionslösung (Bestandteil des CombiCheck 50) erkannt werden.


Ammonium

1.00683

Test

Messbereich: 2,0 – 75,0 mg/l NH ₄ -N	2,6 – 96,6 mg/l NH ₄	10-mm-Küvette
5 – 150 mg/l NH ₄ -N	6 – 193 mg/l NH ₄	10-mm-Küvette
2,0 – 75,0 mg/l NH ₃ -N	2,4 – 91,2 mg/l NH ₃	10-mm-Küvette
5 – 150 mg/l NH ₃ -N	6 – 182 mg/l NH ₃	10-mm-Küvette
Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.		

Messbereich: 2,0 – 75,0 mg/l NH₄-N



pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 4–13.


Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.

5,0 ml NH₄-1 in ein Reagenzglas pipettieren.


0,20 ml Probe mit Pipette zugeben und mischen.

1 gestrichenen blauen Mikrolöffel NH₄-2 zugeben.


Zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.




Reaktionszeit:
15 Minuten



Lösung in die Küvette geben.




Mit AutoSelector Messbereich 2,0–75,0 mg/l NH₄-N Methode wählen.




Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen.


Messbereich: 5 – 150 mg/l NH₄-N




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 4–13.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




5,0 ml NH₄-1 in ein Reagenzglas pipettieren.




0,10 ml Probe mit Pipette zugeben und mischen.




1 gestrichenen blauen Mikrolöffel NH₄-2 zugeben.




Zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.




Reaktionszeit:
15 Minuten



Lösung in die Küvette geben.



Mit AutoSelector Messbereich 5–150 mg/l NH₄-N Methode wählen.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.

Wichtig:

Sehr hohe Konzentrationen an Ammonium in der Probe führen zu türkisfarbenen Lösungen (Messlösung soll gelb-grün bis grün sein) und Minderbefunden; in diesen Fällen muss die Probe verdünnt werden.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 70, Art. 1.14689, bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.25025, 1.25026 und 1.25027, eingesetzt werden.

Ebenso kann die gebrauchsfertige Ammonium-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19812, Konzentration 1000 mg/l NH₄⁺, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Probenabhängige Einflüsse können mittels Additionslösung (Bestandteil des CombiCheck 70) erkannt werden.

Annatto in Käse

entspricht Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch §64 LFGB 03.00.37

Applikation


Messbereich: 0,0 – 10,0 mg/kg

10-mm-Küvette

Methode-Nr. 2540


Achtung! Vor der Messung der ersten Messprobe wird automatisch ein Nullabgleich angefordert, bereitet aus dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®). Dieser ist bis zum Verlassen der Methode gültig.

Reagenzienblindwert:
Annatto-Extraktion




Seesand in eine Reibschale geben und Extraktion gemäß §64 LFGB 03.00.37, Kapitel 9.1.1 [1] durchführen:
Blindwert-Extrakt.

Festphasen-Extraktion (SPE)




Mit Blindwert-Extrakt eine SPE gemäß §64 LFGB 03.00.37, Kapitel 9.1.2 [1] durchführen:
Reagenzienblindwert.

Messprobe:
Annatto-Extraktion



Etwa 5 g zerkleinerten Käse auf 1 mg genau in eine Reibschale einwiegeln.

Festphasen-Extraktion (SPE)



Mit Seesand mischen und Extraktion gemäß §64 LFGB 03.00.37, Kapitel 9.1.1 [1] durchführen:
Probenextrakt.

Mit Probenextrakt eine SPE gemäß §64 LFGB 03.00.37, Kapitel 9.1.2 [1] durchführen:
Messprobe.

Annatto in Käse


entspricht Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch §64 LFGB 03.00.37

Applikation

Messung:




Methode **2540** wählen.
Nullabgleich durchführen und mit Taste <OK> bestätigen.



Einwaage in Gramm ein-
geben.




Mit <OK> bestätigen.



Taste <Start> betätigen.




Lösung „Reagenzien-
blindwert“ in die Küvette
geben.




Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.
Blindwertmessung wird
automatisch durchge-
führt.



Mit <OK> bestätigen.




Lösung „**Messprobe**“ in
die Küvette geben.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.
Messung wird automa-
tisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen.
Das Ergebnis wird im
Display angezeigt.



Taste <Start> betätigen,
um den Messablauf für
die nächste Probe zu
starten.
Es wird kein erneuter
Nullabgleich angefordert.

Wichtig:

Die genaue Durchführung und weitere Informationen zur
verwendeten Methode sind in der entsprechenden Appli-
kation zu finden. Diese kann auf der Website herunterge-
laden werden.

Antimon in Wasser und Abwasser

Applikation


Messbereich: 0,10 – 8,00 mg/l Sb

10-mm-Küvette


Methode-Nr. 130



4,0 ml der Probe in eine leere Rundküvette (Leerküvetten, Art. 114724) pipettieren.




Ca. 1,5 g **Aluminiumchlorid-Hexahydrat reinst.** (Art. 1.01084) zugeben, mit Schraubkappe verschließen.




Küvette zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.




1,0 ml **Phosphorsäure 85 % z. A.** (Art. 1.00573) mit Pipette zugeben. Mit Schraubkappe verschließen und mischen.




2 Tropfen **Reagenz 1** zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




Reaktionszeit:
3 Minuten



2 Tropfen **Reagenz 2** zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




Reaktionszeit:
2 Minuten




2 Tropfen **Reagenz 3** zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




5,0 ml **Toluol z. A.** (Art. 1.08325) mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen.



30 Sekunden kräftig schütteln.
Zur Phasentrennung stehen lassen.




Mit Pasteurpipette organische, klare obere Schicht abziehen.



Lösung in die Küvette geben.



Methode **130** wählen.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Messung wird automatisch durchgeführt.

Hinweis:


Für den Ansatz werden Leerküvetten, Art. 1.14724 empfohlen. Diese Küvetten sind mit Schraubkappe verschließbar. Damit ist ein gefahrloses Mischen möglich.

Wichtig:


Die genaue Zusammensetzung und Herstellung der verwendeten Reagenzen 1, 2 und 3 sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Dort befinden sich auch weitere Informationen zur verwendeten Methode. Diese kann auf der Website heruntergeladen werden.

Messbereich: 0,05 – 2,50 mg/l AOX


Vorbereitung der Adsorptionssäule:




Säule in eine leere Rundküvette stellen, Glastrichter aufsetzen, 1 gestrichenen blauen Mikrolöffel **AOX-1** einfüllen.



3 x je 1 ml **AOX-2** vollständig durch die Säule laufen lassen. Waschlösung verwerfen.




3 x je 1 ml **AOX-3** vollständig durch die Säule laufen lassen. Waschlösung verwerfen.




Säule unten verschließen. 1 ml **AOX-3** aufgeben. Säule oben verschließen und umschwenken, um Luftblasen zu entfernen. Säule oben öffnen und bis zum Rand mit **AOX-3** füllen.


Probenanreicherung:




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 6–7. Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Salpetersäure pH-Wert korrigieren.




Glasreservoir und vorbereitete (unten verschlossene) Säule miteinander verbinden.




100 ml Probe und 6 Tropfen **AOX-4** einfüllen.



Verschlusshülse der Säule entfernen und Probe vollständig durchlaufen lassen.




Säule vom Reservoir trennen, 3 x je 1 ml **AOX-3** vollständig durch die Säule laufen lassen. Waschlösung verwerfen.

Aufschluss:


An das untere Ende der Säule Verbindungsstück aufsetzen. Kohle in der Säule mit 10 ml **AOX-5** mittels Kunststoffspritze in eine leere Rundküvette spülen.



2 gestrichene grüne Mikrolöffel **AOX-6** zugeben, Küvette mit Schraubkappe fest verschließen und mischen.




Küvette im Thermoreaktor 30 Minuten bei 120 °C erhitzen.




Küvette aus dem Thermoreaktor nehmen, im Reagenzglasgestell auf Raumtemperatur abkühlen lassen.



5 Tropfen **AOX-4** zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen. Kohle absitzen lassen; überstehende Lösung: vorbereitete Probe.

Bestimmung:


0,20 ml **AOX-1K** in eine Reaktionsküvette pipettieren und mischen.



7,0 ml **vorbereitete Probe** mittels Glaspipette aus der Aufschlussküvette entnehmen (ohne Kohle) und in die Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



Reaktionszeit:
15 Minuten



Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.


Hinweis:

Zur Erhöhung der Genauigkeit wird empfohlen, gegen eine selbst angesetzte Blindprobe (Reaktionsküvette + dest. Wasser) zu messen.


Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) kann Spectroquant® AOX-Standard, Art. 1.00680, Konzentration 0,2 – 2,0 mg/l AOX, verwendet werden.


Messbereich: 0,005 – 0,100 mg/l As 10-mm-Küvette
0,001 – 0,020 mg/l As 20-mm-Küvette
Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich:
pH 0–13.




350 ml Probe in einen
Erlenmeyerkolben mit
Schliff geben.




5 Tropfen **As-1** zugeben
und mischen.




20 ml **As-2** mit Pipette
zugeben und mischen.




1 gestrichenen grünen
Dosierlöffel **As-3** zu-
geben und lösen.




1,0 ml **As-4** mit Pipette
zugeben und mischen.



5,0 ml **As-5** in das
Absorptionsrohr
pipettieren.




1,0 ml **As-6** mit Pipette
zu der Lösung im Erlen-
meyerkolben geben und
mischen.




3 gestrichene rote
Dosierlöffel **As-7** zu-
geben. **Sofort** das
Absorptionsrohr auf
den Erlenmeyerkolben
aufsetzen.




2 Stunden stehen las-
sen, während dieser Zeit
mehrere Male vorsichtig
umschwenken bzw.
mit Magnetrührer langsam
rühren.



Lösung aus dem
Absorptionsrohr in die
gewünschte Küvette
geben.



Mit AutoSelector
Methode wählen.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können die gebrauchs- fertige Arsen-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19773, Konzentration 1000 mg/l As, bzw. die Standardlösung für photometrische Anwendungen, Art. 1.33002, nach ent- sprechendem Verdünnen verwendet werden.

ASTM-Farbmessung

Applikation

analog ASTM D6045


Messbereich: 0,5 – 8,0 ASTM Color

10-mm-Küvette


Methode-Nr. 2562

Achtung! Vor der Messung der ersten Messprobe wird automatisch ein Nullabgleich angefordert, bereitet aus dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®). Dieser ist bis zum Verlassen der Methode gültig.


Vorbereitung:



Enthält die Probe Luft- oder Gasblasen: im Ultraschall-Bad entgasen.



Feste Proben schmelzen und homogenisieren.




Trübe Probelösungen filtrieren oder zentrifugieren.


Bestimmung:




Methode **2562** wählen. Nullabgleich durchführen und mit Taste <OK> bestätigen.




Lösung in die Küvette geben.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Messung wird automatisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen. ASTM Color wird im Display angezeigt.




Taste <Start> betätigen, um den Messablauf für die nächste Probe zu starten.
Es wird kein erneuter Nullabgleich angefordert.


Messbereich: 0,10 – 5,00 mg/l Pb

Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.

Proben mit Gesamthärte 0 – 10 °d




Gesamthärte der Probe messen.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 3–6.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Ammoniaklösung bzw. Salpetersäure pH-Wert korrigieren.



5 Tropfen Pb-1K in eine Reaktionsküvette geben und mischen.



5,0 ml Probe mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.
= **Messwert A**


Proben mit Gesamthärte > 10 °d



1 gestrichenen grauen Mikrolöffel Pb-2K zu der bereits gemessenen Küvette geben, mit Schraubkappe verschließen.



Küvette zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.
= **Messwert B**

$$\frac{\text{Messwert A} - \text{Messwert B}}{=} \text{mg/l Pb}$$

Wichtig:

Zur Bestimmung von **Gesamtblei** ist Probenvorbereitung mit Crack Set 10C, Art. 1.14688 bzw. Crack Set 10, Art. 1.14687 und Thermoreaktor erforderlich.

Ergebnis kann als Summe Blei (Σ Pb) ausgegeben werden.


Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) kann Spectroquant® CombiCheck 100, Art. 1.18701, eingesetzt werden.

Ebenso kann die gebrauchsfertige Blei-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19776, Konzentration 1000 mg/l Pb, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Probenabhängige Einflüsse können mittels Additionslösung (Bestandteil des CombiCheck 100) erkannt werden.

Messbereich: 0,10 – 5,00 mg/l Pb	10-mm-Küvette
0,05 – 2,50 mg/l Pb	20-mm-Küvette
0,010 – 1,000 mg/l Pb	50-mm-Küvette
Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.	



pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich:
pH 3 – 6.


Falls erforderlich,
tropfenweise mit ver-
dünnter Ammoniaklö-
sung bzw. Salpetersäure
pH-Wert korrigieren.

0,50 ml **Pb-1** in ein Rea-
genzglas pipettieren.


0,50 ml **Pb-2** mit Pipette
zugeben und mischen.

8,0 ml Probe mit Pipette
zugeben und mischen.

Lösung in die
gewünschte Küvette
geben.



Mit AutoSelector
Methode wählen.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.

Wichtig:

Zur Bestimmung von **Gesamtblei** ist Probenvorbereitung mit Crack Set 10C, Art. 1.14688 bzw. Crack Set 10, Art. 1.14687 und Thermoreaktor erforderlich.

Ergebnis kann als Summe Blei (Σ Pb) ausgegeben werden.

Qualitätssicherung:


Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 100, Art. 1.18701, bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.33003 und 1.33004, eingesetzt werden.

Ebenso kann die gebrauchsfertige Blei-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19776, Konzentration 1000 mg/l Pb, nach entsprechendem Verdünnen, verwendet werden.

Probenabhängige Einflüsse können mittels Additionslösung (Bestandteil des CombiCheck 100) erkannt werden.

Messbereich: 0,05 – 2,00 mg/l B

Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 2–12.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Salpetersäure pH-Wert korrigieren.




1,0 ml **B-1K** in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




4,0 ml Probe mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen.



Feststoff durch Schütteln lösen.



Reaktionszeit:
60 Minuten




Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) kann die gebrauchsfertige Bor-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19500, Konzentration 1000 mg/l B, nach entsprechendem Verdünnen, bzw. die Standardlösung für photometrische Anwendungen, Art. 1.33005, verwendet werden.

Messbereich: 0,050 – 0,800 mg/l B 10-mm-Küvette
Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.



pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich:
pH 1 – 13.




5,0 ml Probe in ein Glas
mit Schraubverschluss
pipettieren. **(Wichtig:**
kein Borsilikatglas ver-
wenden!)




1,0 ml **B-1** mit Pipette
zugeben, mit Schraub-
kappe verschließen und
mischen.




1,5 ml **B-2** mit Pipette
zugeben und mit
Schraubkappe ver-
schließen.




Glas 1 Minute kräftig
schütteln.




Mit Pasteurpipette
0,5 ml der klaren unteren
Schicht abziehen.




Extrakt in trockenes
Glas überführen.



0,80 ml **B-3** mit
Pipette zugeben, mit
Schraubkappe ver-
schließen und mischen.




4 Tropfen **B-4** zugeben,
mit Schraubkappe ver-
schließen und mischen.




18 Tropfen **B-5** zuge-
ben, mit Schraubkappe
verschließen und
mischen.




Reaktionszeit:
12 Minuten




6,0 ml **B-6** mit Pipette
zugeben, mit Schraub-
kappe verschließen und
mischen.




Reaktionszeit:
2 Minuten



Lösung in die Küvette
geben.



Mit AutoSelector
Methode wählen.




Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.

Qualitätssicherung:


Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) kann die gebrauchsfertige Bor-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19500, Konzentration 1000 mg/l B, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Messbereich: 0,10 – 10,00 mg/l Br ₂	10-mm-Küvette
0,05 – 5,00 mg/l Br ₂	20-mm-Küvette
0,020 – 2,000 mg/l Br ₂	50-mm-Küvette
Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.	




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 4 – 8.


Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




10 ml Probe in ein Reagenzglas pipettieren.




1 gestrichenen blauen Mikrolöffel Br₂-1 zugeben.




Zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.




Reaktionszeit:
1 Minute



Lösung in die gewünschte Küvette geben.



Mit AutoSelector Methode wählen.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.

Wichtig:

Sehr hohe Konzentrationen an Brom in der Probe führen zu gelben Lösungen (Messlösung soll rot sein) und Minderbefunden; in diesen Fällen muss die Probe verdünnt werden.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) muss eine Standardlösung selbst bereitet werden (siehe Abschnitt „Standardlösungen“).


Hinweis:

Brom kann auch mit Spectroquant® Chlor-Test, Art. 1.00598 bestimmt werden (s. entsprechende Applikationsnotizen auf www.sigmaldrich.com).

Bromat in Wasser und Trinkwasser Ultra Low Range

Applikation

Messbereich: 1,0 – 40,0 µg/l BrO ₃	50-mm-Küvette	Methode-Nr. 307
0,5 – 20,0 µg/l BrO ₃	100-mm-Küvette	Methode-Nr. 307
Achtung!	Für die Messung in der 100-mm-Küvette müssen das Volumen der vorbereiteten Probe (Abb. 5) und die Mengen der Reagenzien verdoppelt werden.	
Die Messung erfolgt bei 550 nm in einer entsprechenden Rechteckküvette gegen eine Blindprobe, bereitet aus dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®) und den Reagenzien in analoger Weise.		



Wichtig:

Die genaue Zusammensetzung und Herstellung der verwendeten Reagenzien 1 und 2 sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Dort befinden sich auch weitere Informationen zur verwendeten Methode. Diese kann auf der Website heruntergeladen werden.

Hinweis:

Bei Verwendung der 100-mm-Rechteckküvette muss vor der Messung der Rundküvettenhalter entfernt werden.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Reagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) kann die Standardlösung für photometrische Anwendungen, Art. 1.33006, verwendet werden.

Bromat in Wasser und Trinkwasser Low Range

Applikation

Messbereich: 5,0 – 200,0 µg/l BrO₃

50-mm-Küvette

Methode-Nr. 308

2,5 – 100,0 µg/l BrO₃


100-mm-Küvette

Methode-Nr. 308


Achtung!

Für die Messung in der **100-mm-Küvette** müssen das Volumen der vorbereiteten Probe und die Mengen der Reagenzien verdoppelt werden.


Die Messung erfolgt bei 550 nm in einer entsprechenden Rechteckküvette gegen eine Blindprobe, bereitet aus dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®) und den Reagenzien in analoger Weise.




Trübe Probelösungen
filtrieren.




10 ml vorbereitete Probe
in ein Reagenzglas
pipettieren.



0,10 ml **Reagenz 1** mit
Pipette zugeben und
mischen.




0,20 ml **Reagenz 2** mit
Pipette zugeben und
mischen.



0,20 ml **Perchlorsäure**
70 - 72 % z. A. (Art.
1.00519) mit Pipette
zugeben und mischen.




Reaktionszeit:
30 Minuten



Lösung ggf. filtrieren und
in die gewünschte
Küvette geben.



Methode **308** wählen.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.
Messung wird automa-
tisch durchgeführt.

Wichtig:

Die genaue Zusammensetzung und Herstellung der verwendeten Reagenzien 1 und 2 sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Dort befinden sich auch weitere Informationen zur verwendeten Methode. Diese kann auf der Website heruntergeladen werden.

Hinweis:

Bei Verwendung der 100-mm-Rechteckküvette muss vor der Messung der Rundküvettenhalter entfernt werden.

Qualitätssicherung:


Zur Überprüfung des Messsystems (Reagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.33006 und 1.33007, verwendet werden.

Messbereich: 0,5 – 3000 mg/l BSB

0,5 – 3000 mg/l O₂

Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.


Vorbereitung und Inkubation:




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 6 – 8.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.



2 Sauerstoff-Reaktionsflaschen mit **vorbereiteter Probe** und 2 Glasperlen bis zum Überlauf füllen. Mit angeschrägtem Glasstopfen luftblasenfrei verschließen.



2 Sauerstoff-Reaktionsflaschen mit **angeimpfter Nährsalzlösung** und 2 Glasperlen bis zum Überlauf füllen. Mit angeschrägtem Glasstopfen luftblasenfrei verschließen.




Messung Sauerstoff-Anfangskonzentration
= **Messwert 1** (Messprobe)
= **Messwert 1** (Blindprobe)



Je 1 Flasche mit **vorbereiteter Probe** und **angeimpfter Nährsalzlösung** für die Messung der Sauerstoff-Anfangskonzentration verwenden.
Je 1 Flasche mit **vorbereiteter Probe** und **angeimpfter Nährsalzlösung** verschlossen für 5 Tage bei 20 ± 1°C im Thermostatschrank inkubieren.

Bestimmung:




Messung Sauerstoff-Endkonzentration

= **Messwert 2** (Messprobe)
= **Messwert 2** (Blindprobe)


Je 1 Flasche mit **vorbereiteter Probe** und **angeimpfter Nährsalzlösung** nach erfolgter Inkubation für die Messung der Sauerstoff-Endkonzentration verwenden.



Nacheinander 5 Tropfen **BOD-1K** und 10 Tropfen **BOD-2K** zugeben, luftblasenfrei verschließen und ca. 10 Sekunden mischen.




Reaktionszeit:
1 Minute



10 Tropfen **BOD-3K** zugeben, wieder verschließen und mischen.



Lösung in eine Rundküvette füllen



Küvette in den Küvettenschacht einsetzen.
Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Berechnung:

BSB der Messprobe:
Messwert 1 - Messwert 2 (Messprobe) = A in mg/l

BSB der Blindprobe:
Messwert 1 - Messwert 2 (Blindprobe) = B in mg/l


BSB der Originalprobe in mg/l =
= (A - B) x Verdünnungsfaktor

Qualitätssicherung:


Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) kann Spectroquant® BSB-Standard (analog EN 1899), Art. 1.00718, verwendet werden.

Messbereich: 0,025 – 1,000 mg/l Cd

Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.



pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 3–11.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




5,0 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




0,20 ml Cd-1K mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




1 gestrichenen grünen Mikrolöffel Cd-2K zugeben, mit Schraubkappe verschließen.



Küvette zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.



Reaktionszeit:
2 Minuten



Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen.
Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Wichtig:

Zur Bestimmung von **Gesamtcadmium** ist Proben-vorbereitung mit Crack Set 10C, Art. 1.14688 bzw. Crack Set 10, Art. 1.14687 und Thermoreaktor erfor-derlich.

Ergebnis kann als Summe Cadmium (Σ Cd) ausgegeben werden.


Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) kann Spectroquant® CombiCheck 90, Art. 1.18700, eingesetzt werden.

Ebenso kann die gebrauchsfertige Cadmium-Standard-lösung Certipur®, Art. 1.19777, Konzentration 1000 mg/l Cd, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.


Probenabhängige Einflüsse können mittels Additions-lösung (Bestandteil des CombiCheck 90) erkannt werden.

Messbereich:	0,010 – 0,500 mg/l Cd	10-mm-Küvette
	0,005 – 0,250 mg/l Cd	20-mm-Küvette
	0,0020 – 0,1000 mg/l Cd	50-mm-Küvette
Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.		




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich:
pH 3–11.


Falls erforderlich,
tropfenweise mit ver-
dünnter Natronlauge
bzw. Schwefelsäure
pH-Wert korrigieren.




1,0 ml Cd-1 in ein Reagenzglas pipettieren.




10 ml Probe mit Pipette
zugeben und mischen.




0,20 ml Cd-2 mit Pipette
zugeben und mischen.




1 gestrichenen grünen
Mikrolöffel Cd-3 zuge-
ben und Feststoff lösen.




Reaktionszeit:
2 Minuten



Lösung in die
gewünschte Küvette
geben.



Mit AutoSelector
Methode wählen.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.

Wichtig:

Zur Bestimmung von **Gesamtcadmium** ist Proben-
vorbereitung mit Crack Set 10C, Art. 1.14688 bzw.
Crack Set 10, Art. 1.14687 und Thermoreaktor erfor-
derlich.

Ergebnis kann als Summe Cadmium (Σ Cd) ausgegeben
werden.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien,
Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant®
CombiCheck 90, Art. 1.18700 bzw. die Standardlösung
für photometrische Anwendungen, Art. 1.33008, einge-
setzt werden.

Ebenso kann die gebrauchsfertige Cadmium-Standard-
lösung Certipur®, Art. 1.19777, Konzentration 1000 mg/l
Cd, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.


Probenabhängige Einflüsse können mittels Additions-
lösung (Bestandteil des CombiCheck 90) erkannt werden.

Messbereich: 10 – 250 mg/l Ca

14 – 350 mg/l CaO

25 – 624 mg/l CaCO₃

Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 3 – 9.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Salzsäure pH-Wert korrigieren.



1,0 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




1,0 ml **Ca-1K** mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



Reaktionszeit:
genau 3 Minuten



0,50 ml **Ca-2K** mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) muss eine Standardlösung selbst bereitet werden (siehe Abschnitt „Standardlösungen“).

Calcium


1.14815

Test

Messbereich: 10 – 160 mg/l Ca	14 – 224 mg/l CaO	25 – 400 mg/l CaCO ₃	10-mm-Küvette
5 – 80 mg/l Ca	7 – 112 mg/l CaO	12 – 200 mg/l CaCO ₃	20-mm-Küvette
1,0 – 15,0 mg/l Ca	1,4 – 21,0 mg/l CaO	2,5 – 37,5 mg/l CaCO ₃	20-mm-Küvette

Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.

Messbereich: 5 – 160 mg/l Ca



pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 4–10.


Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Salzsäure pH-Wert korrigieren.

0,10 ml Probe in ein Reagenzglas pipettieren.


5,0 ml Ca-1 mit Pipette zugeben und mischen.

4 Tropfen Ca-2 zugeben und mischen.


4 Tropfen Ca-3 zugeben und mischen.




Reaktionszeit:
8 Minuten, **danach sofort messen**.



Lösung in die gewünschte Küvette geben.




Mit AutoSelector
Messbereich
5 - 160 mg/l Ca
Methode wählen.




Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.


Messbereich: 1,0 – 15,0 mg/l Ca




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 4–10.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Salzsäure pH-Wert korrigieren.




0,50 ml Probe in ein Reagenzglas pipettieren.




5,0 ml Ca-1 mit Pipette zugeben und mischen.




4 Tropfen Ca-2 zugeben und mischen.




4 Tropfen Ca-3 zugeben und mischen.




Reaktionszeit:
8 Minuten, **danach sofort messen**.



Lösung in die Küvette geben.



Mit AutoSelector
Messbereich
1,0 – 15,0 mg/l Ca
Methode wählen.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.

Qualitätssicherung:


Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) kann die gebrauchsfertige Calcium-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19778, Konzentration 1000 mg/l Ca, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Calcium

1.00049

Test

Messbereich: 0,20 – 4,00 mg/l Ca 10-mm-Küvette
Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 3–9.


Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




Lösung in die Küvette geben.




5,0 ml Probe in ein Reagenzglas pipettieren.



0,50 ml **Ca-1** mit Pipette zugeben und mischen.




0,50 ml **Ca-2** mit Pipette zugeben und mischen.



Reaktionszeit:
5 Minuten.



Methode **304** wählen.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Die Messung wird automatisch ausgeführt.

Wichtig:

Für jede Charge ist eine eigene Kalibrierung zu erstellen. Empfohlen wird eine Kalibrierung mit einem Blindwert und 5 Standardlösungen über den gesamten Messbereich. Die Kalibrierung sollte regelmäßig mit Standardlösungen überprüft werden.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) kann die gebrauchsfertige Calcium-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19778, Konzentration 1000 mg/l Ca, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Carotin in rohem Palmöl

entspricht DIN EN ISO 17923:2011


Applikation

Messbereich: 10 – 7500 mg/kg β -Car


10-mm-Küvette

Methode-Nr. 2523


Achtung! Vor der Messung der ersten Messprobe wird automatisch ein Nullabgleich angefordert, bereitet aus Isooctan. Dieser ist bis zum Verlassen der Methode gültig.




Probe schmelzen und homogenisieren.




Bei Verunreinigungen Probe über ein Schnellfilterpapier filtrieren.




Zwischen 100,0 mg und 500,0 mg Probe auf 0,1 mg genau in einen Messkolben einwiegen.




Einige Milliliter Isooctan für die Spektroskopie Uvasol® (Art. 1.04718) zugeben.



Probe bei Raumtemperatur lösen.




Messkolben bis zur Marke mit Isooctan für die Spektroskopie Uvasol® (Art. 1.04718) auffüllen und mischen.




Trübe Lösungen über ein Papierfilter filtrieren.




Methode 2523 wählen. Nullabgleich durchführen und mit Taste <OK> bestätigen.



Einwaage in Milligramm eingeben.




Mit <OK> bestätigen.




Volumen der Probelösung in Milliliter eingeben.




Mit <OK> bestätigen.




Taste <Start> betätigen.




Lösung in die Küvette geben.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Messung wird automatisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen. Der β -Carotin-Gehalt in mg/kg wird im Display angezeigt.




Taste <Start> betätigen, um den Messablauf für die nächste Probe zu starten. Es wird kein erneuter Nullabgleich angefordert.

Wichtig:

Die genaue Durchführung und weitere Informationen zur verwendeten Methode sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Diese kann auf der Website heruntergeladen werden.


Messbereich: 0,03 – 6,00 mg/l Cl₂

Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.



pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 4 – 8.

Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.




1 gestrichen blauen Mikrolöffel Cl₂-1 in eine Rundküvette geben.



5,0 ml Probe mit Pipette zugeben, mit Schraub- kappe verschließen.



Küvette zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.



Reaktionszeit:
1 Minute

Wichtig:

Sehr hohe Konzentrationen an Chlor in der Probe führen zu gelben Lösungen (Messlösung soll rot sein) und Min- derbefunden; in diesen Fällen muss die Probe verdünnt werden.


Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) muss eine Standard- lösung selbst bereitet werden (siehe Abschnitt „Stan- dardlösungen“).

Messbereich: 0,03 – 6,00 mg/l Cl₂

Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.

Bestimmung von freiem Chlor




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 4 – 8.


Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




1 gestrichenen blauen Mikrolöffel Cl₂-1 in eine Rundküvette geben.




5,0 ml Probe mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen.



Küvette zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.




Reaktionszeit:
1 Minute




Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.


Bestimmung von Gesamtchlor




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 4 – 8.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




1 gestrichenen blauen Mikrolöffel Cl₂-1 in eine Rundküvette geben.




5,0 ml Probe mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen.




Küvette zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.



2 Tropfen Cl₂-2 zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



Reaktionszeit:
1 Minute



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Wichtig:

Sehr hohe Konzentrationen an Chlor in der Probe führen zu gelben Lösungen (Messlösung soll rot sein) und Minderbefunden; in diesen Fällen muss die Probe verdünnt werden.

Nach jeder Bestimmung von Gesamtchlor Küvette mit Schwefelsäure 25 % und anschließend mehrfach mit dest. Wasser spülen.


Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) muss eine Standardlösung selbst bereitet werden (siehe Abschnitt „Standardlösungen“).

Messbereich: 0,03 – 6,00 mg/l Cl₂

Nach Auswahl der Methode kann der methodenspezifische Modus „Differenzierung“ eingestellt werden.

Hinweis: Wenn **nur** freies Chlor oder Gesamchlor gemessen werden soll, muss der Modus „Differenzierung“ wieder deaktiviert werden.



Wichtig:


Sehr hohe Konzentrationen an Chlor in der Probe führen zu gelben Lösungen (Messlösung soll rot sein) und Minderbefunden; in diesen Fällen muss die Probe verdünnt werden.

Nach jeder Bestimmung von Gesamchlor Küvette mit Schwefelsäure 25 % und anschließend mehrfach mit dest. Wasser spülen.

Qualitätssicherung:


Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) muss eine Standardlösung selbst bereitet werden (siehe Abschnitt „Standardlösungen“).

Messbereich: 0,05 – 6,00 mg/l Cl ₂	10-mm-Küvette
0,02 – 3,00 mg/l Cl ₂	20-mm-Küvette
0,010 – 1,000 mg/l Cl ₂	50-mm-Küvette
Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.	




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 4 – 8.


Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




Lösung in die gewünschte Küvette geben.




1 gestrichenen blauen Mikrolöffel Cl₂-1 in ein Reagenzglas geben.




10 ml Probe mit Pipette zugeben.




Zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.



Reaktionszeit:
1 Minute



Mit AutoSelector Methode wählen.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.


Wichtig:

Sehr hohe Konzentrationen an Chlor in der Probe führen zu gelben Lösungen (Messlösung soll rot sein) und Minderbefunden; in diesen Fällen muss die Probe verdünnt werden.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) muss eine Standardlösung selbst bereitet werden (siehe Abschnitt „Standardlösungen“).

Messbereich: 0,05 – 6,00 mg/l Cl ₂	10-mm-Küvette
0,02 – 3,00 mg/l Cl ₂	20-mm-Küvette
0,010 – 1,000 mg/l Cl ₂	50-mm-Küvette
Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.	




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 4 – 8.


Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




Reaktionszeit:
1 Minute




1 gestrichenen blauen Mikrolöffel Cl₂-1 in ein Reagenzglas geben.




10 ml Probe mit Pipette zugeben.




Zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.




2 Tropfen Cl₂-2 zugeben und mischen.



Lösung in die gewünschte Küvette geben.



Mit AutoSelector Methode wählen.



Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen.

Wichtig:

Sehr hohe Konzentrationen an Chlor in der Probe führen zu gelben Lösungen (Messlösung soll rot sein) und Minderbefunden; in diesen Fällen muss die Probe verdünnt werden.


Nach jeder Bestimmung von Gesamtchlor Küvette mit Schwefelsäure 25 % und anschließend mehrfach mit dest. Wasser spülen.

Qualitätssicherung:


Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) muss eine Standardlösung aus Chloramin T z. A., Art. 1.02426, selbst bereitet werden (siehe Abschnitt „Standardlösungen“).

Messbereich: 0,05 – 6,00 mg/l Cl ₂	10-mm-Küvette
0,02 – 3,00 mg/l Cl ₂	20-mm-Küvette
0,010 – 1,000 mg/l Cl ₂	50-mm-Küvette
Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.	


Bestimmung von freiem Chlor




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 4 – 8.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




1 gestrichenen blauen Mikrolöffel Cl₂-1 in ein Reagenzglas geben.




10 ml Probe mit Pipette zugeben.




Zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.




Reaktionszeit:
1 Minute



Lösung in die gewünschte Küvette geben.




Mit AutoSelector Methode wählen.




Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.


Bestimmung von Gesamtchlor




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 4 – 8.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




1 gestrichenen blauen Mikrolöffel $\text{Cl}_2\text{-1}$ in ein Reagenzglas geben.




10 ml Probe mit Pipette zugeben.




Zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.




2 Tropfen $\text{Cl}_2\text{-2}$ zugeben und mischen.




Reaktionszeit:
1 Minute



Lösung in die gewünschte Küvette geben.



Mit AutoSelector Methode wählen.



Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen.

Wichtig:

Sehr hohe Konzentrationen an Chlor in der Probe führen zu gelben Lösungen (Messlösung soll rot sein) und Minderbefunden; in diesen Fällen muss die Probe verdünnt werden.

Nach jeder Bestimmung von Gesamtchlor Küvette mit Schwefelsäure 25 % und anschließend mehrfach mit dest. Wasser spülen.


Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) muss eine Standardlösung selbst bereitet werden (siehe Abschnitt „Standardlösungen“).

Messbereich: 0,05 – 6,00 mg/l Cl ₂	10-mm-Küvette
0,02 – 3,00 mg/l Cl ₂	20-mm-Küvette
0,010 – 1,000 mg/l Cl ₂	50-mm-Küvette

Nach Auswahl der Methode kann der methodenspezifische Modus „Differenzierung“ eingestellt werden.

Hinweis: Wenn **nur** freies Chlor oder Gesamchlor gemessen werden soll, muss der Modus „Differenzierung“ wieder deaktiviert werden.



Mit AutoSelector
Methode wählen.




Taste <Einstellungen>
betätigen.
„Differenzierung“ aus-
wählen und aktivieren.



Mit <OK> bestätigen.

Bestimmung von **freiem Chlor** durchführen
(s. Analysenvorschrift
„Bestimmung von freiem Chlor“ mit 1.00599).
= **Küvette A**

Nach Ablauf der
Reaktionszeit:




Küvette A in den Küvet-
tenschacht einsetzen.
Messung wird automa-
tisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen.

Bestimmung von
Gesamchlor durchfüh-
ren (s. Analysenvor-
schrift „Bestimmung von
Gesamchlor“ mit
1.00599).
= **Küvette B**

Nach Ablauf der
Reaktionszeit:



Küvette B in den Küvet-
tenschacht einsetzen.
Messung wird automa-
tisch durchgeführt.

Mit <OK> bestätigen.
Die Ergebnisse A (Cl₂ (f)),
B (Cl₂ (t)) und C (Cl₂ (b))
in mg/l werden im Dis-
play angezeigt.

Wichtig:

Sehr hohe Konzentrationen an Chlor in der Probe führen zu gelben Lösungen (Messlösung soll rot sein) und Min-
derbefunden; in diesen Fällen muss die Probe verdünnt werden.

Nach jeder Bestimmung von Gesamchlor Küvette mit
Schwefelsäure 25 % und anschließend mehrfach mit
dest. Wasser spülen.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien,
Messvorrichtung, Handhabung) muss eine Standard-
lösung selbst bereitet werden (siehe Abschnitt „Stan-
dardlösungen“).

Chlor (mit Flüssigreagenzien)

Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor

1.00086/1.00087/

1.00088/1.00089

Küvettentest

Messbereich: 0,03 – 6,00 mg/l Cl₂

Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.

Bestimmung von freiem Chlor




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 4 – 8.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.

6 Tropfen Cl₂-1 in eine Rundküvette geben.

3 Tropfen Cl₂-2 zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.

10 ml Probe mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.

Reaktionszeit:
1 Minute



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Chlor (mit Flüssigreagenzien)


Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor

1.00086/1.00087/


1.00088/1.00089

Küvettentest


Bestimmung von Gesamtchlor




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 4 –8.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




6 Tropfen **Cl₂-1** in eine Rundküvette geben.



3 Tropfen **Cl₂-2** zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




10 ml Probe mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



Reaktionszeit:
1 Minute



2 Tropfen **Cl₂-3** zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Wichtig:

Sehr hohe Konzentrationen an Chlor in der Probe führen zu gelben Lösungen (Messlösung soll rot sein) und Minderbefunden; in diesen Fällen muss die Probe verdünnt werden.

Nach jeder Bestimmung von Gesamtchlor Küvette mit Schwefelsäure 25 % und anschließend mehrfach mit dest. Wasser spülen.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) muss eine Standardlösung selbst bereitet werden (siehe Abschnitt „Standardlösungen“).

Chlor (mit Flüssigreagenzien)

Differenzierung zwischen freiem Chlor und gebundenem Chlor

1.00086/1.00087/

1.00088/1.00089

Küvettentest

Messbereich: 0,03 – 6,00 mg/l Cl₂

Nach Auswahl der Methode kann der methodenspezifische Modus „Differenzierung“ eingestellt werden.

Hinweis: Wenn **nur** freies Chlor oder Gesamchlor gemessen werden soll, muss der Modus „Differenzierung“ wieder deaktiviert werden.



Methode **194** wählen.




Taste <Einstellungen> betätigen.
„Differenzierung“ auswählen und aktivieren.



Mit <OK> bestätigen.

Bestimmung von **freiem Chlor** durchführen (s. Analysenvorschrift „Bestimmung von freiem Chlor“ mit 1.00086/1.00087/1.00088/1.00089).
= **Küvette A**

Nach Ablauf der Reaktionszeit:




Küvette A in den Küvettenschacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten. Messung wird automatisch durchgeführt.



Bestimmung von **Gesamchlor** durchführen (s. Analysenvorschrift „Bestimmung von Gesamchlor“ mit 1.00086/1.00087/1.00088/1.00089).
= **Küvette B**

Nach Ablauf der Reaktionszeit:



Küvette B in den Küvettenschacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten. Messung wird automatisch durchgeführt.

Mit <OK> bestätigen. Die Ergebnisse A (Cl₂(f)), B (Cl₂(t)) und C (Cl₂(b)) in mg/l werden im Display angezeigt.

Mit <OK> bestätigen.

Wichtig:

Sehr hohe Konzentrationen an Chlor in der Probe führen zu gelben Lösungen (Messlösung soll rot sein) und Minderbefunden; in diesen Fällen muss die Probe verdünnt werden.

Nach jeder Bestimmung von Gesamchlor Küvette mit Schwefelsäure 25 % und anschließend mehrfach mit dest. Wasser spülen.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) muss eine Standardlösung selbst bereitet werden (siehe Abschnitt „Standardlösungen“).

Chlor (mit Flüssigreagenzien)

Bestimmung von freiem Chlor und Gesamchlor

1.00086/1.00087/


1.00088

Test

Messbereich: 0,010 – 1,000 mg/l Cl₂ 50-mm-Küvette


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.

Bestimmung von freiem Chlor




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 4 – 8.


Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




6 Tropfen Cl₂-1 in ein Reagenzglas geben.




3 Tropfen Cl₂-2 zugeben und mischen.




10 ml Probe mit Pipette zugeben und mischen.




Reaktionszeit:
1 Minute



Lösung in die Küvette geben.



Mit AutoSelector Methode wählen.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.

Chlor (mit Flüssigreagenzien)


Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor

1.00086/1.00087/

1.00088


Test

Bestimmung von Gesamtchlor




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 4 –8.


Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




6 Tropfen **Cl₂-1** in ein Reagenzglas geben.




3 Tropfen **Cl₂-2** zugeben und mischen.




10 ml Probe mit Pipette zugeben und mischen.




Reaktionszeit: 1 Minute




2 Tropfen **Cl₂-3** zugeben und mischen.



Lösung in die Küvette geben.



Mit AutoSelector Methode wählen.



Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen.

Wichtig:

Sehr hohe Konzentrationen an Chlor in der Probe führen zu gelben Lösungen (Messlösung soll rot sein) und Minderbefunden; in diesen Fällen muss die Probe verdünnt werden.

Nach jeder Bestimmung von Gesamtchlor Küvette mit Schwefelsäure 25 % und anschließend mehrfach mit dest. Wasser spülen.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) muss eine Standardlösung selbst bereitet werden (siehe Abschnitt „Standardlösungen“).

Chlor (mit Flüssigreagenzien)

Differenzierung zwischen freiem Chlor und gebundenem Chlor

1.00086/1.00087/


1.00088

Test

Messbereich: 0,010 – 1,000 mg/l Cl₂ 50-mm-Küvette

Nach Auswahl der Methode kann der methodenspezifische Modus „Differenzierung“ eingestellt werden.


Hinweis: Wenn **nur** freies Chlor oder Gesamtchlor gemessen werden soll, muss der Modus „Differenzierung“ wieder deaktiviert werden.



Mit AutoSelector
Methode wählen.




Taste <Einstellungen>
betätigen.
„Differenzierung“ aus-
wählen und aktivieren.




Mit <OK> bestätigen.

Bestimmung von **freiem Chlor** durchführen
(s. Analysenvorschrift
„Bestimmung von freiem Chlor“ mit 1.00086/
1.00087/1.00088).
= **Küvette A**

Nach Ablauf der
Reaktionszeit:




Küvette A in den Küvet-
tenschacht einsetzen.
Messung wird automa-
tisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen.

Bestimmung von
Gesamtchlor durchfüh-
ren (s. Analysenvor-
schrift „Bestimmung von
Gesamtchlor“ mit
1.00086/1.00087/
1.00088).
= **Küvette B**

Nach Ablauf der
Reaktionszeit:



Küvette B in den Küvet-
tenschacht einsetzen.
Messung wird automa-
tisch durchgeführt.

Mit <OK> bestätigen.
Die Ergebnisse A (Cl₂(f)),
B (Cl₂(t)) und C (Cl₂(b))
in mg/l werden im Dis-
play angezeigt.

Wichtig:

Sehr hohe Konzentrationen an Chlor in der Probe führen zu gelben Lösungen (Messlösung soll rot sein) und Min-
derbefunden; in diesen Fällen muss die Probe verdünnt werden.

Nach jeder Bestimmung von Gesamtchlor Küvette mit
Schwefelsäure 25 % und anschließend mehrfach mit
dest. Wasser spülen.

Qualitätssicherung:


Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien,
Messvorrichtung, Handhabung) muss eine Standard-
lösung selbst bereitet werden (siehe Abschnitt „Stan-
dardlösungen“).

Chlordioxid

1.00608


Test

Messbereich: 0,10 – 10,00 mg/l ClO₂ 10-mm-Küvette
0,05 – 5,00 mg/l ClO₂ 20-mm-Küvette
0,020 – 2,000 mg/l ClO₂ 50-mm-Küvette
Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich:
pH 4 – 8.


Falls erforderlich,
tropfenweise mit ver-
dünnter Natronlauge
bzw. Schwefelsäure
pH-Wert korrigieren.




10 ml Probe in ein Rea-
genzglas pipettieren.




2 Tropfen ClO₂-1 zuge-
ben und mischen.




Reaktionszeit:
2 Minuten




1 gestrichenen blauen
Mikrolöffel ClO₂-2 zu-
geben.




Zum Lösen des Fest-
stoffes kräftig schütteln.




Reaktionszeit:
1 Minute



Lösung in die
gewünschte Küvette
geben.



Mit AutoSelector
Methode wählen.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.

Wichtig:


Sehr hohe Konzentrationen an Chlordioxid in der Probe
führen zu gelben Lösungen (Messlösung soll rot sein)
und Minderbefunden; in diesen Fällen muss die Probe
verdünnt werden.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien,
Messvorrichtung, Handhabung) muss eine Standard-
lösung selbst bereitet werden (siehe Abschnitt „Stan-
dardlösungen“).

Messbereich: 5 – 1.25 mg/l Cl


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 1–12.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Ammoniaklösung bzw. Salpetersäure pH-Wert korrigieren.



0,50 ml **CI-1K** in eine Rundküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



1,0 ml Probe mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen.
Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.


Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 10 und 20, Art. 1.14676 und 1.14675, bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.32229 und 1.32230, eingesetzt werden.

Ebenso kann die gebrauchsfertige Chlorid-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19897, Konzentration 1000 mg/l Cl⁻, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.


Probenabhängige Einflüsse können mittels Additionslösung (Bestandteil der CombiChecks) erkannt werden.

Messbereich: 10 – 250 mg/l Cl	10-mm-Küvette
2,5 – 25,0 mg/l Cl	10-mm-Küvette
Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.	


Messbereich: 10 – 250 mg/l Cl

pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 1–12.


Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Ammoniaklösung bzw. Salpetersäure pH-Wert korrigieren.




1,0 ml Probe in ein Reagenzglas pipettieren.




2,5 ml Cl-1 mit Pipette zugeben und mischen.




0,50 ml Cl-2 mit Pipette zugeben und mischen.




Reaktionszeit:
1 Minute



Lösung in die Küvette geben.




Mit AutoSelector
Messbereich
10 – 250 mg/l Cl
Methode wählen.




Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.

Messbereich: 2,5 – 25,0 mg/l Cl




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 1–12.


Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Ammoniaklösung bzw. Salpetersäure pH-Wert korrigieren.



5,0 ml Probe in ein Reagenzglas pipettieren.




2,5 ml Cl-1 mit Pipette zugeben und mischen.




0,50 ml Cl-2 mit Pipette zugeben und mischen.




Reaktionszeit:
1 Minute



Lösung in die Küvette geben.



Mit AutoSelector
Messbereich
2,5 – 25,0 mg/l Cl
Methode wählen.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.

Qualitätssicherung:


Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 60, Art. 1.14696, bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.32229 und 1.32230, eingesetzt werden.

Ebenso kann die gebrauchsfertige Chlorid-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19897, Konzentration 1000 mg/l Cl⁻, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Probenabhängige Einflüsse können mittels Additionslösung (Bestandteil des CombiCheck 60) erkannt werden.

Messbereich: 0,5 – 15,0 mg/l Cl

Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.



pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 3–11.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Ammoniaklösung bzw. Salpetersäure pH-Wert korrigieren.




10 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



0,25 ml Cl-1K mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



Reaktionszeit:
10 Minuten



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.


Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können die gebrauchsfertige Chlorid-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19897, Konzentration 1000 mg/l Cl⁻, nach entsprechendem Verdünnen, bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.32229, 1.33010 und 1.33011, verwendet werden.


Messbereich: 0,10 – 5,00 mg/l Cl

50-mm-Küvette


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 3–11.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Ammoniaklösung bzw. Salpetersäure pH-Wert korrigieren.




In zwei Reagenzgläser je 0,20 ml Cl-1 pipettieren.




In ein Reagenzglas 10 ml Probe mit Pipette zugeben und mischen.




In das zweite Reagenzglas 10 ml dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®) mit Pipette zugeben und mischen.
(Blindwert)




Reaktionszeit:
10 Minuten




Zu beiden Reagenzgläsern je 0,20 ml Cl-2 mit Pipette zugeben und mischen.




Beide Lösungen in je eine 50-mm-Küvette geben.




Mit AutoSelector Methode wählen.




Taste <Einstellungen> betätigen.
„Reagenzienblindwert“ auswählen.



Blindwert-Küvette in den Küvettenschacht einsetzen.



„Anwender RB“ auswählen.
Mit <OK> bestätigen.



Proben-Küvette in den Küvettenschacht einsetzen.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können die gebrauchsfertige Chlorid-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19897, Konzentration 1000 mg/l Cl⁻, nach entsprechendem Verdünnen, bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.33010 und 1.33011, verwendet werden.

Chlorophyll

Bestimmung von Chlorophyll-a und Phaeophytin

entspricht DIN 38412 und ISO 10260

Applikation

Messbereich: abhängig vom Verhältnis Originalprobe zu Extrakt
in µg/l Chl-a bzw. Phaeo

10-mm-Küvette


Methode-Nr. 2509

20-mm-Küvette


Methode-Nr. 2509

50-mm-Küvette


Methode-Nr. 2509




0,5 - 2 l Probe ausreichend homogenisieren.
Probenvolumen notieren.



Probe über ein geeignetes Filter (z. B. Glasfaserfilter) filtrieren.




Belegtes Filter falten und zerreißen.



Filterteile in ein Extraktionsgefäß (z. B. 100-ml-Braunglasflasche) geben.



Etwa 30 ml siedendes **Ethanol** (w = 90 %) zugeben und auf Raumtemperatur abkühlen lassen.




Filter mit Homogenisator zerkleinern. Mit wenig Ethanol zusammenspülen.




Zur Extraktion 6 - 24 Stunden stehen lassen.




Extrakt **lichtgeschützt** über ein Papierfilter (Blauband) in einen Messkolben (bei DIN 38412: 100 ml) filtrieren. Filter mit wenig Ethanol nachwaschen.




Messkolben mit Ethanol bis zur Marke auffüllen, dabei **vor Licht schützen!**




Methode **2509** wählen. Volumen der Originalprobe in Liter und des Extraks (Messkolben) in Milliliter eingeben.



Taste <Start> betätigen.




Lösung in die gewünschte Küvette geben.



Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen. Messung wird automatisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen.




Einen Teil des Extraks mit **Salzsäure 2 mol/l Titripur®** (Art. 1.09063) ansäubern (0,3 ml je 100 ml Extrakt).

Chlorophyll


Bestimmung von Chlorophyll-a und Phaeophytin

entspricht DIN 38412 und ISO 10260

Applikation



Lösung in die gewünschte Küvette geben.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Messung wird automa- tisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen.
Der Chlorophyll-a- und Phaeophytin-Gehalt in $\mu\text{g/l}$ wird im Display angezeigt.

Wichtig:

Die genaue Durchführung und weitere Informationen zur verwendeten Methode sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Diese kann auf der Website heruntergeladen werden.

Chlorophyll

Bestimmung von Chlorophyll-a und Phaeophytin

analog APHA 10200-H

Applikation

Messbereich: abhängig vom Verhältnis Originalprobe zu Extrakt
in mg/m³ Chl-a bzw. Phaeo

10-mm-Küvette


Methode-Nr. 2504

20-mm-Küvette


Methode-Nr. 2504

50-mm-Küvette


Methode-Nr. 2504




Probe ausreichend homogenisieren.
Probenvolumen notieren.




Probe über ein geeignetes Filter (z.B. Glasfaserfilter) filtrieren.




Belegtes Filter falten und zerreißen.




Filterteile in ein Extraktionsgefäß (**lichtgeschützt**) geben.



2 - 3 ml **Extraktionsmittel** zugeben.




Filter mit Homogenisator zerkleinern.




Mit **Extraktionsmittel** auf insgesamt 10 ml Extrakt auffüllen.




Zur Extraktion mindestens 2 Stunden bei +4 °C stehen lassen.




Extrakt **lichtgeschützt** über ein geeignetes Filter filtrieren.




Methode 2504 wählen.
Volumen der Originalprobe in Liter und des Extrakts in Milliliter (hier: 10 ml) eingeben.



Taste <Start> betätigen.




Lösung in die gewünschte Küvette geben.



Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen.
Messung wird automatisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen.




Einen Teil des Extrakts mit **Salzsäure 0,1 mol/l Titripur®** (Art. 1.09060) ansäuern (0,15 ml je 5 ml Extrakt).

Chlorophyll


Bestimmung von Chlorophyll-a und Phaeophytin

analog APHA 10200-H

Applikation



Lösung in die gewünschte Küvette geben.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Messung wird automa- tisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen.
Der Chlorophyll-a- und Phaeophytin-Gehalt in mg/m³ wird im Display angezeigt.

Wichtig:

Die genaue Durchführung und die Zusammensetzung und Herstellung des verwendeten Extraktionsmittels sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Dort befinden sich auch weitere Informationen zur verwendeten Methode. Diese kann auf der Website heruntergeladen werden.

Chlorophyll

Bestimmung von Chlorophyll-a und Phaeophytin

analog ASTM D3731 - 87

Applikation

Messbereich: abhängig vom Verhältnis Originalprobe zu Extrakt
in mg/m³ Chl-a bzw. Phaeo

10-mm-Küvette


Methode-Nr. 2504

20-mm-Küvette

Methode-Nr. 2504


50-mm-Küvette

Methode-Nr. 2504




Die mit Magnesiumcarbonat stabilisierte Probe ausreichend homogenisieren.


Probenvolumen notieren.




Probe über ein geeignetes Filter (z. B. Glasfaserfilter) filtrieren.




Belegtes Filter falten und zerreißen.




Filterteile in ein Extraktionsgefäß (**lichtgeschützt**) geben.



2 - 3 ml **Extraktionsmittel** zugeben.




Filter mit Homogenisator zerkleinern.




Mit **Extraktionsmittel** auf insgesamt 10 ml Extrakt auffüllen.




Zur Extraktion mindestens 0,25 - 24 Stunden bei +4 °C stehen lassen.




Extrakt **lichtgeschützt** über ein geeignetes Filter filtrieren.




Methode 2504 wählen. Volumen der Originalprobe in Liter und des Extraks in Milliliter (hier: 10 ml) eingeben.



Taste <Start> betätigen.



Lösung in die gewünschte Küvette geben.



Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen. Messung wird automatisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen.




Einen Teil des Extraks mit **Salzsäure 1 mol/l Titripur®** (Art. 1.09057) ansäubern (50 µl je 5 ml Extrakt).

Chlorophyll


Bestimmung von Chlorophyll-a und Phaeophytin

analog ASTM D3731 - 87

Applikation



Lösung in die gewünschte Küvette geben.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Messung wird automa- tisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen.
Der Chlorophyll-a- und Phaeophytin-Gehalt in mg/m³ wird im Display angezeigt.

Wichtig:

Die genaue Durchführung und die Zusammensetzung und Herstellung des verwendeten Extraktionsmittels sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Dort befinden sich auch weitere Informationen zur verwendeten Methode. Diese kann auf der Website heruntergeladen werden.

Chlorophyll-a, -b, -c

(Trichromatische Methode)

analog APHA 10200-H

Applikation


Messbereich: abhängig vom Verhältnis Originalprobe zu Extrakt
in mg/m³ Chl-a, -b, -c

10-mm-Küvette


50-mm-Küvette

Methode-Nr. 2507


Methode-Nr. 2507




Probe ausreichend homogenisieren.
Probenvolumen notieren.



Probe über ein geeignetes Filter (z.B. Glasfaserfilter) filtrieren.




Belegtes Filter falten und zerreißen.




Filterteile in ein Extraktionsgefäß (**lichtgeschützt**) geben.



2 - 3 ml **Extraktionsmittel** zugeben.




Filter mit Homogenisator zerkleinern.




Mit **Extraktionsmittel** auf insgesamt 10 ml Extrakt auffüllen.




Zur Extraktion mindestens 2 Stunden bei +4 °C stehen lassen.




Extrakt **lichtgeschützt** über ein geeignetes Filter filtrieren.




Methode 2507 wählen.
Volumen der Originalprobe in Liter und des Extraks in Milliliter (hier: 10 ml) eingeben.




Taste <Start> betätigen.




Lösung in die gewünschte Küvette geben.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Messung wird automatisch durchgeführt.



Taste <OK> betätigen.



Mit <OK> bestätigen.
Die Chlorophyll-a-, Chlorophyll-b- und Chlorophyll-c-Gehalte in mg/m³ werden im Display angezeigt.

Wichtig:

Die genaue Durchführung und die Zusammensetzung und Herstellung des verwendeten Extraktionsmittels sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Dort befinden sich auch weitere Informationen zur verwendeten Methode. Diese kann auf der Website heruntergeladen werden.

Chlorophyll-a, -b, -c

(Trichromatische Methode)


analog ASTM D3731 - 87

Applikation

Messbereich: abhängig vom Verhältnis Originalprobe zu Extrakt
in mg/m³ Chl-a, -b, -c


10-mm-Küvette
50-mm-Küvette

Methode-Nr. 2507
Methode-Nr. 2507




Die mit Magnesiumcarbonat stabilisierte Probe ausreichend homogenisieren.


Probenvolumen notieren.




Probe über ein geeignetes Filter (z. B. Glasfaserfilter) filtrieren.




Belegtes Filter falten und zerreißen.




Filterteile in ein Extraktionsgefäß (**lichtgeschützt**) geben.



2 - 3 ml **Extraktionsmittel** zugeben.




Filter mit Homogenisator zerkleinern.




Mit **Extraktionsmittel** auf insgesamt 10 ml Extrakt auffüllen.



Zur Extraktion mindestens 0,25 - 24 Stunden bei +4 °C stehen lassen.




Extrakt **lichtgeschützt** über ein geeignetes Filter filtrieren.




Methode **2507** wählen. Volumen der Originalprobe in Liter und des Extrakts in Milliliter (hier: 10 ml) eingeben.



Taste <Start> betätigen.




Lösung in die gewünschte Küvette geben.



Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen. Messung wird automatisch durchgeführt.



Taste <OK> betätigen.



Mit <OK> bestätigen. Die Chlorophyll-a-, Chlorophyll-b- und Chlorophyll-c-Gehalte in mg/m³ werden im Display angezeigt.


Wichtig:

Die genaue Durchführung und die Zusammensetzung und Herstellung des verwendeten Extraktionsmittels sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Dort befinden sich auch weitere Informationen zur verwendeten Methode. Diese kann auf der Website heruntergeladen werden.


Chrom in Galvanikbädern

Eigenfärbung


Messbereich: 20 – 400 g/l CrO ₃	10-mm-Küvette	Methode-Nr. 20
10 – 200 g/l CrO ₃	20-mm-Küvette	Methode-Nr. 20
4,0 – 80,0 g/l CrO ₃	50-mm-Küvette	Methode-Nr. 20




5,0 ml der Probe in einen 100 ml Messkolben pipettieren, mit destilliertem Wasser bis zur Marke auffüllen und gut mischen.




4,0 ml der verdünnten Probe in einen 100 ml Messkolben pipettieren, mit destilliertem Wasser bis zur Marke auffüllen und gut mischen.



5,0 ml der 1:500 verdünnten Probe in eine leere Rundküvette (Leerküvetten, Art. 1.14724) pipettieren.




5,0 ml **40%-ige Schwefelsäure** hinzugeben. Mit Schraubkappe verschließen und mischen.



Lösung in die gewünschte Küvette geben.



Methode **20** wählen.




Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen. Messung wird automa-tisch durchgeführt.


Messbereich: 0,05 – 2,00 mg/l Cr

0,11 – 4,46 mg/l CrO₄


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 1–9.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




6 Tropfen **Cr-3K** in eine Reaktionsküvette geben, mit Schraubkappe verschließen.




Küvette zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln und **1 Minute** stehen lassen.



5,0 ml Probe mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



Reaktionszeit:
1 Minute



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.


Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können die gebrauchsfertige Chromat-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19780, Konzentration 1000 mg/l CrO₄²⁻, nach entsprechendem Verdünnen, bzw. die Standardlösung für photometrische Anwendungen, Art. 1.33013, verwendet werden.


Messbereich: 0,05 – 2,00 mg/l Cr

0,11 – 4,46 mg/l CrO₄²⁻


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 1–9.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




10 ml Probe in eine leere Rundküvette (Leerküvetten, Art. 114724) pipettieren.




1 Tropfen Cr-1K zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




1 Dosis Cr-2K mit blauem Dosierer zugeben, mit Schraubkappe verschließen.




Reaktionsküvette im Thermoreaktor 1 Stunde bei 120 °C erhitzen.




Küvette aus dem Thermoreaktor nehmen, im Reagenzglasgestell auf Raumtemperatur abkühlen lassen: **vorbereitete Probe**.




6 Tropfen Cr-3K in eine Reaktionsküvette geben, mit Schraubkappe verschließen.




Küvette zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln und **1 Minute** stehen lassen.



5,0 ml **vorbereitete Probe** mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



Reaktionszeit:
1 Minute



Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen.
Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können die gebrauchsfertige Chromat-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19780, Konzentration 1000 mg/l CrO₄²⁻, nach entsprechendem Verdünnen, bzw. die Standardlösung für photometrische Anwendungen, Art. 1.33013, verwendet werden.

Messbereich: 0,05 – 2,00 mg/l Cr

0,11 – 4,46 mg/l CrO₄

Falls eine Differenzierung zwischen Chrom(VI) und Chrom(III) gewünscht ist, kann nach Auswahl der Methode der methodenspezifische Modus „Differenzierung“ eingestellt werden.

Hinweis: Wenn keine Differenzierung gemessen werden soll, muss der Modus „Differenzierung“ wieder deaktiviert werden.



Methode **39** wählen.




Taste <Einstellungen> betätigen.
„Differenzierung“ auswählen und aktivieren.



Mit <OK> bestätigen.

Bestimmung von **Gesamtchrom** durchführen (s. Analysenvorschrift „Bestimmung von Gesamtchrom“ mit 1.14552).
= **Küvette A**


Nach Ablauf der Reaktionszeit:



Küvette A in den Küvettenschacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten. Messung wird automatisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen.



Bestimmung von **Chrom(VI)** durchführen (s. Analysenvorschrift „Bestimmung von Chrom(VI)“ mit 1.14552).
= **Küvette B**

Nach Ablauf der Reaktionszeit:



Küvette B in den Küvettenschacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten. Messung wird automatisch durchgeführt.

Mit <OK> bestätigen. Die Ergebnisse A (Σ Cr), B (Cr(VI)) und C (Cr(III)) in mg/l werden im Display angezeigt.

Chromat


1.14758

Bestimmung von Chrom(VI)


Test

Messbereich: 0,05 – 3,00 mg/l Cr	0,11 – 6,69 mg/l CrO ₄	10-mm-Küvette
0,03 – 1,50 mg/l Cr	0,07 – 3,35 mg/l CrO ₄	20-mm-Küvette
0,010 – 0,600 mg/l Cr	0,02 – 1,34 mg/l CrO ₄	50-mm-Küvette


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 1–9.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




1 gestrichen grauen Mikrolöffel Cr-1 in ein trockenes Reagenzglas geben.




6 Tropfen Cr-2 zugeben.




Zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.




5,0 ml Probe mit Pipette zugeben und mischen.




Reaktionszeit:
1 Minute



Lösung in die gewünschte Küvette geben.



Mit AutoSelector Methode wählen.



Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen.

Wichtig:

Zur Bestimmung von **Gesamtchrom = Summe aus Chrom(VI) und Chrom(III)** ist Probenvorbereitung mit Crack Set 10C, Art. 1.14688 bzw. Crack Set 10, Art. 1.14687 und Thermoreaktor erforderlich.

Ergebnis kann als Summe Chrom (Σ Cr) ausgegeben werden.

Für die Messung in der 50-mm-Küvette muss das Probenvolumen und Volumen der Reagenzien jeweils verdoppelt werden.


Stattdessen kann die Halbmikroküvette, Art. 1.73502, verwendet werden.

Qualitätssicherung:


Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können die gebrauchsfertige Chromat-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19780, Konzentration 1000 mg/l CrO₄²⁻, nach entsprechendem Verdünnen, bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.33012 und 1.33013, verwendet werden.

Messbereich: 0,05 – 2,00 mg/l Co


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 2,5 – 7,5. Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Salpetersäure pH-Wert korrigieren.




5,0 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



0,5 ml Co-1K mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



Reaktionszeit:
10 Minuten



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) kann die gebrauchsfertige Cobalt-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19785, Konzentration 1000 mg/l Co, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Cobalt in Wasser


Applikation

Messbereich: 0,5 – 10,0 mg/l Co


10-mm-Küvette

Methode-Nr. 305


Achtung! Die Messung erfolgt bei 495 nm in einer 10-mm-Rechteckküvette gegen eine Blindprobe, bereitet aus dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®) und den Reagenzien in analoger Weise.




10 ml Probe in einen 25-ml-Messkolben pipettieren.




0,25 ml **Reagenz 1** mit Pipette zugeben.



2,0 ml **Reagenz 2** mit Pipette zugeben.




1,0 ml **Reagenz 3** mit Pipette zugeben, mit destilliertem Wasser bis zur Marke auffüllen und gut mischen.



Lösung in die Küvette geben.



Methode **305** wählen.




Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Messung wird automa- tisch durchgeführt.

Wichtig:


Die genaue Zusammensetzung und Herstellung der verwendeten Reagenzien 1, 2 und 3 sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Dort befinden sich auch weitere Informationen zur verwendeten Methode. Diese kann auf der Website heruntergeladen werden.

Messbereich: 4,0 – 40,0 mg/l CSB bzw. O₂


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




Bodensatz in Küvette durch Umschwenken in Schwebeflüssigkeit bringen.




3,0 ml Probe **vorsichtig** in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe fest verschließen und kräftig mischen.
Vorsicht, Küvette wird heiß!




Reaktionsküvette im Thermoreaktor 2 Stunden bei 148 °C erhitzen.




Küvette aus dem Thermoreaktor nehmen, im Reagenzglasgestell abkühlen lassen.



Nach etwa 10 min Abkühlzeit Küvette nochmals umschwenken.



Küvette in das Gestell zurückstellen und bis auf Raumtemperatur abkühlen lassen (**sehr wichtig!**).



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Hinweis:

Zur Erhöhung der Genauigkeit wird empfohlen, gegen eine selbst angesetzte Blindprobe (Reaktionsküvette + CSB-freies Wasser) zu messen.


Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 50, Art. 1.14695, bzw. die Standardlösung für photometrische Anwendungen, Art. 1.25028, eingesetzt werden.


Probenabhängige Einflüsse können mittels Additionslösung (Bestandteil des CombiCheck 50) erkannt werden.

Messbereich: 5,0 – 80,0 mg/l CSB bzw. O₂


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




Bodensatz in Küvette durch Umschwenken in Schweben bringen.




2,0 ml Probe **vorsichtig** in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe fest verschließen und kräftig mischen.
Vorsicht, Küvette wird heiß!




Reaktionsküvette im Thermoreaktor 2 Stunden bei 148 °C erhitzen.




Küvette aus dem Thermoreaktor nehmen, im Reagenzglasgestell abkühlen lassen.



Nach etwa 10 min Abkühlzeit Küvette nochmals umschwenken.



Küvette in das Gestell zurückstellen und bis auf Raumtemperatur abkühlen lassen (**sehr wichtig!**).



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Hinweis:

Zur Erhöhung der Genauigkeit wird empfohlen, gegen eine selbst angesetzte Blindprobe (Reaktionsküvette + CSB-freies Wasser) zu messen.


Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 50, Art. 1.14695, bzw. die Standardlösung für photometrische Anwendungen, Art. 1.25028, eingesetzt werden.


Probenabhängige Einflüsse können mittels Additionslösung (Bestandteil des CombiCheck 50) erkannt werden.

Messbereich: 10 – 150 mg/l CSB bzw. O₂


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




Bodensatz in Küvette durch Umschwenken in Schweben bringen.




3,0 ml Probe **vorsichtig** in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe fest verschließen und kräftig mischen.
Vorsicht, Küvette wird heiß!




Reaktionsküvette im Thermoreaktor 2 Stunden bei 148 °C erhitzen.




Küvette aus dem Thermoreaktor nehmen, im Reagenzglasgestell abkühlen lassen.



Nach etwa 10 min Abkühlzeit Küvette nochmals umschwenken.



Küvette in das Gestell zurückstellen und bis auf Raumtemperatur abkühlen lassen (**sehr wichtig!**).



Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Hinweis:

Zur Erhöhung der Genauigkeit wird empfohlen, gegen eine selbst angesetzte Blindprobe (Reaktionsküvette + CSB-freies Wasser) zu messen.


Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 10, Art. 1.14676, bzw. die Standardlösung für photometrische Anwendungen, Art. 1.25029, eingesetzt werden.


Probenabhängige Einflüsse können mittels Additionslösung (Bestandteil des CombiCheck 10) erkannt werden.

Messbereich: 15 – 300 mg/l CSB bzw. O₂


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




Bodensatz in Küvette durch Umschwenken in Schwebeflüssigkeit bringen.




2,0 ml Probe **vorsichtig** in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe fest verschließen und kräftig mischen.
Vorsicht, Küvette wird heiß!




Reaktionsküvette im Thermoreaktor 2 Stunden bei 148 °C erhitzen.




Küvette aus dem Thermoreaktor nehmen, im Reagenzglasgestell abkühlen lassen.



Nach etwa 10 min Abkühlzeit Küvette nochmals umschwenken.



Küvette in das Gestell zurückstellen und bis auf Raumtemperatur abkühlen lassen (**sehr wichtig!**).



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Hinweis:

Zur Erhöhung der Genauigkeit wird empfohlen, gegen eine selbst angesetzte Blindprobe (Reaktionsküvette + CSB-freies Wasser) zu messen.


Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 60, Art. 1.14696, bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.25029 und 1.25030, eingesetzt werden.


Probenabhängige Einflüsse können mittels Additionslösung (Bestandteil des CombiCheck 60) erkannt werden.

Messbereich: 50 – 500 mg/l CSB bzw. O₂


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




Bodensatz in Küvette durch Umschwenken in Schweben bringen.




2,0 ml Probe **vorsichtig** in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe fest verschließen und kräftig mischen.
Vorsicht, Küvette wird heiß!




Reaktionsküvette im Thermoreaktor 2 Stunden bei 148 °C erhitzen.




Küvette aus dem Thermoreaktor nehmen, im Reagenzglasgestell abkühlen lassen.



Nach etwa 10 min Abkühlzeit Küvette nochmals umschwenken.



Küvette in das Gestell zurückstellen und bis auf Raumtemperatur abkühlen lassen (**sehr wichtig!**).



Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Hinweis:

Zur Erhöhung der Genauigkeit wird empfohlen, gegen eine selbst angesetzte Blindprobe (Reaktionsküvette + CSB-freies Wasser) zu messen.


Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 60, Art. 1.14696, bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.25029, 1.25030 und 1.25031, eingesetzt werden.


Probenabhängige Einflüsse können mittels Additionslösung (Bestandteil des CombiCheck 60) erkannt werden.

Messbereich: 25 – 1500 mg/l CSB bzw. O₂


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




Bodensatz in der Küvette durch Umschwenken in Schweben bringen.




3,0 ml Probe **vorsichtig** in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe fest verschließen und kräftig mischen.
Vorsicht, Küvette wird heiß!




Reaktionsküvette im Thermoreaktor 2 Stunden bei 148 °C erhitzen.




Küvette aus dem Thermoreaktor nehmen, im Reagenzglasgestell abkühlen lassen.



Nach etwa 10 min Abkühlzeit Küvette nochmals umschwenken.



Küvette in das Gestell zurückstellen und bis auf Raumtemperatur abkühlen lassen (**sehr wichtig!**).



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Hinweis:

Zur Erhöhung der Genauigkeit wird empfohlen, gegen eine selbst angesetzte Blindprobe (Reaktionsküvette + CSB-freies Wasser) zu messen.


Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 20, Art. 1.14675, bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.25029, 1.25030, 1.25031 und 1.25032, eingesetzt werden.

Probenabhängige Einflüsse können mittels Additions- lösung (Bestandteil des CombiCheck 20) erkannt werden.

Messbereich: 300 – 3500 mg/l CSB bzw. O₂


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




Bodensatz in der Küvette durch Umschwenken in Schweben bringen.




2,0 ml Probe **vorsichtig** in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe fest verschließen und kräftig mischen.
Vorsicht, Küvette wird heiß!




Reaktionsküvette im Thermoreaktor 2 Stunden bei 148 °C erhitzen.




Küvette aus dem Thermoreaktor nehmen, im Reagenzglasgestell abkühlen lassen.



Nach etwa 10 min Abkühlzeit Küvette nochmals umschwenken.



Küvette in das Gestell zurückstellen und bis auf Raumtemperatur abkühlen lassen (**sehr wichtig!**).



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Hinweis:

Zur Erhöhung der Genauigkeit wird empfohlen, gegen eine selbst angesetzte Blindprobe (Reaktionsküvette + CSB-freies Wasser) zu messen.


Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 80, Art. 1.14738, bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.25031, 1.25032 und 1.25033, eingesetzt werden.


Probenabhängige Einflüsse können mittels Additions- lösung (Bestandteil des CombiCheck 80) erkannt werden.

Messbereich: 500 – 10000 mg/l CSB bzw. O₂


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




Bodensatz in der Küvette durch Umschwenken in Schweben bringen.




1,0 ml Probe **vorsichtig** in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe fest verschließen und kräftig mischen.
Vorsicht, Küvette wird heiß!




Reaktionsküvette im Thermoreaktor 2 Stunden bei 148 °C erhitzen.




Küvette aus dem Thermoreaktor nehmen, im Reagenzglasgestell abkühlen lassen.



Nach etwa 10 min Abkühlzeit Küvette nochmals umschwenken.



Küvette in das Gestell zurückstellen und bis auf Raumtemperatur abkühlen lassen (**sehr wichtig!**).



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Hinweis:

Zur Erhöhung der Genauigkeit wird empfohlen, gegen eine selbst angesetzte Blindprobe (Reaktionsküvette + CSB-freies Wasser) zu messen.


Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 70, Art. 1.14689, bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.25032, 1.25033 und 1.25034, eingesetzt werden.


Probenabhängige Einflüsse können mittels Additionslösung (Bestandteil des CombiCheck 70) erkannt werden.

Messbereich: 5000 – 90000 mg/l CSB bzw. O₂


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




Bodensatz in Küvette durch Umschwenken in Schweben bringen.




0,10 ml Probe **vorsichtig** in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe fest verschließen und kräftig mischen.
Vorsicht, Küvette wird heiß!




Reaktionsküvette im Thermoreaktor 2 Stunden bei 148 °C erhitzen.




Küvette aus dem Thermoreaktor nehmen, im Reagenzglasgestell abkühlen lassen.



Nach etwa 10 min Abkühlzeit Küvette nochmals umschwenken.



Küvette in das Gestell zurückstellen und bis auf Raumtemperatur abkühlen lassen (**sehr wichtig!**).



Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Hinweis:

Zur Erhöhung der Genauigkeit wird empfohlen, gegen eine selbst angesetzte Blindprobe (Reaktionsküvette + CSB-freies Wasser) zu messen.

Qualitätssicherung:


Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.25034 und 1.25035, eingesetzt werden.

Messbereich: 10 – 150 mg/l CSB bzw. O₂


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




2,0 ml Probe **vorsichtig** in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe fest verschließen und kräftig mischen.
Vorsicht, Küvette wird heiß!




Reaktionsküvette im Thermoreaktor 2 Stunden bei 148 °C erhitzen.




Küvette aus dem Thermoreaktor nehmen, im Reagenzglasgestell abkühlen lassen.



Nach etwa 10 min Abkühlzeit Küvette nochmals umschwenken.



Küvette in das Gestell zurückstellen und bis auf Raumtemperatur abkühlen lassen (**sehr wichtig!**).



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Hinweis:

Zur Erhöhung der Genauigkeit wird empfohlen, gegen eine selbst angesetzte Blindprobe (Reaktionsküvette + CSB-freies Wasser) zu messen.

Qualitätssicherung:


Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.25028 und 1.25029, eingesetzt werden.

Messbereich: 100 – 1500 mg/l CSB bzw. O₂


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




2,0 ml Probe **vorsichtig** in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe fest verschließen und kräftig mischen.
Vorsicht, Küvette wird heiß!




Reaktionsküvette im Thermoreaktor 2 Stunden bei 148 °C erhitzen.




Küvette aus dem Thermoreaktor nehmen, im Reagenzglasgestell abkühlen lassen.



Nach etwa 10 min Abkühlzeit Küvette nochmals umschwenken.



Küvette in das Gestell zurückstellen und bis auf Raumtemperatur abkühlen lassen (**sehr wichtig!**).



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Hinweis:

Zur Erhöhung der Genauigkeit wird empfohlen, gegen eine selbst angesetzte Blindprobe (Reaktionsküvette + CSB-freies Wasser) zu messen.


Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.25029, 1.25030, 1.25031 und 1.25032, eingesetzt werden.


Messbereich: 5,0 – 60,0 mg/l CSB bzw. O₂

Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.

Chloridabreicherung:




20 ml Probe mit Glaspipette in einen 300-ml-Erlenmeyerkolben mit NS 29/32 geben.




20 ml dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.15333, Wasser für die Chromatographie LiChrosolv®) mit Glaspipette in einen zweiten 300-ml-Erlenmeyerkolben mit NS 29/32 geben.




Je einen Magnetrührstab zugeben und im Eisbad kühlen.




Zu beiden Erlenmeyerkolben je 25 ml **Schweifelsäure für CSB-Bestimmung** (Art. 1.17048) mit Glaspipette **unter Rühren und Kühlung langsam** zugeben.




Beide Erlenmeyerkolben im Eisbad auf Raumtemperatur abkühlen lassen.




Je 6 - 7 g **Natronkalk mit Indikator** (Art. 1.06733) in zwei Absorber-Kerzen (Art. 1.15955) füllen.



Absorber-Kerzen mit Glasstopfen verschließen und auf die Erlenmeyerkolben aufsetzen.



Bei Raumtemperatur für 2 Stunden bei 250 U/min rühren lassen:
abgereichert Probe / abgereichert Blindprobe



Chlorid-Gehalt der abgereicherten Probe überprüfen mittels MQuant® Chlorid-Test (Art. 1.11132) nach Applikationsvorschrift (s. Website):
Soll-Wert <2000 mg/l Cl⁻.


Chlorid-Bestimmung (nach Applikationsvorschrift - Kurzfassung):

5,0 ml Natronlauge 2 mol/l, Art. 1.09136, in das Testglas des MQuant® Chlorid-Tests, Art. 1.11132, geben.

0,5 ml abgereicherte Probe aus der Pipette vorsichtig an der inneren Wandung des schräg gehaltenen Testglässchens auf die Natronlauge fließen lassen und mischen (**Schutzbrille! Testglas wird heiß!**).

2 Tropfen Reagenz Cl-1 zugeben und umschwenken. Die Probe färbt sich direkt gelb. (Reagenz Cl-2 wird nicht benötigt.) Reagenz Cl-3 aus der senkrecht gehaltenen Flasche langsam und unter Umschwenken zur Probe tropfen, bis deren Farbe von Gelb nach Blauviolett umschlägt. Kurz vor dem Farbumschlag nach jedem Tropfen einige Sekunden warten.

Messwert in mg/l Chlorid = Anzahl der Tropfen x 250

Bestimmung:


Bodensatz in zwei Küvetten durch Umschwenken in Schwebeflüssigkeit bringen.




5,0 ml **abgereicherte Probe** vorsichtig in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe fest verschließen und kräftig mischen.
Vorsicht, Küvette wird heiß!




5,0 ml **abgereicherte Blindprobe** vorsichtig in eine zweite Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe fest verschließen und kräftig mischen.
Vorsicht, Küvette wird heiß!
(Blindwert-Küvette)




Beide Küvetten im Thermoreaktor 2 Stunden bei 148 °C erhitzen.




Beide Küvetten aus dem Thermoreaktor nehmen, in einem Reagenzglasgestell abkühlen lassen.




Nach etwa 10 min Abkühlzeit beide Küvetten nochmals umschwenken.




Beide Küvetten in das Gestell zurückstellen und bis auf Raumtemperatur abkühlen lassen (sehr wichtig!).




Taste <Einstellungen> betätigen.
„Reagenzienblindwert“ auswählen.



Blindwert-Küvette in den Küvettenschacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.



„Anwender RB“ auswählen.
Mit <OK> bestätigen.



Proben-Küvette in den Küvettenschacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.


Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) muss eine CSB/Chlorid-Standardlösung aus Kaliumhydrogenphthalat, Art. 1.02400, und Natriumchlorid, Art. 1.06406, selbst bereitet werden (siehe Abschnitt „Standardlösungen“).


Messbereich: 50 – 3000 mg/l CSB bzw. O₂

Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.

Chloridabreicherung:




20 ml Probe mit Glaspipette in einen 300-ml-Erlenmeyerkolben mit NS 29/32 geben.




20 ml dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.15333, Wasser für die Chromatographie LiChrosolv®) mit Glaspipette in einen zweiten 300-ml-Erlenmeyerkolben mit NS 29/32 geben.




Je einen Magnetrührstab zugeben und im Eisbad kühlen.




Zu beiden Erlenmeyerkolben je 25 ml **Schweifelsäure für CSB-Bestimmung** (Art. 1.17048) mit Glaspipette **unter Rühren und Kühlung langsam** zugeben.




Beide Erlenmeyerkolben im Eisbad auf Raumtemperatur abkühlen lassen.




Je 6 - 7 g **Natronkalk mit Indikator** (Art. 1.06733) in zwei Absorber-Kerzen (Art. 1.15955) füllen.



Absorber-Kerzen mit Glasstopfen verschließen und auf die Erlenmeyerkolben aufsetzen.



Bei Raumtemperatur für 2 Stunden bei 250 U/min rühren lassen:
abgereichert Probe / abgereichert Blindprobe



Chlorid-Gehalt der abgereicherten Probe überprüfen mittels MQuant® Chlorid-Test (Art. 1.11132) nach Applikationsvorschrift (s. Website):
Soll-Wert <250 mg/l Cl⁻.


Chlorid-Bestimmung (nach Applikationsvorschrift - Kurzfassung):

5,0 ml Natronlauge 2 mol/l, Art. 1.09136, in das Testglas des MQuant® Chlorid-Tests, Art. 1.11132, geben.


0,5 ml abgereicherte Probe aus der Pipette vorsichtig an der inneren Wandung des schräg gehaltenen Testgläser auf die Natronlauge fließen lassen und mischen (**Schutzbrille! Testglas wird heiß!**).

2 Tropfen Reagenz Cl-1 zugeben und umschwenken. Die Probe färbt sich direkt gelb. (Reagenz Cl-2 wird nicht benötigt.) Reagenz Cl-3 aus der senkrecht gehaltenen Flasche langsam und unter Umschwenken zur Probe tropfen, bis deren Farbe von Gelb nach Blauviolett umschlägt. Kurz vor dem Farbumschlag nach jedem Tropfen einige Sekunden warten.


Messwert in mg/l Chlorid = Anzahl der Tropfen x 250

Bestimmung:


Bodensatz in zwei Küvetten durch Umschwenken in Schweben bringen.




3,0 ml **abgericherte Probe** vorsichtig in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe fest verschließen und kräftig mischen.
Vorsicht, Küvette wird heiß!
(Blindwert-Küvette)




3,0 ml **abgericherte Blindprobe** vorsichtig in eine zweite Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe fest verschließen und kräftig mischen.
Vorsicht, Küvette wird heiß!
(Blindwert-Küvette)




Beide Küvetten im Thermoreaktor 2 Stunden bei 148 °C erhitzen.




Beide Küvetten aus dem Thermoreaktor nehmen, in einem Reagenzglasgestell abkühlen lassen.




Nach etwa 10 min Abkühlzeit beide Küvetten nochmals umschwenken.




Beide Küvetten in das Gestell zurückstellen und bis auf Raumtemperatur abkühlen lassen (sehr wichtig!).




Taste <Einstellungen> betätigen.
„Reagenzienblindwert“ auswählen.



Blindwert-Küvette in den Küvettenschacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.



„Anwender RB“ auswählen.
Mit <OK> bestätigen.




Proben-Küvette in den Küvettenschacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) muss eine CSB/Chlorid-Standardlösung aus Kaliumhydrogenphthalat, Art. 1.02400, und Natriumchlorid, Art. 1.06406, selbst bereitet werden (siehe Abschnitt „Standardlösungen“).

Messbereich: 0,010 – 0,500 mg/l CN


Ergebnisangabe auch in mmol/l sowie in Cyanid frei [CN(f)] möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 4,5 – 8,0. Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




5,0 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und Feststoff lösen.




1 gestrichenen blauen Mikrolöffel CN-1K zugeben, mit Schraubkappe verschließen.



Küvette zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.



Reaktionszeit:
10 Minuten




Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:


Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) kann die gebrauchsfertige Cyanid-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19533, Konzentration 1000 mg/l CN⁻, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Messbereich: 0,010 – 0,500 mg/l CN


Ergebnisangabe auch in mmol/l sowie in Cyanid frei [CN(f)] möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 4,5 – 8,0. Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




5,0 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und Feststoff lösen.




1 gestrichenen blauen Mikrolöffel CN-3K zugeben, mit Schraubkappe verschließen.



Küvette zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.



Reaktionszeit:
10 Minuten



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) kann die gebrauchsfertige Cyanid-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19533, Konzentration 1000 mg/l CN⁻, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Cyanid


1.14561

Bestimmung von leicht freisetzbarem Cyanid


Küvettentest

Messbereich: 0,010 – 0,500 mg/l CN


Ergebnisangabe auch in mmol/l sowie in Cyanid leicht freisetzbar [CN(v)] möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 4,5 – 8,0.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




10 ml Probe in eine leere Rundküvette (Leerküvetten, Art. 1.14724) pipettieren.




1 Dosis **CN-1K** mit grünem Dosierer zugeben, mit Schraubkappe verschließen.



Reaktionsküvette im Thermoreaktor 30 Minuten bei 120 °C erhitzen.




Küvette aus dem Thermoreaktor nehmen, im Reagenzglasgestell auf Raumtemperatur abkühlen lassen.




Küvette vor dem Öffnen umschwenken.




3 Tropfen **CN-2K** zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen: **vorbereitete Probe**.




5,0 ml **vorbereitete Probe** in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und Feststoff lösen.




1 gestrichenen blauen Mikrolöffel **CN-3K** zugeben, mit Schraubkappe verschließen.



Küvette zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.



Reaktionszeit:
10 Minuten




Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) kann die gebrauchsfertige Cyanid-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19533, Konzentration 1000 mg/l CN⁻, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Messbereich: 0,010 – 0,500 mg/l CN	10-mm-Küvette
0,005 – 0,250 mg/l CN	20-mm-Küvette
0,0020 – 0,1000 mg/l CN	50-mm-Küvette

Ergebnisangabe auch in mmol/l sowie in Cyanid frei [CN(f)] möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 4,5 – 8,0. Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




5,0 ml Probe in eine leere Rundküvette (Leerküvetten, Art. 1.14724) pipettieren.




1 gestrichenen grünen Mikrolöffel CN-3 zugeben, mit Schraubkappe verschließen.




Küvette zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.




1 gestrichenen blauen Mikrolöffel CN-4 zugeben, mit Schraubkappe verschließen.




Küvette zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.




Reaktionszeit:
10 Minuten



Lösung in die gewünschte Rechteckküvette geben.



Mit AutoSelector Methode wählen.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.

Hinweis:

Für den Ansatz werden Leerküvetten, Art. 1.14724 empfohlen. Diese Küvetten sind mit Schraubkappe verschließbar. Damit wird Gasverlusten vorgebeugt.

Qualitätssicherung:


Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) kann die gebrauchsfertige Cyanid-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19533, Konzentration 1000 mg/l CN⁻, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Wichtig:

Für die Messung in der 50-mm-Küvette muss das Probenvolumen und die Menge der Reagenzien CN-3 und -4 jeweils verdoppelt werden. Stattdessen kann die Halbmikroküvette, Art. 1.73502, verwendet werden.

Messbereich: 0,010 – 0,500 mg/l CN	10-mm-Küvette
0,005 – 0,250 mg/l CN	20-mm-Küvette
0,0020 – 0,1000 mg/l CN	50-mm-Küvette


Ergebnisangabe auch in mmol/l sowie in Cyanid leicht freisetzbar [CN(v)] möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 4,5 – 8,0. Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




10 ml Probe in eine leere Rundküvette (Leerküvetten, Art. 1.14724) pipettieren.




1 Dosis CN-1 mit grünem Dosierer zugeben, mit Schraubkappe verschließen.




Reaktionsküvette im Thermoreaktor 30 Minuten bei 120 °C erhitzen.



Küvette aus dem Thermoreaktor nehmen, im Reagenzglasgestell auf Raumtemperatur abkühlen lassen.



Küvette vor dem Öffnen umschwenken.




3 Tropfen CN-2 zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen:
vorbereite Probe.



5,0 ml vorbereite Probe in eine leere Rundküvette (Leerküvetten, Art. 1.14724) pipettieren.




1 gestrichenen grünen Mikrolöffel CN-3 zugeben, mit Schraubkappe verschließen.




Küvette zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.




1 gestrichenen blauen Mikrolöffel CN-4 zugeben, mit Schraubkappe verschließen.




Küvette zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.




Reaktionszeit:
10 Minuten



Lösung in die gewünschte Rechteckküvette geben.



Mit AutoSelector Methode wählen.



Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen.

Hinweis:

Für den Ansatz werden Leerküvetten, Art. 1.14724 empfohlen. Diese Küvetten sind mit Schraubkappe verschließbar. Damit wird Gasverlusten vorgebeugt.

Wichtig:

Für die Messung in der 50-mm-Küvette muss das Probenvolumen für die Bestimmung, nicht für den vorangehenden Aufschluss, und die Menge der Reagenzien CN-3 und -4 jeweils verdoppelt werden. Stattdessen kann die Halbmikroküvette, Art. 1.73502, verwendet werden.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) kann die gebrauchsfertige Cyanid-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19533, Konzentration 1000 mg/l CN⁻, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Cyanursäure


1.19253

Test


Messbereich: 2 – 160 mg/l Cyanursäure

20-mm-Küvette

Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.



Trübe Probelösungen
filtrieren.




5,0 ml Probe in ein
leeres Testglas (z. B.
Flachbodengläser, Art.
1.14902) pipettieren.




5,0 ml dest. Wasser
(empfohlen wird Art.
1.16754, Wasser zur
Analyse EMSURE®) mit
Pipette zugeben, mit
Schraubkappe verschlie-
ßen und mischen.




1 Reagenztablette
Cyanuric Acid zuge-
ben, mit Rührstab zer-
drücken und mit Schraub-
kappe verschließen.




Küvette zum Lösen
des Feststoffs um-
schwenken.



Lösung in die Rechteck-
küvette geben.



Mit AutoSelector
Methode wählen.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) muss eine Cyanursäure-Standardlösung aus Cyanursäure, Art. 8.20358, selbst bereitet werden (siehe Abschnitt „Standardlösungen“).

$\Delta K_{268 \text{ nm}}$ von Olivenöl

entspricht **Commission Regulation (EEC) No 2568/91 Annex IX**


Applikation

Messbereich: -0,10 – 1,00 ΔK_{268}


10-mm-Quarz-Küvette

Methode-Nr. 2528


Achtung! Vor der Messung der ersten Messprobe wird automatisch ein Nullabgleich angefordert, bereitet aus Isooctan. Dieser ist bis zum Verlassen der Methode gültig.




Probe (ggf. schmelzen und) homogenisieren.




Bei Verunreinigungen Probe über ein Schnellfilterpapier filtrieren.




Probe auf 1 mg genau in einen Messkolben einwiegen.




Einige Milliliter **Isooctan für die Spektroskopie Uvasol®** (Art. 1.04718) zugeben.



Probe bei Raumtemperatur lösen.




Messkolben bis zur Marke mit **Isooctan für die Spektroskopie Uvasol®** (Art. 1.04718) auffüllen und mischen.




Trübe Lösungen über ein Papierfilter filtrieren.




Methode **2528** wählen. Nullabgleich durchführen und mit Taste <OK> bestätigen.




Einwaage in Gramm eingeben.



Mit <OK> bestätigen.




Volumen der Probelösung in Milliliter eingeben.




Mit <OK> bestätigen.



Taste <Start> betätigen.




Lösung in die Quarz-Küvette geben.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Messung wird automatisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen. Der ΔK_{268} -Wert wird im Display angezeigt.



Taste <Start> betätigen, um den Messablauf für die nächste Probe zu starten. Es wird kein erneuter Nullabgleich angefordert.

Wichtig:

Die genaue Durchführung und weitere Informationen zur verwendeten Methode sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Diese kann auf der Website heruntergeladen werden.

$\Delta K_{270 \text{ nm}}$ von Olivenöl

entspricht **Commission Regulation (EEC) No 2568/91 Annex IX**

Applikation

Messbereich: -0,10 – 1,00 ΔK_{270}


10-mm-Quarz-Küvette

Methode-Nr. 2529


Achtung! Vor der Messung der ersten Messprobe wird automatisch ein Nullabgleich angefordert, bereitet aus Cyclohexan. Dieser ist bis zum Verlassen der Methode gültig.




Probe (ggf. schmelzen und) homogenisieren.




Bei Verunreinigungen Probe über ein Schnellfilterpapier filtrieren.




Probe auf 1 mg genau in einen Messkolben einwiegen.




Einige Milliliter **Cyclohexan für die Spektroskopie Uvasol®** (Art. 1.02822) zugeben.



Probe bei Raumtemperatur lösen.




Messkolben bis zur Marke mit **Cyclohexan für die Spektroskopie Uvasol®** (Art. 1.02822) auffüllen und mischen.




Trübe Lösungen über ein Papierfilter filtrieren.




Methode **2529** wählen. Nullabgleich durchführen und mit Taste <OK> bestätigen.




Einwaage in Gramm eingeben.




Mit <OK> bestätigen.




Volumen der Probelösung in Milliliter eingeben.




Mit <OK> bestätigen.



Taste <Start> betätigen.




Lösung in die Quarz-Küvette geben.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Messung wird automatisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen. Der ΔK_{270} -Wert wird im Display angezeigt.



Taste <Start> betätigen, um den Messablauf für die nächste Probe zu starten. Es wird kein erneuter Nullabgleich angefordert.

Wichtig:

Die genaue Durchführung und weitere Informationen zur verwendeten Methode sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Diese kann auf der Website heruntergeladen werden.

DOBI (Schädigung des Bleichindex)

von rohem Palmöl

entspricht DIN EN ISO 17932:2011


Applikation

Messbereich: 0 – 4,00 DOBI


10-mm-Quarz-Küvette

Methode-Nr. 2524


Achtung! Vor der Messung der ersten Messprobe wird automatisch ein Nullabgleich angefordert, bereitet aus Isooctan. Dieser ist bis zum Verlassen der Methode gültig.




Probe bei 60 - 70 °C schmelzen und homogenisieren.




Bei Verunreinigungen Probe über ein Schnellfilterpapier filtrieren.




Zwischen 100 mg und 500 mg Probe in einen 25-ml-Messkolben einwiegen.




Einige Milliliter Isooctan für die Spektroskopie Uvasol® (Art. 1.04718) zugeben.



Probe bei Raumtemperatur lösen.




Messkolben bis zur Marke mit Isooctan für die Spektroskopie Uvasol® (Art. 1.04718) auffüllen und mischen.




Trübe Lösungen über ein Papierfilter filtrieren.



Methode 2524 wählen. Nullabgleich durchführen und mit Taste <OK> bestätigen.



Lösung in die Quarz-Küvette geben.



Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen. Messung wird automatisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen. Der DOBI-Wert wird im Display angezeigt.



Taste <Start> betätigen, um den Messablauf für die nächste Probe zu starten. Es wird kein erneuter Nullabgleich angefordert.

Wichtig:

Die genaue Durchführung und weitere Informationen zur verwendeten Methode sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Diese kann auf der Website heruntergeladen werden.

dsDNA in aufgereinigten Lösungen


Applikation

Messbereich: 5 – 37 500 µg/ml dsDNA


10-mm-Quarz-Küvette

Methode-Nr. 2512

Achtung! Vor der Messung der ersten Messprobe wird automatisch ein Nullabgleich angefordert, bereitet aus Probenlösungsmittel. Dieser ist bis zum Verlassen der Methode gültig.




Probe **vorsichtig** homogenisieren.




Probe ggf. verdünnen.
Verdünnung notieren
(1 + x):
Messprobe.




Methode **2512** wählen.
Nullabgleich mit **Probenlösungsmittel** durchführen und mit Taste <OK> bestätigen.




Verdünnung (1 Teil Probe + x Teile Probenlösungsmittel) eingeben.



Mit <OK> bestätigen.




Messprobe in die Quarz-Küvette geben.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.
Messung wird automa-
tisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen.
Das Ergebnis wird im Display angezeigt.



Taste <Start> betätigen,
um den Messablauf für die nächste Probe zu starten.
Es wird kein erneuter Nullabgleich angefordert.

Wichtig:


Bei jeder neuen Messserie ist die vorprogrammierte Kalibrierung mit Standardlösungen zu überprüfen (s. Abschnitt „Adjustment“). Sollte es zu signifikanten Abweichungen kommen, muss die Methode rekalibriert werden. Dazu gemäß der Applikationsvorschrift vorgehen.

Wichtig:


Die genaue Durchführung und weitere Informationen zur verwendeten Methode sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Diese kann auf der Website heruntergeladen werden.

Messbereich: 0,05 – 4,00 mg/l Fe


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 1–10.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Salzsäure pH-Wert korrigieren.




5,0 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




1 gestrichenen blauen Mikrolöffel Fe-1K zugeben, mit Schraubkappe verschließen.



Küvette zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.



Reaktionszeit:
3 Minuten



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Wichtig:

Zur Bestimmung von **Gesamteisen** ist Probenvorbereitung mit Crack Set 10C, Art. 1.14688 bzw. Crack Set 10, Art. 1.14687 und Thermoreaktor erforderlich.

Ergebnis kann als Summe Eisen (Σ Fe) ausgegeben werden.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 90, Art. 1.18700, bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.33018, 1.33019 und 1.33020, eingesetzt werden.


Ebenso kann die gebrauchsfertige Eisen-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19781, Konzentration 1000 mg/l Fe, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Probenabhängige Einflüsse können mittels Additionslösung (Bestandteil des CombiCheck 90) erkannt werden.

Messbereich: 1,0 – 50,0 mg/l Fe

Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.


Bestimmung von Eisen(II)




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 3–8.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Salzsäure pH-Wert korrigieren.



1,0 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




Reaktionszeit:
5 Minuten



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.


Bestimmung von Eisen(II + III)




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 3–8.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Salzsäure pH-Wert korrigieren.




1,0 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraub- kappe verschließen und mischen.




1 Dosis Fe-1K mit blauem Dosierer zugeben, mit Schraubkappe verschließen.



Küvette zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.



Reaktionszeit:
5 Minuten



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Wichtig:

Zur Bestimmung von **Gesamteisen** ist Probenbereitung mit Crack Set 10C, Art. 1.14688 bzw. Crack Set 10, Art. 1.14687 und Thermoreaktor erforderlich.

Ergebnis kann als Summe Eisen (Σ Fe) ausgegeben werden.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) kann die gebrauchsfertige Eisen-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19781, Konzentration 1000 mg/l Fe(III), nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Messbereich: 1,0 – 50,0 mg/l Fe

Falls eine Differenzierung zwischen Eisen(II) und Eisen(III) gewünscht ist, kann nach Auswahl der Methode der methodenspezifische Modus „Differenzierung“ eingestellt werden.

Hinweis: Wenn keine Differenzierung gemessen werden soll, muss der Modus „Differenzierung“ wieder deaktiviert werden.



Methode **106** wählen.




Taste <Einstellungen> betätigen.
„Differenzierung“ auswählen und aktivieren.



Mit <OK> bestätigen.

Bestimmung von **Eisen(II + III)** durchführen (s. Analysenvorschrift „Bestimmung von Eisen(II + III)“ mit 1.14896).
= **Küvette A**

Nach Ablauf der Reaktionszeit:




Küvette A in den Küvettenschacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten. Messung wird automatisch durchgeführt.



Bestimmung von **Eisen(II)** durchführen (s. Analysenvorschrift „Bestimmung von Eisen(II)“ mit 1.14896).
= **Küvette B**

Nach Ablauf der Reaktionszeit:




Mit <OK> bestätigen.



Küvette B in den Küvettenschacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten. Messung wird automatisch durchgeführt.


Mit <OK> bestätigen. Die Ergebnisse A (Fe(II+III)), B (Fe(II)) und C (Fe(III)) in mg/l werden im Display angezeigt.

Messbereich: 0,05 – 5,00 mg/l Fe	10-mm-Küvette
0,03 – 2,50 mg/l Fe	20-mm-Küvette
0,005 – 1,000 mg/l Fe	50-mm-Küvette
0,0025 – 0,5000 mg/l Fe	100-mm-Küvette
Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.	


Messbereiche: 0,005 – 5,00 mg/l Fe

pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 1–10.

Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Salzsäure pH-Wert korrigieren.




5,0 ml Probe in ein Reagenzglas pipettieren.




3 Tropfen Fe-1 zugeben und mischen.




Reaktionszeit: 3 Minuten



Lösung in die gewünschte Küvette geben.



Mit AutoSelector Methode wählen.



Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen.

Wichtig:

Zur Bestimmung von **Gesamteisen** ist Probenvorbereitung mit Crack Set 10C, Art. 1.14688 bzw. Crack Set 10, Art. 1.14687 und Thermoreaktor erforderlich.

Ergebnis kann als Summe Eisen (Σ Fe) ausgegeben werden.

Für die Messung in der 50-mm-Küvette muss das Probenvolumen und Volumen der Reagenzien jeweils verdoppelt werden.


Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 90, Art. 1.18700, bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.33014, 1.33018, 1.33019 und 1.33020, eingesetzt werden.


Ebenso kann die gebrauchsfertige Eisen-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19781, Konzentration 1000 mg/l Fe, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Probenabhängige Einflüsse können mittels Additionslösung (Bestandteil des CombiCheck 90) erkannt werden.


Messbereich: 0,0025 – 0,5000 mg/l Fe




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 1–10.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Salzsäure pH-Wert korrigieren.




Mit AutoSelector Methode wählen.




Rundküvettenhalter entfernen.




20 ml Probe in ein geeignetes Gefäß geben.




20 ml dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®) in ein zweites geeignetes Gefäß geben. (Blindwert)




Zu beiden Gefäßen je 12 Tropfen Fe-1 zugeben und mischen.




Reaktionszeit:
3 Minuten




Taste <Einstellungen> betätigen.
„Reagenzienblindwert“ auswählen.




Blindprobe in die Küvette geben.




Blindwert-Küvette in den Küvettenschacht einsetzen.



„Anwender RB“ auswählen.
Mit <OK> bestätigen.



Messprobe in die Küvette geben.



Proben-Küvette in den Küvettenschacht einsetzen.

Wichtig:


Sollte die Probe mit **Salpetersäure konserviert** worden sein, ist es ggf. notwendig, das für die Blindprobe verwendete Wasser im gleichen Verhältnis mit Salpetersäure zu versetzen.
Salpetersäure kann Spuren von Eisen und Verfärbungen enthalten.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können die gebrauchsfertige Eisen-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19781, Konzentration 1000 mg/l Fe, nach entsprechendem Verdünnen, bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.33014, 1.33018 und 1.33019, verwendet werden.

Messbereich: 0,10 – 5,00 mg/l Fe	10-mm-Küvette
0,05 – 2,50 mg/l Fe	20-mm-Küvette
0,010 – 1,000 mg/l Fe	50-mm-Küvette
Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.	

Bestimmung von Eisen(II)



pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 2–8.


Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Salpetersäure pH-Wert korrigieren.

8,0 ml Probe in ein Reagenzglas pipettieren.


1 Tropfen **Fe-1** zugeben und mischen.

0,50 ml **Fe-2** mit Pipette zugeben und mischen.


Reaktionszeit: 5 Minuten



Lösung in die gewünschte Küvette geben.




Mit AutoSelector Methode wählen.




Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen.


Bestimmung von Eisen(II + III)




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 2–8.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Salpetersäure pH-Wert korrigieren.




8,0 ml Probe in ein Reagenzglas pipettieren.



1 Tropfen Fe-1 zugeben und mischen.




0,50 ml Fe-2 mit Pipette zugeben und mischen.




1 Dosis Fe-3 mit blauem Dosierer zugeben und Feststoff lösen.




Reaktionszeit:
10 Minuten



Lösung in die gewünschte Küvette geben.



Mit AutoSelector Methode wählen.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.

Wichtig:

Zur Bestimmung von **Gesamteisen** ist Probenvorbereitung mit Crack Set 10C, Art. 1.14688 bzw. Crack Set 10, Art. 1.14687 und Thermoreaktor erforderlich.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 90, Art. 1.18700, bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.33014, 1.33018, 1.33019 und 1.33020, eingesetzt werden.


Ebenso kann die gebrauchsfertige Eisen-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19781, Konzentration 1000 mg/l Fe(III), nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Probenabhängige Einflüsse können mittels Additionslösung (Bestandteil des CombiCheck 90) erkannt werden.

Messbereich: 0,10 – 5,00 mg/l Fe	10-mm-Küvette
0,05 – 2,50 mg/l Fe	20-mm-Küvette
0,010 – 1,000 mg/l Fe	50-mm-Küvette

Falls eine Differenzierung zwischen Eisen(II) und Eisen(III) gewünscht ist, kann nach Auswahl der Methode der methodenspezifische Modus „Differenzierung“ eingestellt werden.

Hinweis: Wenn keine Differenzierung gemessen werden soll, muss der Modus „Differenzierung“ wieder deaktiviert werden.



Mit AutoSelector
Methode wählen.




Taste <Einstellungen>
betätigen.
„Differenzierung“ aus-
wählen und aktivieren.



Mit <OK> bestätigen.

Bestimmung von
Eisen(II) durchführen
(s. Analysenvorschrift
„Bestimmung von
Eisen(II)“ mit 1.00796).
= **Küvette A**

Nach Ablauf der
Reaktionszeit:




Küvette A in den Küvet-
tenschacht einsetzen.
Messung wird automa-
tisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen.

Bestimmung von
Eisen(II + III) durchführen
(s. Analysenvor-
schrift „Bestimmung von
Eisen(II + III)“ mit
1.00796).
= **Küvette B**

Nach Ablauf der
Reaktionszeit:



Küvette B in den Küvet-
tenschacht einsetzen.
Messung wird automa-
tisch durchgeführt.


Mit <OK> bestätigen.
Die Ergebnisse A (Fe(II)),
B (Fe(II+III)) und C
(Fe(III)) in mg/l werden
im Display angezeigt.

Färbung


(spektraler Absorptionskoeffizient)

analog EN ISO 7887


Messbereich: 1 – 250 m ⁻¹	436 nm	10-mm-Küvette	Methode-Nr. 15 α (436)
0,3 – 125,0 m ⁻¹	436 nm	20-mm-Küvette	Methode-Nr. 15 α (436)
0,1 – 50,0 m ⁻¹	436 nm	50-mm-Küvette	Methode-Nr. 15 α (436)
1 – 250 m ⁻¹	525 nm	10-mm-Küvette	Methode-Nr. 61 α (525)
0,3 – 125,0 m ⁻¹	525 nm	20-mm-Küvette	Methode-Nr. 61 α (525)
0,1 – 50,0 m ⁻¹	525 nm	50-mm-Küvette	Methode-Nr. 61 α (525)
1 – 250 m ⁻¹	620 nm	10-mm-Küvette	Methode-Nr. 78 α (620)
0,3 – 125,0 m ⁻¹	620 nm	20-mm-Küvette	Methode-Nr. 78 α (620)
0,1 – 50,0 m ⁻¹	620 nm	50-mm-Küvette	Methode-Nr. 78 α (620)




Probelösung durch Membranfilter Porenweite 0,45 μm filtrieren.



Lösung in die gewünschte Küvette geben.



Methode 15 bzw. 61 bzw. 78 wählen.



Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen. Messung wird automatisch durchgeführt.

Hinweis:


Filtrierte Probe = wahre Färbung.
Unfiltrierte Probe = scheinbare Färbung.

Färbung


(wahre Färbung - 410 nm)

analog EN ISO 7887

Messbereich: 10 – 2500 mg/l Pt	10 – 2500 mg/l Pt/Co	10 – 2500 CU	10-mm-Küvette	Methode-Nr. 303
5 – 1250 mg/l Pt	5 – 1250 mg/l Pt/Co	5 – 1250 CU	20-mm-Küvette	Methode-Nr. 303
2 – 500 mg/l Pt	2 – 500 mg/l Pt/Co	2 – 500 CU	50-mm-Küvette	Methode-Nr. 303




Probelösung durch Membranfilter Porenweite 0,45 μm filtrieren.



Lösung in die gewünschte Küvette geben.




Methode **303** wählen.




Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen.
Messung wird automa-tisch durchgeführt.

Färbung Hazen (Platin-Cobalt-Standard-Methode)

Mess-	1	– 500	mg/l Pt/Co	1	– 500	mg/l Pt	1	– 500	Hazen	1	– 500	CU	340 nm	10-mm-Küvette
bereich:	1	– 250	mg/l Pt/Co	1	– 250	mg/l Pt	1	– 250	Hazen	1	– 250	CU	340 nm	20-mm-Küvette
	0,2	– 100,0	mg/l Pt/Co	0,2	– 100,0	mg/l Pt	0,2	– 100,0	Hazen	0,2	– 100,0	CU	340 nm	50-mm-Küvette




Probelösung durch Membranfilter Porenweite 0,45 μm filtrieren.



Lösung in die gewünschte Küvette geben.



Methode 32 wählen.



Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen.
Messung wird automa-tisch durchgeführt.

Hinweis:

Filtrierte Probe = wahre Färbung.
Unfiltrierte Probe = scheinbare Färbung.


Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Messvorrichtung, Handhabung) kann die gebrauchsfertige Platin-Cobalt-Farbvergleichslösung (Hazen 500) Certipur®, Art. 1.00246, Konzentration 500 mg/l Pt, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.


Färbung Hazen (Platin-Cobalt-Standard-Methode)

analog APHA 2120C, DIN EN ISO 6271-2, Water Research Vol. 30, No. 11, 2771-2775, 1996

Mess-	1–1000 mg/l Pt/Co	1–1000 mg/l Pt	1–1000 Hazen	1–1000 CU	445 nm	50-mm-Küvette	Methode-Nr. 179*
bereich:	1–1000 mg/l Pt/Co	1–1000 mg/l Pt	1–1000 Hazen	1–1000 CU	455 nm	50-mm-Küvette	Methode-Nr. 180
	1–1000 mg/l Pt/Co	1–1000 mg/l Pt	1–1000 Hazen	1–1000 CU	465 nm	50-mm-Küvette	Methode-Nr. 181
* nicht analog APHA 2120C							




Probelösung durch Membranfilter Porenweite 0,45 µm filtrieren.



Lösung in die Küvette geben.



Methode **179** bzw. **180** bzw. **181** wählen.



Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen. Messung wird automa-tisch durchgeführt.

Hinweis:

Filtrierte Probe = wahre Färbung.
Unfiltrierte Probe = scheinbare Färbung.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Messvorrichtung, Handhabung) kann die gebrauchsfertige Platin-Cobalt-Farbvergleichslösung (Hazen 500) Certipur®, Art. 1.00246, Konzentration 500 mg/l Pt, verwendet werden.


Flüchtige organische Säuren

1.01749

Küvettentest

Messbereich: 50 – 3000 mg/l flüchtige organische Säure (berechnet als Essigsäure)

71 – 4401 mg/l flüchtige organische Säure (berechnet als Buttersäure)




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich:
pH 2–12.




0,50 ml **OA-1K** in eine Rundküvette pipettieren.



0,50 ml Probe mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



Küvette im Thermoreaktor 15 Minuten bei 100 °C erhitzen. Anschließend unter fließendem Wasser auf Raumtemperatur abkühlen.




1,0 ml **OA-2K** mit Pipette zugeben.




1,0 ml **OA-3K** mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



1,0 ml **OA-4K** mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und kräftig schütteln.



Reaktionszeit:
1 Minute



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) muss eine Standardlösung aus Natriumacetat wasserfrei, Art. 1.06268, selbst bereitet werden (siehe Abschnitt „Standardlösungen“).


Flüchtige organische Säuren

1.01809

Test

Messbereich: 50 – 3000 mg/l flüchtige organische Säure (berechnet als Essigsäure)


71 – 4401 mg/l flüchtige organische Säure (berechnet als Buttersäure)



pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich:
pH 2–12.




0,75 ml OA-1 in eine Rundküvette pipettieren.



0,50 ml OA-2 mit Pipette zugeben.



0,50 ml Probe mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




Küvette im Thermo-reaktor 15 Minuten bei 100 °C erhitzen. Anschließend unter fließendem Wasser auf Raumtemperatur abkühlen.




1,0 ml OA-3 mit Pipette zugeben.




1,0 ml OA-4 mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



1,0 ml OA-5 mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und kräftig schütteln.



Reaktionszeit:
1 Minute




Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) muss eine Standardlösung aus Natriumacetat wasserfrei, Art. 1.06268, selbst bereitet werden (siehe Abschnitt „Standardlösungen“).

Messbereich: 0,10 – 1,80 mg/l F	Rundküvette
0,025 – 0,500 mg/l F	50-mm-Küvette
Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.	

Messbereich: 0,10 – 1,80 mg/l F




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 3 – 8.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.



5,0 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




1 gestrichenen blauen Mikrolöffel F-1K zugeben, mit Schraubkappe verschließen.




Küvette zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.



Reaktionszeit:
15 Minuten




Küvette vor der Messung umschwenken.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.


Messbereich: 0,025 – 0,500 mg/l F



pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 3 – 8.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.



Methode 216 wählen.




10 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



10 ml dest. Wasser in eine zweite Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.
(Blindwert)




Zu beiden Küvetten je 1 gestrichen blauen Mikrolöffel F-1K zugeben, mit Schraubkappe verschließen.




Küvetten zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.




Reaktionszeit:
15 Minuten




Küvetten umschwenken.



Beide Lösungen in je eine 50-mm-Küvette geben.



Blindwert-Küvette in den Küvettenschacht einsetzen.



Proben-Küvette in den Küvettenschacht einsetzen.

Wichtig:


Sehr hohe Konzentrationen an Fluorid in der Probe führen zu braunen Lösungen (Messlösung soll violett sein) und Minderbefunden; in diesen Fällen muss die Probe verdünnt werden.

Qualitätssicherung:


Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können die gebrauchsfertige Fluorid-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19814, Konzentration 1000 mg/l F⁻, nach entsprechendem Verdünnen bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.32233, 1.32234, 1.32235 und 1.32236, verwendet werden.

Messbereich: 0,10 – 2,00 mg/l F

Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 2 – 12. Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Salzsäure pH-Wert korrigieren.




5,0 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




5,0 ml dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®) in eine zweite Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen. (Blindwert)



Reaktionszeit:
1 Minute



Blindwert-Küvette in den Küvettenschacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.




Proben-Küvette in den Küvettenschacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können die gebrauchsfertige Fluorid-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19814, Konzentration 1000 mg/l F⁻, nach entsprechendem Verdünnen bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.32233, 1.32234, 1.32235 und 1.32236, verwendet werden.

Messbereich: 0,10 – 2,00 mg/l F	10-mm-Küvette
1,0 – 20,0 mg/l F	10-mm-Küvette
Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.	

Messbereich: 0,10 – 2,00 mg/l F



pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 3 – 8.

Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.

2,0 ml F-1 in ein Reagenzglas pipettieren.


5,0 ml Probe mit Pipette zugeben und mischen.

1 gestrichenen Mikro-löffel F-2 zugeben.


Zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.




Reaktionszeit:
5 Minuten



Lösung in die Küvette geben.




Mit AutoSelector
Messbereich
0,10 – 2,00 mg/l F
Methode wählen.




Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.


Messbereich: 1,0 – 20,0 mg/l F




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 3 – 8.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




2,0 ml **F-1** in ein Reagenzglas pipettieren.



5,0 ml dest. Wasser und 0,50 ml Probe mit Pipette zugeben und mischen.




1 gestrichenen Mikro-löffel **F-2** zugeben.




Zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.




Reaktionszeit:
5 Minuten



Lösung in die Küvette geben.



Mit AutoSelector
Messbereich
1,0 – 20,0 mg/l F
Methode wählen.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.

Wichtig:

Sehr hohe Konzentrationen an Fluorid in der Probe führen zu braunen Lösungen (Messlösung soll violett sein) und Minderbefunden; in diesen Fällen muss die Probe verdünnt werden.


Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können die gebrauchsfertige Fluorid-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19814, Konzentration 1000 mg/l F⁻, nach entsprechendem Verdünnen bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.32233, 1.32234, 1.32235 und 1.32236, verwendet werden.


Messbereich: 0,02 – 2,00 mg/l F

50-mm-Halbmikroküvette, Art. 1.73502


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich:
pH 1 – 10.
Falls erforderlich,
tropfenweise mit ver-
dünnter Natronlauge
bzw. Salzsäure
pH-Wert korrigieren.




5,0 ml Probe in ein Reagenzglas pipettieren.




5,0 ml dest. Wasser
(empfohlen wird Art.
1.16754, Wasser zur
Analyse EMSURE®) in
ein zweites Reagenz-
glas pipettieren.
(Blindwert)




Je 1,0 ml F-1 mit Pipette
zugeben und mischen.




Reaktionszeit:
1 Minute




Beide Lösungen in je
eine **Halbmikroküvette**
geben.



Mit AutoSelector
Methode wählen.



Blindwert-Küvette in den
Küvettenschacht einset-
zen.



Proben-Küvette in den
Küvettenschacht einset-
zen.

Wichtig:

Für eine Messung in der 50-mm-**Rechteckküvette**,
Art. 1.14944, muss das Probevolumen und Volumen des
Reagenzes jeweils verdoppelt werden.


Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien,
Messvorrichtung, Handhabung) können die gebrauchs-
fertige Fluorid-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19814,
Konzentration 1000 mg/l F⁻, nach entsprechendem
Verdünnen bzw. die Standardlösungen für photometrische
Anwendungen, Art. 1.32233, 1.32234, 1.32235 und
1.32236, verwendet werden.


Messbereich: 0,02 – 2,00 mg/l F

50-mm-Halbmikroküvette, Art. 1.73502


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich:
pH 2 – 12.
Falls erforderlich,
tropfenweise mit ver-
dünnter Natronlauge
bzw. Salzsäure
pH-Wert korrigieren.



5,0 ml Probe in ein Rea-
genzglas pipettieren.




5,0 ml dest. Wasser
(empfohlen wird Art.
1.16754, Wasser zur
Analyse EMSURE®) in
ein zweites Reagenz-
glas pipettieren.
(Blindwert)




Je 1,0 ml F-1 mit Pipette
zugeben und mischen.




Reaktionszeit:
1 Minute




Beide Lösungen in je
eine **Halbmikroküvette**
geben.



Mit AutoSelector
Methode wählen.



Blindwert-Küvette in den
Küvettenschacht einset-
zen.



Proben-Küvette in den
Küvettenschacht einset-
zen.

Wichtig:

Für eine Messung in der 50-mm-**Rechteckküvette**,
Art. 1.14944, muss das Probevolumen und Volumen des
Reagenzes jeweils verdoppelt werden.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien,
Messvorrichtung, Handhabung) können die gebrauchs-
fertige Fluorid-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19814,
Konzentration 1000 mg/l F⁻, nach entsprechendem
Verdünnen bzw. die Standardlösungen für photometrische
Anwendungen, Art. 1.32233, 1.32234, 1.32235 und
1.32236, verwendet werden.


Formaldehyd

1.14500


Küvettentest

Messbereich: 0,10 – 8,00 mg/l HCHO


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich:
pH 0 – 13.




1 gestrichenen grünen Mikrolöffel HCHO-1K in eine Reaktionsküvette geben, mit Schraubkappe verschließen.




Küvette zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.



2,0 ml Probe mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.
Vorsicht, Küvette wird heiß!



Reaktionszeit:
5 Minuten



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Wichtig:

Sehr hohe Konzentrationen an Formaldehyd (über 1000 mg/l) in der Probe führen zu falschen Messwerten; in diesen Fällen muss die Probe verdünnt werden.

Qualitätssicherung:


Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) muss eine Formaldehyd-Standardlösung aus Formaldehydlösung 37%, Art. 1.04003, selbst bereitet werden (siehe Abschnitt „Standardlösungen“).

Formaldehyd

1.14678

Test

Messbereich: 0,10 – 8,00 mg/l HCHO	10-mm-Küvette
0,05 – 4,00 mg/l HCHO	20-mm-Küvette
0,02 – 1,50 mg/l HCHO	50-mm-Küvette
Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.	




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich:
pH 0 – 13.



4,5 ml **HCHO-1** in
eine leere Rundküvette
(Leerküvetten, Art.
1.14724) pipettieren.




1 gestrichenen grünen
Mikrolöffel **HCHO-2**
zugeben, mit Schraub-
kappe verschließen.




Küvette zum Lösen
des Feststoffs kräftig
schütteln.




3,0 ml Probe mit Pipette
zugeben, mit Schraub-
kappe verschließen und
mischen.
**Vorsicht, Küvette wird
heiß!**




Reaktionszeit:
5 Minuten



Lösung in die
gewünschte Rechteck-
küvette geben.



Mit AutoSelector
Methode wählen.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.

Hinweis:

Für den Ansatz werden Leerküvetten, Art. 1.14724 empfohlen. Diese Küvetten sind mit Schraubkappe verschließbar. Damit ist ein gefahrloses Mischen möglich.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) muss eine Formaldehyd-Standardlösung aus Formaldehydlösung 37%, Art. 1.04003, selbst bereitet werden (siehe Abschnitt „Standardlösungen“).

Wichtig:

Sehr hohe Konzentrationen an Formaldehyd (über 1000 mg/l) in der Probe führen zu falschen Messwerten; in diesen Fällen muss die Probe verdünnt werden.

Gardner-Farbmessung

Applikation

analog ASTM D6166 und DIN EN ISO 4630-2


Messbereich: 1,0 – 18,0 Gardner Color

10-mm-Küvette


Methode-Nr. 2561

Achtung! Vor der Messung der ersten Messprobe wird automatisch ein Nullabgleich angefordert, bereitet aus dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®). Dieser ist bis zum Verlassen der Methode gültig.


Vorbereitung:



Enthält die Probe Luft- oder Gasblasen: im Ultraschall-Bad entgasen.



Feste Proben schmelzen und homogenisieren.




Trübe Probelösungen filtrieren oder zentrifugieren.


Bestimmung:



Methode **2561** wählen. Nullabgleich durchführen und mit Taste <OK> bestätigen.




Lösung in die Küvette geben.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Messung wird automatisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen. Gardner Color wird im Display angezeigt.



Taste <Start> betätigen, um den Messablauf für die nächste Probe zu starten.
Es wird kein erneuter Nullabgleich angefordert.

Gelbe Pigmente in Hartweizenmehl und Hartweizengrieß

entspricht DIN EN ISO 11052 und Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch §64 LFGB 16.01-3

Applikation

Messbereich: 0,000 – 1,250 mg/100 g


10-mm-Küvette

Methode-Nr. 2541


Achtung! Vor der Messung der ersten Messprobe wird automatisch ein Nullabgleich angefordert, bereitet aus dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®). Dieser ist bis zum Verlassen der Methode gültig.

Vorbereitung: Feuchtigkeitsgehalts- Bestimmung

Extraktion



Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts gemäß ISO 712 [3] durchführen.
Feuchtigkeitsgehalt auf 0,01 % genau notieren.



10 g vorbereitete Probe auf 1 mg genau in einen 200-ml-Erlenmeyer-Kolben einwiegen und Extraktion gemäß EN ISO 11052 [1] bzw. §64 LFGB 16.01-3 [2] durchführen:
Messprobe.


Messung:



Mit <OK> bestätigen.




Einwaage in Gramm ein-
geben.




Feuchtigkeitsgehalt in %
eingeben.




Mit <OK> bestätigen.




Taste <Start> betätigen.




Extraktionslösung
(Reagenzienblindwert)
in die Küvette geben.




Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.
Blindwertmessung wird
automatisch durchge-
führt.



Mit <OK> bestätigen.




Messprobe in die
Küvette geben.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.
Messung wird automa-
tisch durchgeföhrt.



Mit <OK> bestätigen.
Das Ergebnis wird im
Display angezeigt.



Taste <Start> betätigen,
um den Messablauf für
die nächste Probe zu
starten.
Es wird kein erneuter
Nullabgleich angefordert.

Wichtig:

Bei jeder neuen Messserie ist die vorprogrammierte Kalibrierung mit Standardlösungen zu überprüfen (s. Abschnitt „Adjustment“). Sollte es zu signifikanten Abweichungen kommen, muss die Methode rekalibriert werden. Dazu gemäß der Applikationsvorschrift vorgehen.

Wichtig:

Die genaue Durchführung und weitere Informationen zur verwendeten Methode sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Diese kann auf der Website herunterge-
laden werden.

Gesamthärte

1.00961

Bestimmung von Gesamthärte

Küvettentest

Messbereich: 5 – 215 mg/l Ca

0,7 – 30,1 °d

0,9 – 37,6 °e


1,2 – 53,7 °f

Messbereich: 7 – 301 mg/l CaO


12 – 537 mg/l CaCO₃

0,12 – 5,36 mmol/l Ca/Mg


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 3 – 9.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Salzsäure pH-Wert korrigieren.




1,0 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



1,0 ml H-1K mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



Reaktionszeit:
3 Minuten



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) muss eine Standardlösung selbst bereitet werden (siehe Abschnitt „Standardlösungen“).

Gesamthärte

1.00961

Differenzierung zwischen Ca- und Mg-Härte

Küvettentest

Messbereich: 0,12 – 5,36 mmol/l

0,7 – 30,1 °d


0,9 – 37,6 °e

1,2 – 53,7 °f


Falls eine Differenzierung zwischen Calcium- und Magnesium-Härte gewünscht ist, kann nach Auswahl der Methode der methoden-spezifische Modus „Differenzierung“ eingestellt werden.

Eine Differenzierung ist nur in mmol/l möglich.


Hinweis: Wenn keine Differenzierung gemessen werden soll, muss der Modus „Differenzierung“ wieder deaktiviert werden.




Messbereich: 0,5 – 12,0 mg/l Au 10-mm-Küvette
Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich:
pH 1 – 9.
Falls erforderlich,
tropfenweise mit ver-
dünnter Salzsäure
pH-Wert korrigieren.




2,0 ml Probe in ein Glas
mit Schraubverschluss
pipettieren.




2 Tropfen **Au-1** zuge-
ben, mit Schraubkappe
verschließen und
mischen.




4 Tropfen **Au-2** zuge-
ben, mit Schraub-
kappe verschließen und
mischen.




6 Tropfen **Au-3** zuge-
ben, mit Schraub-
kappe verschließen und
mischen.




6,0 ml **Au-4** mit Pipette
zugeben und mit
Schraubkappe verschlie-
ßen.




1 Minute kräftig
schütteln.




6 Tropfen **Au-5** zuge-
ben, mit Schraubkappe
verschließen.




1 Minute kräftig
schütteln.




Mit Pasteurpipette
klare obere Schicht
abziehen.



Lösung in die Küvette
geben.



Mit AutoSelector
Methode wählen.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.

Qualitätssicherung:


Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) kann die gebrauchs-
fertige Gold-Standardlösung Certipur®, Art. 1.70216,
Konzentration 1000 mg/l Au, nach entsprechendem Ver-
dünnen verwendet werden.

Hydrazin

1.09711


Test

Messbereich: 0,02 – 2,00 mg/l N ₂ H ₄	10-mm-Küvette
0,01 – 1,00 mg/l N ₂ H ₄	20-mm-Küvette
0,005 – 0,400 mg/l N ₂ H ₄	50-mm-Küvette
Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.	




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich:
pH 2 – 10.


Falls erforderlich,
tropfenweise mit ver-
dünnter Natronlauge
bzw. Schwefelsäure
pH-Wert korrigieren.




5,0 ml Probe in ein Rea-
genzglas pipettieren.




2,0 ml Hy-1 mit Pipette
zugeben und mischen.




Reaktionszeit:
5 Minuten



Lösung in die
gewünschte Küvette
geben.



Mit AutoSelector
Methode wählen.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.

Wichtig:

Für die Messung in der 50-mm-Küvette muss das Probe-
volumen und Volumen der Reagenzien jeweils verdoppelt
werden.

Stattdessen kann die Halbmikroküvette, Art. 1.73502, ver-
wendet werden.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien,
Messvorrichtung, Handhabung) muss eine Hydrazin-
Standardlösung aus Hydraziniumsulfat z. A., Art. 1.04603,
selbst bereitet werden (siehe Abschnitt „Standard-
lösungen“).

Hydroxyprolin in Fleisch, Fleischerzeugnissen und Wurstwaren

entspricht Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch §64 LFGB 06.00-8

Applikation


Messbereich: 0,000 – 1,000 g/100 g

10-mm-Küvette


Methode-Nr. 2538

Achtung! Vor der Messung der ersten Messprobe wird automatisch ein Nullabgleich angefordert, bereitet aus dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®). Dieser ist bis zum Verlassen der Methode gültig.

Vorbereitung: Saure Hydrolyse und Fettabscheidung



Etwa 2 g Probe auf 1 mg genau in eine DURAN®-Laborflasche einwiegen und gemäß §64 LFGB 06.00-8, Kapitel 7.1 [1] bearbeiten.



Erhaltenes Filtrat weiterverwenden: **vorbereite Probelösung**.


Hydroxyprolin-Bestimmung: Reagenzienblindwert



0,100 ml dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®) in ein Glas mit Schraubverschluss pipettieren.




5 ml **Oxidationsreagenz** zugeben und mischen.



Inkubationszeit:
20 Minuten bei Raumtemperatur




2 ml **Farbreagenz** zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



Im Wasserbad bei 60 °C für 15 Minuten inkubieren.




Unter fließendem Wasser innerhalb von 3 Minuten auf Raumtemperatur abkühlen.




Inkubationszeit:
30 Minuten bei Raumtemperatur:
Reagenzienblindwert


Hydroxyprolin-Bestimmung: Messprobe



0,100 ml vorbereitete Probelösung (Filtrat) in ein Glas mit Schraubverschluss pipettieren.




5 ml **Oxidationsreagenz** zugeben und mischen.



Inkubationszeit:
20 Minuten bei Raumtemperatur



2 ml **Farbreagenz** zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



Im Wasserbad bei 60 °C für 15 Minuten inkubieren.

Hydroxyprolin in Fleisch, Fleischerzeugnissen und Wurstwaren

entspricht Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch §64 LFGB 06.00-8

Applikation



Unter fließendem Wasser innerhalb von 3 Minuten auf Raumtemperatur abkühlen.




Inkubationszeit:
30 Minuten bei Raumtemperatur:
Messprobe

Messung:




Methode 2538 wählen.
Nullabgleich durchführen und mit Taste <OK> bestätigen.




Einwaage in Gramm eingeben.




Mit <OK> bestätigen.



Taste <Start> betätigen.




Lösung „Reagenzienblindwert“ in die Küvette geben.




Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen.
Blindwertmessung wird automatisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen.




Lösung „Messprobe“ in die Küvette geben.



Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen.
Messung wird automatisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen.
Das Ergebnis wird im Display angezeigt.



Taste <Start> betätigen,
um den Messablauf für die nächste Probe zu starten.
Es wird kein erneuter Nullabgleich angefordert.

Wichtig:

Bei jeder neuen Messserie ist die vorprogrammierte Kalibrierung mit Standardlösungen zu überprüfen (s. Abschnitt „Adjustment“). Sollte es zu signifikanten Abweichungen kommen, muss die Methode rekalibriert werden. Dazu gemäß der Applikationsvorschrift vorgehen.

Wichtig:

Die genaue Durchführung und weitere Informationen zur verwendeten Methode sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Diese kann auf der Website heruntergeladen werden.

ICUMSA Color


Farbe von Zuckerlösungen

entspricht ICUMSA-Methode GS1/3-7 (2011)

Applikation

Messbereich: 0 – 50 000 IU _{7,0}	10-mm-Küvette	Methode-Nr. 2548
0 – 25 000 IU _{7,0}	20-mm-Küvette	Methode-Nr. 2548
0 – 10 000 IU _{7,0}	50-mm-Küvette	Methode-Nr. 2548

Achtung! Vor der Messung der ersten Messprobe wird automatisch ein Nullabgleich angefordert, bereitet aus dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®). Dieser ist bis zum Verlassen der Methode gültig.



Wichtig:

Die genaue Durchführung und weitere Informationen zur verwendeten Methode sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Diese kann auf der Website heruntergeladen werden.

ICUMSA Color

Farbe von Zuckerlösungen bei pH 7,0

entspricht ICUMSA-Methode GS2/3-9 (2005)


Applikation

Messbereich: 0 – 600 IU_{7,0}


50-mm-Küvette, 100-mm-Küvette

Methode-Nr. 2549


Achtung! Vor der Messung der ersten Messprobe wird automatisch ein Nullabgleich angefordert, bereitet aus Pufferlösung. Dieser ist bis zum Verlassen der Methode gültig.




50,0 ± 0,1 g homogenisierte Probe in einen 250-ml-Erlenmeyerkolben einwiegen.




50,0 ± 0,1 g Pufferlösung zugeben.




Probe bei Raumtemperatur lösen.



Vorbereitete Lösung unter Vakuum über ein Membranfilter in einen sauberen, trockenen Erlenmeyerkolben filtrieren.




3 Minuten im Ultrasonic-Bad entgasen.



% RDS (refractometric dry substance) der Lösung bestimmen.




Methode 2549 wählen. Nullabgleich durchführen und mit Taste <OK> bestätigen.




RDS in % eingeben.




Mit <OK> bestätigen.




Taste <Start> betätigen.



Lösung in die gewünschte Küvette geben.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Messung wird automatisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen. Der IU_{7,0}-Wert wird im Display angezeigt.



Taste <Start> betätigen, um den Messablauf für die nächste Probe zu starten. Es wird kein erneuter Nullabgleich angefordert.

Hinweis:

Bei Verwendung der 100-mm-Rechteckküvette muss vor der Messung der Rundküvettenhalter entfernt werden.

Wichtig:

Die genaue Durchführung und die Zusammensetzung und Herstellung der verwendeten Pufferlösung sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Dort befinden sich auch weitere Informationen zur verwendeten Methode. Diese kann auf der Website heruntergeladen werden.

ICUMSA Color

Farbe von Zuckerlösungen aus weißem Zucker

entspricht ICUMSA-Methode GS2/3-10 (2011)


Applikation

Messbereich: 0 – 50 IU_{7,0}


50-mm-Küvette, 100-mm-Küvette

Methode-Nr. 2550

Achtung! Vor der Messung der ersten Messprobe wird automatisch ein Nullabgleich angefordert, bereitet aus dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®). Dieser ist bis zum Verlassen der Methode gültig.




50,0 ± 0,1 g homogenisierte Probe in einen 250-ml-Erlenmeyerkolben einwiegen.




50,0 ± 0,1 g dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®) zugeben.




Probe bei Raumtemperatur lösen.



Vorbereitete Lösung unter Vakuum über ein Membranfilter in einen sauberen, trockenen Erlenmeyerkolben filtrieren.




3 Minuten im Ultrasonic-Bad entgasen.



% RDS (refractometric dry substance) der Lösung bestimmen.




Methode **2550** wählen. Nullabgleich durchführen und mit Taste <OK> bestätigen.




RDS in % eingeben.




Mit <OK> bestätigen.



Taste <Start> betätigen.



Lösung in die gewünschte Küvette geben.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Messung wird automatisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen. Der IU_{7,0}-Wert wird im Display angezeigt.



Taste <Start> betätigen, um den Messablauf für die nächste Probe zu starten. Es wird kein erneuter Nullabgleich angefordert.

Hinweis:

Bei Verwendung der 100-mm-Rechteckküvette muss vor der Messung der Rundküvettenhalter entfernt werden.

Wichtig:

Die genaue Durchführung und weitere Informationen zur verwendeten Methode sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Diese kann auf der Website heruntergeladen werden.

ICUMSA Color

Farbe von Zuckerlösungen bei pH 7,0

entspricht ICUMSA-Methode GS9/1/2/3-8 (2011) (MOPS-Puffer-Methode)

Applikation

Messbereich: 0 – 20 000 IU_{7,0}

10-mm-Küvette

Methode-Nr. 2551

0 – 10 000 IU_{7,0}

20-mm-Küvette

Methode-Nr. 2551


0 – 4 000 IU_{7,0}

50-mm-Küvette


Methode-Nr. 2551

Achtung!


Vor der Messung der ersten Messprobe wird automatisch ein Nullabgleich angefordert, bereitet aus Referenzlösung. Dieser ist bis zum Verlassen der Methode gültig.




5,0/10,0/20,0 g homogenisierte Probe auf 0,1 g genau einwiegen, je nach erwartetem Farbwert.




Probe mit etwa 80 ml dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®) in einen 100-ml-Messkolben überspülen.




Probe bei Raumtemperatur lösen.




10,0 ml MOPS-Puffer zugeben.



Messkolben bis zur Marke mit dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®) auffüllen und mischen.




10 - 20 ml vorbereitete Lösung über ein Membranfilter in ein sauberes, trockenes Becherglas filtrieren.



3 Minuten im Ultraschall-Bad entgasen.




Methode 2551 wählen. Nullabgleich durchführen und mit Taste <OK> bestätigen.




Einwaage in Gramm eingeben.




Mit <OK> bestätigen.



Taste <Start> betätigen.




Lösung in die gewünschte Küvette geben.



Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen. Messung wird automatisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen. Der IU_{7,0}-Wert wird im Display angezeigt.




Taste <Start> betätigen, um den Messablauf für die nächste Probe zu starten. Es wird kein erneuter Nullabgleich angefordert.

Wichtig:


Die genaue Durchführung und die Zusammensetzung und Herstellung der verwendeten Puffer- bzw. Referenzlösung sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Dort befinden sich auch weitere Informationen zur verwendeten Methode. Diese kann auf der Website heruntergeladen werden.

Messbereich: 0,20 – 10,00 mg/l I ₂	10-mm-Küvette
0,10 – 5,00 mg/l I ₂	20-mm-Küvette
0,050 – 2,000 mg/l I ₂	50-mm-Küvette
Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.	




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 4 – 8.


Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.



10 ml Probe in ein Reagenzglas pipettieren.




1 gestrichenen blauen Mikrolöffel I₂-1 zu geben.




Zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.




Reaktionszeit:
1 Minute



Lösung in die gewünschte Küvette geben.



Mit AutoSelector Methode wählen.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.

Wichtig:

Sehr hohe Konzentrationen an Iod in der Probe führen zu gelben Lösungen (Messlösung soll rot sein) und Minderbefunden; in diesen Fällen muss die Probe verdünnt werden.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) muss eine Standardlösung selbst bereitet werden (siehe Abschnitt „Standardlösungen“).


Hinweis:

Iod kann auch mit Spectroquant® Chlor-Test, Art. 1.00598 bestimmt werden (s. entsprechende Applikationsnotizen auf www.sigmaldrich.com).


Iodfarbzahl

analog DIN 6162A

Messbereich: 0,05 – 3,00	340 nm	10-mm-Küvette	Methode-Nr. 33
0,03 – 1,50	340 nm	20-mm-Küvette	Methode-Nr. 33
0,010 – 0,600	340 nm	50-mm-Küvette	Methode-Nr. 33




Trübe Probelösungen
filtrieren.



Lösung in die ge-
wünschte Küvette
geben.



Methode **33** wählen.




Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.
Messung wird automa-
tisch durchgeführt.


Iodfarbzahl

analog DIN 6162A

Messbereich: 1,0 – 50,0	445 nm	10-mm-Küvette	Methode-Nr. 21
0,5 – 25,0	445 nm	20-mm-Küvette	Methode-Nr. 21
0,2 – 10,0	445 nm	50-mm-Küvette	Methode-Nr. 21




Trübe Probelösungen
filtrieren.



Lösung in die ge-
wünschte Küvette
geben.



Methode **21** wählen.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.
Messung wird automa-
tisch durchgeführt.

K₂₃₂ nm von Olivenöl

entspricht **Commission Regulation (EEC) No 2568/91 Annex IX**

Applikation

Messbereich: 0 – 4,00 K₂₃₂


10-mm-Quarz-Küvette

Methode-Nr. 2525


Achtung! Vor der Messung der ersten Messprobe wird automatisch ein Nullabgleich angefordert, bereitet aus Isooctan bzw. Cyclohexan. Dieser ist bis zum Verlassen der Methode gültig.




Probe (ggf. schmelzen und) homogenisieren.




Bei Verunreinigungen Probe über ein Schnellfilterpapier filtrieren.



Probe auf 1 mg genau in einen Messkolben einwiegen.




Einige Milliliter **Isooctan für die Spektroskopie Uvasol®** (Art. 1.04718) bzw. **Cyclohexan für die Spektroskopie Uvasol®** (Art. 1.02822) zugeben.



Probe bei Raumtemperatur lösen.




Messkolben bis zur Marke mit **Isooctan für die Spektroskopie Uvasol®** (Art. 1.04718) bzw. **Cyclohexan für die Spektroskopie Uvasol®** (Art. 1.02822) auffüllen und mischen.



Trübe Lösungen über ein Papierfilter filtrieren.



Methode **2525** wählen. Nullabgleich durchführen und mit Taste <OK> bestätigen.



Einwaage in Gramm eingeben.




Mit <OK> bestätigen.




Volumen der Probelösung in Milliliter eingeben.




Mit <OK> bestätigen.



Taste <Start> betätigen.



Lösung in die Quarz-Küvette geben.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Messung wird automatisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen. Der K₂₃₂-Wert wird im Display angezeigt.



Taste <Start> betätigen, um den Messablauf für die nächste Probe zu starten. Es wird kein erneuter Nullabgleich angefordert.

Wichtig:

Die genaue Durchführung und weitere Informationen zur verwendeten Methode sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Diese kann auf der Website heruntergeladen werden.

K₂₆₈ nm von Olivenöl

entspricht **Commission Regulation (EEC) No 2568/91 Annex IX**

Applikation

Messbereich: 0 – 4,00 K₂₆₈


10-mm-Quarz-Küvette

Methode-Nr. 2526


Achtung! Vor der Messung der ersten Messprobe wird automatisch ein Nullabgleich angefordert, bereitet aus Isooctan. Dieser ist bis zum Verlassen der Methode gültig.




Probe (ggf. schmelzen und) homogenisieren.




Bei Verunreinigungen Probe über ein Schnellfilterpapier filtrieren.




Probe auf 1 mg genau in einen Messkolben einwiegen.




Einige Milliliter **Isooctan für die Spektroskopie Uvasol®** (Art. 1.04718) zugeben.



Probe bei Raumtemperatur lösen.




Messkolben bis zur Marke mit **Isooctan für die Spektroskopie Uvasol®** (Art. 1.04718) auffüllen und mischen.




Trübe Lösungen über ein Papierfilter filtrieren.




Methode **2526** wählen. Nullabgleich durchführen und mit Taste <OK> bestätigen.



Einwaage in Gramm eingeben.




Mit <OK> bestätigen.




Volumen der Probelösung in Milliliter eingeben.




Mit <OK> bestätigen.



Taste <Start> betätigen.



Lösung in die Quarz-Küvette geben.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Messung wird automatisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen. Der K₂₆₈-Wert wird im Display angezeigt.



Taste <Start> betätigen, um den Messablauf für die nächste Probe zu starten. Es wird kein erneuter Nullabgleich angefordert.

Wichtig:

Die genaue Durchführung und weitere Informationen zur verwendeten Methode sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Diese kann auf der Website heruntergeladen werden.

K₂₇₀ nm von Olivenöl

entspricht **Commission Regulation (EEC) No 2568/91 Annex IX**


Applikation

Messbereich: 0 – 4,00 K₂₇₀


10-mm-Quarz-Küvette

Methode-Nr. 2527


Achtung! Vor der Messung der ersten Messprobe wird automatisch ein Nullabgleich angefordert, bereitet aus Cyclohexan. Dieser ist bis zum Verlassen der Methode gültig.




Probe (ggf. schmelzen und) homogenisieren.




Bei Verunreinigungen Probe über ein Schnellfilterpapier filtrieren.




Probe auf 1 mg genau in einen Messkolben einwiegen.




Einige Milliliter **Cyclohexan für die Spektroskopie Uvasol®** (Art. 1.02822) zugeben.




Probe bei Raumtemperatur lösen.




Messkolben bis zur Marke mit **Cyclohexan für die Spektroskopie Uvasol®** (Art. 1.02822) auffüllen und mischen.




Trübe Lösungen über ein Papierfilter filtrieren.




Methode **2527** wählen. Nullabgleich durchführen und mit Taste <OK> bestätigen.




Einwaage in Gramm eingeben.




Mit <OK> bestätigen.




Volumen der Probelösung in Milliliter eingeben.




Mit <OK> bestätigen.



Taste <Start> betätigen.



Lösung in die Quarz-Küvette geben.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Messung wird automatisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen. Der K₂₇₀-Wert wird im Display angezeigt.




Taste <Start> betätigen, um den Messablauf für die nächste Probe zu starten. Es wird kein erneuter Nullabgleich angefordert.

Wichtig:


Die genaue Durchführung und weitere Informationen zur verwendeten Methode sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Diese kann auf der Website heruntergeladen werden.

Messbereich: 5,0 – 50,0 mg/l K


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.



Trübe Probelösungen
filtrieren.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich:
pH 3 – 12.
Falls erforderlich,
tropfenweise mit ver-
dünnter Natronlauge
bzw. Schwefelsäure
pH-Wert korrigieren.



2,0 ml Probe in eine
Reaktionsküvette pipet-
tieren, mit Schraubkap-
pe verschließen und
mischen.




pH-Wert überprüfen,
Soll-Bereich:
pH 10,0 – 11,5.




6 Tropfen K-1K zuge-
ben, mit Schraubkappe
verschließen und
mischen.




1 gestrichenen blauen
Mikrolöffel K-2K zu-
geben, mit Schraub-
kappe verschließen.



Küvette zum Lösen
des Feststoffs kräftig
schütteln.



Reaktionszeit:
5 Minuten




Küvette **ohne erneutes
Schütteln** in den Kü-
vettenschacht einsetzen.
Markierung auf der
Küvette zu der am
Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:


Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien,
Messvorrichtung, Handhabung) kann die gebrauchs-
fertige Kalium-Standardlösung Certipur®, Art. 1.70230,
Konzentration 1000 mg/l K, nach entsprechendem
Verdünnen verwendet werden.

Messbereich: 30 – 300 mg/l K


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




Trübe Probelösungen
filtrieren.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich:
pH 3 – 12.
Falls erforderlich,
tropfenweise mit ver-
dünnter Natronlauge
bzw. Schwefelsäure
pH-Wert korrigieren.




0,50 ml Probe in eine
Reaktionsküvette pipet-
tieren, mit Schraubkap-
pe verschließen und
mischen.




pH-Wert überprüfen,
Soll-Bereich:
pH 10,0 – 11,5.




6 Tropfen K-1K zuge-
ben, mit Schraubkappe
verschließen und
mischen.




1 gestrichenen blauen
Mikrolöffel K-2K zu-
geben, mit Schraub-
kappe verschließen.



Küvette zum Lösen
des Feststoffs kräftig
schütteln.



Reaktionszeit:
5 Minuten




Küvette **ohne erneutes
Schütteln** in den Kü-
vettenschacht einsetzen.
Markierung auf der
Küvette zu der am
Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:


Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien,
Messvorrichtung, Handhabung) kann die gebrauchs-
fertige Kalium-Standardlösung Certipur®, Art. 1.70230,
Konzentration 1000 mg/l K, nach entsprechendem
Verdünnen verwendet werden.

Messbereich: 0,05 – 8,00 mg/l Cu


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 4 – 10. Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




5,0 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



5 Tropfen **Cu-1K** zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



Reaktionszeit:
5 Minuten



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Wichtig:

Sehr hohe Konzentrationen an Kupfer in der Probe führen zu türkisfarbenen Lösungen (Messlösung soll blau sein) und Minderbefunden; in diesem Fall muss die Probe verdünnt werden.

Zur Bestimmung von **Gesamtkupfer** ist Probenvorbereitung mit Crack Set 10C, Art. 1.14688 bzw. Crack Set 10, Art. 1.14687 und Thermoreaktor erforderlich.

Ergebnis kann als Summe Kupfer (Σ Cu) ausgegeben werden.


Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) kann Spectroquant® CombiCheck 90, Art. 1.18700, eingesetzt werden.


Ebenso kann die gebrauchsfertige Kupfer-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19786, Konzentration 1000 mg/l Cu, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Probenabhängige Einflüsse können mittels Additionslösung (Bestandteil des CombiCheck 90) erkannt werden.


Messbereich: 0,10 – 6,00 mg/l Cu	10-mm-Küvette
0,05 – 3,00 mg/l Cu	20-mm-Küvette
0,02 – 1,20 mg/l Cu	50-mm-Küvette
Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.	




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich:
pH 4 – 10.
Falls erforderlich,
tropfenweise mit ver-
dünnter Natronlauge
bzw. Schwefelsäure
pH-Wert korrigieren.




Reaktionszeit:
5 Minuten




5,0 ml Probe in ein Reagenzglas pipettieren.




1 grünen Dosierlöffel
Cu-1 zugeben und
Feststoff lösen.




pH-Wert überprüfen,
Soll-Bereich:
pH 7,0–9,5.
Falls erforderlich,
tropfenweise mit ver-
dünnter Natronlauge
bzw. Schwefelsäure
pH-Wert korrigieren.




5 Tropfen **Cu-2** zugeben
und mischen.



Lösung in die
gewünschte Küvette
geben.



Mit AutoSelector
Methode wählen.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.

Wichtig:

Sehr hohe Konzentrationen an Kupfer in der Probe führen zu türkisfarbenen Lösungen (Messlösung soll blau sein) und Minderbefunden; in diesem Fall muss die Probe verdünnt werden.

Zur Bestimmung von **Gesamtkupfer** ist Probenvorbereitung mit Crack Set 10C, Art. 1.14688 bzw. Crack Set 10, Art. 1.14687 und Thermoreaktor erforderlich.

Ergebnis kann als Summe Kupfer (Σ Cu) ausgegeben werden.

Für die Messung in der 50-mm-Küvette muss nur das Probevolumen verdoppelt werden.
Stattdessen kann die Halbmikroküvette, Art. 1.73502, verwendet werden.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 90, Art. 1.18700, eingesetzt werden.

Ebenso kann die gebrauchsfertige Kupfer-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19786, Konzentration 1000 mg/l Cu, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Probenabhängige Einflüsse können mittels Additionslösung (Bestandteil des CombiCheck 90) erkannt werden.

Kupfer in Galvanikbädern

Eigenfärbung

Messbereich: 10,0 – 80,0 g/l Cu

10-mm-Küvette

Methode-Nr. 83

5,0 – 40,0 g/l Cu


20-mm-Küvette

Methode-Nr. 83

2,0 – 16,0 g/l Cu

50-mm-Küvette


Methode-Nr. 83



25 ml der Probe in einen 100 ml Messkolben pipettieren, mit destilliertem Wasser bis zur Marke auffüllen und gut mischen.



5,0 ml der 1:4 verdünnten Probe in eine leere Rundküvette (Leerküvetten, Art. 1.14724) pipettieren.




5,0 ml **40%-ige Schwefelsäure** hinzugeben. Mit Schraubkappe verschließen und mischen.



Lösung in die gewünschte Küvette geben.



Methode **83** wählen.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Messung wird automatisch durchgeführt.


Magnesium

1.00815

Küvettentest

Messbereich: 5,0 – 75,0 mg/l Mg

Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 3–9.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Salzsäure pH-Wert korrigieren.




1,0 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




1,0 ml **Mg-1K** mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



Reaktionszeit:
genau 3 Minuten



3 Tropfen **Mg-2K** zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) muss eine Standardlösung selbst bereitet werden (siehe Abschnitt „Standardlösungen“).

Messbereich: 0,10 – 5,00 mg/l Mn


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.



pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 2 – 7.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




7,0 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




2 Tropfen **Mn-1K** zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




Reaktionszeit:
2 Minuten



3 Tropfen **Mn-2K** zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



Reaktionszeit:
10 Minuten



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.


Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 90, Art. 1.18700, bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.32238 und 1.32239, eingesetzt werden.


Ebenso kann die gebrauchsfertige Mangan-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19789, Konzentration 1000 mg/l Mn, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Probenabhängige Einflüsse können mittels Additionslösung (Bestandteil des CombiCheck 90) erkannt werden.


Messbereich: 0,50 – 10,00 mg/l Mn	10-mm-Küvette
0,25 – 5,00 mg/l Mn	20-mm-Küvette
0,010 – 2,000 mg/l Mn	50-mm-Küvette
Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.	




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich:
pH 2 – 7.
Falls erforderlich,
tropfenweise mit ver-
dünnter Natronlauge
bzw. Schwefelsäure
pH-Wert korrigieren.




5,0 ml Probe in ein Reagenzglas pipettieren.




4 Tropfen **Mn-1** zugeben
und mischen.
pH-Wert überprüfen,
Soll: pH etwa 11,5.




2 Tropfen **Mn-2** zugeben
und mischen.




Reaktionszeit:
2 Minuten




2 Tropfen **Mn-3** zugeben
und mischen.




Reaktionszeit:
10 Minuten



Lösung in die
gewünschte Küvette
geben.



Mit AutoSelector
Methode wählen.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.

Wichtig:

Für die Messung in der 50-mm-Küvette muss das Probe-
volumen und Volumen der Reagenzien jeweils verdoppelt
werden.

Stattdessen kann die Halbmikroküvette, Art. 1.73502, ver-
wendet werden.


Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien,
Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant®
CombiCheck 90, Art. 1.18700, bzw. die Standardlösungen
für photometrische Anwendungen, Art. 1.2237, 1.32238
und 1.32239, eingesetzt werden.

Ebenso kann die gebrauchsfertige Mangan-Standard-
lösung Certipur®, Art. 1.19789, Konzentration 1000 mg/l
Mn, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.


Probenabhängige Einflüsse können mittels Additions-
lösung (Bestandteil des CombiCheck 90) erkannt werden.

Messbereich: 0,05 – 2,00 mg/l Mn	10-mm-Küvette
0,03 – 1,00 mg/l Mn	20-mm-Küvette
0,005 – 0,400 mg/l Mn	50-mm-Küvette
Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.	




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 3 – 10.


Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




8,0 ml Probe in ein Reagenzglas pipettieren.




1 gestrichenen grauen Mikrolöffel **Mn-1** zugeben.




Zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.



2,0 ml **Mn-2** mit Pipette zugeben und mischen.




Vorsichtig 3 Tropfen **Mn-3** zugeben und mischen.




0,25 ml **Mn-4** mit Pipette zugeben und **vorsichtig** mischen (schäumt! Schutzbrille!).




Reaktionszeit: 10 Minuten



Lösung in die gewünschte Küvette geben.



Mit AutoSelector Methode wählen.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.

Wichtig:

Bei Verwendung der **50-mm-Küvette** ist gegen eine selbst angesetzte Blindprobe zu messen (wie Messprobe ansetzen, jedoch mit dest. Wasser anstelle der Probe).

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 90, Art. 1.18700, bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.32237, 1.32238 und 1.32239, eingesetzt werden.

Ebenso kann die gebrauchsfertige Mangan-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19789, Konzentration 1000 mg/l Mn, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Probenabhängige Einflüsse können mittels Additionslösung (Bestandteil des CombiCheck 90) erkannt werden.

McFarland

Bestimmung der mikrobiellen Zellkonzentration in Suspensionen

Applikation

Messbereich: 0,0 – 10,0 McFarland

10-mm-Küvette

Methode-Nr. 2513


0 – 3000 CFU ($\times 10^6$ /ml) basierend auf *E. coli*

10-mm-Küvette

Methode-Nr. 2513

Achtung!


Vor der Messung der ersten Messprobe wird automatisch ein Nullabgleich angefordert, bereitet aus dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE[®]). Dieser ist bis zum Verlassen der Methode gültig.




Probe **vorsichtig** homogenisieren:
Messprobe.




Methode **2513** wählen.
Nullabgleich durchführen und mit Taste <OK> bestätigen.




Messprobe in die
Küvette geben.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.
Messung wird automa-
tisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen.
Das Ergebnis wird im
Display angezeigt.



Taste <Start> betätigen,
um den Messablauf für
die nächste Probe zu
starten.
Es wird kein erneuter
Nullabgleich angefordert.

Wichtig:


Die genaue Durchführung und weitere Informationen zur
verwendeten Methode sind in der entsprechenden Appli-
kation zu finden. Diese kann auf der Website herunterge-
laden werden.

Messbereich: 0,02 – 1,00 mg/l Mo


0,03 – 1,67 mg/l MoO₄

0,04 – 2,15 mg/l Na₂MoO₄


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 1 – 10.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




2 Tropfen Mo-1K in eine Reaktionsküvette geben und mischen.




10 ml Probe mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen.



Küvette zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.



Reaktionszeit:
2 Minuten



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:


Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) kann die gebrauchsfertige Molybdän-Standardlösung Certipur®, Art. 1.70227, Konzentration 1000 mg/l Mo, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Molybdän

1.19252

Test

Messbereich:	0,5 – 45,0 mg/l Mo	20-mm-Küvette
	0,8 – 75,0 mg/l MoO_4	20-mm-Küvette
	1,1 – 96,6 mg/l Na_2MoO_4	20-mm-Küvette
Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.		



10 ml Probe in eine leere Rundküvette (Leerküvetten, Art. 1.14724) pipettieren.




1 Pulverpäckchen **Molybdenum HR1** zugeben, mit Schraubkappe verschließen und Feststoff lösen.




1 Pulverpäckchen **Molybdenum HR2** zugeben, mit Schraubkappe verschließen und Feststoff lösen.




1 Pulverpäckchen **Molybdenum HR3** zugeben und mit Schraubkappe verschließen.




Küvette zum Lösen des Feststoffs umschwenken.




Reaktionszeit:
5 Minuten, **danach** sofort messen.



Lösung in die Rechteckküvette geben.



Mit AutoSelector Methode wählen.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) kann die gebrauchsfertige Molybdän-Standardlösung Certipur®, Art. 1.70227, Konzentration 1000 mg/l Mo, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.


Monochloramin

1.01632

Test


Messbereich: 0,25 – 10,00 mg/l Cl ₂	0,18 – 7,26 mg/l NH ₂ Cl	0,05 – 1,98 mg/l NH ₂ Cl-N	10-mm-Küvette
0,13 – 5,00 mg/l Cl ₂	0,09 – 3,63 mg/l NH ₂ Cl	0,026 – 0,988 mg/l NH ₂ Cl-N	20-mm-Küvette
0,050 – 2,000 mg/l Cl ₂	0,04 – 1,45 mg/l NH ₂ Cl	0,010 – 0,395 mg/l NH ₂ Cl-N	50-mm-Küvette

Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich:
pH 4 – 13.


Falls erforderlich,
tropfenweise mit ver-
dünnter Natronlauge
bzw. Schwefelsäure
pH-Wert korrigieren.




10 ml Probe in ein Reagenzglas pipettieren.



0,60 ml **MCA-1** mit
Pipette zugeben und
mischen.




Reaktionszeit:
5 Minuten




4 Tropfen **MCA-2**
zugeben und mischen.




Reaktionszeit:
10 Minuten



Lösung in die
gewünschte Küvette
geben.



Mit AutoSelector
Methode wählen.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.

Wichtig:

Sehr hohe Konzentrationen an Monochloramin in der Probe führen zu türkisfarbenen Lösungen (Messlösung soll gelbgrün bis grün sein) und Minderbefunden; in diesen Fällen muss die Probe verdünnt werden.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) muss eine Standardlösung selbst bereitet werden (siehe Abschnitt „Standardlösungen“).

Natrium


in Nährlösungen

1.00885


Küvettentest

Messbereich: 10 – 300 mg/l Na


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




0,50 ml **Na-1K** in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



0,50 ml Probe mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



Reaktionszeit:
1 Minute




Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) kann die gebrauchsfertige Chlorid-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19897, Konzentration 1000 mg/l Cl⁻ (entspricht 649 mg/l Na), nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden (siehe Abschnitt „Standardlösungen“).

Messbereich: 0,10 – 6,00 mg/l Ni


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 3–8.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




5,0 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




Reaktionszeit:
1 Minute




2 Tropfen Ni-1K zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



2 Tropfen Ni-2K zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



Reaktionszeit:
2 Minuten



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Wichtig:

Zur Bestimmung von **Gesamtnickel** ist Probenvorbereitung mit Crack Set 10C, Art. 1.14688 bzw. Crack Set 10, Art. 1.14687 und Thermoreaktor erforderlich.

Ergebnis kann als Summe Nickel (Σ Ni) ausgegeben werden.


Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) kann Spectroquant® CombiCheck 100, Art. 1.18701, eingesetzt werden.

Ebenso kann Nickel-Standardlösung Titrisol®, Art. 1.09989, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.


Probenabhängige Einflüsse können mittels Additionslösung (Bestandteil des CombiCheck 100) erkannt werden.

Messbereich: 0,10 – 5,00 mg/l Ni	10-mm-Küvette
0,05 – 2,50 mg/l Ni	20-mm-Küvette
0,02 – 1,00 mg/l Ni	50-mm-Küvette
Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.	




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 3–8.


Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




5,0 ml Probe in ein Reagenzglas pipettieren.




1 Tropfen Ni-1 zugeben und mischen. Bei Entfärbung der Lösung ist die Dosierung des Reagenzes tropfenweise zu erhöhen, bis eine schwache Gelbfärbung bestehen bleibt.




Reaktionszeit:
1 Minute




2 Tropfen Ni-2 zugeben und mischen.




pH-Wert überprüfen, Soll-Bereich: pH 10–12. Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




2 Tropfen Ni-3 zugeben und mischen.




Reaktionszeit:
2 Minuten



Lösung in die gewünschte Küvette geben.



Mit AutoSelector Methode wählen.



Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen.

Wichtig:

Zur Bestimmung von **Gesamtnickel** ist Probenvorbereitung mit Crack Set 10C, Art. 1.14688 bzw. Crack Set 10, Art. 1.14687 und Thermoreaktor erforderlich.

Ergebnis kann als Summe Nickel (Σ Ni) ausgegeben werden.

Für die Messung in der 50-mm-Küvette muss das Probenvolumen und Volumen der Reagenzien jeweils verdoppelt werden.

Stattdessen kann die Halbmikroküvette, Art. 1.73502, verwendet werden.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) kann Spectroquant® CombiCheck 100, Art. 1.18701, eingesetzt werden.

Ebenso kann Nickel-Standardlösung Titrisol®, Art. 1.09989, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Probenabhängige Einflüsse können mittels Additionslösung (Bestandteil des CombiCheck 100) erkannt werden.

Nickel in Galvanikbädern

Eigenfärbung

Messbereich: 10 – 120 g/l Ni

10-mm-Küvette

Methode-Nr. 57

5,0 – 60,0 g/l Ni

20-mm-Küvette

Methode-Nr. 57


2,0 – 24,0 g/l Ni

50-mm-Küvette

Methode-Nr. 57



5,0 ml der Probe in eine leere Rundküvette (Leerküvetten, Art. 1.14724) pipettieren.




5,0 ml **40%-ige Schwefelsäure** hinzugeben.
Mit Schraubkappe verschließen und mischen.



Lösung in die gewünschte Küvette geben.



Methode 57 wählen.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Messung wird automatisch durchgeführt.

Nitrat


1.14542

Küvettentest


Messbereich: 0,5 – 18,0 mg/l NO₃-N

2,2 – 79,7 mg/l NO₃


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.



1 gestrichenen Mikro-löffel NO₃-1K in eine Reaktionsküvette geben, mit Schraubkappe verschließen.




Küvette zum Lösen des Feststoffs **1 Minute kräftig schütteln.**



1,5 ml Probe mit Pipette sehr langsam zugeben, mit Schraubkappe verschließen und **kurz** mischen.
Vorsicht, Küvette wird heiß!



Reaktionszeit:
10 Minuten



Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen.
Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 20, Art. 1.14675, bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.25037, 1.25038, 1.32241 und 1.32242, eingesetzt werden.

Ebenso kann die gebrauchsfertige Nitrat-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19811, Konzentration 1000 mg/l NO₃⁻, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Probenabhängige Einflüsse können mittels Additionslösung (Bestandteil des CombiCheck 20) erkannt werden.


Messbereich: 0,5 – 25,0 mg/l NO₃-N

2,2 – 110,7 mg/l NO₃


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




1,0 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, **nicht mischen**.



1,0 ml NO₃-1K mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen. **Vorsicht, Küvette wird heiß!**



Reaktionszeit:
10 Minuten



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 20, Art. 1.14675, bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.25037, 1.25038, 1.32241 und 1.32242, eingesetzt werden.

Ebenso kann die gebrauchsfertige Nitrat-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19811, Konzentration 1000 mg/l NO₃⁻, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Probenabhängige Einflüsse können mittels Additions- lösung (Bestandteil des CombiCheck 20) erkannt werden.


Messbereich: 1,0 – 50,0 mg/l NO₃-N

4 – 221 mg/l NO₃

Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




0,50 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, **nicht mischen**.



1,0 ml NO₃-1K mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen. **Vorsicht, Küvette wird heiß!**



Reaktionszeit:
10 Minuten



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 80, Art. 1.14738, bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.25037, 1.25038, 1.32241 und 1.32242, eingesetzt werden.

Ebenso kann die gebrauchsfertige Nitrat-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19811, Konzentration 1000 mg/l NO₃⁻, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Probenabhängige Einflüsse können mittels Additions- lösung (Bestandteil des CombiCheck 80) erkannt werden.

Nitrat


1.00614

Küvettentest


Messbereich: 23 – 225 mg/l NO₃-N

102 – 996 mg/l NO₃


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




1,0 ml NO₃-1K in eine Reaktionsküvette pipettieren, **nicht mischen**.



0,10 ml Probe mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen. **Vorsicht, Küvette wird heiß!**



Reaktionszeit:
5 Minuten, **danach sofort messen**.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können die gebrauchsfertige Nitrat-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19811, Konzentration 1000 mg/l NO₃⁻, nach entsprechendem Verdünnen bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.25039 und 1.25040, verwendet werden.

Nitrat

1.14773

Test

Messbereich: 0,5 – 20,0 mg/l NO₃-N

2,2 – 88,5 mg/l NO₃


10-mm-Küvette

0,20 – 10,00 mg/l NO₃-N


0,89 – 44,27 mg/l NO₃

20-mm-Küvette


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




1 gestrichenen Mikro-löffel NO₃-1 in eine trockene, leere Rundküvette (Leerküvette, Art. 1.14724) geben.




5,0 ml NO₃-2 mit Pipette zugeben und mit Schraubkappe verschließen.




Küvette zum Lösen des Feststoffs **1 Minute kräftig schütteln**.




1,5 ml Probe mit Pipette sehr langsam zugeben, mit Schraubkappe verschließen und **kurz** mischen.
Vorsicht, Küvette wird heiß!




Reaktionszeit:
10 Minuten



Lösung in die gewünschte Rechteckküvette geben.



Mit AutoSelector Methode wählen.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.

Hinweis:

Für den Ansatz werden Leerküvetten, Art. 1.14724 empfohlen. Diese Küvetten sind mit Schraubkappe verschließbar. Damit ist ein gefahrloses Mischen möglich.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 10 und 20, Art. 1.14676 und 1.14675, bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.25036, 1.25037, 1.25038, 1.32240, 1.32241 und 1.32242, eingesetzt werden.


Ebenso kann die gebrauchsfertige Nitrat-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19811, Konzentration 1000 mg/l NO₃⁻, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Probenabhängige Einflüsse können mittels Additionslösung (Bestandteil der CombiChecks) erkannt werden.


Messbereich: 1,0 – 25,0 mg/l NO ₃ -N	4,4 – 110,7 mg/l NO ₃	10-mm-Küvette
0,5 – 12,5 mg/l NO ₃ -N	2,2 – 55,3 mg/l NO ₃	20-mm-Küvette
0,10 – 5,00 mg/l NO ₃ -N	0,4 – 22,1 mg/l NO ₃	50-mm-Küvette
Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.		




4,0 ml NO₃-1 in eine trockene, leere Rundküvette (Leerküvetten, Art. 1.14724) pipettieren.




0,50 ml Probe mit Pipette zugeben, **nicht mischen**.




0,50 ml NO₃-2 mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.
Vorsicht, Küvette wird heiß!




Reaktionszeit:
10 Minuten



Lösung in die gewünschte Rechteckküvette geben.



Mit AutoSelector Methode wählen.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.

Wichtig:

Für die Messung in der 50-mm-Küvette muss das Probenvolumen und Volumen der Reagenzien jeweils verdoppelt werden.

Stattdessen kann die Halbmikroküvette, Art. 1.73502, verwendet werden.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 10 und 20, Art. 1.14676 und 1.14675, bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.25036, 1.25037, 1.25038, 1.32240, 1.32241 und 1.32242, eingesetzt werden.

Hinweis:

Für den Ansatz werden Leerküvetten, Art. 1.14724 empfohlen. Diese Küvetten sind mit Schraubkappe verschließbar. Damit ist ein gefahrloses Mischen möglich.

Ebenso kann die gebrauchsfertige Nitrat-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19811, Konzentration 1000 mg/l NO₃⁻, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Probenabhängige Einflüsse können mittels Additionslösung (Bestandteil der CombiChecks) erkannt werden.

Nitrat

in Seewasser

1.14556

Küvettentest

Messbereich: 0,10 – 3,00 mg/l NO₃-N

0,4 – 13,3 mg/l NO₃


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.



2,0 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, **nicht mischen**.




1 gestrichenen blauen Mikrolöffel NO₃- 1K zu geben. Küvette **sofort** fest verschließen. **Vorsicht, schäumt stark (Schutzbrille, Handschuhe)!**



Küvette zum Lösen des Feststoffs **5 Sekunden kräftig** schütteln.



Reaktionszeit:
30 Minuten



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 10, Art. 1.14676, bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.25036, 1.25037, 1.32240 und 1.32241, eingesetzt werden.

Ebenso kann die gebrauchsfertige Nitrat-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19811, Konzentration 1000 mg/l NO₃-, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Probenabhängige Einflüsse können mittels Additions- lösung (Bestandteil des CombiCheck 10) erkannt werden.

Nitrat

1.14942

in Seewasser

Test

Messbereich: 0,2 – 17,0 mg/l NO₃-N


0,9 – 75,3 mg/l NO₃

10-mm-Küvette


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




5,0 ml NO₃-1 in eine trockene, leere Rundküvette (Leerküvetten, Art. 1.14724) pipettieren.




1,0 ml Probe mit Pipette zugeben. **Vorsicht, Küvette wird heiß!**




Sofort 1,5 ml NO₃-2 mit Pipette zugeben.




Küvette mit Schraubkappe verschließen und **kräftig** schütteln.




Reaktionszeit: 15 Minuten




2 gestrichene graue Mikrolöffel NO₃-3 zugeben.




Küvette fest verschließen und **kräftig** schütteln, bis das Reagenz vollständig gelöst ist.




Reaktionszeit: 60 Minuten



Lösung in die Rechteckküvette geben.



Mit AutoSelector Methode wählen.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.

Hinweis:

Für den Ansatz werden Leerküvetten, Art. 1.14724 empfohlen. Diese Küvetten sind mit Schraubkappe verschließbar. Damit ist ein gefahrloses Mischen möglich.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 20, Art. 1.14675, bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.25036, 1.25037, 1.25038, 1.32240, 1.32241 und 1.32242, eingesetzt werden.

Ebenso kann die gebrauchsfertige Nitrat-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19811, Konzentration 1000 mg/l NO₃⁻, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Probenabhängige Einflüsse können mittels Additionslösung (Bestandteil des CombiCheck 20) erkannt werden.

Nitrat

1.01842


Test

Messbereich: 0,3 – 30,0 mg/l NO₃-N

1,3 – 132,8 mg/l NO₃

50-mm-Küvette

Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 3–9.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Salzsäure pH-Wert korrigieren.




10 ml Probe in ein Testglas (Flachbodengläser, Art. 1.14902) pipettieren.




1 gestrichen blauen Mikrolöffel NO₃-1 zugeben und Testglas **sofort** fest mit Schraubkappe verschließen.




Testglas zum Lösen des Feststoffs **1 Minute kräftig schütteln.**




Reaktionszeit: 5 Minuten, **danach sofort messen.**



Lösung (nach Möglichkeit ohne Bodensatz) in die Rechteckküvette geben.



Mit AutoSelector Methode wählen.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können die gebrauchsfertige Nitrat-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19811, Konzentration 1000 mg/l NO₃⁻, nach entsprechendem Verdünnen bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.32240 und 1.32241, verwendet werden.

Nitrat

(Direktbestimmung im UV-Bereich)


analog APHA 4500-NO₃⁻ B

Applikation


Messbereich: 0,0 – 7,0 mg/l NO₃-N

10-mm-Quarz-Küvette


Methode-Nr. 2503




Trübe Probelösungen
filtrieren.



50 ml Probe in ein Glas-
gefäß geben.




1 ml **Salzsäure 1 mol/l**
Titripur® (Art. 1.09057)
mit Pipette zugeben und
mischen.



Lösung in die Quarz-
Küvette geben.



Methode 2503 wählen.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.
Messung wird automa-
tisch durchgeführt.

Wichtig:

Erscheint „Bedingung nicht erfüllt“ im Display, liegt eine
probenabhängige Störung (Matrixeffekt) vor.
Eine Auswertung ist in diesem Fall nicht möglich.


Wichtig:

Die genaue Durchführung und weitere Informationen zur
verwendeten Methode sind in der entsprechenden Appli-
kation zu finden. Diese kann auf der Website herunterge-
laden werden.


Messbereich: 0,010 – 0,700 mg/l NO₂-N

0,03 – 2,30 mg/l NO₂


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.



pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 2–10. Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




5,0 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen.



Küvette zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.



Reaktionszeit:
10 Minuten



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.


Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können die gebrauchsfertige Nitrit-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19899, Konzentration 1000 mg/l NO₂, nach entsprechendem Verdünnen bzw. die Standardlösung für photometrische Anwendungen, Art. 1.25041, verwendet werden.


Messbereich: 1,0 – 90,0 mg/l NO₂-N

3 – 296 mg/l NO₂


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 1 – 12. Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




In eine Reaktionsküvette 2 gestrichene blaue Mikrolöffel **NO₂-1K** zugeben.




8,0 ml Probe mit Pipette zugeben und mit Schraubkappe verschließen.



Küvette zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.



Reaktionszeit:
20 Minuten, **danach sofort messen.**
Küvette vor der Messung **nicht schütteln oder umschwenken.**




Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:


Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können die gebrauchsfertige Nitrit-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19899, Konzentration 1000 mg/l NO₂, nach entsprechendem Verdünnen bzw. die Standardlösung für photometrische Anwendungen, Art. 1.25042, verwendet werden.

Messbereich: 0,02 – 1,00 mg/l NO ₂ -N	0,07 – 3,28 mg/l NO ₂	10-mm-Küvette
0,010 – 0,500 mg/l NO ₂ -N	0,03 – 1,64 mg/l NO ₂	20-mm-Küvette
0,002 – 0,200 mg/l NO ₂ -N	0,007 – 0,657 mg/l NO ₂	50-mm-Küvette


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich:
pH 2–10.
Falls erforderlich,
tropfenweise mit ver-
dünnter Schwefelsäure
pH-Wert korrigieren.




5,0 ml Probe in ein Reagenzglas pipettieren.



1 gestrichenen blauen
Mikrolöffel NO₂-1
zugeben.




Zum Lösen des Fest-
stoffs **1 Minute kräftig
schütteln.**




pH-Wert überprüfen,
Soll-Bereich:
pH 2,0–2,5.
Falls erforderlich,
tropfenweise mit ver-
dünnter Natronlauge
bzw. Schwefelsäure
pH-Wert korrigieren.




Reaktionszeit:
10 Minuten



Lösung in die
gewünschte Küvette
geben.



Mit AutoSelector
Methode wählen.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.

Wichtig:


Für die Messung in der 50-mm-Küvette muss das Probe-
volumen und Volumen der Reagenzien jeweils verdoppelt
werden.

Stattdessen kann die Halbmikroküvette, Art. 1.73502, ver-
wendet werden.

Qualitätssicherung:


Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien,
Messvorrichtung, Handhabung) können die gebrauchs-
fertige Nitrit-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19899,
Konzentration 1000 mg/l NO₂, nach entsprechendem
Verdünnen, bzw. die Standardlösung für photometrische
Anwendungen, Art. 1.25041, verwendet werden.

Messbereich: 0,05 – 4,00 mg/l O ₃	10-mm-Küvette
0,02 – 2,00 mg/l O ₃	20-mm-Küvette
0,010 – 0,800 mg/l O ₃	50-mm-Küvette
Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.	




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich:
pH 4–8.


Falls erforderlich,
tropfenweise mit ver-
dünnter Natronlauge
bzw. Schwefelsäure
pH-Wert korrigieren.




10 ml Probe in ein Rea-
genzglas pipettieren.



2 Tropfen O₃-1 zuge-
ben und mischen.




1 gestrichenen blauen
Mikrolöffel O₃-2 zuge-
ben.




Zum Lösen des Fest-
stoffs kräftig schütteln.




Reaktionszeit:
1 Minute



Lösung in die
gewünschte Küvette
geben.



Mit AutoSelector
Methode wählen.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.

Wichtig:

Sehr hohe Konzentrationen an Ozon in der Probe führen
zu gelben Lösungen (Messlösung soll rot sein) und Min-
derbefunden; in diesen Fällen muss die Probe verdünnt
werden.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien,
Messvorrichtung, Handhabung) muss eine Standard-
lösung selbst bereitet werden (siehe Abschnitt „Stan-
dardlösungen“).


Palladium in Wasser und Abwasser

Applikation

Messbereich: 0,05 – 1,25 mg/l Pd

10-mm-Küvette


Methode-Nr. 133



pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 2 – 5. Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




5,0 ml der Probe in eine leere Rundküvette (Leerküvetten, Art. 114724) pipettieren.



1,0 ml **Reagenz 1** mit Pipette zugeben. Mit Schraubkappe verschließen und mischen.




pH-Wert überprüfen, Soll: pH 3,0. Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




0,20 ml **Reagenz 2** mit Pipette zugeben. Mit Schraubkappe verschließen und mischen.




5,0 ml **Isoamylalkohol z. A.** (Art. 1.00979) mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen.



1 Minute kräftig schütteln. Zur Phasentrennung stehen lassen.




Mit Pasteurpipette organische, klare obere Schicht abziehen und über **Natriumsulfat wasserfrei z. A.** (Art. 1.06649) trocknen.



Getrocknete Lösung in die Küvette geben.



Methode **133** wählen.



Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen. Messung wird automatisch durchgeführt.


Hinweis:

Für den Ansatz werden Leerküvetten, Art. 1.14724 empfohlen. Diese Küvetten sind mit Schraubkappe verschließbar. Damit ist ein gefahrloses Mischen möglich.

Wichtig:

Die genaue Zusammensetzung und Herstellung der verwendeten Reagenzien 1 und 2 sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Dort befinden sich auch weitere Informationen zur verwendeten Methode. Diese kann auf der Website heruntergeladen werden.

Messbereich: pH 6,4 – 8,8



10 ml Probe in eine Rundküvette pipettieren.

4 Tropfen **pH-1** zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen. **Achtung!** Reagenzflasche zum Dosieren **senkrecht** halten.


Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) kann Pufferlösung pH 7,00 Certipur®, Art. 1.09407, verwendet werden.

Messbereich: 0,10 – 2,50 mg/l C₆H₅OH


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 2–11.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




10 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




1 gestrichenen grauen Mikrolöffel Ph-1K zugeben, mit Schraubkappe verschließen.




Küvette zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.




1 gestrichenen grünen Mikrolöffel Ph-2K zugeben, mit Schraubkappe verschließen.



Küvette zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.



Reaktionszeit:
1 Minute



Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen.
Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Wichtig:

Sehr hohe Konzentrationen an Phenol in der Probe führen zu einer Farbabschwächung und Minderbefunden; in diesen Fällen muss die Probe verdünnt werden.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) muss eine Phenol-Standardlösung aus Phenol z. A., Art. 1.00206, selbst bereitet werden (siehe Abschnitt „Standardlösungen“).

Phenol

1.00856


Test

Messbereich: 0,002 – 0,100 mg/l C₆H₅OH

20-mm-Küvette

Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.

Achtung! Die Messung erfolgt in einer 20-mm-Rechteckküvette gegen eine Blindprobe, bereitet aus dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®) und den Reagenzien in analoger Weise.



pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 2-11.


Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




200 ml Probe in einen Schütteltrichter pipettieren.



5,0 ml Ph-1 mit Pipette zugeben und mischen.



1 gestrichenen grünen Mikrolöffel Ph-2 zugeben und lösen.




1 gestrichenen grünen Mikrolöffel Ph-3 zugeben und lösen.




Reaktionszeit:
30 Minuten
(vor Licht geschützt)




10 ml Chloroform mit Pipette zugeben,
Schütteltrichter verschließen.




1 Minute schütteln.




5 – 10 Minuten zur Trennung der Phasen stehen lassen.



Klare **untere** Phase in die Küvette geben.



Mit AutoSelector Messbereich 0,002 – 0,100 mg/l Methode wählen.




Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.

Phenol

1.00856


Test

Messbereich: 0,10 – 5,00 mg/l C ₆ H ₅ OH	10-mm-Küvette
0,05 – 2,50 mg/l C ₆ H ₅ OH	20-mm-Küvette
0,025 – 1,000 mg/l C ₆ H ₅ OH	50-mm-Küvette
Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.	




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich:
pH 2–11.


Falls erforderlich,
tropfenweise mit ver-
dünnter Natronlauge
bzw. Schwefelsäure
pH-Wert korrigieren.




10 ml Probe in ein Rea-
genzglas pipettieren.




1,0 ml **Ph-1** mit Pipette
zugeben und mischen.




1 gestrichenen grauen
Mikrolöffel **Ph-2** zu-
geben.




Zum Lösen des Fest-
stoffs kräftig schütteln.




1 gestrichenen grauen
Mikrolöffel **Ph-3** zu-
geben.




Zum Lösen des Fest-
stoffs kräftig schütteln.




Reaktionszeit:
10 Minuten



Lösung in die
gewünschte Küvette
geben.



Mit AutoSelector Mess-
bereich 0,025 – 5,00 mg/l
Methode wählen.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) muss eine Phenol-Standardlösung aus Phenol z. A., Art. 1.00206, selbst bereitet werden (siehe Abschnitt „Standardlösungen“).

Phosphat

1.00474

Bestimmung von Orthophosphat


Küvettentest

Messbereich: 0,05 – 5,00 mg/l PO₄-P


0,2 – 15,3 mg/l PO₄

0,11 – 11,46 mg/l P₂O₅


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 0–10. Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




5,0 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



5 Tropfen P-1K zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




1 Dosis P-2K mit blauem Dosierer zugeben, mit Schraubkappe verschließen.



Küvette zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.



Reaktionszeit:
5 Minuten



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Wichtig:

Zur Bestimmung von **Gesamtphosphor = Summe aus Orthophosphat, Polyphosphat und Organophosphat** können entweder Phosphat-Küvettentest, Art. 1.14543, 1.14729 und 1.00673, oder Phosphat-Test, Art. 1.14848, zusammen mit Crack Set 10/10C, Art. 1.14687/1.14688, eingesetzt werden.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 10, Art. 1.14676, eingesetzt werden.

Ebenso kann die gebrauchsfertige Phosphat-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19898, Konzentration 1000 mg/l PO₄³⁻, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Probenabhängige Einflüsse können mittels Additionslösung (Bestandteil des CombiCheck 10) erkannt werden.

Phosphat

1.14543

Bestimmung von Orthophosphat


Küvettentest

Messbereich: 0,05 – 5,00 mg/l PO₄-P


0,2 – 15,3 mg/l PO₄

0,11 – 11,46 mg/l P₂O₅

Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 0–10. Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




5,0 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



5 Tropfen P-2K zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




1 Dosis P-3K mit blauem Dosierer zugeben, mit Schraubkappe verschließen.



Küvette zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.



Reaktionszeit:
5 Minuten



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) kann Spectroquant® CombiCheck 10, Art. 1.14676, eingesetzt werden.

Ebenso kann die gebrauchsfertige Phosphat-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19898, Konzentration 1000 mg/l PO₄³⁻, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Probenabhängige Einflüsse können mittels Additionslösung (Bestandteil des CombiCheck 10) erkannt werden.

Phosphat

Bestimmung von Gesamtphosphor
= Summe aus Orthophosphat, Polyphosphat und Organophosphat

1.14543


Küvettentest

Messbereich: 0,05 – 5,00 mg/l P


0,2 – 15,3 mg/l PO₄

0,11 – 11,46 mg/l P₂O₅


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 0–10. Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




5,0 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



1 Dosis P-1K mit grünem Dosierer zugeben, mit Schraubkappe verschließen.




Reaktionsküvette im Thermoreaktor 30 Minuten bei 120 °C erhitzen.




Küvette aus dem Thermoreaktor nehmen, im Reagenzglasgestell auf Raumtemperatur abkühlen lassen.




5 Tropfen P-2K zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




1 Dosis P-3K mit blauem Dosierer zugeben, mit Schraubkappe verschließen.



Küvette zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.



Reaktionszeit:
5 Minuten



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 10, Art. 1.14676, bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.25046 und 1.25047, eingesetzt werden.

Ebenso kann die gebrauchsfertige Phosphat-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19898, Konzentration 1000 mg/l PO₄³⁻, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Probenabhängige Einflüsse können mittels Additionslösung (Bestandteil des CombiCheck 10) erkannt werden.

Phosphat

Differenzierung zwischen Gesamtphosphor, Orthophosphat und Organophosphat

1.14543

Küvettentest

Messbereich: 0,05 – 5,00 mg/l PO₄-P bzw. P

0,2 – 15,3 mg/l PO₄

0,11 – 11,46 mg/l P₂O₅

Falls eine Differenzierung zwischen Orthophosphat (PO₄-P) und P org* gewünscht ist, kann nach Auswahl der methode-spezifische Modus „Differenzierung“ eingestellt werden.

* P org ist Summe aus Polyphosphat und Organophosphat.

Hinweis: Wenn keine Differenzierung gemessen werden soll, muss der Modus „Differenzierung“ wieder deaktiviert werden.



Methode 55 wählen.




Taste <Einstellungen> betätigen.
„Differenzierung“ auswählen und aktivieren.



Mit <OK> bestätigen.

Bestimmung von **Gesamtphosphor** durchführen (s. Analysenvorschrift „Bestimmung von Gesamtphosphor“ mit 1.14543).
= **Küvette Σ P**


Nach Ablauf der Reaktionszeit:



Küvette Σ P in den Küvettenschacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten. Messung wird automatisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen.



Bestimmung von **Orthophosphat** durchführen (s. Analysenvorschrift „Bestimmung von Orthophosphat“ mit 1.14543).
= **Küvette PO₄-P**

Nach Ablauf der Reaktionszeit:



Küvette PO₄-P in den Küvettenschacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten. Messung wird automatisch durchgeführt.

Mit <OK> bestätigen. Die Ergebnisse A (Σ P), B (PO₄-P) und C (P_{org}) in mg/l werden im Display angezeigt.

Phosphat

1.00475

Bestimmung von Orthophosphat


Küvettentest

Messbereich: 0,5 – 25,0 mg/l PO₄-P

1,5 – 76,7 mg/l PO₄

1,1 – 57,3 mg/l P₂O₅


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 0–10. Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




1,0 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




5 Tropfen P-1K zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




1 Dosis P-2K mit blauem Dosierer zugeben, mit Schraubkappe verschließen.



Küvette zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.



Reaktionszeit:
5 Minuten



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Wichtig:

Zur Bestimmung von **Gesamtphosphor = Summe aus Orthophosphat, Polyphosphat und Organophosphat** können entweder Phosphat-Küvettentest, Art. 1.14543, 1.14729 und 1.00673, oder Phosphat-Test, Art. 1.14848, zusammen mit Crack Set 10/10C, Art. 1.14687/1.14688, eingesetzt werden.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 20 und 80, Art. 1.14675 und 1.14738, eingesetzt werden.

Ebenso kann die gebrauchsfertige Phosphat-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19898, Konzentration 1000 mg/l PO₄³⁻, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Probenabhängige Einflüsse können mittels Additionslösung (Bestandteil der CombiChecks) erkannt werden.

Phosphat

1.14729

Bestimmung von Orthophosphat


Küvettentest

Messbereich: 0,5 – 25,0 mg/l PO₄-P


1,5 – 76,7 mg/l PO₄

1,1 – 57,3 mg/l P₂O₅


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 0–10. Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




1,0 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




5 Tropfen P-2K zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




1 Dosis P-3K mit blauem Dosierer zugeben, mit Schraubkappe verschließen.



Küvette zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.



Reaktionszeit:
5 Minuten



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 20 und 80, Art. 1.14675 und 1.14738, eingesetzt werden.

Ebenso kann die gebrauchsfertige Phosphat-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19898, Konzentration 1000 mg/l PO₄³⁻, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Probenabhängige Einflüsse können mittels Additionslösung (Bestandteil der CombiChecks) erkannt werden.

Phosphat

Bestimmung von Gesamtphosphor
= Summe aus Orthophosphat, Polyphosphat und Organophosphat

1.14729


Küvettentest

Messbereich: 0,5 – 25,0 mg/l P


1,5 – 76,7 mg/l PO₄

1,1 – 57,3 mg/l P₂O₅


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 0–10. Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




1,0 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



1 Dosis P-1K mit grünem Dosierer zugeben, mit Schraubkappe verschließen.




Reaktionsküvette im Thermoreaktor 30 Minuten bei 120 °C erhitzen.




Küvette aus dem Thermoreaktor nehmen, im Reagenzglasgestell auf Raumtemperatur abkühlen lassen.



5 Tropfen P-2K zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




1 Dosis P-3K mit blauem Dosierer zugeben, mit Schraubkappe verschließen.



Küvette zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.



Reaktionszeit:
5 Minuten



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 20 und 80, Art. 1.14675 und 1.14738, bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.25047 und 1.25048, eingesetzt werden.

Ebenso kann die gebrauchsfertige Phosphat-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19898, Konzentration 1000 mg/l PO₄³⁻, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Probenabhängige Einflüsse können mittels Additionslösung (Bestandteil der CombiChecks) erkannt werden.

Phosphat

Differenzierung zwischen Gesamtphosphor, Orthophosphat und Organophosphat

1.14729

Küvettentest

Messbereich: 0,5 – 25,0 mg/l PO₄-P bzw. P

1,5 – 76,7 mg/l PO₄

1,1 – 57,3 mg/l P₂O₅

Falls eine Differenzierung zwischen Orthophosphat (PO₄-P) und P org* gewünscht ist, kann nach Auswahl der methode-spezifische Modus „Differenzierung“ eingestellt werden.

* P org ist Summe aus Polyphosphat und Organophosphat.

Hinweis: Wenn keine Differenzierung gemessen werden soll, muss der Modus „Differenzierung“ wieder deaktiviert werden.



Methode 86 wählen.




Taste <Einstellungen> betätigen.
„Differenzierung“ auswählen und aktivieren.



Mit <OK> bestätigen.

Bestimmung von **Gesamtphosphor** durchführen (s. Analysenvorschrift „Bestimmung von Gesamtphosphor“ mit 1.14729).
= **Küvette Σ P**

Nach Ablauf der Reaktionszeit:




Küvette Σ P in den Küvettenschacht ein-setzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten. Messung wird automa-tisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen.

Bestimmung von **Ortho-phosphat** durchführen (s. Analysenvorschrift „Bestimmung von Orthophosphat“ mit 1.14729).
= **Küvette PO₄-P**

Nach Ablauf der Reaktionszeit:



Küvette PO₄-P in den Küvettenschacht ein-setzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten. Messung wird automa-tisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen. Die Ergebnisse A (Σ P), B (PO₄-P) und C (P_{org}) in mg/l werden im Display angezeigt.

Phosphat

1.00616

Bestimmung von Orthophosphat


Küvettentest

Messbereich: 3,0 – 100,0 mg/l PO₄-P

9 – 307 mg/l PO₄

7 – 229 mg/l P₂O₅


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 0–10. Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




0,20 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



5 Tropfen PO₄-1K zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




1 Dosis PO₄-2K mit blauem Dosierer zugeben, mit Schraubkappe verschließen.



Küvette zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.



Reaktionszeit:
5 Minuten



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Wichtig:

Zur Bestimmung von **Gesamtphosphor = Summe aus Orthophosphat, Polyphosphat und Organophosphat** können entweder Phosphat-Küvettentest, Art. 1.14543, 1.14729 und 1.00673, oder Phosphat-Test, Art. 1.14848, zusammen mit Crack Set 10/10C, Art. 1.14687/1.14688, eingesetzt werden.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) kann die gebrauchsfertige Phosphat-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19898, Konzentration 1000 mg/l PO₄³⁻, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Phosphat

1.00673

Bestimmung von Orthophosphat


Küvettentest

Messbereich: 3,0 – 100,0 mg/l PO₄-P

9 – 307 mg/l PO₄

7 – 229 mg/l P₂O₅


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 0–10. Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




0,20 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



5 Tropfen P-2K zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




1 Dosis P-3K mit blauem Dosierer zugeben, mit Schraubkappe verschließen.



Küvette zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.



Reaktionszeit:
5 Minuten



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) kann die gebrauchsfertige Phosphat-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19898, Konzentration 1000 mg/l PO₄³⁻, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Phosphat

Bestimmung von Gesamtphosphor
= Summe aus Orthophosphat, Polyphosphat und Organophosphat

1.00673


Küvettentest

Messbereich: 3,0 – 100,0 mg/l P


9 – 307 mg/l PO₄

7 – 229 mg/l P₂O₅


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 0–10. Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




0,20 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




1 Dosis P-1K mit grünem Dosierer zugeben, mit Schraubkappe verschließen.




Reaktionsküvette im Thermoreaktor 30 Minuten bei 120 °C erhitzen.




Küvette aus dem Thermoreaktor nehmen, im Reagenzglasgestell auf Raumtemperatur abkühlen lassen.



5 Tropfen P-2K zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




1 Dosis P-3K mit blauem Dosierer zugeben, mit Schraubkappe verschließen.



Küvette zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.



Reaktionszeit:
5 Minuten



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können die gebrauchsfertige Phosphat-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19898, Konzentration 1000 mg/l PO₄³⁻, nach entsprechendem Verdünnen bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.25047, 1.25048 und 1.25049, verwendet werden.

Phosphat

Differenzierung zwischen Gesamtphosphor, Orthophosphat und Organophosphat

1.00673

Küvettentest

Messbereich: 3,0 – 100,0 mg/l PO₄-P bzw. P

9 – 307 mg/l PO₄

7 – 229 mg/l P₂O₅

Falls eine Differenzierung zwischen Orthophosphat (PO₄-P) und P org* gewünscht ist, kann nach Auswahl der methode-spezifische Modus „Differenzierung“ eingestellt werden.

* P org ist Summe aus Polyphosphat und Organophosphat.

Hinweis: Wenn keine Differenzierung gemessen werden soll, muss der Modus „Differenzierung“ wieder deaktiviert werden.



Methode 214 wählen.




Taste <Einstellungen> betätigen.
„Differenzierung“ auswählen und aktivieren.



Mit <OK> bestätigen.

Bestimmung von **Gesamtphosphor** durchführen (s. Analysenvorschrift „Bestimmung von Gesamtphosphor“ mit 1.00673).
= **Küvette Σ P**

Nach Ablauf der Reaktionszeit:




Küvette Σ P in den Küvettenschacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten. Messung wird automatisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen.

Bestimmung von **Orthophosphat** durchführen (s. Analysenvorschrift „Bestimmung von Orthophosphat“ mit 1.00673).
= **Küvette PO₄-P**

Nach Ablauf der Reaktionszeit:



Küvette PO₄-P in den Küvettenschacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten. Messung wird automatisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen. Die Ergebnisse A (Σ P), B (PO₄-P) und C (P_{org}) in mg/l werden im Display angezeigt.

Phosphat

1.14848


Bestimmung von Orthophosphat

Test

Messbereich: 0,05 – 5,00 mg/l PO ₄ -P	0,2 – 15,3 mg/l PO ₄	0,11 – 11,46 mg/l P ₂ O ₅	10-mm-Küvette
0,03 – 2,50 mg/l PO ₄ -P	0,09 – 7,67 mg/l PO ₄	0,07 – 5,73 mg/l P ₂ O ₅	20-mm-Küvette
0,005 – 1,000 mg/l PO ₄ -P	0,015 – 3,066 mg/l PO ₄	0,011 – 2,291 mg/l P ₂ O ₅	50-mm-Küvette
0,0025 – 0,5000 mg/l PO ₄ -P	0,0077 – 1,5331 mg/l PO ₄	0,0057 – 1,1457 mg/l P ₂ O ₅	100-mm-Küvette


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.

Messbereiche: 0,005 – 5,00 mg/l PO₄-P




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 0–10.


Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




5,0 ml Probe in ein Reagenzglas pipettieren.




5 Tropfen PO₄-1 zugeben und mischen.




1 gestrichenen blauen Mikrolöffel PO₄-2 zugeben.




Zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.




Reaktionszeit:
5 Minuten



Lösung in die gewünschte Küvette geben.



Mit AutoSelector Methode wählen.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.

Wichtig:

Für die Messung in der 50-mm-Küvette muss das Probevolumen und Volumen der Reagenzien jeweils verdoppelt werden.

Stattdessen kann die Halbmikroküvette, Art. 1.73502, verwendet werden.

Zur Bestimmung von **Gesamtphosphor = Summe aus Orthophosphat, Polyphosphat und Organophosphat** ist ein Aufschluss mit Crack Set 10C, Art. 1.14688 bzw. Crack Set 10, Art. 1.14687 und Thermoreaktor erforderlich.

Ergebnis kann als Summe Phosphor (Σ P) ausgegeben werden.


Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) kann Spectroquant® CombiCheck 10, Art. 1.14676, eingesetzt werden.


Ebenso kann die gebrauchsfertige Phosphat-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19898, Konzentration 1000 mg/l PO₄³⁻, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Probenabhängige Einflüsse können mittels Additionslösung (Bestandteil des CombiCheck 10) erkannt werden.


Messbereich: 0,0025 – 0,5000 mg/l PO₄-P




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 0–10.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




Mit AutoSelector Methode wählen.




Rundküvettenhalter entfernen.




20 ml Probe in ein geeignetes Gefäß geben.




20 ml dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®) in ein zweites geeignetes Gefäß geben. (Blindwert)



Zu beiden Gefäßen je 20 Tropfen PO₄-1 zugeben und mischen.




Zu beiden Gefäßen je 4 gestrichene blaue Mikrolöffel PO₄-2 zu geben.




Beide Gefäße zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln




Reaktionszeit: 5 Minuten




Taste <Einstellungen> betätigen.
„Reagenzienblindwert“ auswählen.




Blindprobe in die Küvette geben.




Blindwert-Küvette in den Küvettenschacht einsetzen.



„Anwender RB“ auswählen.
Mit <OK> bestätigen.



Messprobe in die Küvette geben.



Proben-Küvette in den Küvettenschacht einsetzen.

Qualitätssicherung:


Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) kann die gebrauchsfertige Phosphate-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19898, Konzentration 1000 mg/l PO₄³⁻, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Phosphat


1.00798

Test


Messbereich: 1,0 – 100,0 mg/l PO₄-P 3 – 307 mg/l PO₄ 2 – 229 mg/l P₂O₅ 10-mm-Küvette
Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 0–10. Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




8,0 ml dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®) in ein Reagenzglas pipettieren.




0,50 ml Probe mit Pipette zugeben und mischen.




0,50 ml PO₄-1 mit Pipette zugeben und mischen.




1 Dosis PO₄-2 mit blauem Dosierer zugeben.




Zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.




Reaktionszeit: 5 Minuten



Lösung in die Küvette geben.



Mit AutoSelector Methode wählen.



Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen.

Wichtig:

Zur Bestimmung von **Gesamtphosphor = Summe aus Orthophosphat, Polyphosphat und Organophosphat** können entweder Phosphat-Küttentest, Art. 1.14543, 1.14729 und 1.00673, oder Phosphat-Test, Art. 1.14848, zusammen mit Crack Set 10/10C, Art. 1.14687/1.14688, eingesetzt werden.

Qualitätssicherung:


Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) kann die gebrauchsfertige Phosphat-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19898, Konzentration 1000 mg/l PO₄³⁻, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Messbereich: 0,5 – 25,0 mg/l PO₄-P

1,5 – 76,7 mg/l PO₄

1,1 – 57,3 mg/l P₂O₅


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.



pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 0–10. Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.



5,0 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Wichtig:

Zur Bestimmung von **Gesamtphosphor = Summe aus Orthophosphat, Polyphosphat und Organophosphat** können entweder Phosphat-Küvettentest, Art. 1.14543, 1.14729 und 1.00673, oder Phosphat-Test, Art. 1.14848, zusammen mit Crack Set 10/10C, Art. 1.14687/1.14688, eingesetzt werden.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) kann die gebrauchsfertige Phosphat-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19898, Konzentration 1000 mg/l PO₄³⁻, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.


Phosphat

1.14842

Bestimmung von Orthophosphat


Test

Messbereich: 1,0 – 30,0 mg/l PO ₄ -P	3,1 – 92,0 mg/l PO ₄	2,3 – 68,7 mg/l P ₂ O ₅	10-mm-Küvette
0,5 – 15,0 mg/l PO ₄ -P	1,5 – 46,0 mg/l PO ₄	1,1 – 34,4 mg/l P ₂ O ₅	20-mm-Küvette
Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.			




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich:
pH 0–10.


Falls erforderlich,
tropfenweise mit ver-
dünnter Schwefelsäure
pH-Wert korrigieren.




5,0 ml Probe in ein Reagenzglas pipettieren.




1,2 ml PO₄-1 mit Pipette
zugeben und mischen.



Lösung in die
gewünschte Küvette
geben.



Mit AutoSelector
Methode wählen.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.

Wichtig:

Zur Bestimmung von **Gesamtphosphor = Summe aus Orthophosphat, Polyphosphat und Organophosphat** können entweder Phosphat-Küttentest, Art. 1.14543, 1.14729 und 1.00673, oder Phosphat-Test, Art. 1.14848, zusammen mit Crack Set 10/10C, Art. 1.14687/1.14688, eingesetzt werden.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) kann die gebrauchsfertige Phosphat-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19898, Konzentration 1000 mg/l PO₄³⁻, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Phosphatid in Milch und Milchprodukten

entspricht Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch §64 LFGB 01.00-41

Applikation


Messbereich: 0 – 750 mg/100 g P

10-mm-Küvette


Methode-Nr. 2535

Achtung! Vor der Messung der ersten Messprobe wird automatisch ein Nullabgleich angefordert, bereitet aus dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®). Dieser ist bis zum Verlassen der Methode gültig.

Vorbereitung: Fett-Extraktion und Veraschung




Probe auf 10 mg genau in eine Mojonnier-Extraktionsröhre einwiegen, **Natriumchlorid** (-Lösung) zugeben und gemäß §64 LFGB 01.00-41 [1] extrahieren.




Nach der Extraktion eine Veraschung gemäß §64 LFGB 01.00-41 [1] durchführen.


Phosphatid-Bestimmung: Reagenzienblindwert




20 ml **Schwefelsäure** 0,05 mol/l in einen 50-ml-Messkolben geben.



20 ml **Natriummolybdat/Ascorbinsäure-Reagenz** zugeben und mischen.




Messkolben mit dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®) bis zur Marke auffüllen und gut mischen.




Gemäß §64 LFGB 01.00-41 [1] inkubieren: **Reagenzienblindwert**.


Phosphatid-Bestimmung: Messprobe




Asche gemäß §64 LFGB 01.00-41 [1] vorbereiten.




Mit **Schwefelsäure** 0,05 mol/l in einen 50-ml-Messkolben überführen.




Messkolben mit **Schwefelsäure** 0,05 mol/l bis zur Marke auffüllen und gut mischen: **Lösung 1**.




20 ml **Lösung 1** in einen 50-ml-Messkolben geben.



20 ml **Natriummolybdat/Ascorbinsäure-Reagenz** zugeben und mischen.



Messkolben mit dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®) bis zur Marke auffüllen und gut mischen.



Gemäß §64 LFGB 01.00-41 [1] inkubieren: **Messprobe**.

Phosphatid

in Milch und Milchprodukten

entspricht Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch §64 LFGB 01.00-41

Applikation

Messung:



Methode 2535 wählen. Nullabgleich durchführen und mit Taste <OK> bestätigen.



Einwaage in Gramm eingeben.




Mit <OK> bestätigen.



Taste <Start> betätigen.




Lösung „Reagenzienblindwert“ in die Küvette geben.




Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Blindwertmessung wird automatisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen.



Lösung „Messprobe“ in die Küvette geben.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Messung wird automatisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen. Das Ergebnis wird im Display angezeigt.



Taste <Start> betätigen, um den Messablauf für die nächste Probe zu starten. Es wird kein erneuter Nullabgleich angefordert.

Wichtig:

Bei jeder neuen Messserie ist die vorprogrammierte Kalibrierung mit Standardlösungen zu überprüfen (s. Abschnitt „Adjustment“). Sollte es zu signifikanten Abweichungen kommen, muss die Methode rekalibriert werden. Dazu gemäß der Applikationsvorschrift vorgehen.

Wichtig:

Die genaue Durchführung und weitere Informationen zur verwendeten Methode sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Diese kann auf der Website heruntergeladen werden.

Phosphor (gesamt)

in Fleisch und Fleischerzeugnissen

entspricht Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch §64 LFGB 06.00-9

Applikation


Messbereich: 0,000 – 2,500 g/100 g P₂O₅

10-mm-Küvette


Methode-Nr. 2533

Achtung! Vor der Messung der ersten Messprobe wird automatisch ein Nullabgleich angefordert, bereitet aus dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®). Dieser ist bis zum Verlassen der Methode gültig.

Vorbereitung:




Probe auf 1 mg genau in ein geeignetes Gefäß einwiegen und eine Veraschung gemäß §64 LFGB 06.00-4 [3] durchführen.




Erhaltenen Asche gemäß §64 LFGB 06.00-9, Kapitel 7.3 [1] hydrolysieren: **vorbereitete Probelösung**.

Phosphor-Bestimmung: Reagenzienblindwert




2 ml dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®) mit 8 ml **Reagenzlösung** mischen: **Reagenzienblindwert**.




Inkubationszeit:
15 Minuten bei Raumtemperatur

Phosphor-Bestimmung: Messprobe



2 ml vorbereitete Probelösung mit 8 ml **Reagenzlösung** mischen: **Messprobe**.



Inkubationszeit:
15 Minuten bei Raumtemperatur

Phosphor (gesamt)

in Fleisch und Fleischerzeugnissen

entspricht Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch §64 LFGB 06.00-9

Applikation

Messung:




Methode 2533 wählen. Nullabgleich durchführen und mit Taste <OK> bestätigen.




Einwaage in Gramm eingeben.




Mit <OK> bestätigen.



Taste <Start> betätigen.




Lösung „Reagenzienblindwert“ in die Küvette geben.




Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Blindwertmessung wird automatisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen.




Lösung „Messprobe“ in die Küvette geben.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Messung wird automatisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen. Das Ergebnis wird im Display angezeigt.



Taste <Start> betätigen, um den Messablauf für die nächste Probe zu starten. Es wird kein erneuter Nullabgleich angefordert.

Wichtig:

Bei jeder neuen Messserie ist die vorprogrammierte Kalibrierung mit Standardlösungen zu überprüfen (s. Abschnitt „Adjustment“). Sollte es zu signifikanten Abweichungen kommen, muss die Methode rekalibriert werden. Dazu gemäß der Applikationsvorschrift vorgehen.

Wichtig:

Die genaue Durchführung und weitere Informationen zur verwendeten Methode sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Diese kann auf der Website heruntergeladen werden.

Phosphor (gesamt) in Frucht- und Gemüsesäften

entspricht DIN EN 1136 und Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch §64 LFGB 31.00-6

Applikation


Messbereich: 0,0 – 300,0 mg/l P

10-mm-Küvette


Methode-Nr. 2534

Achtung! Vor der Messung der ersten Messprobe wird automatisch ein Nullabgleich angefordert, bereitet aus dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®). Dieser ist bis zum Verlassen der Methode gültig.


Vorbereitung:




25,0 ml Probe in eine Platinschale pipettieren und eine Veraschung gemäß EN 1136 [3] durchführen.



Asche in 2 - 3 ml **Salzsäure 2 mol/l** aulösen.




Lösung in einen 50-ml-Messkolben überführen.




Messkolben mit dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®) bis zur Marke auffüllen und gut mischen:
vorbereitete Probelösung.


Phosphor-Bestimmung: Reagenzienblindwert




50 ml dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®) in einen 100-ml-Messkolben geben.




20 ml **Schwefelsäure 1 mol/l** zugeben.



2 ml **Ammoniumheptamolybdat-Reagenz** zugeben.




2 ml **Ascorbinsäure-Reagenz** zugeben und mischen.




Messkolben mit dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®) bis zur Marke auffüllen und gut mischen.


Phosphor-Bestimmung: Messprobe




Gemäß EN 1136 [1] bzw. §64 LFGB 31.00-6 [2] inkubieren:
Reagenzienblindwert.




Passendes Volumen der vorbereiteten Probelösung auf 0,1 ml genau in einen 100-ml-Messkolben pipettieren.



Etwa 50 ml dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®) zugeben.



20 ml **Schwefelsäure 1 mol/l** zugeben.




2 ml **Ammoniumheptamolybdat-Reagenz** zugeben.

Phosphor (gesamt) in Frucht- und Gemüsesäften


entspricht DIN EN 1136 und Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch §64 LFGB 31.00-6

Applikation


Messung:



2 ml Ascorbinsäure-Reagenz zugeben und mischen.




Messkolben mit dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE[®]) bis zur Marke auffüllen und gut mischen.



Gemäß EN 1136 [1] bzw. §64 LFGB 31.00-6 [2] inkubieren:
Messprobe.




Methode 2534 wählen. Nullabgleich durchführen und mit Taste <OK> bestätigen.




Volumen der Probelösung in Milliliter eingeben.




Mit <OK> bestätigen.



Taste <Start> betätigen.




Lösung „Reagenzienblindwert“ in die Küvette geben.




Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen. Blindwertmessung wird automatisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen.




Lösung „Messprobe“ in die Küvette geben.



Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen. Messung wird automatisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen. Das Ergebnis wird im Display angezeigt.



Taste <Start> betätigen, um den Messablauf für die nächste Probe zu starten. Es wird kein erneuter Nullabgleich angefordert.

Wichtig:

Bei jeder neuen Messserie ist die vorprogrammierte Kalibrierung mit Standardlösungen zu überprüfen (s. Abschnitt „Adjustment“). Sollte es zu signifikanten Abweichungen kommen, muss die Methode rekalibriert werden. Dazu gemäß der Applikationsvorschrift vorgehen.

Wichtig:

Die genaue Durchführung und weitere Informationen zur verwendeten Methode sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Diese kann auf der Website heruntergeladen werden.

Phosphor (gesamt) in Milch und Milchprodukten

entspricht **Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch §64 LFGB 01.00-92 [1]**

Applikation


Messbereich: 0 – 2000 mg/100 g P

10-mm-Küvette

Methode-Nr. 2532


Achtung! Vor der Messung der ersten Messprobe wird automatisch ein Nullabgleich angefordert, bereitet aus dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®). Dieser ist bis zum Verlassen der Methode gültig.

Vorbereitung:




Probe auf 1 mg genau in ein geeignetes Gefäß einwiegen und einen Nassaufschluss bzw. eine Veraschung gemäß §64 LFGB 01.00-92 [1] durchführen.


Phosphor-Bestimmung: Reagenzienblindwert



10 ml **Natriummolybdat/Ascorbinsäure-Reagenz** in einen 20-ml-Messkolben geben.




Messkolben mit dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®) bis zur Marke auffüllen und gut mischen.




Gemäß §64 LFGB 01.00-92 [1] inkubieren: **Reagenzienblindwert**.


Phosphor-Bestimmung: Messprobe




1 ml vorbereitete Probe in einen 50-ml-Messkolben geben.




Etwa 20 ml dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®) zugeben.



25 ml **Natriummolybdat/Ascorbinsäure-Reagenz** zugeben und mischen.



Messkolben mit dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®) bis zur Marke auffüllen und gut mischen.



Gemäß §64 LFGB 01.00-92 [1] inkubieren: **Messprobe**.

Phosphor (gesamt) in Milch und Milchprodukten


entspricht **Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch §64 LFGB 01.00-92 [1]**

Applikation

Messung:



Methode 2532 wählen.
Nullabgleich durchführen und mit Taste <OK> bestätigen.



Einwaage in Gramm ein-
geben.




Mit <OK> bestätigen.



Taste <Start> betätigen.




Lösung „Reagenzien-
blindwert“ in die Küvette
geben.




Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.
Blindwertmessung wird
automatisch durchge-
führt.



Mit <OK> bestätigen.



Lösung „Messprobe“ in
die Küvette geben.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.
Messung wird automa-
tisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen.
Das Ergebnis wird im
Display angezeigt.



Taste <Start> betätigen,
um den Messablauf für
die nächste Probe zu
starten.
Es wird kein erneuter
Nullabgleich angefordert.

Wichtig:

Bei jeder neuen Messserie ist die vorprogrammierte
Kalibrierung mit Standardlösungen zu überprüfen (s.
Abschnitt „Adjustment“). Sollte es zu signifikanten Abwei-
chungen kommen, muss die Methode rekalibriert werden.
Dazu gemäß der Applikationsvorschrift vorgehen.

Wichtig:

Die genaue Durchführung und weitere Informationen zur
verwendeten Methode sind in der entsprechenden Appli-
kation zu finden. Diese kann auf der Website herunterge-
laden werden.

Platin in Wasser und Abwasser


Applikation

Messbereich: 0,10 – 1,25 mg/l Pt


10-mm-Küvette

Methode-Nr. 134

Achtung! Die Messung erfolgt bei 690 nm in einer 10-mm-Rechteckküvette gegen eine Blindprobe, bereitet aus dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®) und den Reagenzien in analoger Weise.



pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 2 – 5. Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.



5,0 ml der Probe in eine leere Rundküvette (Leerküvetten, Art. 1.14724) pipettieren.




1,0 ml **Reagenz 1** mit Pipette zugeben. Mit Schraubkappe verschließen und mischen.




0,50 ml **Reagenz 2** mit Pipette zugeben. Mit Schraubkappe verschließen und mischen.




pH-Wert überprüfen, Soll: pH 6,5. Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




Küvette im Thermoreaktor 5 Minuten bei 100 °C erhitzen.




Küvette aus dem Thermoreaktor nehmen, im Reagenzglasgestell auf Raumtemperatur abkühlen lassen.




5,0 ml **Isobutymethylketon z. A.** (Art. 1.06146) mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen.



1 Minute kräftig schütteln.
Zur Phasentrennung stehen lassen.




Mit Pasteurpipette organische, klare obere Schicht abziehen und über **Natriumsulfat wasserfrei z. A.** (Art. 1.06649) trocknen.



Getrocknete Lösung in die Küvette geben.



Methode 134 wählen.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Messung wird automatisch durchgeführt.

Hinweis:

Für den Ansatz werden Leerküvetten, Art. 1.14724 empfohlen. Diese Küvetten sind mit Schraubkappe verschließbar. Damit ist ein gefahrloses Mischen möglich.

Wichtig:

Die genaue Zusammensetzung und Herstellung der verwendeten Reagenzien 1 und 2 sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Dort befinden sich auch weitere Informationen zur verwendeten Methode. Diese kann auf der Website heruntergeladen werden.

Prolin

in Frucht- und Gemüsesäften

entspricht DIN EN 1141 und Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch §64 LFGB 31.00-7

Applikation


Messbereich: 0 – 1200 mg/l

10-mm-Küvette

Methode-Nr. 2539

Achtung! Vor der Messung der ersten Messprobe wird automatisch ein Nullabgleich angefordert, bereitet aus dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®). Dieser ist bis zum Verlassen der Methode gültig.

Vorbereitung:



Probe ggf. mit dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®) verdünnen.

Verdünnung notieren
(1 + x).

Prolin-Bestimmung: Reagenzienblindwert



1,0 ml vorbereitete Probe in ein Glas mit Schraubverschluss pipettieren.



1,0 ml **Ameisensäure** zugeben.




2,0 ml **Ethylenglycol-monomethylether** zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




Glas im Wasserbad gemäß EN 1141 [1] bzw. §64 LFGB 31.00-7 [2] inkubieren.




Glas gemäß EN 1141 [1] bzw. §64 LFGB 31.00-7 [2] abkühlen.



10 ml **n-Butylacetat** zugeben und mit Schraubkappe verschließen.



Farbkomplex gemäß EN 1141 [1] bzw. §64 LFGB 31.00-7 [2] in die organische Phase extrahieren.



Gesamte Mischung über ein hydrophobes Filter gemäß EN 1141 [1] bzw. §64 LFGB 31.00-7 [2] filtrieren:
Reagenzienblindwert.

Prolin in Frucht- und Gemüsesäften

entspricht **DIN EN 1141** und **Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch §64 LFGB 31.00-7**

Applikation


Prolin-Bestimmung: Messprobe



1,0 ml vorbereitete
Probe in ein Glas mit
Schraubverschluss
pipettieren.



1,0 ml **Ameisensäure**
zugeben.



2,0 ml **Ninhydrin-
Lösung** zugeben, mit
Schraubkappe verschlie-
ßen und mischen.




Glas im Wasserbad
gemäß EN 1141 [1] bzw.
§64 LFGB 31.00-7 [2]
inkubieren.




Glas gemäß EN 1141 [1]
bzw. §64 LFGB 31.00-7
[2] abkühlen.



10 ml **n-Butylacetat**
zugeben und mit
Schraubkappe ver-
schließen.



Farbkomplex gemäß EN
1141 [1] bzw. §64 LFGB
31.00-7 [2] in die organi-
sche Phase extrahieren.



Gesamte Mischung über
ein hydrophobes Filter
gemäß EN 1141 [1] bzw.
§64 LFGB 31.00-7 [2]
filtrieren:
Messprobe.


Messung:




Methode **2539** wählen.
Nullabgleich durchfüh-
ren und mit Taste <OK>
bestätigen.




Verdünnung (1 Teil
Probe + x Teile dest.
Wasser) eingeben.



Mit <OK> bestätigen.



Taste <Start> betätigen.




Lösung „**Reagenzien-
blindwert**“ in die Küvet-
te geben.

Prolin

in Frucht- und Gemüsesäften

entspricht **DIN EN 1141** und **Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch §64 LFGB 31.00-7**


Applikation




Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.
Blindwertmessung wird
automatisch durchge-
führt.



Mit <OK> bestätigen.




Lösung „**Messprobe**“ in
die Küvette geben.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.
Messung wird automa-
tisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen.
Das Ergebnis wird im
Display angezeigt.



Taste <Start> betätigen,
um den Messablauf für
die nächste Probe zu
starten.
Es wird kein erneuter
Nullabgleich angefordert.

Wichtig:

Bei jeder neuen Messserie ist die vorprogrammierte Kalibrierung mit Standardlösungen zu überprüfen (s. Abschnitt „Adjustment“). Sollte es zu signifikanten Abweichungen kommen, muss die Methode rekalibriert werden. Dazu gemäß der Applikationsvorschrift vorgehen.

Wichtig:

Die genaue Durchführung und weitere Informationen zur verwendeten Methode sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Diese kann auf der Website heruntergeladen werden.

Protein (BCA-Methode)

Applikation

Messbereich: 200 – 1000 µl/ml Protein (als Rinderserum-Albumin)


10-mm-Küvette

Methode-Nr. 319

Achtung! Für jede Messserie ist eine eigene Kalibrierung zu erstellen (s. Applikationsvorschrift)!

Vor der Messung der ersten Messprobe wird automatisch ein Nullabgleich angefordert, bereitet aus dest.

Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®). Dieser ist bis zum Verlassen der Methode gültig.





Trübe Probelösungen
filtrieren.




Methode 319 wählen.
Nullabgleich durchführen und mit Taste <OK>
bestätigen.

Die Messlösung, die Reagenzienblindwertlösung und die Standardlösungen werden gemäß Packungsbeilage des „Bicinchoninic Acid Protein Assay Kit, Art. BCA1 - Durchführung A, Schritte 1 - 6“ bereitet.




Für jede Messserie ist eine eigene Kalibrierung zu erstellen! Taste <Einstellungen> betätigen.
„Rekalibrierung“ auswählen und gemäß Applikationsvorschrift weiterverfahren.


Mit <OK> bestätigen.




Wenn eine Verdünnung vorgenommen wurde:
Taste <Einstellungen> betätigen,
„Verdünnung“ auswählen und gemäß Applikationsvorschrift weiterverfahren.



Verdünnung (1 Teil
Probe + x Teile dest.
Wasser) eingeben.



Messprobe in die
Küvette geben.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.
Messung wird automatisch
durchgeführt.

Wichtig:

Die genaue Durchführung und weitere Informationen zur verwendeten Methode sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Diese kann auf der Website heruntergeladen werden.


Protein (Biuret-Methode) Low Range

Applikation

Messbereich: 0,5 – 5,0 g/l Protein (als Rinderserum-Albumin) 10-mm-Kunststoff-Küvette Methode-Nr. 315

Achtung! Vor der Messung der ersten Messprobe wird automatisch ein Nullabgleich angefordert, bereitet aus dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®). Dieser ist bis zum Verlassen der Methode gültig.

Reagenzienblindwert:




0,5 ml dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®) in ein Kunststoffgefäß pipettieren.

2,0 ml **Biuret-Reagenzlösung** mit Pipette zugeben und mischen.

Reaktionszeit:
30 Minuten:
Reagenzienblindwert

Messprobe:



Trübe Probelösungen filtrieren bzw. zentrifugieren.

0,5 ml Probe in ein Kunststoffgefäß pipettieren.

2,0 ml **Biuret-Reagenzlösung** mit Pipette zugeben und mischen.

Reaktionszeit:
30 Minuten:
Messprobe

Protein (Biuret-Methode) Low Range

Applikation


Messung:




Methode **315** wählen.
Nullabgleich durchführen und mit Taste <OK> bestätigen.



Taste <Einstellungen> betätigen und „Reagenzienblindwert“ auswählen.



Lösung „**Reagenzienblindwert**“ in die Kunststoff-Küvette geben.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Blindwertmessung wird automatisch durchgeführt.




Mit <OK> bestätigen.




Wenn eine Verdünnung vorgenommen wurde:
Taste <Einstellungen> betätigen und „Verdünnung“ auswählen und gemäß Applikationsvorschrift weiterverfahren.



Verdünnung (1 Teil Probe + x Teile dest. Wasser) eingeben.



Lösung „**Messprobe**“ in die Kunststoff-Küvette geben.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Messung wird automatisch durchgeführt.

Wichtig:

Mit jeder neuen Testsatz-Charge ist die vorprogrammierte Kalibrierung mit Standardlösungen zu überprüfen (s. Abschnitt „Calibration“). Sollte es zu signifikanten Abweichungen kommen, muss die Methode rekalibriert werden. Dazu gemäß der Applikationsvorschrift vorgehen.

Wichtig:

Die genaue Durchführung und weitere Informationen zur verwendeten Methode sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Diese kann auf der Website heruntergeladen werden.

Protein (Biuret-Methode) High Range

Applikation


Messbereich: 1 – 10 g/l Protein (als Rinderserum-Albumin)

10-mm-Kunststoff-Küvette


Methode-Nr. 316

Achtung! Vor der Messung der ersten Messprobe wird automatisch ein Nullabgleich angefordert, bereitet aus dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®). Dieser ist bis zum Verlassen der Methode gültig.


Reagenzienblindwert:



1,0 ml dest. Wasser
(empfohlen wird Art.
1.16754, Wasser zur
Analyse EMSURE®) in
ein Kunststoffgefäß
pipettieren.




2,0 ml **Biuret-**
Reagenzlösung mit
Pipette zugeben und
mischen.




Reaktionszeit:
30 Minuten:
Reagenzienblindwert


Messprobe:




Trübe Probelösungen
filtrieren bzw. zentrifugieren.



1,0 ml Probe in ein
Kunststoffgefäß pipettieren.



2,0 ml **Biuret-**
Reagenzlösung mit
Pipette zugeben und
mischen.



Reaktionszeit:
30 Minuten:
Messprobe

Protein (Biuret-Methode) High Range

Applikation


Messung:




Methode **316** wählen.
Nullabgleich durchführen und mit Taste <OK> bestätigen.



Taste <Einstellungen> betätigen und „Reagenzienblindwert“ auswählen.



Lösung „**Reagenzienblindwert**“ in die Kunststoff-Küvette geben.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Blindwertmessung wird automatisch durchgeführt.




Mit <OK> bestätigen.




Wenn eine Verdünnung vorgenommen wurde:
Taste <Einstellungen> betätigen und „Verdünnung“ auswählen und gemäß Applikationsvorschrift weiterverfahren.



Verdünnung (1 Teil Probe + x Teile dest. Wasser) eingeben.



Lösung „**Messprobe**“ in die Kunststoff-Küvette geben.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Messung wird automatisch durchgeführt.

Wichtig:

Mit jeder neuen Testsatz-Charge ist die vorprogrammierte Kalibrierung mit Standardlösungen zu überprüfen (s. Abschnitt „Calibration“). Sollte es zu signifikanten Abweichungen kommen, muss die Methode rekalibriert werden. Dazu gemäß der Applikationsvorschrift vorgehen.

Wichtig:

Die genaue Durchführung und weitere Informationen zur verwendeten Methode sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Diese kann auf der Website heruntergeladen werden.

Protein (OD280)


Applikation

Messbereich: -0,020 – 2,000 OD₂₈₀

10-mm-Quarz-Küvette

Methode-Nr. 312


Achtung! Vor der Messung der ersten Messprobe wird automatisch ein Nullabgleich angefordert, bereitet aus dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®). Dieser ist bis zum Verlassen der Methode gültig.




Probe **vorsichtig** homogenisieren:
Messprobe.



Methode **312** wählen.
Nullabgleich durchführen und mit Taste <OK> bestätigen.



Messprobe in die
Quarz-Küvette geben.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.
Messung wird automa-
tisch durchgeführt.

Wichtig:

Die genaue Durchführung und weitere Informationen zur verwendeten Methode sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Diese kann auf der Website heruntergeladen werden.


Quecksilber in Wasser und Abwasser

Applikation

Messbereich: 0,025 – 1,000 mg/l Hg


50-mm-Küvette

Methode-Nr. 135




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 3 – 7.


Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Essigsäure pH-Wert korrigieren.




5,0 ml Probe in ein Reagenzglas pipettieren.




1,0 ml **Reagenz 1** mit Pipette zugeben und mischen.



1,5 ml **Reagenz 2** mit Pipette zugeben und mischen.




Reaktionszeit:
5 Minuten



Lösung in die Küvette geben.



Methode 135 wählen.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Messung wird automa- tisch durchgeführt.

Wichtig:

Die genaue Zusammensetzung und Herstellung der verwendeten Reagenzien 1 und 2 sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Dort befinden sich auch weitere Informationen zur verwendeten Methode. Diese kann auf der Website heruntergeladen werden.

Messbereich: 0,50 – 5,00 mg/l Ca

0,070 – 0,700 °d


0,087 – 0,874 °e

0,12 – 1,25 °f

Messbereich: 0,70 – 7,00 mg/l CaO

1,2 – 12,5 mg/l CaCO₃


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.



pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 5–8.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Salzsäure pH-Wert korrigieren.




4,0 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



0,20 ml **RH-1K** mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



Reaktionszeit:
10 Minuten, **danach sofort messen**.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) kann die gebrauchsfertige Calcium-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19778, Konzentration 1000 mg/l Ca, nach entsprechendem Verdünnen (Achtung, pH-Wert beachten!) verwendet werden.

RNA in aufgereinigten Lösungen


Applikation

Messbereich: 4 – 30 000 µg/ml RNA


10-mm-Quarz-Küvette

Methode-Nr. 2510

Achtung! Vor der Messung der ersten Messprobe wird automatisch ein Nullabgleich angefordert, bereitet aus Probenlösungsmittel. Dieser ist bis zum Verlassen der Methode gültig.




Probe **vorsichtig** homogenisieren.



Probe ggf. verdünnen.
Verdünnung notieren
(1 + x):
Messprobe.




Methode **2510** wählen.
Nullabgleich mit **Probenlösungsmittel**
durchführen und mit
Taste <OK> bestätigen.




Verdünnung (1 Teil
Probe + x Teile Proben-
lösungsmittel) eingeben.



Mit <OK> bestätigen.




Messprobe in die
Quarz-Küvette geben.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.
Messung wird automa-
tisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen.
Das Ergebnis wird im
Display angezeigt.



Taste <Start> betätigen,
um den Messablauf für
die nächste Probe zu
starten.
Es wird kein erneuter
Nullabgleich angefordert.

Wichtig:

Bei jeder neuen Messserie ist die vorprogrammierte Kalibrierung mit Standardlösungen zu überprüfen (s. Abschnitt „Adjustment“). Sollte es zu signifikanten Abweichungen kommen, muss die Methode rekalibriert werden. Dazu gemäß der Applikationsvorschrift vorgehen.

Wichtig:

Die genaue Durchführung und weitere Informationen zur verwendeten Methode sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Diese kann auf der Website heruntergeladen werden.

Saccharin in Tafelsüßen

Applikation


entspricht DIN EN 1376 und Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch §64 LFGB 57.22.99-2

Messbereich: 0,0 – 1200,0 mg/g


10-mm-Quarz-Küvette

Methode-Nr. 2536

Achtung! Vor der Messung der ersten Messprobe wird automatisch ein Nullabgleich angefordert, bereitet aus dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®). Dieser ist bis zum Verlassen der Methode gültig.




Puverisierte Probe auf 0,1 mg genau in einen Messkolben einwiegen.



Probe gemäß EN 1376 [1] bzw. §64 LFGB 57.22.99-2 [2] lösen.




Methode 2536 wählen. Nullabgleich durchführen und mit Taste <OK> bestätigen.




Einwaage in Milligramm eingeben.




Mit <OK> bestätigen.



Taste <Start> betätigen.




Lösung in die Quarz-Küvette geben.



Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen. Messung wird automa-tisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen. Das Ergebnis wird im Display angezeigt.



Taste <Start> betätigen, um den Messablauf für die nächste Probe zu starten. Es wird kein erneuter Nullabgleich angefordert.

Wichtig:


Bei jeder neuen Messserie ist die vorprogrammierte Kalibrierung mit Standardlösungen zu überprüfen (s. Abschnitt „Adjustment“). Sollte es zu signifikanten Abweichungen kommen, muss die Methode rekalibriert werden. Dazu gemäß der Applikationsvorschrift vorgehen.

Wichtig:


Die genaue Durchführung und weitere Informationen zur verwendeten Methode sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Diese kann auf der Website heruntergeladen werden.

Messbereich: 0,5 – 12,0 mg/l O₂

Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.



pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich:
pH 6–8.
Falls erforderlich,
tropfenweise mit ver-
dünnter Natronlauge
bzw. Salpetersäure
pH-Wert korrigieren.



Reaktionsküvette luftblasenfrei (!) vollständig mit Wasserprobe füllen.



Gefüllte Küvette in ein Reagenzglasgestell stellen.




1 Glasperle zugeben.




5 Tropfen O₂-1K zugeben.




5 Tropfen O₂-2K zugeben, mit Schraubkappe verschließen und 10 Sekunden mischen.



Reaktionszeit:
1 Minute



10 Tropfen O₂-3K zugeben, Küvette verschließen, mischen und von außen säubern.




Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen.
Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) muss eine Sauerstoff-Standardlösung selbst bereitet werden (Applikation siehe Website).


Messbereich: 0,020 – 0,500 mg/l DEHA*	20-mm-Küvette
*N,N-Diethylenhydroxylamin	
0,027 – 0,666 mg/l Carbohy*	20-mm-Küvette
*Carbohydrazid	
0,05 – 1,32 mg/l Hydro*	20-mm-Küvette
*Hydrochinon	
0,08 – 1,95 mg/l ISA*	20-mm-Küvette
*Isoascorbinsäure	
0,09 – 2,17 mg/l MEKO*	20-mm-Küvette
*Methylethylketoxim	



10 ml Probe in eine leere Rundküvette (Leerküvetten, Art. 114724) pipettieren.




1 Pulverpäckchen **Oxyscav 1** zugeben und mit Schraubkappe verschließen.




Küvette zum Lösen des Feststoffs umschwenken.




0,20 ml **Oxyscav 2** mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




Reaktionszeit:
10 Minuten, **dabei vor Licht schützen, danach sofort messen.**



Lösung in die Rechteckküvette geben.



Mit AutoSelector Methode wählen.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.

Qualitätssicherung:


Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) muss eine Sauerstoffbinder-Standardlösung aus N,N-Diethylhydroxylamin, Art. 8.18473, selbst bereitet werden (siehe Abschnitt „Standardlösungen“).

Säurekapazität bis pH 4,3 (Gesamtalkalität)

1.01758

Küvettentest

Messbereich: 0,40 – 8,00 mmol/l
20 – 400 mg/l CaCO₃



4,0 ml AC-1 in eine Rundküvette pipettieren.

1,0 ml Probe mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.

0,50 ml AC-2 mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.

Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) kann eine Natronlauge 0,1 mol/l, Art. 1.09141, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden (siehe Abschnitt „Standardlösungen“).

Saybolt-Farbmessung

Applikation

analog ASTM D6045

Messbereich: -15 – 30 Saybolt Color

50-mm-Küvette

Methode-Nr. 2563

-15 – 30 Saybolt Color

100-mm-Küvette

Methode-Nr. 2564

Achtung! Vor der Messung der ersten Messprobe wird automatisch ein Nullabgleich angefordert, bereitet aus dest.

Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®). Dieser ist bis zum Verlassen der Methode gültig.


Vorbereitung:



Enthält die Probe Luft- oder Gasblasen: im Ultraschall-Bad entgasen.



Feste Proben schmelzen und homogenisieren.




Trübe Probelösungen filtrieren oder zentrifugieren.


Bestimmung:



Methode **2563** bzw. **2564** wählen. Nullabgleich durchführen und mit Taste <OK> bestätigen.




Lösung in die gewünschte Küvette geben.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Messung wird automatisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen. Saybolt Color wird im Display angezeigt.




Taste <Start> betätigen, um den Messablauf für die nächste Probe zu starten. Es wird kein erneuter Nullabgleich angefordert.


Hinweis:

Bei Verwendung der 100-mm-Rechteckküvette muss vor der Messung der Rundküvettenhalter entfernt werden.


Messbereich: 0,50 – 3,00 mg/l Ag	10-mm-Küvette
0,25 – 1,50 mg/l Ag	20-mm-Küvette
Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.	




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 4–10. Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




10 ml Probe in eine leere Rundküvette (Leerküvetten, Art. 1.14724) pipettieren.




2 Tropfen Ag-1 zugeben.




1 gestrichenen grünen Mikrolöffel Ag-2 zugeben, mit Schraubkappe verschließen.




Reaktionsküvette im Thermoreaktor 1 Stunde bei 120 °C erhitzen.



Küvette aus dem Thermoreaktor nehmen, im Reagenzglasgestell auf Raumtemperatur abkühlen lassen.




Küvette vor dem Öffnen umschwenken.




3 Tropfen Ag-3 zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



pH-Wert überprüfen, Soll-Bereich: pH 4–10. Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.



1 Tropfen Ag-4 zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




5 Tropfen Ag-5 zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




1,0 ml Ag-6 mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




Reaktionszeit: 5 Minuten



Lösung in die gewünschte Rechteckküvette geben.



Mit AutoSelector Methode wählen.



Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen.

Wichtig:

Sehr hohe Konzentrationen an Silber in der Probe führen zu trüben Lösungen (Messlösung soll klar sein); in diesen Fällen muss die Probe verdünnt werden.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) kann die gebrauchsfertige Silber-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19797, Konzentration 1000 mg/l Ag, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.


Silicat (Kieselsäure)

1.14794

Test


Messbereich: 0,21 – 10,70 mg/l SiO ₂	0,10 – 5,00 mg/l Si	10-mm-Küvette
0,11 – 5,35 mg/l SiO ₂	0,05 – 2,50 mg/l Si	20-mm-Küvette
0,011 – 1,600 mg/l SiO ₂	0,005 – 0,750 mg/l Si	50-mm-Küvette

Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 2–10.


Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




5,0 ml Probe in ein Reagenzglas pipettieren.




3 Tropfen **Si-1** zugeben und mischen.




pH-Wert überprüfen, Soll-Bereich: pH 1,2–1,6.



Reaktionszeit: 3 Minuten




3 Tropfen **Si-2** zugeben und mischen.




0,50 ml **Si-3** mit Pipette zugeben und mischen.




Reaktionszeit: 10 Minuten



Lösung in die gewünschte Küvette geben.



Mit AutoSelector Methode wählen.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.

Wichtig:

Für die Messung in der 50-mm-Küvette muss das Probevolumen und Volumen der Reagenzien jeweils verdoppelt werden.

Stattdessen kann die Halbmikroküvette, Art. 1.73502, verwendet werden.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können die gebrauchsferige Silicium-Standardlösung Certipur®, Art. 1.70236, Konzentration 1000 mg/l Si, nach entsprechendem Verdünnen bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.32243, 1.32244 und 1.32245, verwendet werden (Achtung! Standardlösungen dürfen **nicht** in Glasgefäßen aufbewahrt werden - siehe Abschnitt „Standardlösungen“).


Silicat (Kieselsäure)

1.00857

Test

Messbereich: 1,1 – 107,0 mg/l SiO ₂	0,5 – 50,0 mg/l Si	10-mm-Küvette
11 – 1070 mg/l SiO ₂	5 – 500 mg/l Si	10-mm-Küvette
Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.		

Messbereich: 1,1 – 107,0 mg/l SiO₂



pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 2–10.

Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.

4,0 ml Probe in ein Reagenzglas pipettieren.

4 Tropfen **Si-1** zugeben und mischen.

2,0 ml **Si-2** mit Pipette zugeben und mischen.

Reaktionszeit: 2 Minuten

4 Tropfen **Si-3** zugeben und mischen.

Reaktionszeit: 2 Minuten

Lösung in die Küvette geben.

Mit AutoSelector
Messbereich
0,5 – 50,0 mg/l Si
Methode wählen.


Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.

Silicat (Kieselsäure)


1.00857

Test


Messbereich: 11 – 1070 mg/l SiO₂




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 2–10.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




5,0 ml dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®) in ein Reagenzglas pipettieren.



0,50 ml Probe mit Pipette zugeben und mischen.




4 Tropfen **Si-1** zugeben und mischen.



2,0 ml **Si-2** mit Pipette zugeben und mischen.




Reaktionszeit:
2 Minuten




4 Tropfen **Si-3** zugeben und mischen.




Reaktionszeit:
2 Minuten



Lösung in die Küvette geben.



Mit AutoSelector
Messbereich
5 – 500 mg/l Si
Methode wählen.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) kann die gebrauchsferige Silicium-Standardlösung Certipur®, Art. 1.70236, Konzentration 1000 mg/l Si, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden (Achtung! Standardlösungen dürfen **nicht** in Glasgefäßen aufbewahrt werden - siehe Abschnitt „Standardlösungen“).


Silicat (Kieselsäure)

1.01813


Test

Messbereich: 0,5 – 500,0 µg/l SiO ₂	0,2 – 233,7 µg/l Si	50-mm-Küvette
0,25 – 250,00 µg/l SiO ₂	0,12 – 116,85 µg/l Si	100-mm-Küvette
Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.		


Messbereich: 0,5 – 500,0 µg/l SiO₂




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 2–10. Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




10 ml Probe in ein Kunststoffgefäß (**Flachbodengläser, Art. 1.17988**) pipettieren.




10 ml dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.01262, Wasser Ultrapur) in ein zweites Kunststoffgefäß (**Flachbodengläser, Art. 1.17988**) pipettieren. (Blindwert)




Zu beiden Gefäßen je 0,10 ml **Si-1** mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



pH-Wert überprüfen, Soll-Bereich: pH 1,2–1,6.




Reaktionszeit:
5 Minuten




Zu beiden Gefäßen je 0,10 ml **Si-2** mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




Zu beiden Gefäßen je 0,50 ml **Si-3** mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




Reaktionszeit:
5 Minuten




Mit AutoSelector
Methode wählen.



Taste <Einstellungen> betätigen.
„Reagenzienblindwert“ auswählen.




Blindprobe die Küvette geben und **sofort** messen.




Blindwert-Küvette in den Küvettenschacht einsetzen.



„Anwender RB“ auswählen.
Mit <OK> bestätigen.



Messprobe in die Küvette geben und **sofort** messen.




Proben-Küvette in den Küvettenschacht einsetzen.

Silicat (Kieselsäure)


1.01813

Test


Messbereich: 0,25 – 250,00 µg/l SiO₂




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 2–10.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




Mit AutoSelector Methode wählen.




Rundküvettenhalter entfernen.




20 ml Probe in ein Kunststoffgefäß geben.




20 ml dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.01262, Wasser Ultrapur) in ein zweites Kunststoffgefäß geben. (Blindwert)




Zu beiden Gefäßen je 0,20 ml Si-1 mit Pipette zugeben und mischen.




pH-Wert überprüfen, Soll-Bereich: pH 1,2–1,6.




Reaktionszeit: 5 Minuten




Zu beiden Gefäßen je 0,20 ml Si-2 mit Pipette zugeben und mischen.




Zu beiden Gefäßen je 1,0 ml Si-3 mit Pipette zugeben und mischen.




Reaktionszeit: 5 Minuten



Taste <Einstellungen> betätigen.
„Reagenzienblindwert“ auswählen.




Blindprobe in die Küvette geben und sofort messen.




Blindwert-Küvette in den Küvettenschacht einsetzen.



„Anwender RB“ auswählen.
Mit <OK> bestätigen.



Messprobe in die Küvette geben und sofort messen.



Proben-Küvette in den Küvettenschacht einsetzen.

Wichtig:

Zur Durchführung der Bestimmung dürfen **keine Glasgeräte** verwendet werden (z. B. Pipetten etc.)!


Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können die gebrauchsferige Silicium-Standardlösung Certipur®, Art. 1.70236, Konzentration 1000 mg/l Si, nach entsprechendem Verdünnen bzw. die Standardlösung für photometrische Anwendungen, Art. 1.32244, verwendet werden (Achtung! Standardlösungen dürfen **nicht** in Glasgefäß aufbewahrt werden - siehe Abschnitt „Standardlösungen“).


Spektraler Absorptionskoeffizient

$\alpha(254)$
analog DIN 38404

Messbereich: 1 – 250 m ⁻¹	254 nm	10-mm-Küvette	Methode-Nr. 300
0,3 – 125,0 m ⁻¹	254 nm	20-mm-Küvette	Methode-Nr. 300
0,1 – 50,0 m ⁻¹	254 nm	50-mm-Küvette	Methode-Nr. 300




Probelösung durch Membranfilter Porenweite 0,45 μm filtrieren.



Lösung in die gewünschte Küvette geben.



Methode **300** wählen.




Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Messung wird automatisch durchgeführt.


Spektraler Absorptionskoeffizient

$\alpha(436)$
analog EN ISO 7887

Messbereich: 1 – 250 m ⁻¹	436 nm	10-mm-Küvette	Methode-Nr. 302
0,3 – 125,0 m ⁻¹	436 nm	20-mm-Küvette	Methode-Nr. 302
0,1 – 50,0 m ⁻¹	436 nm	50-mm-Küvette	Methode-Nr. 302




Probelösung durch Membranfilter Porenweite 0,45 µm filtrieren.



Lösung in die gewünschte Küvette geben.



Methode **302** wählen.



Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen.
Messung wird automa-tisch durchgeführt.


Hinweis:

Filtrierte Probe = wahre Färbung.
Unfiltrierte Probe = scheinbare Färbung.


Spektraler Schwächungskoeffizient

$\mu(254)$
analog DIN 38404

Messbereich: 1 – 250 m ⁻¹	254 nm	10-mm-Küvette	Methode-Nr. 301
0,3 – 125,0 m ⁻¹	254 nm	20-mm-Küvette	Methode-Nr. 301
0,1 – 50,0 m ⁻¹	254 nm	50-mm-Küvette	Methode-Nr. 301




Unfiltrierte Probelösung aufschütteln, um Trübstoffe gleichmäßig zu verteilen. Inhaltsstoffe nicht dispergieren.
Danach sofort messen.



Lösung in die gewünschte Küvette geben.



Methode **301** wählen.



Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen.
Messung wird automa-tisch durchgeführt.

SsDNA in aufgereinigten Lösungen


Applikation

Messbereich: 3 – 25 000 µg/ml ssDNA


10-mm-Quarz-Küvette

Methode-Nr. 2511

Achtung! Vor der Messung der ersten Messprobe wird automatisch ein Nullabgleich angefordert, bereitet aus Probenlösungsmittel. Dieser ist bis zum Verlassen der Methode gültig.




Probe **vorsichtig** homogenisieren.



Probe ggf. verdünnen.
Verdünnung notieren
(1 + x):
Messprobe.




Methode **2511** wählen.
Nullabgleich mit **Probenlösungsmittel**
durchführen und mit
Taste <OK> bestätigen.




Verdünnung (1 Teil
Probe + x Teile Proben-
lösungsmittel) eingeben.




Mit <OK> bestätigen.




Messprobe in die
Quarz-Küvette geben.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.
Messung wird automa-
tisch durchgeführt.



Mit <OK> bestätigen.
Das Ergebnis wird im
Display angezeigt.



Taste <Start> betätigen,
um den Messablauf für
die nächste Probe zu
starten.
Es wird kein erneuter
Nullabgleich angefordert.

Wichtig:

Bei jeder neuen Messserie ist die vorprogrammierte Kalibrierung mit Standardlösungen zu überprüfen (s. Abschnitt „Adjustment“). Sollte es zu signifikanten Abweichungen kommen, muss die Methode rekalibriert werden. Dazu gemäß der Applikationsvorschrift vorgehen.

Wichtig:

Die genaue Durchführung und weitere Informationen zur verwendeten Methode sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Diese kann auf der Website heruntergeladen werden.

Stickstoff (gesamt)

1.14537


Küvettentest

Messbereich: 0,5 – 15,0 mg/l N

Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




10 ml Probe in eine leere Rundküvette (Leerküvette, Art. 1.14724) pipettieren.




1 gestrichenen blauen Mikrolöffel N-1K zugeben.




6 Tropfen N-2K zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



Reaktionsküvette im Thermoreaktor 1 Stunde bei 120 °C erhitzen.




Küvette aus dem Thermoreaktor nehmen, im Reagenzglasgestell auf Raumtemperatur abkühlen lassen:
vorbereitete Probe.



Nach etwa 10 min Abkühlzeit Küvette nochmals umschwenken.



1 gestrichenen Mikrolöffel N-3K in eine Reaktionsküvette geben, mit Schraubkappe verschließen.




Küvette zum Lösen des Feststoffs **1 Minute kräftig schütteln.**



1,5 ml **vorbereitete Probe** mit Pipette sehr langsam zugeben, mit Schraubkappe verschließen und **kurz** mischen.
Vorsicht, Küvette wird heiß!



Reaktionszeit:
10 Minuten



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 50, Art. 1.14695, bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.25043 und 1.25044, eingesetzt werden.

Probenabhängige Einflüsse können mittels Additionslösung (Bestandteil des CombiCheck 50) erkannt werden.

Stickstoff (gesamt)

1.00613

Küvettentest

Messbereich: 0,5 – 15,0 mg/l N


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




10 ml Probe in eine leere Rundküvette (Leerküvetten, Art. 1.14724) pipettieren.




1 gestrichenen blauen Mikrolöffel N-1K zugeben.




6 Tropfen N-2K zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




Reaktionsküvette im Thermoreaktor 1 Stunde bei 120 °C erhitzen.




Küvette aus dem Thermoreaktor nehmen, im Reagenzglasgestell auf Raumtemperatur abkühlen lassen:
vorbereitete Probe.




Nach etwa 10 min Abkühlzeit Küvette nochmals umschwenken.




1,0 ml **vorbereitete Probe** in eine Reaktionsküvette pipettieren, **nicht mischen**.



1,0 ml N-3K mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen. **Vorsicht**, Küvette wird heiß!



Reaktionszeit:
10 Minuten



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 50, Art. 1.14695, bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.25043 und 1.25044, eingesetzt werden.

Probenabhängige Einflüsse können mittels Additions- lösung (Bestandteil des CombiCheck 50) erkannt werden.


Stickstoff (gesamt)

1.14763


Küvettentest

Messbereich: 10 – 150 mg/l N


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




1,0 ml Probe in eine leere Rundküvette (Leerküvetten, Art. 1.14724) pipettieren.




9,0 ml dest. Wasser mit Pipette zugeben (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®).




1 gestrichenen blauen Mikrolöffel N-1K zugeben.




6 Tropfen N-2K zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




Reaktionsküvette im Thermoreaktor 1 Stunde bei 120 °C erhitzen.




Küvette aus dem Thermoreaktor nehmen, im Reagenzglasgestell auf Raumtemperatur abkühlen lassen:
vorbereitete Probe.




Nach etwa 10 min Abkühlzeit Küvette nochmals umschwenken.




1,0 ml **vorbereitete Probe** in eine Reaktionsküvette pipettieren, **nicht mischen**.



1,0 ml **N-3K** mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen. **Vorsicht, Küvette wird heiß!**



Reaktionszeit: 10 Minuten



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.


Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 70, Art. 1.14689, bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.25044 und 1.25045, eingesetzt werden.


Probenabhängige Einflüsse können mittels Additionslösung (Bestandteil des CombiCheck 70) erkannt werden.

Messbereich: 1,0 – 50,0 mg/l SO₄


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.



Trübe Probelösungen
filtrieren.




pH-Wert der Probe über-
prüfen, Soll-Bereich:
pH 2–10.
Falls erforderlich,
tropfenweise mit ver-
dünnter Natronlauge
bzw. Salzsäure
pH-Wert korrigieren.



10 ml Probe in eine
Reaktionsküvette pipet-
tieren, mit Schraubkap-
pe verschließen und
mischen.




1 gestrichenen grünen
Mikrolöffel SO₄-1K zuge-
ben, mit Schraubkappe
verschließen.



Küvette zum Lösen des
Feststoffs kräftig
schütteln.



Reaktionszeit:
2 Minuten, **danach**
sofort messen.




Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.
Markierung auf der
Küvette zu der am
Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:


Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) kann die gebrauchs-
fertige Sulfat-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19813,
Konzentration 1000 mg/l SO₄²⁻, nach entsprechendem
Verdünnen verwendet werden.

Messbereich: 5 – 250 mg/l SO₄


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.



Trübe Probelösungen
filtrieren.




pH-Wert der Probe über-
prüfen, Soll-Bereich:
pH 2–10.
Falls erforderlich,
tropfenweise mit ver-
dünnter Natronlauge
bzw. Salzsäure
pH-Wert korrigieren.




5,0 ml Probe in eine
Reaktionsküvette pipet-
tieren, mit Schraubkap-
pe verschließen und
mischen.




1 gestrichen grünen
Mikrolöffel SO₄-1K zuge-
ben, mit Schraubkappe
verschließen.



Küvette zum Lösen des
Feststoffs kräftig
schütteln.



Reaktionszeit:
2 Minuten, **danach**
sofort messen.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.
Markierung auf der
Küvette zu der am
Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:


Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 10, Art. 1.14676, bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.25050 und 1.25051, eingesetzt werden.

Ebenso kann die gebrauchsfertige Sulfat-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19813, Konzentration 1000 mg/l SO₄²⁻, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.


Probenabhängige Einflüsse können mittels Additions-
lösung (Bestandteil des CombiCheck 10) erkannt werden.

Messbereich: 50 – 500 mg/l SO₄


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.



Trübe Probelösungen
filtrieren.




pH-Wert der Probe über-
prüfen, Soll-Bereich:
pH 2–10.
Falls erforderlich,
tropfenweise mit ver-
dünnter Natronlauge
bzw. Salzsäure
pH-Wert korrigieren.



2,0 ml Probe in eine
Reaktionsküvette pipet-
tieren, mit Schraubkap-
pe verschließen und
mischen.




1 gestrichenen grünen
Mikrolöffel SO₄-1K zuge-
ben, mit Schraubkappe
verschließen.



Küvette zum Lösen des
Feststoffs kräftig
schütteln.



Reaktionszeit:
2 Minuten, **danach**
sofort messen.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.
Markierung auf der
Küvette zu der am
Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:


Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 10, Art. 1.14676, bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.25051 und 1.25052, eingesetzt werden.

Ebenso kann die gebrauchsfertige Sulfat-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19813, Konzentration 1000 mg/l SO₄²⁻, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.


Probenabhängige Einflüsse können mittels Additions-
lösung (Bestandteil des CombiCheck 10) erkannt werden.

Messbereich: 100 – 1000 mg/l SO₄


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.



Trübe Probelösungen
filtrieren.




pH-Wert der Probe über-
prüfen, Soll-Bereich:
pH 2–10.
Falls erforderlich,
tropfenweise mit ver-
dünnter Natronlauge
bzw. Salzsäure
pH-Wert korrigieren.



1,0 ml Probe in eine
Reaktionsküvette pipet-
tieren, mit Schraubkap-
pe verschließen und
mischen.




1 gestrichenen grünen
Mikrolöffel SO₄-1K zuge-
ben, mit Schraubkappe
verschließen.



Küvette zum Lösen des
Feststoffs kräftig
schütteln.



Reaktionszeit:
2 Minuten, **danach**
sofort messen.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.
Markierung auf der
Küvette zu der am
Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 20, Art. 1.14675, bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.25051, 1.25052 und 1.25053, eingesetzt werden.


Ebenso kann die gebrauchsfertige Sulfat-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19813, Konzentration 1000 mg/l SO₄²⁻, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Probenabhängige Einflüsse können mittels Additions-
lösung (Bestandteil des CombiCheck 20) erkannt werden.

Messbereich: 25 – 300 mg/l SO₄

10-mm-Küvette


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.



pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 2–10.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Salzsäure pH-Wert korrigieren.



2,5 ml Probe in ein Glas mit Schraubverschluss pipettieren.



2 Tropfen SO₄-1 zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




1 gestrichenen grünen Mikrolöffel SO₄-2 zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



Glas im Wasserbad 5 Minuten bei 40 °C temperieren.




2,5 ml SO₄-3 mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




Über Rundfilter in ein Glas mit Schraubverschluss filtrieren.




Filtrat mit 4 Tropfen SO₄-4 versetzen, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




Nochmals für 7 Minuten ins Wasserbad stellen.



Lösung in die Küvette geben.



Mit AutoSelector-Methode wählen.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.


Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 10, Art. 1.14676, bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.25050 und 1.25051, eingesetzt werden.


Ebenso kann die gebrauchsfertige Sulfat-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19813, Konzentration 1000 mg/l SO₄²⁻, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.

Probenabhängige Einflüsse können mittels Additionslösung (Bestandteil des CombiCheck 10) erkannt werden.


Messbereich: 2,5 – 50,0 mg/l SO ₄	10-mm-Küvette
1,3 – 25,0 mg/l SO ₄	20-mm-Küvette
0,50 – 10,00 mg/l SO ₄	50-mm-Küvette
Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.	




Trübe Probelösungen
filtrieren.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich:
pH 2–10.
Falls erforderlich,
tropfenweise mit ver-
dünnter Natronlauge
bzw. Salzsäure
pH-Wert korrigieren.




0,50 ml SO₄-1 in ein Reagenzglas pipettieren.




10 ml Probe mit Pipette
zugeben und mischen.




1 gestrichenen grünen
Mikrolöffel SO₄-2 zugeben




Zum Lösen des Fest-
stoffs kräftig schütteln.




Reaktionszeit:
2 Minuten, danach
sofort messen.



Lösung in die gewünschte Küvette
geben.



Mit AutoSelector
Methode wählen.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.


Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) kann die gebrauchsfertige Sulfat-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19813, Konzentration 1000 mg/l SO₄²⁻, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.


Messbereich: 5 – 300 mg/l SO₄

10-mm-Küvette


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




Trübe Probelösungen
filtrieren.




pH-Wert der Probe über-
prüfen, Soll-Bereich:
pH 2–10.
Falls erforderlich,
tropfenweise mit ver-
dünnter Natronlauge
bzw. Salzsäure
pH-Wert korrigieren.




0,50 ml SO₄-1 in ein
Reagenzglas pipette-
ren.



5,0 ml Probe mit Pipette
zugeben und mischen.




1 gestrichenen blauen
Mikrolöffel SO₄-2 zuge-
ben




Zum Lösen des Fest-
stoffs kräftig schütteln.




Reaktionszeit:
2 Minuten, danach
sofort messen.



Lösung in die Küvette
geben.



Mit AutoSelector
Methode wählen.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.

Nur bei manueller Auswahl der Methode:

Für Chargen mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum **bis** 2021/10/31:
Methodennummer **230** wählen.

Für Chargen mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum **nach** 2021/10/31:
Methodennummer **236** wählen.


Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können Spectroquant® CombiCheck 10, Art. 1.14676, bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.25050 und 1.25051, eingesetzt werden.

Ebenso kann die gebrauchsfertige Sulfat-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19813, Konzentration 1000 mg/l SO₄²⁻, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.


Probenabhängige Einflüsse können mittels Additions-lösung (Bestandteil des CombiCheck 10) erkannt werden.

Messbereich: 0,10 – 1,50 mg/l S	0,10 – 1,55 mg/l HS	10-mm-Küvette
0,050 – 0,750 mg/l S	0,052 – 0,774 mg/l HS	20-mm-Küvette
0,020 – 0,500 mg/l S	0,021 – 0,516 mg/l HS	50-mm-Küvette
Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.		




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich:
pH 2–10.


Falls erforderlich,
tropfenweise mit ver-
dünnter Natronlauge
bzw. Schwefelsäure
pH-Wert korrigieren.




5,0 ml Probe in ein Rea-
genzglas pipettieren.



1 Tropfen **S-1** zugeben
und mischen.




5 Tropfen **S-2** zugeben
und mischen.




5 Tropfen **S-3** zugeben
und mischen.




Reaktionszeit:
1 Minute



Lösung in die
gewünschte Küvette
geben.



Mit AutoSelector
Methode wählen.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.

Wichtig:

Für die Messung in der 50-mm-Küvette muss das Probe-
volumen und Volumen der Reagenzien jeweils verdoppelt
werden.

Stattdessen kann die Halbmikroküvette, Art. 1.73502, ver-
wendet werden.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien,
Messvorrichtung, Handhabung) muss eine Sulfid-
Standardlösung aus Natriumsulfid-Hydrat z. A. selbst
bereitet werden (siehe Abschnitt „Standardlösungen“).

Messbereich: 1,0 – 20,0 mg/l SO₃

0,05 – 3,00 mg/l SO₃

Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.


0,8 – 16,0 mg/l SO₂

0,04 – 2,40 mg/l SO₂


Rundküvette

50-mm-Küvette


Messbereich: 1,0 – 20,0 mg/l SO₃




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 4–9.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




1 gestrichenen grauen Mikrolöffel SO₃-1K in eine Reaktionsküvette geben, mit Schraubkappe verschließen.




Küvette zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.



3,0 ml Probe mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




Reaktionszeit:
2 Minuten



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Messbereich: 0,05 – 3,00 mg/l SO₃




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 4–9.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




Methode 127 wählen.



Je 1 gestrichenen grauen Mikrolöffel **SO₃-1K** in zwei Reaktionsküvetten geben, mit Schraubkappe verschließen.



Küvetten zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.




7,0 ml Probe mit Pipette in eine Reaktionsküvette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




7,0 ml dest. Wasser in die zweite Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.
(Blindwert)




Reaktionszeit:
2 Minuten



Beide Lösungen in je eine 50-mm-Küvette geben.



Blindwert-Küvette in den Küvettenschacht einsetzen.




Proben-Küvette in den Küvettenschacht einsetzen.


Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) muss eine Sulfit-Standardlösung aus Natriumsulfit z. A., Art. 1.06657, selbst bereitet werden (siehe Abschnitt „Standardlösungen“).


Messbereich: 1,0 – 60,0 mg/l SO ₃	10-mm-Küvette
0,8 – 48,0 mg/l SO ₂	10-mm-Küvette
Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.	




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 4–9.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




1 gestrichenen grauen Mikrolöffel SO₃-1 in ein trockenes Reagenzglas geben.




3,0 ml SO₃-2 mit Pipette zugeben.




Zum Lösen des Feststoffs kräftig schütteln.




5,0 ml dest. Wasser mit Pipette zugeben und mischen.




2,0 ml Probe mit Pipette zugeben und mischen.




Reaktionszeit:
2 Minuten



Lösung in die Küvette geben.



Mit AutoSelector Methode wählen.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) muss eine Sulfit-Standardlösung aus Natriumsulfit z. A., Art. 1.06657, selbst bereitet werden (siehe Abschnitt „Standardlösungen“).

Suspendierte Feststoffe

Messbereich: 5 – 750 mg/l Feststoff

20-mm-Küvette

Methode-Nr. 182

2 – 300 mg/l Feststoff


50-mm-Küvette

Methode-Nr. 182


1 – 150 mg/l Feststoff

100-mm-Küvette

Methode-Nr. 182




500 ml Probe in einem Mixer mit hoher Rührgeschwindigkeit 2 Minuten homogenisieren.



Lösung in die Küvette geben.



Methode **182** wählen.



Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen. Messung wird automatisch durchgeführt.

Hinweis:

Bei Verwendung der 100-mm-Rechteckküvette muss vor der Messung der Rundküvettenhalter entfernt werden.

Tenside (anionisch)

1.02552

Küvettentest

Messbereich: 0,05 – 2,00 mg/l SDAS*

*Dodecan-1-sulfonsäure Natriumsalz

0,06 – 2,56 mg/l SDBS*

*Dodecylbenzolsulfonsäure Natriumsalz


0,05 – 2,12 mg/l SDS*

*Dodecan-1-sulfat Natriumsalz

0,08 – 3,26 mg/l SDOSSA*

*Diocetyl sulfosuccinat Natriumsalz

Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 5–10.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.



5,0 ml Probe in eine Reaktionsküvette geben, **nicht mischen!**




2 Tropfen T-1K zugeben, mit Schraubkappe verschließen.




Küvette **30 Sekunden kräftig** schütteln.



Reaktionszeit:
10 Minuten



Küvette vor der Messung umschwenken.




Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) muss eine Tensid-Standardlösung aus Dodecan-1-sulfonsäure z. A., Na-Salz, Art. 1.12146, selbst bereitet werden (siehe Abschnitt „Standardlösungen“).

Messbereich: 0,05 – 1,50 mg/l Tenside (kationisch)


(berechnet als N-Cetyl-N,N,N-trimethylammoniumbromid)




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 3–8.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




5,0 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, **nicht mischen!**




0,50 ml **T-1K** mit Pipette zugeben und mit Schraubkappe verschließen.



Küvette 30 Sekunden umschwenken.



Reaktionszeit:
5 Minuten




Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.


Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) muss eine Tensid-Standardlösung aus Cetyltrimethylammonium Bromide, Art. 2.19374, selbst bereitet werden (siehe Abschnitt „Standardlösungen“).


Messbereich: 0,10 – 7,50 mg/l Tenside (nichtionisch)
(berechnet als Triton™ X-100)




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich:
pH 3–9.
Falls erforderlich,
tropfenweise mit ver-
dünnter Natronlauge
bzw. Schwefelsäure
pH-Wert korrigieren.




4,0 ml Probe in eine
Reaktionsküvette
pipettieren. Mit Schraub-
kappe verschließen.




Küvette **1 Minute kräftig**
schütteln. Mit Schraub-
kappe verschließen.



Reaktionszeit:
2 Minuten



Küvette vor der
Messung
umschwenken.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.
Markierung auf der
Küvette zu der am
Photometer ausrichten.


Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) muss eine Tensid-Standardlösung aus Triton™ X-100, Art. 1.12298, selbst bereitet werden (siehe Abschnitt „Standardlösungen“).

Ebenso können die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.33022 und 1.33023 verwendet werden.

Messbereich: 5,0 – 80,0 mg/l TOC

Entfernung von TIC (Total Inorganic Carbon):



pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 2–12.

Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.


25 ml Probe in ein Glasgefäß geben.

3 Tropfen **TOC-1K** zugeben und mischen.

pH-Wert überprüfen: Soll-Wert pH < 2,5.

10 Minuten rühren.

Messprobe ansetzen:



3,0 ml gerührte Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren.

1 gestrichenen grauen Mikrolöffel **TOC-2K** zugeben. Küvette **sofort mit Alukappe** (Art. 173500) fest verschließen.

Reaktionsküvette auf dem Kopf stehend im Thermoreaktor 2 Stunden bei 120 °C erhitzen.

Küvette aus dem Thermoreaktor nehmen und 1 Stunde **auf dem Kopf stehend** abkühlen lassen.

Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Hinweis:


Um die Messgenauigkeit zu erhöhen, muss gegen eine selbst angesetzte Blindprobe gemessen werden (wie Messprobe ansetzen, jedoch mit dest. Wasser anstelle der Probe).

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können die TOC-Standardlösung Certipur®, Art. 1.09017, 1000 mg/l TOC, nach entsprechendem Verdünnen bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.32247, 1.32248 und 1.32249, verwendet werden.

Messbereich: 50 – 800 mg/l TOC

Entfernung von TIC (Total Inorganic Carbon):



pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 2–12.

Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.


1,0 ml Probe und 9,0 ml dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.15333, Wasser für die Chromatographie LiChrosolv®) in ein Glasgefäß pipettieren.

2 Tropfen **TOC-1K** zugeben und mischen.

pH-Wert überprüfen: Soll-Wert pH < 2,5.

10 Minuten rühren.

Messprobe ansetzen:



3,0 ml gerührte Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren.

1 gestrichenen grauen Mikrolöffel **TOC-2K** zugeben. Küvette **sofort mit Alukappe** (Art. 1.73500) fest verschließen.

Reaktionsküvette auf dem Kopf stehend im Thermoreaktor 2 Stunden bei 120 °C erhitzen.

Küvette aus dem Thermoreaktor nehmen und 1 Stunde **auf dem Kopf stehend** abkühlen lassen.

Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Hinweis:

Um die Messgenauigkeit zu erhöhen, muss gegen eine selbst angesetzte Blindprobe gemessen werden (wie Messprobe ansetzen, jedoch mit dest. Wasser anstelle der Probe).

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) können die TOC-Standardlösung Certipur®, Art. 1.09017, 1000 mg/l TOC, nach entsprechendem Verdünnen bzw. die Standardlösungen für photometrische Anwendungen, Art. 1.32251, 1.32252 und 1.32253, verwendet werden.


Trübung

analog EN ISO 7027

Messbereich: 1 – 100 FAU 550 nm

50-mm-Küvette


Methode-Nr. 77



Probe in die Küvette
geben.



Methode 77 wählen.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.
Messung wird automa-
tisch durchgeführt.

Wasserstoffperoxid

1.14731

Küvettentest

Messbereich: 2,0 – 20,0 mg/l H ₂ O ₂	Rundküvette
0,25 – 5,00 mg/l H ₂ O ₂	50-mm-Küvette
Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.	


Messbereich: 2,0 – 20,0 mg/l H₂O₂




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 0–10.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.



10 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




Reaktionszeit:
2 Minuten



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.
Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Messbereich: 0,25 – 5,00 mg/l H₂O₂



pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 0–10.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




Methode 128 wählen.




10 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



Reaktionszeit:
2 Minuten



Lösung in eine 50-mm- Küvette geben.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.

Wichtig:

Der Inhalt der Reaktionsküvetten kann gelblich gefärbt sein. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf das Messergebnis.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) muss eine Wasserstoffperoxid-Standardlösung aus Perhydrol 30% H₂O₂, Art. 1.07209, selbst bereitet werden (siehe Abschnitt „Standardlösungen“).

Wasserstoffperoxid


1.18789

Test

Messbereich: 0,03 – 6,00 mg/l H₂O₂ 10-mm-Küvette


0,015 – 3,000 mg/l H₂O₂ 20-mm-Küvette

Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 4–10.


Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




Lösung in die gewünschte Küvette geben.



0,50 ml H₂O₂-1 in ein Reagenzglas pipettieren.




8,0 ml Probe mit Pipette zugeben und mischen.




0,50 ml H₂O₂-2 mit Pipette zugeben und mischen.



Reaktionszeit:
10 Minuten



Mit AutoSelector Methode wählen.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) muss eine Wasserstoffperoxid-Standardlösung aus Perhydrol 30% H₂O₂, Art. 1.07209, selbst bereitet werden (siehe Abschnitt „Standardlösungen“).

Zelldichte (OD600)


Applikation

Messbereich: -0,020 – 1,200 OD₆₀₀

10-mm-Küvette

Methode-Nr. 313


Achtung! Vor der Messung der ersten Messprobe wird automatisch ein Nullabgleich angefordert, bereitet aus Probenlösungsmittel. Dieser ist bis zum Verlassen der Methode gültig.




Probe **vorsichtig** homogenisieren und ggf. verdünnen:
Messprobe.



Methode **313** wählen.
Nullabgleich mit **Probenlösungsmittel** durchführen und mit Taste <OK> bestätigen.



Messprobe in die Küvette geben.




Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen.
Messung wird automatisch durchgeführt.

Wichtig:


Die genaue Durchführung und weitere Informationen zur verwendeten Methode sind in der entsprechenden Applikation zu finden. Diese kann auf der Website heruntergeladen werden.

Messbereich: 0,025 – 1,000 mg/l Zn


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.



pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 1–7.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.



10 ml Probe in ein Glasgefäß pipettieren.



1 gestrichenen grauen Mikrolöffel **Zn-1K** zugeben und Feststoff lösen:
Probe-Reagenz-Mischung.




0,50 ml **Zn-2K** in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




2,0 ml **Probe-Reagenz-Mischung** mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



5 Tropfen **Zn-3K** zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



Reaktionszeit:
15 Minuten



Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen.
Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Wichtig:

Zur Bestimmung von **Gesamtzink** ist Probenvorbereitung mit Crack Set 10C, Art. 1.14688 bzw. Crack Set 10, Art. 1.14687 und Thermoreaktor erforderlich.

Ergebnis kann als Summe Zink (Σ Zn) ausgegeben werden.

Qualitätssicherung:


Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) kann Spectroquant® CombiCheck 100, Art. 1.18701, eingesetzt werden.

Ebenso kann die gebrauchsfertige Zink-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19806, Konzentration 1000 mg/l Zn, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.


Probenabhängige Einflüsse können mittels Additionslösung (Bestandteil des CombiCheck 100) erkannt werden.

Messbereich: 0,20 – 5,00 mg/l Zn


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.




pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 3–10. Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.



5 Tropfen **Zn-1K** in eine Reaktionsküvette geben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




0,50 ml Probe mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




5 Tropfen **Zn-2K** zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



pH-Wert überprüfen, Soll-Bereich: pH 9,0–10,5.



Reaktionszeit:
15 Minuten



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Wichtig:


Zur Bestimmung von **Gesamtzink** ist Probenvorbereitung mit Crack Set 10C, Art. 1.14688 bzw. Crack Set 10, Art. 1.14687 und Thermoreaktor erforderlich.

Ergebnis kann als Summe Zink (Σ Zn) ausgegeben werden.


Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) muss eine Zink-Standardlösung aus der gebrauchsfertigen Zink-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19806, Konzentration 1000 mg/l Zn, selbst bereitet werden (siehe Abschnitt „Standardlösungen“).


Messbereich: 0,05 – 2,50 mg/l Zn 10-mm-Küvette
Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.



pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 4–10.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




5,0 ml Probe in ein Glas mit Schraubverschluss pipettieren.




5 Tropfen Zn-1 zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




pH-Wert überprüfen, Soll-Bereich: pH 12–13.
Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge pH-Wert korrigieren.




2 Tropfen Zn-2 zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



5 Tropfen Zn-3 zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



3 Tropfen Zn-4 zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




Reaktionszeit:
3 Minuten



1 gestrichenen grauen Mikrolöffel Zn-5 zugeben, mit Schraubkappe verschließen und Feststoff lösen.




5,0 ml Zn-6 (Isobutylmethylketon, Art. 1.06146) mit Pipette zugeben und mit Schraubkappe verschließen.




30 Sekunden kräftig schütteln.



2 Minuten stehen lassen.




Mit Pasteurpipette organische, klare obere Schicht abziehen.




Lösung in die Küvette geben.



3 Minuten stehen lassen.



Mit AutoSelector-Methode wählen.



Küvette in den Küvetten-schacht einsetzen.

Wichtig:

Zur Bestimmung von **Gesamtzink** ist Probenvorbereitung mit Crack Set 10C, Art. 1.14688 bzw. Crack Set 10, Art. 1.14687 und Thermoreaktor erforderlich.

Ergebnis kann als Summe Zink (Σ Zn) ausgegeben werden.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) kann Spectroquant® CombiCheck 100, Art. 1.18701, eingesetzt werden.

Ebenso kann die gebrauchsfertige Zink-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19806, Konzentration 1000 mg/l Zn, nach entsprechendem Verdünnen verwendet werden.


Probenabhängige Einflüsse können mittels Additionslösung (Bestandteil des CombiCheck 100) erkannt werden.

Wichtiger Hinweis:


Um mögliche Einflüsse der benötigten Zusatzreagenzien auf das Messergebnis auszugleichen, ist unbedingt gegen eine selbst angesetzte Blindprobe zu messen (wie Messprobe ansetzen, jedoch mit dest. Wasser anstelle der Probe).

Messbereich: 0,10–2,50 mg/l Sn


Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.



pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH < 3. Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.




6 Tropfen **Sn-1K** in eine Reaktionsküvette geben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.




5,0 ml Probe mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



pH-Wert überprüfen, Soll-Bereich: pH 1,5–3,5. Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Schwefelsäure pH-Wert korrigieren.



Reaktionszeit: 15 Minuten




Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:


Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) muss eine Zinn-Standardlösung aus der gebrauchsfertigen Zinn-Standardlösung Certipur®, Art. 1.70242, Konzentration 1000 mg/l Sn, selbst bereitet werden (siehe Abschnitt „Standardlösungen“).

Messbereich: 0,10 – 2,50 mg/l Sn

Ergebnisangabe auch in mmol/l möglich.



pH-Wert der Probe überprüfen, Soll-Bereich: pH 1,5–2,2. Falls erforderlich, tropfenweise mit verdünnter Natronlauge bzw. Salzsäure pH-Wert korrigieren.




4,0 ml Probe in eine Reaktionsküvette pipettieren, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



0,50 ml **Sn-1K** mit Pipette zugeben, mit Schraubkappe verschließen und mischen.



Reaktionszeit:
15 Minuten, danach **sofort messen**.



Küvette in den Küvetten- schacht einsetzen. Markierung auf der Küvette zu der am Photometer ausrichten.

Qualitätssicherung:

Zur Überprüfung des Messsystems (Testreagenzien, Messvorrichtung, Handhabung) muss eine Zinn-Standardlösung aus der gebrauchsfertigen Zinn-Standardlösung Certipur®, Art. 1.70242, Konzentration 1000 mg/l Sn, selbst bereitet werden (siehe Abschnitt „Standardlösungen“).

Zucker in Getränken

Applikation


Messbereich: 0– 200 g/l Zucker (berechnet als Glucose)

50-mm-Küvette


Methode-Nr. 314

Achtung! Vor der Messung der ersten Messprobe wird automatisch ein Nullabgleich angefordert, bereitet aus Zellkulturmedium oder Verdünnungsmittel. Dieser ist bis zum Verlassen der Methode gültig.


Vorbereitung:




Probe im Verhältnis 1:200 (1+199) mit dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®) verdünnen.




Trübe Probelösungen filtrieren.



Probe im Ultraschall-Bad entgasen.




2,0 ml dest. Wasser (empfohlen wird Art. 1.16754, Wasser zur Analyse EMSURE®) in ein verschließbares Gefäß (20 ml) pipettieren.




2,0 ml **Salzsäure 6 mol/l** mit Pipette zugeben, verschließen und mischen.



Gefäß im Wasserbad **genau** 10 Minuten bei 95 ± 5 °C temperieren.



8,0 ml **Natriumhydroxid-Lösung 2,5 mol/l** mit Pipette zugeben und mischen.



2,0 ml **DNSA-Reagenz** mit Pipette zugeben, verschließen und mischen.



Gefäß im Wasserbad **genau** 5 Minuten bei 95 ± 5 °C temperieren.




Gefäß im Eis-/Wasserbad **genau** 10 Minuten abkühlen.


Zucker-Bestimmung: Messprobe



Reaktionszeit:
10 Minuten bei Raumtemperatur:
Reagenzienblindwert




2,0 ml vorbereitete Probe in ein verschließbares Gefäß (20 ml) pipettieren.



2,0 ml **Salzsäure 6 mol/l** mit Pipette zugeben, und mischen.




Gefäß im Wasserbad **genau** 10 Minuten bei 95 ± 5 °C temperieren.



8,0 ml **Natriumhydroxid-Lösung 2,5 mol/l** mit Pipette zugeben und mischen.

Zucker in Getränken

Applikation




2,0 ml **DNSA-Reagenz**
mit Pipette zugeben,
verschließen und
mischen.



Gefäß im Wasserbad
genau 5 Minuten bei
95 ± 5 °C temperieren.




Gefäß im Eis-/Wasser-
bad **genau** 10 Minuten
abkühlen.



Reaktionszeit:
10 Minuten bei Raum-
temperatur:
Messprobe

Messung:




Methode **314** wählen.
Nullabgleich durchfüh-
ren und mit Taste **<OK>**
bestätigen.



Taste **<Einstellungen>**
betätigen und
„Reagenzienblindwert“
auswählen.




Lösung „**Reagenzien-
blindwert**“ in die Küvet-
te geben.




Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.
Blindwertmessung wird
automatisch durchge-
führt.



Mit **<OK>** bestätigen.



Lösung „**Messprobe**“ in
die Küvette geben.



Küvette in den Küvetten-
schacht einsetzen.
Messung wird automa-
tisch durchgeführt.

Wichtig:

Bei jeder neuen Messserie ist die vorprogrammierte
Kalibrierung mit Standardlösungen zu überprüfen (s.
Abschnitt „Calibration“). Sollte es zu signifikanten Abwei-
chungen kommen, muss die Methode rekalibriert werden.
Dazu gemäß der Applikationsvorschrift vorgehen.

Wichtig:

Die genaue Durchführung und weitere Informationen zur
verwendeten Methode sind in der entsprechenden Appli-
kation zu finden. Diese kann auf der Website herunterge-
laden werden.

Analysenvorschriften und Anhänge

I

II Eignung der Testsätze für Meerwasseruntersuchung und Toleranzgrenzen von Neutralsalzen

Testsatz	Art.	geeignet für Meerwasser	Toleranzgrenze Salze in %		
			NaCl	NaNO ₃	Na ₂ SO ₄
Aluminium-KT	1.00594	ja	20	20	20
Aluminium-Test	1.14825	ja	10	20	20
Ammonium-KT	1.14739	nein	5	5	5
Ammonium-KT	1.14558	ja	20	10	15
Ammonium-KT	1.14544	ja	20	15	20
Ammonium-KT	1.14559	ja	20	20	20
Ammonium-Test	1.14752	ja ¹⁾	10	10	20
Ammonium-Test	1.00683	ja	20	20	20
AOX-KT	1.00675	nein	0,4	20	20
Arsen-Test	1.01747	nein	10	10	10
Blei-KT	1.14833	nein	20	20	1
Blei-Test	1.09717	nein	20	5	15
Bor-KT	1.00826	ja	10	20	20
Bor-Test	1.14839	nein	20	5	20
Brom-Test	1.00605	nein	10	10	10
BSB-KT	1.00687	ja	20	20	20
Cadmium-KT	1.14834	nein	1	10	1
Cadmium-Test	1.01745	nein	1	10	1
Calcium-KT	1.00858	nein	2	2	1
Calcium-Test	1.14815	ja	20	20	10
Calcium-Test	1.00049	nein	-	-	-
Chlor-KT	1.00595	ja ²⁾	10	10	10
Chlor-KT	1.00597	ja ²⁾	10	10	10
Chlor-Test	1.00598	ja ²⁾	10	10	10
Chlor-Test	1.00602	ja	10	10	10
Chlor-Test	1.00599	ja ²⁾	10	10	10
Chlor-Reagenzien (flüssig) (frei und gesamt)	1.00086/1.00087/ 1.00088	ja ²⁾	10	10	10
Chlordioxid-Test	1.00608	ja	10	10	10

1) Nach Zugabe von Natronlauge ist auch dieser Test für Meerwasseruntersuchungen geeignet (s. Packungsbeilage).

2) Der Test ist für Meerwasser bedingt geeignet. Bei der Bestimmung des freien Chlors in Meerwasser kann gebundenes Chlor komplett oder teilweise miterfasst werden.

Testsatz	Art.	geeignet für Meerwasser	Toleranzgrenze Salze in %		
			NaCl	NaNO ₃	Na ₂ SO ₄
Chlorid-KT	1.14730	ja	-	20	1
Chlorid-Test	1.14897	ja	-	10	0,1
Chlorid-KT	1.01804	nein	-	0,5	0,05
Chlorid-Test	1.01807	nein	-	0,5	0,05
Chromat-KT (Chrom(VI))	1.14552	ja	10	10	10
Chromat-KT (Gesamtchrom)	1.14552	nein	1	10	10
Chromat-Test	1.14758	ja	10	10	10
Cobalt-KT	1.17244	ja	10	10	20
CSB-KT	1.14560	nein	0,4	10	10
CSB-KT	1.01796	nein	0,4	10	10
CSB-KT	1.14540	nein	0,4	10	10
CSB-KT	1.14895	nein	0,4	10	10
CSB-KT	1.14690	nein	0,4	20	20
CSB-KT	1.14541	nein	0,4	10	10
CSB-KT	1.14691	nein	0,4	20	20
CSB-KT	1.14555	nein	1	10	10
CSB-KT	1.01797	nein	10	20	20
CSB-KT (Hg-frei)	1.09772	nein	0	10	10
CSB-KT (Hg-frei)	1.09773	nein	0	10	10
CSB-KT (Seewasser)	1.17058	ja	35	10	10
CSB-KT (Seewasser)	1.17059	ja	35	10	10
Cyanid-KT	1.14561	nein	10	10	10
Cyanid-KT	1.02531	nein	10	10	10
Cyanid-Test	1.09701	nein	10	10	10
Cyanursäure-Test	1.19253	ja	-	-	-
Eisen-KT	1.14549	ja	20	20	20
Eisen-KT	1.14896	nein	5	5	5
Eisen-Test	1.14761	ja	20	20	20
Eisen-Test	1.00796	ja	20	20	20
Flüchtige org. Säuren-KT	1.01749	nein	20	20	10
Flüchtige org. Säuren-Test	1.01809	nein	20	20	10
Fluorid-KT	1.00809	nein	10	10	10
Fluorid-KT	1.17243	ja ³⁾	0,2	0,2	0,001
Fluorid-Test	1.14598	ja	20	20	20

³⁾ nach vorheriger Destillation analog APHA 4500-F- B

Analysenvorschriften und Anhänge –

II Eignung der Testsätze für Meerwasseruntersuchung und Toleranzgrenzen für Neutralsalze

I	Testsatz	Art.	geeignet für Meerwasser	Toleranzgrenze Salze in %		
				NaCl	NaNO ₃	Na ₂ SO ₄
Fluorid-Test	1.00822	ja ³⁾	0,05	0,05	0,001	
Fluorid-Test	1.17236	ja ³⁾	0,2	0,2	0,002	
Formaldehyd-KT	1.14500	nein	5	0	10	
Formaldehyd-Test	1.14678	nein	5	0	10	
Gesamthärte-KT	1.00961	nein	2	2	1	
Gold-Test	1.14821	ja	10	20	5	
Hydrazin-Test	1.09711	nein	20	5	2	
Iod-Test	1.00606	nein	10	10	10	
Kalium-KT	1.14562	ja	20	20	20	
Kalium-KT	1.00615	ja	20	20	20	
Kupfer-KT	1.14553	ja	15	15	15	
Kupfer-Test	1.14767	ja	15	15	15	
Magnesium-KT	1.00815	ja	2	2	1	
Mangan-KT	1.00816	nein	20	20	20	
Mangan-Test	1.14770	ja	20	20	20	
Mangan-Test	1.01846	nein	20	25	5	
Molybdän-KT	1.00860	nein	20	20	5	
Molybdän-Test	1.19252	nein	-	-	-	
Monochloramin-Test	1.01632	nein	10	10	20	
Natrium-KT	1.00885	nein	-	10	1	
Nickel-KT	1.14554	nein	20	20	20	
Nickel-Test	1.14785	nein	20	20	20	
Nitrat-KT	1.14542	nein	0,4	-	20	
Nitrat-KT	1.14563	nein	0,2	-	20	
Nitrat-KT	1.14764	nein	0,5	-	20	
Nitrat-KT	1.00614	nein	2	-	20	
Nitrat-Test	1.14773	nein	0,4	-	20	
Nitrat-Test	1.09713	nein	0,2	-	20	
Nitrat-KT (Seewasser)	1.14556	ja	20	-	20	
Nitrat-Test (Seewasser)	1.14942	ja	20	-	20	
Nitrat-Test	1.01842	nein	0,001	-	0,001	
Nitrit-KT	1.14547	ja	20	20	15	
Nitrit-KT	1.00609	ja	20	15	15	
Nitrit-Test	1.14776	ja	20	20	15	

³⁾ nach vorheriger Destillation analog APHA 4500-F- B

Testsatz	Art.	geeignet für Meerwasser	Toleranzgrenze Salze in %		
			NaCl	NaNO ₃	Na ₂ SO ₄
Ozon-Test	1.00607	ja	10	10	10
pH-KT	1.01744	ja	-	-	-
Phenol-KT	1.14551	ja	20	20	15
Phenol-Test	1.00856	ja	20	20	20
Phosphat-KT	1.00474	ja	5	10	10
Phosphat-KT (Orthophosphat)	1.14543	ja	5	10	10
Phosphat-KT (Gesamtphosphor)	1.14543	nein	1	10	10
Phosphat-KT	1.00475	ja	20	20	20
Phosphat-KT (Orthophosphat)	1.14729	ja	20	20	20
Phosphat-KT (Gesamtphosphor)	1.14729	ja	5	20	20
Phosphat-KT	1.00616	ja	20	20	20
Phosphat-KT (Orthophosphat)	1.00673	ja	20	20	20
Phosphat-KT (Gesamtphosphor)	1.00673	ja	20	20	20
Phosphat-Test	1.14848	ja	5	10	10
Phosphat-Test	1.00798	ja	15	20	10
Phosphat-KT	1.14546	ja	20	20	20
Phosphat-Test	1.14842	ja	20	20	20
Resthärte-KT	1.14683	nein	0,01	0,01	0,01
Sauerstoff-KT	1.14694	nein	10	5	1
Sauerstoffbinder-Test	1.19251	nein	-	-	-
Säurekapazität-KT	1.01758	nein	-	-	-
Silber-Test	1.14831	nein	0	1	5
Silicat (Kieselsäure)-Test	1.14794	ja	5	10	5
Silicat (Kieselsäure)-Test	1.00857	nein	5	10	2,5
Silicat (Kieselsäure)-Test	1.01813	nein	0,5	1	0,2
Stickstoff (gesamt)-KT	1.14537	nein	0,5	-	10
Stickstoff (gesamt)-KT	1.00613	nein	0,2	-	10
Stickstoff (gesamt)-KT	1.14763	nein	2	-	20
Sulfat-KT	1.02532	nein	2	0,007	-
Sulfat-KT	1.14548	ja	10	0,1	-
Sulfat-KT	1.00617	ja	10	0,1	-
Sulfat-KT	1.14564	ja	10	0,5	-
Sulfat-Test	1.14791	nein	0,2	0,2	-
Sulfat-Test	1.01812	nein	2	0,007	-

Analysenvorschriften und Anhänge –

II Eignung der Testsätze für Meerwasseruntersuchung und Toleranzgrenzen für Neutralsalze

I

Testsatz	Art.	geeignet für Meerwasser	Toleranzgrenze Salze in %		
			NaCl	NaNO ₃	Na ₂ SO ₄
Sulfat-Test	1.02537	ja	10	0,015	-
Sulfid-Test	1.14779	nein	0,5	1	1
Sulfit-KT	1.14394	nein	20	20	20
Sulfit-Test	1.01746	nein	20	20	20
a-Tenside-KT	1.02552	nein	0,1	0,01	10
k-Tenside-KT	1.01764	nein	0,1	0,1	20
n-Tenside-KT	1.01787	nein	2	5	2
TOC-KT	1.14878	nein	0,5	10	10
TOC-KT	1.14879	nein	5	20	20
Wasserstoffperoxid-KT	1.14731	ja	20	20	20
Wasserstoffperoxid-Test	1.18789	nein	0,1	1	5
Zink-KT	1.00861	nein	20	20	1
Zink-KT	1.14566	nein	10	10	10
Zink-Test	1.14832	nein	5	15	15
Zinn-KT	1.14622	ja	20	20	20
Zinn-KT	1.17265	ja	5	5	0,5

II

III

IV

Analysenvorschriften und Anhänge

I

III Spectroquant® CombiCheck und Standardlösungen

Test	Auswertung	CombiCheck	Vertrauensbereich		verdünnte und gebrauchsfertige Standardlösung			gebrauchsfertige Standardlösung
			Art. bzw Methode	als	Art.	Soll-Wert des Standards	max. Arbeits-toleranz	
ADMI		-	50 ¹⁾		-	-	-	1.00246
ADMI		-	250 ¹⁾		-	-	-	1.00246
Aluminium-KT, 1.00594	AI	CC 100, 1.18701	0,40 mg/l		± 0,05 mg/l	1.32225	0,200 mg/l	± 0,006 mg/l 1.19770
Aluminium-Test, 1.14825	AI	CC 100, 1.18701	0,40 mg/l		± 0,05 mg/l	1.32225	0,200 mg/l	± 0,006 mg/l 1.19770
Ammonium-KT, 1.14739	NH ₄ -N	CC 50, 1.14695	1,00 mg/l		± 0,10 mg/l	1.25022 1.25023 1.32227	0,400 mg/l 1,00 mg/l 0,250 mg/l	± 0,012 mg/l ± 0,04 mg/l ± 0,011 mg/l 1.19812
	NH ₄	-						
Ammonium-KT, 1.14558	NH ₄ -N	CC 10, 1.14676	4,00 mg/l		± 0,30 mg/l	1.25022 1.25023 1.25024 1.25025	0,400 mg/l 1,00 mg/l 2,00 mg/l 6,00 mg/l	± 0,012 mg/l ± 0,04 mg/l ± 0,07 mg/l ± 0,13 mg/l 1.19812
Ammonium-KT, 1.14544	NH ₄ -N	CC 20, 1.14675	12,0 mg/l		± 1,0 mg/l	1.25023 1.25024 1.25025 1.25026 1.32227	1,00 mg/l 2,00 mg/l 6,00 mg/l 12,0 mg/l 0,250 mg/l	± 0,04 mg/l ± 0,07 mg/l ± 0,13 mg/l ± 0,4 mg/l ± 0,011 mg/l 1.19812
	NH ₄	-						
Ammonium-KT, 1.14559	NH ₄ -N	CC 70, 1.14689	50,0 mg/l		± 5,0 mg/l	1.25025 1.25026 1.25027	6,00 mg/l 12,0 mg/l 50,0 mg/l	± 0,13 mg/l ± 0,4 mg/l ± 1,2 mg/l 1.19812
Ammonium-Test, 1.14752	NH ₄ -N	CC 50, 1.14695	1,00 mg/l		± 0,10 mg/l	1.25022 1.25023 1.25024	0,400 mg/l 1,00 mg/l 2,00 mg/l	± 0,012 mg/l ± 0,04 mg/l ± 0,07 mg/l 1.19812
Ammonium-Test, 1.00683	NH ₄ -N	CC 70, 1.14689	50,0 mg/l		± 5,0 mg/l	1.25025 1.25026 1.25027	6,00 mg/l 12,0 mg/l 50,0 mg/l	± 0,13 mg/l ± 0,4 mg/l ± 1,2 mg/l 1.19812
AOX-KT, 1.00675	AOX	-	1,00 mg/l ¹⁾		± 0,10 mg/l	-	-	1.00680
Arsen-Test, 1.01747	As	-	0,050 mg/l ¹⁾		± 0,005 mg/l	1.33002	1,00 mg/l	± 0,05 mg/l 1.19773
Blei-KT, 1.14833	Pb	CC 100, 1.18701	2,00 mg/l		± 0,20 mg/l	-	-	1.19776
Blei-Test, 1.09717	Pb	CC 100, 1.18701	2,00 mg/l		± 0,20 mg/l	1.33003 1.33004	0,050 mg/l 0,100 mg/l	± 0,004 mg/l ± 0,005 mg/l 1.19776
Bor-KT, 1.00826	B	-	1,00 mg/l ¹⁾		± 0,15 mg/l	1.33005	1,00 mg/l	± 0,06 mg/l 1.19500
Bor-Test, 1.14839	B	-	0,400 mg/l ¹⁾		± 0,040 mg/l	-	-	1.19500
Brom-Test, 1.00605	Br ₂	-	5,00 mg/l ¹⁾		± 0,50 mg/l	-	-	s. Arbeitsvorschrift
BSB-KT, 1.00687	O ₂	-	198 mg/l		± 40 mg/l	-	-	1.00718
Cadmium-KT, 1.14834	Cd	CC 90, 1.18700	0,250 mg/l		± 0,030 mg/l	-	-	1.19777
Cadmium-Test, 1.01745	Cd	CC 90, 1.18700	0,250 mg/l		± 0,030 mg/l	1.33008	0,00500 mg/l	± 0,00020 mg/l 1.19777
Calcium-KT, 1.00858	Ca	-	75 mg/l ¹⁾		± 7 mg/l	-	-	s. Arbeitsvorschrift
Calcium-Test, 1.14815	Ca	-	80 mg/l ¹⁾		± 8 mg/l	-	-	1.19778

¹⁾ selbst herzustellen, empfohlene Konzentration

Test	Auswertung	CombiCheck	Vertrauensbereich		verdünnte und gebrauchsfertige Standardlösung		gebrauchsfertige Standardlösung		
			Art. bzw Methode	als	Art.	Soll-Wert des Standards	max. Arbeits-toleranz	Art.	Art.
Calcium-Test, 1.00049	Ca	-	2,00 mg/l ¹⁾		-		± 0,20 mg/l		1.19778
Chlor-KT, 1.00595	Cl ₂	-	3,00 mg/l ¹⁾		-		± 0,30 mg/l		s. Arbeitsvorschrift
Chlor-KT, 1.00597	Cl ₂	-	3,00 mg/l ¹⁾		-		± 0,30 mg/l		s. Arbeitsvorschrift
Chlor-Test, 1.00598	Cl ₂	-	3,00 mg/l ¹⁾		-		± 0,30 mg/l		s. Arbeitsvorschrift
Chlor-Test, 1.00602	Cl ₂	-	3,00 mg/l ¹⁾		-		± 0,30 mg/l		s. Arbeitsvorschrift
Chlor-Test, 1.00599	Cl ₂	-	3,00 mg/l ¹⁾		-		± 0,30 mg/l		s. Arbeitsvorschrift
Chlor-KT (Flüssigreagenz), 1.00086/1.00087	Cl ₂	-	3,00 mg/l ¹⁾		-		± 0,30 mg/l		s. Arbeitsvorschrift
Chlor-Test (Flüssigreagenz), 1.00086/1.00087	Cl ₂	-	0,500 mg/l ¹⁾		-		± 0,050 mg/l		s. Arbeitsvorschrift
Chlor-KT (Flüssigreagenz), 1.00086/1.00087/1.00088	Cl ₂	-	3,00 mg/l ¹⁾		-		± 0,30 mg/l		s. Arbeitsvorschrift
Chlor-Test (Flüssigreagenz), 1.00086/1.00087/1.00088	Cl ₂	-	0,500 mg/l ¹⁾		-		± 0,050 mg/l		s. Arbeitsvorschrift
Chlordioxid-Test, 1.00608	ClO ₂	-	5,00 mg/l ¹⁾		-		± 0,50 mg/l		s. Arbeitsvorschrift
Chlorid-KT, 1.14730	Cl	CC 20, 1.14675 CC 10, 1.14676	60 mg/l 25 mg/l		± 10 mg/l ± 6 mg/l	1.32229 1.32230	10,0 mg/l 50 mg/l	± 0,5 mg/l ± 3 mg/l	1.19897
Chlorid-Test, 1.14897	Cl	CC 60, 1.14696 -	1,25 mg/l 12,5 mg/l ¹⁾		± 13 mg/l ± 1,3 mg/l	1.32229 1.32230	10,0 mg/l 50 mg/l	± 0,5 mg/l ± 3 mg/l	1.19897
Chlorid-KT, 1.01804	Cl	-	7,5 mg/l ¹⁾		± 0,8 mg/l	1.33010 1.33011 1.32229	1,00 mg/l 2,50 mg/l 10,0 mg/l	± 0,04 mg/l ± 0,08 mg/l ± 0,5 mg/l	1.19897
Chlorid-Test, 1.01807	Cl	-	2,50 mg/l ¹⁾		± 0,25 mg/l	1.33010 1.33011	1,00 mg/l 2,50 mg/l	± 0,04 mg/l ± 0,08 mg/l	1.19897
Chromat-KT, 1.14552	Cr	-	1,00 mg/l ¹⁾		± 0,10 mg/l	1.33013	1,00 mg/l	± 0,03 mg/l	1.19780
Chromat-Test, 1.14758	Cr	-	1,00 mg/l ¹⁾		± 0,10 mg/l	1.33012 1.33013	0,050 mg/l 1,00 mg/l	± 0,002 mg/l ± 0,03 mg/l	1.19780
Cobalt-KT, 1.17244	Co	-	1,00 mg/l ¹⁾		± 0,10 mg/l	-			1.19785
CSB-KT, 1.14560	CSB	CC 50, 1.14695	20,0 mg/l		± 4,0 mg/l	1.25028	20,0 mg/l	± 0,7 mg/l	s. Arbeitsvorschrift
CSB-KT, 1.01796	CSB	CC 50, 1.14695	20,0 mg/l		± 2,0 mg/l	1.25028	20,0 mg/l	± 0,7 mg/l	s. Arbeitsvorschrift
CSB-KT, 1.14540	CSB	CC 10, 1.14676	80 mg/l		± 12 mg/l	1.25029	100 mg/l	± 3 mg/l	s. Arbeitsvorschrift
CSB-KT, 1.14895	CSB	CC 60, 1.14696	250 mg/l		± 20 mg/l	1.25029 1.25030	100 mg/l 200 mg/l	± 3 mg/l ± 4 mg/l	s. Arbeitsvorschrift
CSB-KT, 1.14690	CSB	CC 60, 1.14696	250 mg/l		± 25 mg/l	1.25029 1.25030 1.25031	100 mg/l 200 mg/l 400 mg/l	± 3 mg/l ± 4 mg/l ± 5 mg/l	s. Arbeitsvorschrift
CSB-KT, 1.14541	CSB	CC 20, 1.14675	750 mg/l		± 75 mg/l	1.25029 1.25030 1.25031 1.25032	100 mg/l 200 mg/l 400 mg/l 1.000 mg/l	± 3 mg/l ± 4 mg/l ± 5 mg/l ± 11 mg/l	s. Arbeitsvorschrift
CSB-KT, 1.14691	CSB	CC 80, 1.14738	1500 mg/l		± 150 mg/l	1.25031 1.25032 1.25033	400 mg/l 1.000 mg/l 2000 mg/l	± 5 mg/l ± 11 mg/l ± 32 mg/l	s. Arbeitsvorschrift

¹⁾ selbst herzustellen, empfohlene Konzentration

Test	Auswertung	CombiCheck	Vertrauensbereich		verdünnte und gebrauchsfertige Standardlösung			gebrauchsfertige Standardlösung
			Art. bzw Methode	als	Art.	Soll-Wert des Standards	max. Arbeits-toleranz	

CSB-KT, 1.14555	CSB	CC 70, 1.14689	5000 mg/l	± 400 mg/l	1.25032 1.25033 1.25034	1.000 mg/l 2000 mg/l 8000 mg/l	± 11 mg/l ± 32 mg/l ± 68 mg/l	s. Arbeitsvorschrift
CSB-KT, 1.01797	CSB	-	50 000 mg/l ¹⁾	± 5000 mg/l	1.25034 1.25035	8000 mg/l 50 000 mg/l	± 68 mg/l ± 894 mg/l	s. Arbeitsvorschrift
CSB-KT, 1.09772	CSB	-	80 mg/l ¹⁾	± 12 mg/l	1.25028 1.25029	20,0 mg/l 100 mg/l	± 0,7 mg/l ± 3 mg/l	s. Arbeitsvorschrift
CSB-KT, 1.09773	CSB	-	750 mg/l ¹⁾	± 75 mg/l	1.25029 1.25030 1.25031 1.25032	100 mg/l 200 mg/l 400 mg/l 1.000 mg/l	± 3 mg/l ± 4 mg/l ± 5 mg/l ± 11 mg/l	s. Arbeitsvorschrift
CSB-KT, 1.17058	CSB	-	30,0 mg/l ¹⁾	± 3,0 mg/l	-			s. Arbeitsvorschrift
CSB-KT, 1.17059	CSB	-	1500 mg/l ¹⁾	± 150 mg/l	-			s. Arbeitsvorschrift
Cyanid-KT, 1.02531	CN	-	0,250 mg/l ¹⁾	± 0,030 mg/l	-			1.19533
Cyanid-KT, 1.14561	CN	-	0,250 mg/l ¹⁾	± 0,030 mg/l	-			1.19533
Cyanid-Test, 1.09701	CN	-	0,250 mg/l ¹⁾	± 0,030 mg/l	-			1.19533
Cyanursäure-Test, 1.19253	Cyan Säure	-	80 mg/l ¹⁾	± 10 mg/l	-			s. Arbeitsvorschrift
Eisen-KT, 1.14549	Fe	CC 90, 1.18700	1,00 mg/l	± 0,15 mg/l	1.33018 1.33019 1.33020	0,1.000 mg/l 0,300 mg/l	± 0,0030 mg/l ± 0,009 mg/l ± 0,04 mg/l	1.19781 1,00 mg/l
Eisen-KT, 1.14896	Fe	-	25,0 mg/l ¹⁾	± 2,5 mg/l	-			1.19781
Eisen-Test, 1.14761	Fe	CC 90, 1.18700	1,00 mg/l	± 0,15 mg/l	1.33014 1.33018 1.33019 1.33020	0,0500 mg/l 0,1.000 mg/l 0,300 mg/l	± 0,0015 mg/l ± 0,0030 mg/l ± 0,009 mg/l ± 0,04 mg/l	1.19781 1,00 mg/l
Eisen-Test, 1.00796	Fe	CC 90, 1.18700	1,00 mg/l	± 0,15 mg/l	1.33014 1.33018 1.33019 1.33020	0,0500 mg/l 0,1.000 mg/l 0,300 mg/l	± 0,0015 mg/l ± 0,0030 mg/l ± 0,009 mg/l ± 0,04 mg/l	1.19781 1,00 mg/l
Färbung Hazen	Pt/Co (Hazen)	-	250 mg/l ¹⁾		-			1.00246
Färbung Hazen	Pt/Co (Hazen)	-	500 mg/l		-			1.00246
Flüchtige org. Säuren-KT, 1.01749	CH ₃ COOH	-	1500 mg/l ¹⁾	± 80 mg/l	-			s. Arbeitsvorschrift
Flüchtige org. Säuren-Test, 1.01809	CH ₃ COOH	-	1500 mg/l ¹⁾	± 80 mg/l	-			s. Arbeitsvorschrift
Fluorid-KT, 1.00809	F	-	0,75 mg/l ¹⁾	± 0,08 mg/l	1.32234 1.32233 1.32235 1.32236	0,200 mg/l 0,50 mg/l 1,00 mg/l 1,50 mg/l	± 0,012 mg/l ± 0,02 mg/l ± 0,03 mg/l ± 0,04 mg/l	1.19814

¹⁾ selbst herzustellen, empfohlene Konzentration

Test	Auswertung	CombiCheck	Vertrauensbereich		verdünnte und gebrauchsfertige Standardlösung			gebrauchsfertige Standardlösung
			Art. bzw Methode	als	Art.	Soll-Wert des Standards	max. Arbeits-toleranz	
Fluorid-KT, 1.17243	F	-				1,00 mg/l ¹⁾	± 0,15 mg/l	1.32234 0,200 mg/l ± 0,012 mg/l 1.32233 0,50 mg/l ± 0,02 mg/l 1.32235 1,00 mg/l ± 0,03 mg/l 1.32236 1,50 mg/l ± 0,04 mg/l
Fluorid-Test, 1.14598	F	-				1,00 mg/l ¹⁾ 10,0 mg/l ¹⁾	± 0,15 mg/l ± 1,2 mg/l	1.32234 0,200 mg/l ± 0,012 mg/l 1.32233 0,50 mg/l ± 0,02 mg/l 1.32235 1,00 mg/l ± 0,03 mg/l 1.32236 1,50 mg/l ± 0,04 mg/l
Fluorid-Test, 1.00822	F	-				1,00 mg/l ¹⁾	± 0,15 mg/l	1.32234 0,200 mg/l ± 0,012 mg/l 1.32233 0,50 mg/l ± 0,02 mg/l 1.32235 1,00 mg/l ± 0,03 mg/l 1.32236 1,50 mg/l ± 0,04 mg/l
Fluorid-Test, 1.17236	F	-				1,00 mg/l ¹⁾	± 0,15 mg/l	1.32234 0,200 mg/l ± 0,012 mg/l 1.32233 0,50 mg/l ± 0,02 mg/l 1.32235 1,00 mg/l ± 0,03 mg/l 1.32236 1,50 mg/l ± 0,04 mg/l
Formaldehyd-KT, 1.14500	HCHO	-				5,00 mg/l ¹⁾	± 0,50 mg/l	-
Formaldehyd-Test, 1.14678	HCHO	-				4,50 mg/l ¹⁾	± 0,50 mg/l	-
Gesamthärte-KT, 1.00961	Ca	-				75 mg/l ¹⁾	± 7 mg/l	-
Gold-Test, 1.14821	Au	-				6,0 mg/l ¹⁾	± 0,6 mg/l	-
Hydrazin-Test, 1.09711	N ₂ H ₄	-				1,00 mg/l ¹⁾	± 0,10 mg/l	-
Iod-Test, 1.00606	I ₂	-				5,00 mg/l ¹⁾	± 0,50 mg/l	-
Kalium-KT, 1.14562	K	-				25,0 mg/l ¹⁾	± 4,0 mg/l	-
Kalium-KT, 1.00615	K	-				150 mg/l ¹⁾	± 15 mg/l	-
Kupfer-KT, 1.14553	Cu	CC 90, 1.18700				2,00 mg/l	± 0,20 mg/l	-
Kupfer-Test, 1.14767	Cu	CC 90, 1.18700				2,00 mg/l	± 0,20 mg/l	-
Magnesium-KT, 1.00815	Mg	-				40,0 mg/l ¹⁾	± 4,0 mg/l	-
Mangan-KT, 1.00816	Mn	CC 90, 1.18700				1,00 mg/l	± 0,15 mg/l	1.32238 0,200 mg/l ± 0,005 mg/l 1.32239 1,00 mg/l ± 0,03 mg/l
Mangan-Test, 1.14770	Mn	CC 90, 1.18700				1,00 mg/l	± 0,15 mg/l	1.32237 0,050 mg/l ± 0,004 mg/l 1.32238 0,200 mg/l ± 0,005 mg/l 1.32239 1,00 mg/l ± 0,03 mg/l
Mangan-Test, 1.01846	Mn	CC 90, 1.18700				1,00 mg/l	± 0,15 mg/l	1.32237 0,050 mg/l ± 0,004 mg/l 1.32238 0,200 mg/l ± 0,005 mg/l 1.32239 1,00 mg/l ± 0,03 mg/l
Molybdän-KT, 1.00860	Mo	-				0,50 mg/l ¹⁾	± 0,05 mg/l	-
Molybdän-Test, 1.19252	Mo	-				25,0 mg/l ¹⁾	± 2,5 mg/l	-
Monochloramin-Test, 1.01632	Cl ₂	-				5,00 mg/l ¹⁾	± 0,50 mg/l	-
Natrium-KT, 1.00885	Na	-				100 mg/l ¹⁾	± 10 mg/l	-
Nickel-KT, 1.14554	Ni	CC 100, 1.18701				2,00 mg/l	± 0,20 mg/l	-
								1.19814

¹⁾ selbst herzustellen, empfohlene Konzentration

Test	Auswertung	CombiCheck	Vertrauensbereich		verdünnte und gebrauchsfertige Standardlösung		gebrauchsfertige Standardlösung		
			Art. bzw Methode	als	Art.	Soll-Wert des Standards	max. Arbeits-toleranz	Art.	gebrauchsfertige Standardlösung
Nickel-Test, 1.14785	Ni	CC 100, 1.18701	2,00 mg/l	± 0,20 mg/l	-				1.09989
Nitrat-KT, 1.14542	NO ₃ -N	CC 20, 1.14675	9,0 mg/l	± 0,9 mg/l	1.25037	2,50 mg/l	± 0,06 mg/l	1.19811	
	NO ₃	-			1.25038	15,0 mg/l	± 0,4 mg/l		
Nitrat-KT, 1.14563	NO ₃ -N	CC 20, 1.14675	9,0 mg/l	± 0,9 mg/l	1.25037	2,50 mg/l	± 0,06 mg/l	1.19811	
	NO ₃	-			1.25038	15,0 mg/l	± 0,4 mg/l		
Nitrat-KT, 1.14764	NO ₃ -N	CC 80, 1.14738	25,0 mg/l	± 2,5 mg/l	1.25037	2,50 mg/l	± 0,06 mg/l	1.19811	
	NO ₃	-			1.25038	15,0 mg/l	± 0,4 mg/l		
Nitrat-KT, 1.00614	NO ₃ -N	-	100 mg/l ¹⁾	± 10 mg/l	1.25039	40,0 mg/l	± 1,0 mg/l	1.19811	
					1.25040	200 mg/l	± 5 mg/l		
Nitrat-Test, 1.14773	NO ₃ -N	CC 20, 1.14675	9,0 mg/l	± 0,9 mg/l	1.25036	0,500 mg/l	± 0,05 mg/l	1.19811	
		CC 10, 1.14676	2,50 mg/l	± 0,25 mg/l	1.25037	2,50 mg/l	± 0,06 mg/l		
Nitrat-Test, 1.09713	NO ₃ -N	CC 20, 1.14675	9,0 mg/l	± 0,9 mg/l	1.25038	15,0 mg/l	± 0,4 mg/l	1.19811	
	NO ₃	-			1.32240	1,00 mg/l	± 0,03 mg/l		
Nitrat-KT, 1.14556	NO ₃ -N	CC 10, 1.14676	2,50 mg/l	± 0,25 mg/l	1.32241	10,0 mg/l	± 0,3 mg/l	1.19811	
	NO ₃	-			1.32242	50,0 mg/l	± 2,0 mg/l		
Nitrat-Test, 1.14942	NO ₃ -N	CC 20, 1.14675	9,0 mg/l	± 0,9 mg/l	1.25036	0,500 mg/l	± 0,05 mg/l	1.19811	
	NO ₃	-			1.25037	2,50 mg/l	± 0,06 mg/l		
Nitrat-Test, 1.01842	NO ₃ -N	-	10,0 mg/l ¹⁾	± 1,5 mg/l	1.25038	15,0 mg/l	± 0,4 mg/l	1.19811	
	NO ₃	-			1.32240	1,00 mg/l	± 0,03 mg/l		
Nitrit-KT, 1.14547	NO ₂ -N	-	0,300 mg/l ¹⁾	± 0,030 mg/l	1.25041	0,200 mg/l	± 0,009 mg/l	1.19899	
Nitrit-KT, 1.00609	NO ₂ -N	-	45,0 mg/l ¹⁾	± 5 mg/l	1.25042	40,0 mg/l	± 1,3 mg/l	1.19899	
Nitrit-Test, 1.14776	NO ₂ -N	-	0,50 mg/l ¹⁾	± 0,05 mg/l	1.25041	0,200 mg/l	± 0,009 mg/l	1.19899	
Ozon-Test, 1.00607	O ₃	-	2,00 mg/l ¹⁾	± 0,20 mg/l	-				s. Arbeitsvorschrift
pH-KT, 1.01744	pH	-	7,0	± 0,2	-				1.09407
Phenol-KT, 1.14551	C ₆ H ₅ OH	-	1,25 mg/l ¹⁾	± 0,13 mg/l	-				s. Arbeitsvorschrift

¹⁾ selbst herzustellen, empfohlene Konzentration

Test	Auswertung	CombiCheck	Vertrauensbereich		verdünnte und gebrauchsfertige Standardlösung			gebrauchsfertige Standardlösung
			Art. bzw Methode	als	Art.	Soll-Wert des Standards	max. Arbeits-toleranz	
Phenol-Test, 1.00856	C ₆ H ₅ OH	-	2,50 mg/l ¹⁾	± 0,25 mg/l	-			s. Arbeitsvorschrift
Phosphat-KT, 1.00474	PO ₄ -P	CC 10, 1.14676	0,80 mg/l	± 0,08 mg/l	-			1.19898
Phosphat-KT, 1.14543	PO ₄ -P	CC 10, 1.14676	0,80 mg/l	± 0,08 mg/l	1.25046	0,400 mg/l	± 0,016 mg/l	
					1.25047	4,00 mg/l	± 0,08 mg/l	1.19898
Phosphat-KT, 1.00475	PO ₄ -P	CC 80, 1.14738	15,0 mg/l	± 1,0 mg/l	-			
		CC 20, 1.14675	8,0 mg/l	± 0,7 mg/l				1.19898
Phosphat-KT, 1.14729	PO ₄ -P	CC 80, 1.14738	15,0 mg/l	± 1,0 mg/l	1.25047	4,00 mg/l	± 0,08 mg/l	
		CC 20, 1.14675	8,0 mg/l	± 0,7 mg/l	1.25048	15,0 mg/l	± 0,4 mg/l	1.19898
Phosphat-KT, 1.00616	PO ₄ -P	-	50,0 mg/l ¹⁾	± 5,0 mg/l	-			1.19898
Phosphat-KT, 1.00673	PO ₄ -P	-	50,0 mg/l ¹⁾	± 5,0 mg/l	1.25047	4,00 mg/l	± 0,08 mg/l	
					1.25048	15,0 mg/l	± 0,4 mg/l	
					1.25049	75,0 mg/l	± 1,6 mg/l	1.19898
Phosphat-Test, 1.14848	PO ₄ -P	CC 10, 1.14676	0,80 mg/l	± 0,08 mg/l	-			1.19898
Phosphat-Test, 1.00798	PO ₄ -P	-	50,0 mg/l ¹⁾	± 5,0 mg/l	-			1.19898
Phosphat-KT, 1.14546	PO ₄ -P	-	15,0 mg/l ¹⁾	± 1,0 mg/l	-			1.19898
Phosphat-Test, 1.14842	PO ₄ -P	-	15,0 mg/l ¹⁾	± 1,0 mg/l	-			1.19898
Resthärte-KT, 1.14683	Ca	-	2,50 mg/l ¹⁾	± 0,30 mg/l	-			1.19778
Sauerstoff-KT, 1.14694	O ₂	-	-	± 0,6 mg/l	-			s. Website
Sauerstoffbinder-Test, 1.19251	DEHA	-	0,250 mg/l ¹⁾	± 0,030 mg/l	-			s. Arbeitsvorschrift
Säurekapazität-KT, 1.01758	OH	-	5,00 mmol/l ¹⁾	± 0,50 mmol/l	-			s. Arbeitsvorschrift
Silber-Test, 1.14831	Ag	-	1,50 mg/l ¹⁾	± 0,20 mg/l	-			1.19797
Silikat-Test, 1.14794	SiO ₂	-	5,00 mg/l ¹⁾ 0,750 mg/l ¹⁾	± 0,50 mg/l ± 0,075 mg/l	1.32244	0,1.000 mg/l	± 0,0040 mg/l	
					1.32243	0,500 mg/l	± 0,025 mg/l	
					1.32245	1,000 mg/l	± 0,030 mg/l	1.70236
Silikat-Test, 1.00857	SiO ₂	-	50,0 mg/l ¹⁾	± 5,0 mg/l	-			1.70236
Silikat-Test, 1.01813	SiO ₂	-	0,1.000 mg/l ¹⁾	± 0,0100 mg/l	1.32244	0,1.000 mg/l	± 0,0040 mg/l	1.70236
Stickstoff (gesamt)-KT, 1.14537	N	CC 50, 1.14695	5,0 mg/l	± 0,7 mg/l	1.25043	2,50 mg/l	± 0,06 mg/l	
					1.25044	12,0 mg/l	± 0,3 mg/l	s. Arbeitsvorschrift
Stickstoff (gesamt)-KT, 1.00613	N	CC 50, 1.14695	5,0 mg/l	± 0,7 mg/l	1.25043	2,50 mg/l	± 0,06 mg/l	
					1.25044	12,0 mg/l	± 0,3 mg/l	s. Arbeitsvorschrift
Stickstoff (gesamt)-KT, 1.14763	N	CC 70, 1.14689	50 mg/l	± 7 mg/l	1.25044	12,0 mg/l	± 0,3 mg/l	
					1.25045	100 mg/l	± 3 mg/l	s. Arbeitsvorschrift
Sulfat-KT, 1.02532	SO ₄	-	25,0 mg/l ¹⁾	± 3,0 mg/l	-			1.19813
Sulfat-KT, 1.14548	SO ₄	CC 10, 1.14676	100 mg/l	± 15 mg/l	1.25050	40 mg/l	± 6 mg/l	
					1.25051	1.25 mg/l	± 6 mg/l	
								1.19813
Sulfat-KT, 1.00617	SO ₄	CC 10, 1.14676	100 mg/l	± 15 mg/l	1.25051	1.25 mg/l	± 6 mg/l	
					1.25052	400 mg/l	± 20 mg/l	
					1.25053	800 mg/l	± 27 mg/l	1.19813
Sulfat-KT, 1.14564	SO ₄	CC 20, 1.14675	500 mg/l	± 75 mg/l	1.25051	1.25 mg/l	± 6 mg/l	
					1.25052	400 mg/l	± 20 mg/l	
					1.25053	800 mg/l	± 27 mg/l	1.19813

¹⁾ selbst herzustellen, empfohlene Konzentration

Test	Auswertung	CombiCheck	Vertrauensbereich		verdünnte und gebrauchsfertige Standardlösung		gebrauchsfertige Standardlösung		
			Art. bzw Methode	als	Art.	Soll-Wert des Standards	max. Arbeits-toleranz	Art.	Art.
Sulfat-KT, 1.14564	SO ₄	CC 20, 1.14675	500 mg/l	± 75 mg/l	1.25051 1.25052 1.25053	1.25 mg/l 400 mg/l 800 mg/l	± 6 mg/l ± 20 mg/l ± 27 mg/l	1.19813	
Sulfat-Test, 1.14791	SO ₄	CC 10, 1.14676	100 mg/l	± 15 mg/l	1.25050 1.25051	40 mg/l 1.25 mg/l	± 6 mg/l ± 6 mg/l	1.19813	
Sulfat-Test, 1.01812	SO ₄	-	5,00 mg/l ¹⁾	± 0,50 mg/l	-				1.19813
Sulfat-Test, 1.02537	SO ₄	CC 10, 1.14676	100 mg/l	± 15 mg/l	1.25050 1.25051	40 mg/l 1.25 mg/l	± 6 mg/l ± 6 mg/l	1.19813	
Sulfid-Test, 1.14779	S	-	0,75 mg/l ¹⁾	± 0,08 mg/l	-				s. Arbeitsvorschrift
Sulfit-KT, 1.14394	SO ₃	-	12,5 mg/l ¹⁾	± 1,5 mg/l	-				s. Arbeitsvorschrift
Sulfit-Test, 1.01746	SO ₃	-	30,0 mg/l ¹⁾	± 1,0 mg/l	-				s. Arbeitsvorschrift
TOC-KT, 1.14878	TOC	-	40,0 mg/l ¹⁾	± 3,0 mg/l	1.32247 1.32248 1.32249	10,0 mg/l 25,0 mg/l 50,0 mg/l	± 0,2 mg/l ± 0,5 mg/l ± 1,0 mg/l	1.09017	
TOC-KT, 1.14879	TOC	-	400 mg/l ¹⁾	± 30 mg/l	1.32251 1.32252 1.32253	100 mg/l 200 mg/l 500 mg/l	± 2 mg/l ± 4 mg/l ± 10 mg/l	1.09017	
a-Tenside-KT, 1.02552	SDAS	-	1,00 mg/l ¹⁾	± 0,20 mg/l	-				s. Arbeitsvorschrift
k-Tenside-KT, 1.01764	k-Ten	-	1,00 mg/l ¹⁾	± 0,10 mg/l	-				s. Arbeitsvorschrift
n-Tenside-KT, 1.01787	n-Ten	-	4,00 mg/l ¹⁾	± 0,40 mg/l	1.33022 1.33023	1,00 mg/l 5,00 mg/l	± 0,16 mg/l ± 0,30 mg/l	1.09017	s. Arbeitsvorschrift
Wasserstoffperoxid-KT, 1.14731	H ₂ O ₂	-	10,0 mg/l ¹⁾	± 1,0 mg/l	-				s. Arbeitsvorschrift
Wasserstoffperoxid-Test, 1.18789	H ₂ O ₂	-	2,00 mg/l ¹⁾	± 0,20 mg/l	-				s. Arbeitsvorschrift
Zink-KT, 1.00861	Zn	CC 100, 1.18701	0,750 mg/l	± 0,150 mg/l	-				1.19806
Zink-KT, 1.14566	Zn	-	2,00 mg/l ¹⁾	± 0,40 mg/l	-				1.19806
Zink-Test, 1.14832	Zn	CC 100, 1.18701	0,75 mg/l	± 0,15 mg/l	-				1.19806
Zinn-KT, 1.14622	Sn	-	1,25 mg/l ¹⁾	± 0,13 mg/l	-				s. Arbeitsvorschrift
Zinn-KT, 1.17265	Sn	-	1,25 mg/l ¹⁾	± 0,13 mg/l	-				s. Arbeitsvorschrift

¹⁾ selbst herzustellen, empfohlene Konzentration

Analysenvorschriften und Anhänge

I

IV Arbeitsvorschriften zur Herstellung von Standardlösungen

Standardlösung Brom analog DIN EN ISO 7393

Herstellung einer KIO_3 -Stammlösung:

1,006 g KIO_3 werden in einem kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 1000-ml-Messkolben in 250 ml dest. Wasser gelöst. Dann wird die Lösung mit dest. Wasser bis zur Marke aufgefüllt.

Herstellung einer KIO_3/KI -Standardlösung:

11,13 ml der KIO_3 -Stammlösung werden im kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 1000-ml-Messkolben vorgelegt, mit etwa 1 g KI versetzt und mit dest. Wasser bis zur Marke aufgefüllt (diese Lösung muss frisch hergestellt werden).

1 ml dieser Lösung entspricht 0,025 mg Brom.

Erforderliche Reagenzien:

1.02404.0100 Kaliumiodat, Urtiter-substanz

1.05043.0250 Kaliumiodid zur Analyse EMSURE®

1.09072.1000 Schwefelsäure 0,5 mol/l Titripur®

1.09136.1000 Natronlauge 2 mol/l Titripur®

1.16754.9010 Wasser zur Analyse EMSURE®

II

Herstellung der Brom-Standardlösung:

In einen kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 100-ml-Messkolben pipettiert man 20,0 ml (Vollpipette) KIO_3/KI -Standardlösung, gibt 2,0 ml H_2SO_4 0,5 mol/l zu, lässt 1 Minute stehen und versetzt die Lösung tropfenweise (ca. 1 ml) mit NaOH 2 mol/l bis diese gerade entfärbt ist. Danach wird die Lösung mit dest. Wasser bis zur Marke aufgefüllt.

Die Konzentration der Lösung beträgt 5,00 mg/l Brom.

Haltbarkeit:

Achtung! Die KIO_3 -Stammlösung ist bei kühler Lagerung (Kühlschrank) 4 Wochen haltbar. Die KIO_3/KI -Standardlösung kann bei kühler Lagerung (Kühlschrank) 5 Stunden verwendet werden. Die verdünnte Brom-Standardlösung ist instabil und muss sofort verwendet werden.

Standardlösung Calcium

Herstellung der Standardlösung:

2,946 g Calciumnitrat-Tetrahydrat z. A. werden mit dest. Wasser in einem kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 500-ml-Messkolben gelöst und mit dest. Wasser bis zur Marke aufgefüllt.

Die somit hergestellte Standardlösung hat eine Konzentration von 1000 mg/l Calcium.

Durch Verdünnen mit dest. Wasser können weitere Einsatzkonzentrationen hergestellt werden.

Erforderliche Reagenzien:

1.02121.0500 Calciumnitrat-Tetrahydrat zur Analyse EMSURE®

1.16754.9010 Wasser zur Analyse EMSURE®

III

IV

Standardlösungen freies Chlor

Alle hier beschriebenen Standardlösungen für freies Chlor liefern gleichwertige Ergebnisse und sind für die Chlorbestimmung gleichermaßen geeignet.

Standardlösung freies Chlor

Herstellung der Standardlösung:

1,85 g Dichlorisocyanursäure Natriumsalz Dihydrat z. A. werden mit dest. Wasser in einem kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 1000-ml-Messkolben gelöst und mit dest. Wasser bis zur Marke aufgefüllt. Die somit hergestellte Standardlösung hat eine Konzentration von 1000 mg/l freies Chlor.

Durch Verdünnen mit dest. Wasser können weitere Einsatzkonzentrationen hergestellt werden.

Haltbarkeit:

Die Standardlösung von 1000 mg/l und verdünntere Standardlösungen (Einsatzkonzentrationen) sind bei kühler Lagerung (Kühlschrank) einen Tag verwendbar.

Anmerkung:

Hierbei handelt es sich um eine Standardlösung, die besonders schnell und einfach herzustellen ist.

Erforderliche Reagenzien:

1.10888.0250 Dichlorisocyanursäure Natriumsalz zur Analyse

1.16754.9010 Wasser zur Analyse EMSURE®

Standardlösung freies Chlor analog DIN EN ISO 7393

Herstellung einer KIO_3 -Stammlösung:

1,006 g KIO_3 werden in einem kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 1000-ml-Messkolben in 250 ml dest. Wasser gelöst. Dann wird die Lösung mit dest. Wasser bis zur Marke aufgefüllt.

Herstellung einer KIO_3/KI -Standardlösung:

15,00 ml (5,00 ml) der KIO_3 -Stammlösung werden im kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 1000-ml-Messkolben vorgelegt, mit etwa 1 g KI versetzt und mit dest. Wasser bis zur Marke aufgefüllt (diese Lösung muss frisch hergestellt werden).

1 ml dieser Lösung entspricht 0,015 mg (0,005 mg) freies Chlor.

Herstellung der Chlor-Standardlösung:

In einen kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 100-ml-Messkolben pipettiert man 20,0 ml (10,0 ml) (Vollpipette) KIO_3/KI -Standardlösung, gibt 2,0 ml H_2SO_4 0,5 mol/l zu, lässt 1 Minute stehen und versetzt die Lösung tropfenweise (ca. 1 ml) mit NaOH 2 mol/l bis diese gerade entfärbt ist. Danach wird die Lösung mit dest. Wasser bis zur Marke aufgefüllt. Die Konzentration der Lösung beträgt 3,00 mg/l (0,500 mg/l) freies Chlor.

Haltbarkeit:

Achtung! Die KIO_3 -Stammlösung ist bei kühler Lagerung (Kühlschrank) 4 Wochen haltbar. Die KIO_3/KI -Standardlösung kann bei kühler Lagerung (Kühlschrank) 5 Stunden verwendet werden. Die verdünnte Chlor-Standardlösung ist instabil und muss sofort verwendet werden.

Anmerkung:

Hierbei handelt es sich um die Herstellung nach einem Normverfahren.

Erforderliche Reagenzien:

1.02404.0100 Kaliumiodat, Urtiter-substanz

1.05043.0250 Kaliumiodid zur Analyse EMSURE®

1.09072.1000 Schwefelsäure 0,5 mol/l Titripur®

1.09136.1000 Natronlauge 2 mol/l Titripur®

1.16754.9010 Wasser zur Analyse EMSURE®

Standardlösung freies Chlor

Herstellung einer Stammlösung:

Zunächst wird aus einer Natriumhypochloritlösung mit etwa 13% aktivem Chlor eine 1:10-Verdünnung hergestellt. Dazu pipettiert man 10 ml Natriumhypochloritlösung in einen kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 100-ml-Messkolben und füllt mit dest. Wasser bis zur Marke auf.

Gehaltsbestimmung der Stammlösung:

10,0 ml der Stammlösung werden in einen 250-ml-Erlenmeyerkolben mit Schliffansatz, in dem sich 60 ml dest. Wasser befinden, pipettiert. Dann versetzt man die Lösung mit 5 ml Salzsäure 25 % z. A. und 3 g Kaliumiodid. Der Erlenmeyerkolben wird mit dem Schliffstopfen verschlossen, gut durchgemischt und danach 1 Minute stehengelassen.

Das ausgeschiedene Iod wird mit Natriumthiosulfatlösung 0,1 mol/l bis zur schwachen Gelbfärbung titriert. Nach dem Zusatz vom 2 ml Zinkiodidstärkelösung titriert man von blau nach farblos.

Berechnung und Herstellung der Standardlösung:

Verbrauch an Natriumthiosulfatlösung 0,1 mol/l (ml) · 355 =
= Gehalt an freiem Chlor (mg/l)

Aus der nach dem oben beschriebenen Verfahren genau bestimmten Stammlösung können durch Verdünnen mit dest. Wasser weitere Einsatzkonzentrationen hergestellt werden.

Haltbarkeit:

Eine Standardlösung von 1000 mg/l ist bei kühler Lagerung (Kühlschrank) ca. eine Woche verwendbar. Verdünntere Standardlösungen (Einsatzkonzentrationen) sind nur ca. 2 Stunden verwendbar.

Anmerkung:

Hierbei handelt es sich um eine Standardlösung, die zur Herstellung des Monochloramin-Standards unbedingt notwendig ist.

Erforderliche Reagenzien:

1.00316.1000	Salzsäure 25% zur Analyse EMSURE®
1.05614.9025	Natriumhypochloritlösung techn. ca. 13% aktives Chlor
1.09147.1000	Natriumthiosulfatlösung 0,1 mol/l Titripur®
1.05043.0250	Kaliumiodid zur Analyse
1.05445.0500	Zinkiodidstärkelösung zur Analyse
1.16754.9010	Wasser zur Analyse EMSURE®

Standardlösung Gesamtchlor

Herstellung einer Stammlösung:

4,00 g Chloramin T z. A. werden mit dest. Wasser in einem kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 1000-ml-Messkolben gelöst und mit dest. Wasser bis zur Marke aufgefüllt.

Die somit hergestellte Stammlösung hat eine Konzentration von ca. 1000 mg/l Gesamtchlor.

Gehaltsbestimmung der Stammlösung:

10,0 ml der Stammlösung werden in einen 250-ml-Erlenmeyerkolben mit Schliffansatz, in dem sich 60 ml dest. Wasser befinden, pipettiert. Dann versetzt man die Lösung mit 5 ml Salzsäure 25 % z. A. und 3 g Kaliumiodid. Der Erlenmeyerkolben wird mit dem Schliffstopfen verschlossen, gut durchgemischt und danach 1 Minute stehengelassen.

Das ausgeschiedene Iod wird mit Natriumthiosulfatlösung 0,1 mol/l bis zur schwachen Gelbfärbung titriert. Nach dem Zusatz vom 2 ml Zinkiodidstärkelösung titriert man von blau nach farblos.

Berechnung und Herstellung der Standardlösung:

Verbrauch an Natriumthiosulfatlösung 0,1 mol/l (ml) · 355 =
= Gehalt an Gesamtchlor (mg/l)

Aus der nach dem oben beschriebenen Verfahren genau bestimmten Stammlösung können durch Verdünnen mit dest. Wasser weitere Einsatzkonzentrationen hergestellt werden.

Haltbarkeit:

Die Stammlösung von ca. 1000 mg/l und verdünntere Standardlösungen (Einsatzkonzentrationen) sind bei kühler Lagerung (Kühlschrank) einen Tag verwendbar.

Erforderliche Reagenzien:

1.00316.1000 Salzsäure 25% zur Analyse EMSURE®

1.02426.0250 Chloramin T Trihydrat zur Analyse

1.09147.1000 Natriumthiosulfatlösung 0,1 mol/l Titripur®

1.05043.0250 Kaliumiodid zur Analyse

1.05445.0500 Zinkiodidstärkelösung zur Analyse

1.16754.9010 Wasser zur Analyse EMSURE®

Standardlösung Chlordioxid analog DIN EN ISO 7393

Herstellung einer KIO_3 -Stammlösung:

1,006 g KIO_3 werden in einem kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 1000-ml-Messkolben in 250 ml dest. Wasser gelöst. Dann wird die Lösung mit dest. Wasser bis zur Marke aufgefüllt.

Herstellung einer KIO_3/KI -Standardlösung:

13,12 ml der KIO_3 -Stammlösung werden im kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 1000-ml-Messkolben vorgelegt, mit etwa 1 g KI versetzt und mit dest. Wasser bis zur Marke aufgefüllt (diese Lösung muss frisch hergestellt werden).

1 ml dieser Lösung entspricht 0,025 mg Chlordioxid.

Herstellung der Chlordioxid-Standardlösung:

In einen kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 100-ml-Messkolben pipettiert man 20,0 ml (Vollpipette) KIO_3/KI -Standardlösung, gibt 2,0 ml H_2SO_4 0,5 mol/l zu, lässt 1 Minute stehen und versetzt die Lösung tropfenweise (ca. 1 ml) mit NaOH 2 mol/l bis diese gerade entfärbt ist. Danach wird die Lösung mit dest. Wasser bis zur Marke aufgefüllt.

Die Konzentration der Lösung beträgt 5,00 mg/l Chlordioxid.

Haltbarkeit:

Achtung! Die KIO_3 -Stammlösung ist bei kühler Lagerung (Kühlschrank) 4 Wochen haltbar. Die KIO_3/KI -Standardlösung kann bei kühler Lagerung (Kühlschrank) 5 Stunden verwendet werden. Die verdünnte Chlordioxid-Standardlösung ist instabil und muss sofort verwendet werden.

Standardlösung CSB

Herstellung der Standardlösung:

0,851 g Kaliumhydrogenphthalat z. A. werden mit dest. Wasser in einem kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 1000-ml-Messkolben gelöst und mit dest. Wasser bis zur Marke aufgefüllt.

Die somit hergestellte Standardlösung hat eine Konzentration von 1000 mg/l CSB.

Durch Verdünnen mit dest. Wasser können weitere Einsatzkonzentrationen hergestellt werden.

Haltbarkeit:

Die Standardlösung von 1000 mg/l ist bei kühler Lagerung (Kühlschrank) einen Monat verwendbar. Verdünntere Standardlösungen (Einsatzkonzentrationen) sind bei entsprechend kühler Lagerung (Kühlschrank) je nach Konzentration ca. eine Woche bis einen Monat verwendbar.

Erforderliche Reagenzien:

1.02404.0100 Kaliumiodat, Urtiter-substanz

1.05043.0250 Kaliumiodid zur Analyse EMSURE®

1.09072.1000 Schwefelsäure 0,5 mol/l Titripur®

1.09136.1000 Natronlauge 2 mol/l Titripur®

1.16754.9010 Wasser zur Analyse EMSURE®

Standardlösung CSB

Herstellung der Standardlösung:

0,851 g Kaliumhydrogenphthalat z. A. werden mit dest. Wasser in einem kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 1000-ml-Messkolben gelöst und mit dest. Wasser bis zur Marke aufgefüllt.

Die somit hergestellte Standardlösung hat eine Konzentration von 1000 mg/l CSB.

Durch Verdünnen mit dest. Wasser können weitere Einsatzkonzentrationen hergestellt werden.

Haltbarkeit:

Die Standardlösung von 1000 mg/l ist bei kühler Lagerung (Kühlschrank) einen Monat verwendbar. Verdünntere Standardlösungen (Einsatzkonzentrationen) sind bei entsprechend kühler Lagerung (Kühlschrank) je nach Konzentration ca. eine Woche bis einen Monat verwendbar.

Erforderliche Reagenzien:

1.02400.0080 Kaliumhydrogenphthalat zur Analyse, Urtiter-substanz

1.16754.9010 Wasser zur Analyse EMSURE®

Standardlösung CSB/Chlorid

Herstellung der Chlorid-Verdünnungslösung:

32,9 g Natriumchlorid (frei von organischen Stoffen, z. B. Suprapur®) werden mit dest. Wasser in einem kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 1000-ml-Messkolben gelöst und mit dest. Wasser bis zur Marke aufgefüllt. Die somit hergestellte Verdünnungslösung hat eine Konzentration von 20 g/l Cl⁻.

Herstellung der CSB-Chlorid-Standardlösung:

0,851 g Kaliumhydrogenphthalat z. A. werden mit **Verdünnungslösung** in einem kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 100-ml-Messkolben gelöst und mit **Verdünnungslösung** bis zur Marke aufgefüllt. Die somit hergestellte Standardlösung hat eine Konzentration von 10 000 mg/l CSB und 20 g/l Cl⁻.

Durch Verdünnen mit **Verdünnungslösung** können weitere Einsatzkonzentrationen hergestellt werden.

Haltbarkeit:

Die Verdünnungslösung von 20 g/l Cl⁻ und die Standardlösung von 10 000 mg/l CSB / 20 g/l Cl⁻ sind bei kühler Lagerung (Kühlschrank) einen Monat verwendbar. Verdünntere Standardlösungen (Einsatzkonzentrationen) sind bei entsprechend kühler Lagerung (Kühlschrank) je nach Konzentration ca. eine Woche bis einen Monat verwendbar.

Erforderliche Reagenzien:

1.02400.0080	Kaliumhydrogenphthalat zur Analyse, Urtiter-substanz
1.06406.0050	Natriumchlorid 99.99 Suprapur®
1.16754.9010	Wasser zur Analyse EMSURE®

Standardlösung Cyanursäure

Herstellung der Standardlösung:

1,00 g Cyanursäure z.S. werden mit dest. Wasser in einem kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 1000-ml-Messkolben gelöst und mit dest. Wasser bis zur Marke aufgefüllt. Die Substanz ist schwer löslich, der Lösevorgang kann einige Stunden dauern.

Die somit hergestellte Standardlösung hat eine Konzentration von 1000 mg/l Cyanursäure.

Durch Verdünnen mit dest. Wasser können weitere Einsatzkonzentrationen hergestellt werden.

Haltbarkeit:

Die Standardlösung von 1000 mg/l und verdünntere Standardlösungen (Einsatzkonzentrationen) sind bei kühler Lagerung (Kühlschrank) einen Tag verwendbar.

Erforderliche Reagenzien:

8.20358.0005	Cyanursäure zur Synthese
1.16754.9010	Wasser zur Analyse EMSURE®

Standardlösung Flüchtige organische Säuren

Herstellung der Standardlösung:

2,05 g Natriumacetat wasserfrei z. A. werden mit dest. Wasser in einem kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 1000-ml-Messkolben gelöst und mit dest. Wasser bis zur Marke aufgefüllt.

Die somit hergestellte Standardlösung hat eine Konzentration von 1500 mg/l Essigsäure.

Haltbarkeit:

Die Lösung ist bei kühler Lagerung (Kühlschrank) eine Woche verwendbar.

Erforderliche Reagenzien:

1.06268.0250 Natriumacetat wasserfrei zur Analyse EMSURE®

1.16754.9010 Wasser zur Analyse EMSURE®

Standardlösung Formaldehyd

Herstellung einer Stammlösung:

2,50 ml Formaldehydlösung mind. 37% z. A. werden mit dest. Wasser in einem kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 1000-ml-Messkolben bis zur Marke aufgefüllt.

Die somit hergestellte Stammlösung hat eine Konzentration von ca. 1000 mg/l Formaldehyd.

Gehaltsbestimmung der Stammlösung:

40,0 ml (Vollpipette) der Formaldehyd-Stammlösung werden in einen 300-ml-Erlenmeyerkolben mit Schliffansatz pipettiert, mit 50,0 ml (Bürette) Iodlösung 0,05 mol/l und mit 20 ml Natronlauge 1 mol/l versetzt.

Nach 15 Minuten Standzeit werden 8 ml Schwefelsäure 25% z. A. zugegeben. Danach wird mit Natriumthiosulfatlösung 0,1 mol/l bis zum Verschwinden der gelben Iodfarbe und nach Zugabe von 1 ml Zinkiodidstärkelösung bis zu einer milchigen, reinweißen Farbe titriert.

Berechnung und Herstellung der Standardlösung:

$V1 = \text{Verbrauch an Natriumthiosulfatlösung } 0,1 \text{ mol/l (ml)}$

$V2 = \text{Vorlage Iodlösung } 0,05 \text{ mol/l (50,0 ml)}$

$\text{mg/l Formaldehyd} = (V2 - V1) \cdot 37,525$

Aus der nach dem oben beschriebenen Verfahren genau bestimmten Stammlösung können durch Verdünnen mit dest. Wasser weitere Einsatzkonzentrationen hergestellt werden.

Haltbarkeit:

Die Stammlösung von ca. 1000 mg/l ist bei kühler Lagerung (Kühlschrank) eine Woche verwendbar. Danach muss der Gehalt neu bestimmt werden. Verdünntere Standardlösungen (Einsatzkonzentrationen) müssen sofort verwendet werden.

Erforderliche Reagenzien:

1.04003.1000 Formaldehydlösung min. 37% zur Analyse

1.09099.1000 Iodlösung 0,05 mol/l Titripur®

1.09147.1000 Natriumthiosulfatlösung 0,1 mol/l Titripur®

1.09137.1000 Natronlauge 1 mol/l Titripur®

1.00716.1000 Schwefelsäure 25% zur Analyse EMSURE®

1.05445.0500 Zinkiodidstärkelösung zur Analyse

1.16754.9010 Wasser zur Analyse EMSURE®

Standardlösung Gesamthärte

Herstellung der Standardlösung:

2,946 g Calciumnitrat-Tetrahydrat z. A. werden mit dest. Wasser in einem kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 500-ml-Messkolben gelöst und mit dest. Wasser bis zur Marke aufgefüllt.

Die somit hergestellte Standardlösung hat eine Konzentration von 1000 mg/l Calcium (entspricht 140 °d).

Durch Verdünnen mit dest. Wasser können weitere Einsatzkonzentrationen hergestellt werden.

Erforderliche Reagenzien:

1.02121.0500 Calciumnitrat-Tetrahydrat zur Analyse EMSURE®

1.16754.9010 Wasser zur Analyse EMSURE®

Standardlösung Hydrazin

Herstellung der Standardlösung:

4,07 g Hydraziniumsulfat z. A. werden mit sauerstoffarmen (vorheriges Kochen) dest. Wasser in einem kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 1000-ml- Messkolben gelöst und mit dest. Wasser bis zur Marke aufgefüllt. Die somit hergestellte Standardlösung hat eine Konzentration von 1000 mg/l Hydrazin.

Durch Verdünnen mit sauerstoffarmem dest. Wasser können weitere Einsatzkonzentrationen hergestellt werden.

Erforderliche Reagenzien:

1.04603.0100 Hydraziniumsulfat zur Analyse

1.16754.9010 Wasser zur Analyse EMSURE®

Haltbarkeit:

Die Standardlösung von 1000 mg/l und verdünntere Standardlösungen (Einsatzkonzentrationen) sind bei kühler Lagerung (Kühlschrank) einen Tag verwendbar.

Standardlösung Iod analog DIN EN ISO 7393

Herstellung einer KIO_3 -Stammlösung:

1,006 g KIO_3 werden in einem kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 1000-ml-Messkolben in 250 ml dest. Wasser gelöst. Dann wird die Lösung mit dest. Wasser bis zur Marke aufgefüllt.

Herstellung einer KIO_3/KI -Standardlösung:

7,00 ml der KIO_3 -Stammlösung werden im kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 1000-ml-Messkolben vorgelegt, mit etwa 1 g KI versetzt und mit dest. Wasser bis zur Marke aufgefüllt (diese Lösung muss frisch hergestellt werden).

1 ml dieser Lösung entspricht 0,025 mg Iod.

Herstellung der Iod-Standardlösung:

In einen kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 100-ml-Messkolben pipettiert man 20,0 ml (Vollpipette) KIO_3/KI -Standardlösung, gibt 2,0 ml H_2SO_4 0,5 mol/l zu, lässt 1 Minute stehen und versetzt die Lösung tropfenweise (ca. 1 ml) mit NaOH 2 mol/l bis diese gerade entfärbt ist. Danach wird die Lösung mit dest. Wasser bis zur Marke aufgefüllt. Die Konzentration der Lösung beträgt 5,00 mg/l Iod.

Haltbarkeit:

Achtung! Die KIO_3 -Stammlösung ist bei kühler Lagerung (Kühlschrank) 4 Wochen haltbar. Die KIO_3/KI -Standardlösung kann bei kühler Lagerung (Kühlschrank) 5 Stunden verwendet werden. Die verdünnte Iod-Standardlösung ist instabil und muss sofort verwendet werden.

Standardlösung Magnesium

Herstellung der Standardlösung:

1,055 g Magnesiumnitrat-Hexahydrat z. A. werden mit dest. Wasser in einem kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 100-ml-Messkolben gelöst und mit dest. Wasser bis zur Marke aufgefüllt.

Die somit hergestellte Standardlösung hat eine Konzentration von 1000 mg/l Magnesium.

Durch Verdünnen mit dest. Wasser können weitere Einsatzkonzentrationen hergestellt werden.

Haltbarkeit:

Die Standardlösung von 1000 mg/l ist eine Woche verwendbar. Verdünntere Standardlösungen (Einsatzkonzentrationen) sind einen Tag verwendbar.

Erforderliche Reagenzien:

1.02404.0100 Kaliumiodat, Urtiter-substanz

1.05043.0250 Kaliumiodid zur Analyse EMSURE®

1.09072.1000 Schwefelsäure 0,5 mol/l Titripur®

1.09136.1000 Natronlauge 2 mol/l Titripur®

1.16754.9010 Wasser zur Analyse EMSURE®

Erforderliche Reagenzien:

1.05853.0500 Magnesiumnitrat-Hexahydrat zur Analyse EMSURE®

1.16754.9010 Wasser zur Analyse EMSURE®

Standardlösung Monochloramin

Herstellung der Standardlösung:

In einem kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 100-ml-Messkolben werden 5,0 ml Chlor-Standardlösung 100 mg/l Cl₂ und 10,0 ml Ammonium-Standardlösung 10 mg/l NH₄-N mit dest. Wasser bis zur Marke aufgefüllt. Die somit hergestellte Standardlösung hat eine Konzentration von 5,00 mg/l freies Chlor bzw. 3,63 mg/l Monochloramin.

Haltbarkeit:

Die Standardlösung ist instabil muss sofort verwendet werden.

Erforderliche Reagenzien:

Chlor-Standardlösung
100 mg/l Cl₂
Herstellung siehe „Standardlösung freies Chlor“ mit Hypochloritlösung (Standardlösung, die zur Herstellung des Monochloramin-Standards unbedingt notwendig ist)

Ammonium-Standardlösung 10 mg/l NH₄-N
Herstellung mit Ammonium-Standardlösung Certipur®, Art. 1.19812.0500, 1000 mg/l NH₄ = 777 mg/l NH₄-N

1.16754.9010 Wasser zur Analyse
EMSURE®

Standardlösung Natrium

Herstellung der Standardlösung:

Es wird eine Chlorid-Standardlösung 1000 mg/l verwendet. 1000 mg/l Chlorid entsprechen 649 mg/l Natrium.

Durch Verdünnen mit dest. Wasser können weitere Einsatzkonzentrationen hergestellt werden.

Haltbarkeit:

Die verdünnten Standardlösungen (Einsatzkonzentrationen) sind bei kühler Lagerung (Kühlschrank) einen Monat verwendbar.

Erforderliche Reagenzien:

1.19897.0500 Chlorid-Standardlösung Certipur®

1.16754.9010 Wasser zur Analyse
EMSURE®

Standardlösung Ozon analog DIN EN ISO 7393

Herstellung einer KIO₃-Stammlösung:

1,006 g KIO₃ werden in einem kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 1000-ml-Messkolben in 250 ml dest. Wasser gelöst. Dann wird die Lösung mit dest. Wasser bis zur Marke aufgefüllt.

Herstellung einer KIO₃/KI-Standardlösung:

14,80 ml der KIO₃-Stammlösung werden im kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 1000-ml-Messkolben vorgelegt, mit etwa 1 g KI versetzt und mit dest. Wasser bis zur Marke aufgefüllt (diese Lösung muss frisch hergestellt werden).

1 ml dieser Lösung entspricht 0,010 mg Ozon.

Erforderliche Reagenzien:

1.02404.0100 Kaliumiodat, Urtiter-substanz

1.05043.0250 Kaliumiodid zur Analyse
EMSURE®

1.09072.1000 Schwefelsäure 0,5 mol/l
Titripur®

1.09136.1000 Natronlauge 2 mol/l
Titripur®

1.16754.9010 Wasser zur Analyse
EMSURE®

Herstellung der Ozon-Standardlösung:

In einen kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 100-ml-Messkolben pipettiert man 20,0 ml (Vollpipette) KIO₃/KI-Standardlösung, gibt 2,0 ml H₂SO₄ 0,5 mol/l zu, lässt 1 Minute stehen und versetzt die Lösung tropfenweise (ca. 1 ml) mit NaOH 2 mol/l bis diese gerade entfärbt ist. Danach wird die Lösung mit dest. Wasser bis zur Marke aufgefüllt.

Die Konzentration der Lösung beträgt 2,00 mg/l Ozon.

Haltbarkeit:

Achtung! Die KIO₃-Stammlösung ist bei kühler Lagerung (Kühlschrank) 4 Wochen haltbar. Die KIO₃/KI-Standardlösung kann bei kühler Lagerung (Kühlschrank) 5 Stunden verwendet werden. Die verdünnte Ozon-Standardlösung ist instabil und muss sofort verwendet werden.

Standardlösung Phenol

Herstellung der Standardlösung:

1,00 g Phenol z. A. werden mit dest. Wasser in einem kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 1000-ml-Messkolben gelöst und mit dest. Wasser bis zur Marke aufgefüllt.

Die somit hergestellte Standardlösung hat eine Konzentration von 1000 mg/l Phenol.

Durch Verdünnen mit dest. Wasser können weitere Einsatzkonzentrationen hergestellt werden.

Erforderliche Reagenzien:

1.00206.0250 Phenol zur Analyse

1.16754.9010 Wasser zur Analyse
EMSURE®

Standardlösung Sauerstoffbinder

Herstellung der Standardlösung:

1,00 g N,N-Diethylhydroxylamin z.S. werden mit dest. Wasser in einem kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 1000-ml-Messkolben gelöst und mit dest. Wasser bis zur Marke aufgefüllt.

Die somit hergestellte Standardlösung hat eine Konzentration von 1000 mg/l N,N-Diethylhydroxylamin (DEHA).

Durch Verdünnen mit dest. Wasser können weitere Einsatzkonzentrationen hergestellt werden.

Erforderliche Reagenzien:

8.18473.0050 N,N-Diethylhydroxylamin
zur Synthese

1.16754.9010 Wasser zur Analyse
EMSURE®

Standardlösung Säurekapazität

Herstellung der Standardlösung:

Es wird eine Natronlauge 0,1 mol/l (entspricht 100 mmol/l) verwendet.

Durch Verdünnen mit dest. Wasser können weitere Einsatzkonzentrationen hergestellt werden.

Erforderliche Reagenzien:

1.09141.1000 Natronlauge 0,1 mol/l
Titripur®

1.16754.9010 Wasser zur Analyse
EMSURE®

Standardlösung Silicat

Herstellung der Standardlösung:

Es wird eine Silicium-Standardlösung 1000 mg/l Si verwendet.

1000 mg/l Si entsprechen 2139 mg/l SiO₂.

Durch Verdünnen mit dest. Wasser können weitere Einsatzkonzentrationen hergestellt werden.

Erforderliche Reagenzien:

1.70236.0100 Silicium-Standardlösung
Certipur®

1.16754.9010 Wasser zur Analyse
EMSURE®

Beispiel:

4,675 ml Silicium-Standardlösung (1000 mg/l Si) werden mit dest. Wasser in einem kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 1000-ml-Messkolben gemischt und mit dest. Wasser bis zur Marke aufgefüllt.

Die somit hergestellte Standardlösung hat eine Konzentration von 10,00 mg/l SiO₂.

Die hergestellte Lösung muss danach umgehend in ein sauberes Polyethylen-Gefäß umgefüllt und darin aufbewahrt werden.

Durch Verdünnen mit dest. Wasser können weitere Einsatzkonzentrationen hergestellt werden.

Die somit hergestellte Lösung mit der gewünschten Einsatzkonzentration muss umgehend in ein sauberes Polyethylen-Gefäß umgefüllt und darin aufbewahrt werden.

Haltbarkeit:

Verdünntere Standardlösungen (Einsatzkonzentrationen) sind je nach Konzentration einen Tag bis ca. 6 Monate verwendbar.

Standardlösung Stickstoff (gesamt)

Herstellung der Standardlösung:

5,36 g Glycin z. A. werden mit dest. Wasser in einem kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 1000-ml-Messkolben gelöst und mit dest. Wasser bis zur Marke aufgefüllt.

Die somit hergestellte Standardlösung hat eine Konzentration von 1000 mg/l Gesamtstickstoff.

Durch Verdünnen mit dest. Wasser können weitere Einsatzkonzentrationen hergestellt werden.

Erforderliche Reagenzien:

1.04201.0100 Glycin zur Analyse
1.16754.9010 Wasser zur Analyse
EMSURE®

Haltbarkeit:

Die Standardlösung von 1000 mg/l ist bei kühler Lagerung (Kühlschrank) eine Woche verwendbar. Verdünntere Standardlösungen (Einsatzkonzentrationen) müssen sofort verwendet werden.

Standardlösung Sulfid

Herstellung einer Stammlösung:

7,5 g glasklare ggf. gewaschene Kristalle von Natriumsulfid-Nonahydrat z. A. werden in einem kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 1000-ml-Messkolben mit dest. Wasser gelöst und mit dest. Wasser bis zur Marke aufgefüllt.
Die somit hergestellte Stammlösung hat eine Konzentration von ca. 1000 mg/l Sulfid.

Gehaltsbestimmung der Stammlösung:

100 ml dest. Wasser und 5,0 ml (Vollpipette) Schwefelsäure 25% z. A. werden in einen 500-ml-Erlenmeyerkolben mit Schliffansatz gegeben.
Dazu werden 25,0 ml (Vollpipette) der Sulfid-Stammlösung und 25,0 ml (Vollpipette) Iodlösung 0,05 mol/l zugegeben. Nachdem der Kolbeninhalt etwa Minute gut durchgeschüttelt wurde, wird mit Natriumthiosulfatlösung 0,1 mol/l bis zum Verschwinden der gelben Iodfarbe und nach Zugabe von 1 ml Zinkiodidstärkelösung bis zu einer milchigen, reinweißen Farbe titriert.

Berechnung und Herstellung der Standardlösung:

$V1$ = Verbrauch an Natriumthiosulfatlösung 0,1 mol/l (ml)

$V2$ = Vorlage Iodlösung 0,05 mol/l (25,0 ml)

$$\text{mg/l Sulfid} = (V2 - V1) \cdot 64,13$$

Aus der nach dem oben beschriebenen Verfahren genau bestimmten Stammlösung können durch Verdünnen mit dest. Wasser weitere Einsatzkonzentrationen hergestellt werden.

Haltbarkeit:

Die Stammlösung von ca. 1000 mg/l ist bei kühler Lagerung (Kühlschrank) maximal einen Tag verwendbar. Verdünntere Standardlösungen (Einsatzkonzentrationen) müssen sofort verwendet werden.

Erforderliche Reagenzien:

Natriumsulfid-Nonahydrat	zur Analyse
1.09099.1000	Iodlösung 0,05 mol/l Titripur®
1.09147.1000	Natriumthiosulfatlösung 0,1 mol/l Titripur®
1.00716.1000	Schwefelsäure 25% zur Analyse EMSURE®
1.05445.0500	Zinkiodidstärkelösung zur Analyse
1.16754.9010	Wasser zur Analyse EMSURE®

Standardlösung Sulfit**Herstellung einer Stammlösung:**

1,57 g Natriumsulfit z.A. und 0,4 g Titriplex® III z.A. werden mit dest. Wasser in einem kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 1000-ml-Messkolben gelöst und mit dest. Wasser bis zur Marke aufgefüllt. Die somit hergestellte Standardlösung hat eine Konzentration von ca. 1000 mg/l Sulfit.

Gehaltsbestimmung der Stammlösung:

50,0 ml (Vollpipette) der Sulfit-Stammlösung und 5,0 ml (Vollpipette) Salzsäure 25 % z.A. werden in einen 300-ml-Erlenmeyerkolben gegeben. Dazu werden 25,0 ml (Vollpipette) Iodlösung 0,05 mol/l zugegeben und sofort weiterverfahren. Nachdem der Kolbeninhalt gemischt wurde, wird mit Natriumthiosulfatlösung 0,1 mol/l bis zum Verschwinden der gelben Iodfarbe und nach Zugabe von 1 ml Zinkiodidstärkelösung von blau nach farblos titriert.

Berechnung und Herstellung der Standardlösung:

$$V1 = \text{Verbrauch an Natriumthiosulfatlösung } 0,1 \text{ mol/l (ml)}$$

$$V2 = \text{Vorlage Iodlösung } 0,05 \text{ mol/l (25,0 ml)}$$

$$\text{mg/l Sulfit} = (V2 - V1) \cdot 80,06$$

Aus der nach dem oben beschriebenen Verfahren genau bestimmten Stammlösung können durch Verdünnen mit dest. Wasser und Pufferlösung pH 9,00 weitere Einsatzkonzentrationen hergestellt werden.

Dies geschieht wie folgt:

Von der Sulfit-Stammlösung den gewünschten Aliquot entnehmen, in einen kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 1000-ml-Messkolben geben, mit 20 ml Pufferlösung pH 9,00 versetzen, mit dest. Wasser bis zur Marke auffüllen und mischen.

Haltbarkeit:

Die Standardlösung von 1000 mg/l ist bei kühler Lagerung (Kühlschrank) nur einen Tag verwendbar. Verdünntere Standardlösungen (Einsatzkonzentrationen) müssen sofort verwendet werden.

Erforderliche Reagenzien:

1.06657.0500	Natriumsulfit wasserfrei zur Analyse EMSURE®
1.08418.0100	Titriplex® III zur Analyse
1.09099.1000	Iodlösung 0,05 mol/l Titripur®
1.09147.1000	Natriumthiosulfatlösung 0,1 mol/l Titripur®
1.00316.1000	Salzsäure 25% zur Analyse EMSURE®
1.05445.0500	Zinkiodidstärkelösung zur Analyse
1.09461.1000	Pufferlösung pH 9,00 Certipur®
1.16754.9010	Wasser zur Analyse EMSURE®

Standardlösung Tenside (anionisch)**Herstellung der Standardlösung:**

1,000 g Dodecan-1-sulfonsäure Natriumsalz werden mit dest. Wasser in einem kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 1000-ml-Messkolben gelöst und mit dest. Wasser bis zur Marke aufgefüllt.

Die somit hergestellte Standardlösung hat eine Konzentration von 1000 mg/l anionisches Tensid.

Durch Verdünnen mit dest. Wasser können weitere Einsatzkonzentrationen hergestellt werden.

Haltbarkeit:

Die Standardlösung von 1000 mg/l ist bei kühler Lagerung (Kühlschrank) einen Monat verwendbar. Verdünntere Standardlösungen (Einsatzkonzentrationen) müssen sofort verwendet werden.

Erforderliche Reagenzien:

1.12146.0005	Dodecan-1-sulfonsäure Natriumsalz
1.16754.9010	Wasser zur Analyse EMSURE®

Standardlösung Tenside (kationisch)

Herstellung der Standardlösung:

1,00 g Cetyltrimethylammonium Bromide, Molecular Biology Grade werden mit dest. Wasser in einem kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 1000-ml-Messkolben gelöst und mit dest. Wasser bis zur Marke aufgefüllt. Die somit hergestellte Standardlösung hat eine Konzentration von 1000 mg/l kationisches Tensid.

Durch Verdünnen mit dest. Wasser können weitere Einsatzkonzentrationen hergestellt werden.

Erforderliche Reagenzien:

219374	Cetyltrimethylammonium Bromide, Molecular Biology Grade Calbiochem® (CTAB)
1.16754.9010	Wasser zur Analyse EMSURE®

Standardlösung n-Tenside (nichtionisch)

Herstellung der Standardlösung:

1,00 g Triton™ X-100 werden mit dest. Wasser in einem kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 1000-ml-Messkolben gelöst und mit dest. Wasser bis zur Marke aufgefüllt.

Die somit hergestellte Standardlösung hat eine Konzentration von 1000 mg/l nichtionisches Tensid.

Durch Verdünnen mit dest. Wasser können weitere Einsatzkonzentrationen hergestellt werden.

Erforderliche Reagenzien:

1.12298.0101	Triton™ X-100
1.16754.9010	Wasser zur Analyse EMSURE®

Standardlösung Wasserstoffperoxid

Herstellung einer Stammlösung:

10,0 ml Perhydrol® 30 % z. A. werden in einem kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 100-ml-Messkolben vorgelegt und mit dest. Wasser bis zur Marke aufgefüllt. Von dieser Lösung werden 30,0 ml (Vollpipette) in einen kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 1000-ml-Messkolben überführt und mit dest. Wasser bis zur Marke aufgefüllt.

Die somit hergestellte Stammlösung hat eine Konzentration von ca. 1000 mg/l Wasserstoffperoxid.

Gehaltsbestimmung der Stammlösung:

50,0 ml (Vollpipette) der Wasserstoffperoxid-Stammlösung werden in einen 500-ml-Erlenmeyerkolben pipettiert, mit 200 ml dest. Wasser verdünnt und mit 30,0 ml Schwefelsäure 25 % z. A. versetzt.

Die Titration erfolgt mit einer Kaliumpermanganat-Lösung 0,02 mol/l bis zum Umschlag nach rosa.

Berechnung und Herstellung der Standardlösung:

Verbrauch an Kaliumpermanganatlösung 0,02 mol/l (ml) · 34,02 =
= Gehalt an Wasserstoffperoxid (mg/l)

Aus der nach dem oben beschriebenen Verfahren genau bestimmten Stammlösung können durch Verdünnen mit dest. Wasser weitere Einsatzkonzentrationen hergestellt werden.

Haltbarkeit:

Die Stammlösung von ca. 1000 mg/l und verdünntere Standardlösungen (Einsatzkonzentrationen) sind bei kühler Lagerung (Kühlschrank) einen Tag verwendbar.

Standardlösung Zinn

Herstellung der Standardlösung:

Es wird eine Zinn-Standardlösung 1000 mg/l verwendet.

In einem kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 100-ml-Messkolben werden 30 ml HCl 1 mol/l vorgelegt, 10,0 ml (Vollpipette) Zinn-Standardlösung zugegeben und mit dest. Wasser bis zur Marke aufgefüllt.

Die somit hergestellte Standardlösung hat eine Konzentration von 100 mg/l Zinn.

Durch Verdünnen mit dest. Wasser und HCl 1 mol/l können weitere Einsatzkonzentrationen hergestellt werden.

Dies geschieht wie folgt:

In einem kalibrierten oder konformitätsbescheinigten 100-ml-Messkolben werden 1 ml HCl 1 mol/l vorgelegt. Von der Zinn-Standardlösung 100 mg/l den gewünschten Aliquot entnehmen, zugeben und mit dest. Wasser bis zur Marke auffüllen und mischen.

Haltbarkeit:

Die Zinn-Standardlösung 100 mg/l Sn kann 30 Minuten verwendet werden. Verdünntere Standardlösungen (Einsatzkonzentrationen) sind instabil und müssen sofort verwendet werden.

Erforderliche Reagenzien:

1.09122.1000 Kaliumpermanganat-Lösung 0,02 mol/l Titripur®

1.07209.0250 Perhydrol® 30% zur Analyse EMSURE®

1.00716.1000 Schwefelsäure 25% zur Analyse EMSURE®

1.16754.9010 Wasser zur Analyse EMSURE®

Erforderliche Reagenzien:

1.70242.0100 Zinn-Standardlösung Certipur®

1.09057.1000 Salzsäure 1 mol/l Titripur®

1.16754.9010 Wasser zur Analyse EMSURE®

Wir informieren und beraten unsere Kunden in Bezug auf Anwendungstechnologien und regulatorische Angelegenheiten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch unverbindlich und ohne Haftungsübernahme.
Bestehende Gesetze und andere Vorschriften sind in jedem Fall von unseren Kunden zu beachten.
Das Gleiche gilt für Rechte Dritter.
Unsere Informationen und Beratung entbinden unsere Kunden nicht von der Verantwortung, unsere Produkte auf die Eignung für die vorgesehenen Zwecke zu prüfen.

Der Unternehmensbereich Life Science der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland tritt in den USA und Kanada als MilliporeSigma auf.

Merck Life Science KGaA, 64271 Darmstadt, Germany, Tel. +49(0)6151 72-2440

www.sigmaaldrich.com